

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę wózków reanimacyjnych- 2szt, wózków opatrunkowych- 2szt, wózków anestezjologicznych-2szt, w 3 pakietach dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 27.11.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

W związku z opublikowanym zaproszeniem prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie 1.

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózki reanimacyjne dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny przeznaczony na SOR o poniższych parametrach, równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego?
 - Wózek reanimacyjny przeznaczony jako wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego
 - Wymiary:
 - Szerokość: 720 mm
 - Głębokość: 610 mm
 - Wysokość: 1080 mm
 - Konstrukcja wózka reanimacyjnego oparta na czterech kolumnach wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo
 - Płyty boczne i tylna ze stali lakierowanej proszkowo
 - Ilość szuflad: 5
 - Górny blat roboczy wykonany z płyty ABS zabezpieczony z trzech stron obramowaniem zapobiegającym przed przelaniem płynów
 - Płyta tylna i boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
 - Tworzywowe uchwyty szuflad
 - Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków
 - Maksymalna nośność szuflady 10 kg
 - Całkowita ładowność wózka 150 kg
 - Nośność blatu bocznego: 10 kg
 - Odporność na korozję i łatwe czyszczenie
 - Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka)
 - Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa
 - Wózek wyposażony w 4 pojedyncze cichobieżne kółka (o średnicy 150 mm) dwa z blokadą
 - Wózek wyposażony w blat główny posiadający wyprofilowane brzożki służące jako uchwyty do przetaczania wózka
 - Krążki odbojowe nad kołami wózka zabezpieczające przed obiciem wózka
 - Wyposażenie standardowe:
 - półka pod defibrylator
 - płyta (reanimacyjna) defibrylacyjna CPR
 - wieszak kroplówki
 - dwa kosze plastikowe
 - kosz na butle z tlenem
 - tworzywowe, uchylne kuwety na akcesoria medyczne
 - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka
 - przedłużacz elektryczny z czterema gniazdami

Ad.1 Zamawiający dopuści do postępowania. Korekta opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do zaproszenia

Pytanie 2.

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Wózki opatrunkowe dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 2 szt.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy przeznaczony na SOR o poniższych parametrach, równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego?

- Wózek opatrunkowy przeznaczony jako wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego
- Wymiary:
 - Szerokość: 720 mm
 - Głębokość: 610 mm
 - Wysokość: 1080 mm
- Konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo
- Wózek wyposażony w blat główny posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do przetaczania wózka
- Konstrukcja uchwytów do przemieszczania wózka jednocześnie zabezpiecza przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego
- Ilość szuflad: 5
- Górny blat roboczy wykonany z płyty ABS
- Uchwyty szuflad wykonane z ABS
- Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków
- Maksymalna nośność szuflady 10 kg
- Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- Płyta tylna i boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
- Całkowita ładowność wózka 150 kg
- Nośność blatu bocznego: 10 kg
- Odporność na korozję i łatwe czyszczenie
- Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady
- Wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka (o średnicy 150 mm), 2 kółka z blokadą jazdy
- Wyposażenie standardowe:
 - dwa kosze plastikowe z prawej strony wózka
 - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka
 - tworzywowe, uchylne kuwety z boku wózka na akcesoria medyczne

Ad.2 Zamawiający dopuści do postępowania. Korekta opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do Zaprośzenia

Pytanie nr 3.

Dotyczy: Pakiet nr 3 – Wózki anestezjologiczne dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

– 2 szt.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny przeznaczony na SOR o poniższych parametrach, równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego?

- Wózek anestezjologiczny przeznaczony jako wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego
- Wymiary:
 - Szerokość: 720 mm
 - Głębokość: 610 mm
 - Wysokość: 1080 mm
- Konstrukcja wózka anestezjologicznego oparta na czterech kolumnach wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo
- Płyty boczne i tylna ze stali lakierowanej proszkowo
- Ilość szuflad: 5
- Górny blat roboczy wykonany z płyty ABS zabezpieczony z trzech stron obramowaniem zapobiegającym przed przelaniem płynów
- Płyta tylna i boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
- Tworzywowe uchwyty szuflad
- Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków
- Maksymalna nośność szuflady 10 kg
- Całkowita ładowność wózka 150 kg
- Nośność blatu bocznego: 10 kg
- Odporność na korozję i łatwe czyszczenie
- Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady
- Wózek wyposażony w 4 pojedyncze cichobieżne kółka (o średnicy 150 mm) dwa z blokadą
- Wózek wyposażony w blat główny posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do przetaczania wózka
- Krążki odbojowe nad kołami wózka zabezpieczające przed obiciem wózka
- Wyposażenie standardowe:
 - nadstawka anestezjologiczna na lekarstwa (nie zamykana na kluczyk)
 - dwa kosze plastikowe

- tworzywowe, uchylne kuwety z boku wózka na akcesoria medyczne
- pojemnik na zużyte igły
- dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka

Ad.3 Zamawiający dopuści do postępowania. Korekta opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do Zaprośzenia