

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę myjni dezynfektora do basenów i kaczek- 2 szt. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 04.12.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela pkt. Lp. 9

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia o szerokości 600 mm i pozostałych wymiarach zgodnych z SIWZ. Proponowane przez nas rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ, poprawia w sposób znaczący funkcjonalność urządzenia, zwiększa możliwości załadunku komory i pozwala na mycie naczyń o dużych rozmiarach (np. misek do mycia pacjenta).

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tabela pkt. Lp. 12

Prosimy o dopuszczenie myjni wyposażonej w system suszenia naczyń konwekcyjnego dopuszczonego przez normę 15883-1. Rozwiązanie to, jest pod względem eksploatacyjnym i funkcjonalnym równoważne do suszenia strumieniem powietrza, dodatkowo obniża koszty użytkowania i ewentualnego serwisowania myjni.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

3. Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia na „do 5 tygodni od dnia podpisania umowy”.

Urządzenia medyczne jakich zaoferowania oczekuje Zamawiający są produkowane tak, by optymalnie spełnić oczekiwania zapisane w SIWZ. Proces ich wytwarzania i konfigurowania dla konkretnego projektu jest procesem złożonym. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia umożliwi złożenie oferty polskim dystrybutorom najwyższej jakości sprzętu europejskich producentów.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.