

Znak sprawy 52/2017

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 Euro ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.11.2017 r. pod numerem 2017/S 227-472668 na dostawę Materiałów szewnych, hemostatyków, pozycjonerów, siatek przepuklinowych, materiałów kośćcozastępczych, zestawów do ekstyrpacji żylaków, zestawów jednorazowego użytku do cięcia cesarskiego, koców ogrzewających, strzygarek chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego oraz Oddziałów Zabiegowych Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespołony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach od 28.11.2017 r. do dnia 15.12.2017 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dotyczy pakietu Nr 18 poz. 9, 10,13,14,15

Zwracamy się z prośbą o wydzieleniem ww. pozycji. Te materiały hemostatyczne posiada jedna firma i tylko ona może złożyć ofertę co za tym idzie zaproponować wszystkie materiały hemostatyczne w bardzo wysokiej cenie sięgającej 40-50% - krotności cen konkurencji.

Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Ad. 1. Nie

2. dotyczy pakietu Nr 18 Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 2,6 x 5,1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Ad. 2. Tak

3. dotyczy pakietu Nr 18 Poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 2,6 x 2,6 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Ad. 3. Tak

4. dotyczy pakietu Nr 18 Poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 7,6 x 10,2 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Ad. 4. Tak

5. dotyczy pakietu Nr 18 Poz. 16

Czy zamawiający wymaga następującego składu procentowego wosku: wosk pszczeli 75%, parafina stała 15% i palmitynian izopropylu 10%?

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza taki skład, ale nie wymaga.

6. dot. Pakietu 36 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści strzygarkę akumulatorową ładowaną kontaktowo, z możliwością doładowywania, wodoszczelną z klasą szczelności IPX8, posiadającą min 5 diód wskazujących stan naładowania, w zestawie z ładowarką?”

Ad. 6. Tak

7. dot. Pakietu 36 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści uniwersalne ostrze do każdego rodzaju włosów tj., grube, cienkie, kręcone, proste, delikatne oraz do miejsc bardzo wrażliwych, o szerokości cięcia minimum 36,4 mm, uniwersalne ostrze ułatwi Zamawiającemu zamawianie, magazynowanie oraz dystrybucję ostrzy na wskazane oddziały, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian?”

Ad. 7. Tak

8. dot. pakietu nr: 23, 24, 25, 26 i 27

Czy zamawiający wymaga aby pozycjonery były wykonane z wiskoelastomeru, który nie zawierał silikonu, lateksu i plastifikatorów oraz spełniał wymagania jak poniżej: Rodzaj materiału: wiskoelastomer, rozciągliwość:1000%-wg metody ASTM D412-98a, pamięć kształtu:100%-wg metody ASTM D- 395-97 (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22godzin- substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy). Parametry potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych z zastosowaniem metod: ASTM D 412-98a, ASTM D 395-97 lub równoważne; redukuje siły ścinające. Gwarancja zachowania parametrów 24 miesiące. Ponadto posiada unikalną skórkę wytrzymałą na rozciąganie oraz o wysokich parametrach rozciągliwości.

Ad. 8. Dopuszcza, ale nie wymaga.

9. Dot. Pakietu nr: 23, 24, 25, 26 i 27

Mając na uwadze import bezpośredni od producenta z USA pozycjonerów przeciwoślężynowych oferowanych dla zadania 23, 24, 25, 26 i 27, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy ww. pozycjonerów do 8 tygodni?

Ad. 9. Tak. Tym samym Zamawiający zmienia wymóg odnośnie kryterium oceny ofert (opisany w pkt. 14 ppkt. 1.2 SIWZ) w zakresie pakietu Nr 23, 24, 25, 26, 27, 35.

10. Dot Pakietu nr 24 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner p/ odślężynowy do zabiegów w pozycji na boku, z zagłębieniem na rękę o wymiarach: 71.1 x 49.5 x 15.2 x 2.5cm;

Ad. 10. Tak

11. Dot. Pakietu Nr 27 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści półwałek z wiskoelastomeru o wymiarach: 25,5 x 7,5 x 7,5 cm poz. 3.

Ad. 11. Tak

12. Dot. Pakietu Nr 27 poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści półwałek z wiskoelastomeru o wymiarach: 31,8 x 11,1 x 8,6cm?

Ad. 12 Tak

13. Dot. Pakietu Nr 27 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści półwałek z wiskoelastomeru o wymiarach: 41,9 x 11,1 x 8,6 Cm?

Ad. 13. Tak

14. Dot. pakietów 23, 24, 25, 26, 27

Mając na względzie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), niniejszym zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy w przypadku jeżeli zaoferowany wyrób (pozycjonery żelowe), nie będzie wypełniał delegacji art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), ze względu na fakt, że wytwórca dokonał takowej kwalifikacji, koniecznym będzie złożenie oświadczenia wykonawcy o powyższym?

Ad. 14. Zamawiający zgodnie z pkt. 6.6 ppkt. 1 SIWZ wymagał cyt. „, Dokumenty

dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876) - jeżeli dotyczy danego asortymentu”.

Jeżeli nie dotyczy w/w asortymentu w zakresie wskazanych pakietów Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia powyższego.

15. dot. Pakietu 33 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie zestawu do cholecystektomii laparoskopowej serwety wykonanej z laminatu o wytrzymałości na rozerwanie na mokro/sucho min. 190kPa i odporności na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho min. 104N. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Ad. 15. Tak.

16. Dotyczy pakietu nr 3,6,4,13.

Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub

rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim.

Ad. 16. Zamawiający dopuszcza oznakowanie opakowania zbiorczego w języku angielskim pod warunkiem, że instrukcja użytkowania będzie w języku polskim.

17. Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach: 3,5,6,7,8,10,11,13,15,16,17,19,20,21,22 nić 75 cm, w miejsce 70cm. Pozostałe parametry bez zmian

Ad. 17. Tak, zgodnie z treścią pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ.

18. Dotyczy pakietu nr 6

Czy w pozycji nr 12 Zamawiający dopuści nić 90cm.

Ad. 18. Tak, zgodnie z treścią pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ.

19. Dotyczy pakietu nr 6

Czy w pozycji nr 24 Zamawiający dopuści podwiązki pakowane 3szt/saszetkę lub 12 szt/saszetkę z odpowiednim przeliczeniem saszetek.

Ad. 19. Nie

20. Dotyczy pakietu nr 6

Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści nić 75cm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 20. Tak, zgodnie z treścią pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ.

21. Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści nici o następujących parametrach: Multifilament, pleciony z 100% kwasy poliglikolowego. Powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Okres całkowitego wchłaniania: 60-90 dni.

Ad. 21. Nie

22. Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści nici o następujących parametrach: Multifilament, pleciony z poli(glikolid-co-L-laktydu) (90/10) powlekany mieszanina poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynianem wapnia. Czas podtrzymania tkankowego wynosi: 14 dni po implantacji 75 %; 21 dni po implantacji 50 %. Okres całkowitego wchłaniania w ciągu 56-70 dni.

Ad. 22. Nie

23. Dotyczy pakietu nr 13

Czy w pozycji nr 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,,13,14,15,16,17 Zamawiający dopuści nie 75 cm w?

Ad. 23. Tak zgodnie z treścią pkt 3 ppkt. 3 SIWZ

24. Dot. Zadania nr 18, pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

W związku z tym, że zamawiający oczekuje potwierdzenia bakteriobójczości w badaniach in vitro oraz in vivo (Badania in vitro posiada większość wykonawców wobec czego zamawiający może otrzymać więcej ofert w konkurencyjnych cenach), zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli również badaniami klinicznymi in vivo.

Jakość asortymentu z badaniami in vitro jest na takim samym poziomie jaki oczekuje Zamawiający.

Ad. 24. Nie.

25. Dot. Zadania nr 18, pozycja 4,

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,6x2,6 cm?

Ad. 25. Tak

26. Dot. Zadania nr 18, pozycja 5,

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 7,6x10 cm?

Ad. 26. Tak

27. Dot. Zadania nr 18, pozycja 9, 10

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 9, 10 i utworzy z nich oddzielne zadanie?

Ad. 27. Nie

28. Dot. Zadania nr 18, pozycja 11,12

Czy Zamawiający dopuści czas wchłaniania 3-5 tygodni?

Ad. 28. Nie

29. Dot. Zadania nr 18, pozycja 13,

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,5 x 5 cm?

Ad. 29. Tak

30. Dot. Zadania nr 18, pozycja 14,

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10,2 x 5,1 cm?

Ad. 30. Tak

31. Dot. Zadania nr 16

Czy zamawiający dopuści wagę listka 2,5 g.?

Ad. 31. Tak

32. dot. pakietu Nr 24 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera p/odleżynowego do zabiegów w pozycji na boku, z zagłębieniem na rękę, wykonanego z żelu silikonowego i lekkiej pianki, co sprawia, że pozycjoner jest lżejszy od silikonowego i zachowuje te same, przeciwoleżynowe właściwości.

Ad. 32. Nie

33. dot. pakietu Nr 24 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie wałka przeciwoleżynowego pod kolana, wykonanego z żelu silikonowego i lekkiej pianki, co sprawia, że pozycjoner jest lżejszy od silikonowego i zachowuje te same, przeciwoleżynowe właściwości, o wymiarach 35 x 15 x 7,5 cm

Ad. 33. Nie

34. dot. pakietu Nr 24 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie podkładki przeciwoleżynowej pod twarz, do ułożenia pacjenta na brzuchu, posiadającą wycięcie na rurkę intubacyjną, wykonaną z żelu silikonowego i lekkiej pianki, co sprawia, że pozycjoner jest lżejszy od silikonowego i zachowuje te same, przeciwoleżynowe właściwości, o wymiarach 28 x 24 x 14 cm

Ad. 34. Nie

35. dot. pakietu Nr 24 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie podkładki przeciwoleżynowej pod twarz, do ułożenia pacjenta na brzuchu, posiadającą wycięcie na rurkę intubacyjną, wykonaną z żelu silikonowego i lekkiej pianki, co sprawia, że pozycjoner jest lżejszy od silikonowego i zachowuje te same, przeciwoleżynowe właściwości, o wymiarach 27,3 x 22 x 13,5 cm

Ad. 35. Nie

36. dot. pakietu Nr 24 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zestawu naprawczego do pozycjonerów, składającego się z 5 plastrów o wymiarach 18 x 10 cm

Ad. 36. Tak

37. dot. pakietu Nr 25 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie poduszki w kształcie podkowy dla dorosłych, z wypełnieniem o wymiarach 200 x 50 mm

Ad. 37. Tak

38. dot. pakietu Nr 26

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje pozycjonerów profilowanych, wielorazowego użytku, przeciwoślizgowych, do ochrony pięt wykonanych z żelu silikonowego pokrytego poliuretanem, czy wykonanych z medycznego elastomeru silikonowego?

Ad. 38. Zamawiający oczekuje pozycjonerów nie pokrytych poliuretanem.

39. dot. Pakietu Nr 27 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera głowy i szyi o wymiarach 264 x 220 x 64 mm

Ad. 39. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów

40. dot. pakietu Nr 9 poz. 3

Czy w Pakiecie nr 9 poz. 3 Zamawiający dopuści nici 8/0 z dwoma igłami o dł. 6,5mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Ad. 40. Tak

41. dot. pakietu Nr 10 poz. 3

Czy w Pakiecie nr 10 poz. 3 Zamawiający dopuści nici 5/0 z jedną igłą o dł. 13mm odwrotnie tnącą, pozostałe wymagania bez zmian?

Ad. 41. Tak

42. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 18 Pozycji 1 dopuści zaopatrzenie równoważnego pod względem hemostatycznym opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci wielowarstwowego włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania do 8 dni. Udokumentowane działanie bakteriobójcze także na szczepy: *Bacteroides fragilis*, oraz grzybobójcze na rodzaj *Candida albicans*. Rozmiar 2,5x5mm.

Ad. 42. Nie

43. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 18 Pozycji 2 dopuści zaopatrzenie równoważnego pod względem hemostatycznym opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci wielowarstwowego włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania do 8 dni. Udokumentowane działanie bakteriobójcze także na szczepy: *Bacteroides fragilis*, oraz grzybobójcze na rodzaj *Candida albicans*. Rozmiar 5x10mm.

Ad. 43. Nie

44. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 18 Pozycji 3 dopuści zaopatrzenie równoważnego pod względem hemostatycznym opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci wielowarstwowego włókniny o pH 2,7-3,5. Czas

wchłaniania do 8 dni. Udokumentowane działanie bakteriobójcze także na szczepy: *Bacteroides fragilis*, oraz grzybobójcze na rodzaj *Candida Ablicans*. Rozmiar 10x10mm.

Ad. 44. Nie

45. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie 18 Pozycji 6 dopuści zaoferowanie równoważnego pod względem hemostatycznym opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci rzadko tkanej włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania do 8 dni. Udokumentowane działanie bakteriobójcze także na szczepy: *Bacteroides fragilis*, oraz grzybobójcze na rodzaj *Candida Ablicans*. Rozmiar 35x5mm.

Ad. 45. Nie

46. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający w pakiecie 18 Pozycji 7 dopuści zaoferowanie równoważnego pod względem hemostatycznym opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci rzadko tkanej włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania do 8 dni. Udokumentowane działanie bakteriobójcze także na szczepy: *Bacteroides fragilis*, oraz grzybobójcze na rodzaj *Candida Ablicans*. Rozmiar 5x75mm.

Ad. 46. Nie

47. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 8

Czy Zamawiający w pakiecie 18 Pozycji 8 dopuści zaoferowanie równoważnego pod względem hemostatycznym opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci rzadko tkanej włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania do 8 dni. Udokumentowane działanie bakteriobójcze także na szczepy: *Bacteroides fragilis*, oraz grzybobójcze na rodzaj *Candida Ablicans*. Rozmiar 1,5x5mm.

Ad. 47. Nie

48. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 10

Biorąc pod uwagę skuteczną możliwość usunięcia nadmiaru hemostatyku, co w efekcie skutkuje zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa o raz szerszym spectrum stosowania – Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycji 10 dopuści zaoferowanie materiału hemostatycznego: Matryca hemostatyczna o pojemności 5 ml zawierająca w zestawie 1 strzykawkę o pojemności 5ml z matrycą żelatynową, 1 strzykawkę o pojemności 5ml do przygotowania matrycy wyposażoną w zintegrowane żeńskie złącze luer, 2 końcówki aplikatora, 1 końcówkę plastyczną z pamięcią kształtu, 1 fiolkę trombiny (ludzkiej) 2500 j.m., 1 bezigłowy łącznik fiolki, 1 ampułkę z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5ml. Preparat biozgodny ulegający resorpcji w ciągu 6-8 tygodni; czas gotowości w do użycia do 8 godzin po zmieszaniu. Objętość gotowego preparatu 5ml; Opakowanie zawiera 6 sztuk

Ad. 48. Nie

49. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 13

Czy Zamawiający w pakiecie 18 Pozycji 13 dopuści zaoferowanie równoważnego pod względem hemostatycznym opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci nierozwarstwialnej, strukturalnej nieutkanej

włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania do 8 dni. Udokumentowane działanie bakteriobójcze także na szczepy: Bacteroides fragilis, oraz grzybobójcze na rodzaj Candida Ablicans. Rozmiar 2,5x5mm.

Ad. 49. Nie

50. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 14

Czy Zamawiający w pakiecie 18 Pozycji 14 dopuści zaoferowanie równoważnego pod względem hemostatycznym opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci nierozwarstwialnej, strukturalnej nieutkanej włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania do 8 dni. Udokumentowane działanie bakteriobójcze także na szczepy: Bacteroides fragilis, oraz grzybobójcze na rodzaj Candida Ablicans. Rozmiar 10x5mm.

Ad. 50. Nie

51. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 15

Czy Zamawiający w pakiecie 18 Pozycji 15 dopuści zaoferowanie równoważnego pod względem hemostatycznym opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci nierozwarstwialnej, strukturalnej nieutkanej włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania do 8 dni. Udokumentowane działanie bakteriobójcze także na szczepy: Bacteroides fragilis, oraz grzybobójcze na rodzaj Candida Ablicans. Rozmiar 10x10mm.

Ad. 51. Nie

52. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie do osobnego Pakietu pozycji 1,2,3,6,7,8,10,13,14,15; co zapewni moliwość zaoferowania konkurencyjnej oferty pod względem finansowym. W naszej ocenie do obecnego pakietu może przystąpić jeden oferent co kłóci się z zasadą konkurencyjności. Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Uzasadnienie:

Dopuszczenie w/w materiału podniesie konkurencyjność składanych ofert, co pozwoli na możliwość wyboru najlepszej w aspekcie merytorycznym a także na zyskanie realnych oszczędności z zachowaniem najwyższej skuteczności hemostatycznej.

Jedyną i faktyczną przyczyną działania bakteriobójczego także na szczepy MRSA,MRSE,VRE,PRSP – jest udokumentowane pH 2,7-3,5 które posiada zaoferowany produkt hemostatyczny i jako taki jest równoważny z produktami posiadającymi dodatkowo potwierdzone ow działanie badaniami klinicznymi in vivo i in vitro. Dodatkowe potwierdzenie działania biobójczego dla zaproponowanego produktu hemostatycznego jest badanie in vitro będące faktycznym potwierdzeniem powyższej cechy.

Ad. 52. Nie

53. dot. Pakietu 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego składu i parametrów zestawu do cesarskiego cięcia, zgodnego z SIWZ, z niewielkimi różnicami:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz otworem 27 x 33 cm posiadająca okno otoczone folią chirurgiczną 14 x 20 cm;
- 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm;
- 1 x ręcznik celulozowy ma wymiar 30 x 40 cm;
- 10 x chusta z gazy z chipem RTG ma wymiar 40 x 40 cm, gdyż została poddana wstępnemu praniu;
- 1 x zacisk plastikowy do pępowiny długość min. 53 mm;
- 2 x miska plastikowa 500 ml;
- 20 x tupfer miękkie z gazy RTG ma wykrój 44,5 x 44,5 cm;
- 1 x nożyczki do przecięcia pępowiny tępo/ tępe mają długość 16,5 cm.

Ad. 53. Tak

54. dot. Pakietu Nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, z następującymi różnicami:

- 1 x serweta na stół narzędziowy ma wymiar 150 x 190 cm (owinięcie);
- 1 x serweta na stół Mayo ma wymiar 80 x 145 cm;
- 1 x serweta do laparoskopii 260x310 cm z obłożeniem ramion stołu, samoprzylepnym otworem 28 x 32 cm, ze wzmocnieniem 50 x 60 cm wokół otworu, ze zintegrowanymi nogawicami, ze zintegrowanymi 8 otworami do organizacji przewodów i drenów. W miejscu wzmocnienia serweta posiada trzy warstwy o łącznej gramaturze 109,5 g/m², na pozostałej powierzchni serweta zbudowana jest z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen i polietylen) 57,5 g/m². Odporność na przenikanie płynów powyżej 125 cm H₂O, pozostałe odporności powyżej wymaganych. Wszystkie serwety bez zawartości celulozy, lateksu i wiskozy. Dodatkowo zestaw posiada w składzie 2 x ręcznik do wycierania rąk. Opakowanie papierowo- foliowe z wyraźnym zaznaczeniem kierunku otwierania. Na etykiecie głównej nazwa zestawu, skład i wymiary poszczególnych składowych, nr katalogowy REF, nr LOT, data produkcji i data ważności oraz nazwa producenta. 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające: numer katalogowy REF, numer LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Ad. 54. Tak

55. dot. pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 sterylny szew chirurgiczny, syntetyczny, wchłaniający, jednowłóknowy monofilament, fioletowy lub niebarwiony, wykonany z poliglekapronu 25, podtrzymanie tkankowe po 7 dniach 55 %, po 14 dniach ponad 25 %, o średnim terminie wchłaniania 90 - 120 dni ?

Ad. 55. Nie

56. dot. pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 igłę okrągłą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 56. Nie

57. dot. pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 7 igłę okrągłą o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 57. Nie

58. dot. pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 wyłączenie do innego pakietu pozycji nr 7, co umożliwi uzyskanie większej ilości ofert i wybór najkorzystniejszej zarówno pod kątem jakości jak i ceny ?

Ad. 58. Nie

59. dot. pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 8 igłę okrągłą niewzmocnioną, lecz wykonaną z najwyższej jakości stali: A300 o doskonałych parametrach pod względem wytrzymałości i doskonałym pasażu przez tkankę ?

Ad. 59. Nie

60. dot. pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 9 igłę odwrotnie tnąca kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem ExtraCut, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 60. Tak

61. dot. pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 szew powlekany silikonem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 61. Nie

62. dot. pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 szew syntetyczny, poliestrowy, niewchłaniający, pleciony, powlekany silikonem, nici pojedynczo pakowane z przeliczeniem ilości wymaganych w przetargu (czyli 1000 szt. saszetek 1x75 cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 62. Nie

63. dot. pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 szew syntetyczny, poliestrowy, niewchłaniający, pleciony, powlekany silikonem, nici pojedynczo pakowane z przeliczeniem ilości wymaganych w przetargu (czyli 1000 szt. saszetek 1x75 cm), ze wzmocnioną igłą typu „Heavy Body”, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 63. Nie

64. dot. pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 2 szew poliestrowy powlekany silikonem, pakowany pojedynczo, z przeliczeniem ilości wymaganych w przetargu (czyli 2000 saszetek 1 x 75cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 64. Nie

65. dot. pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 wyłączenie do innego pakietu pozycji nr 4, co umożliwi uzyskania większej ilości ofert i wybór najkorzystniejszej ?

Ad. 65. Nie

66. dot. pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 5 igłę okrągłą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 66. Tak

67. dot. pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 6 nić o długości 250 cm pakowaną pojedynczo, z przeliczeniem ilości wymaganych w zamówieniu i w przypadku odpowiedzi pozytywnej czy Zamawiający zgadza się na 4000 saszetek czy 4800 ?

Ad. 67. Nie

68. dot. pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 7 igłę okrągłą tnącą o długości 18 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 68. Tak

69. dot. pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 8 igłę o długości 18 mm, pledget z PTFE 3x5x1,5 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 69. Nie

70. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 i 2 igłę odwrotnie tnącą (nie kosmetyczną), pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 70. Nie

71. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 3 igłę o długości 18 lub 20 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 71. Tak zgodnie z zapisem pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ

72. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 4 igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 72. Tak zgodnie z zapisem pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ

73. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 igłę o długości 18 lub 20 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 73 Tak zgodnie z zapisem pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ

74. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 6 igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 74. Tak zgodnie z zapisem pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ

75. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 7 igłę o długości 35 lub 40 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 75. Tak

76. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 8 igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 76. Tak zgodnie z zapisem pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ

77. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 10 igłę o długości 60 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 77. Nie

78. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 12 igłę tnącą, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad. 78. Nie

79. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 12 nic o grubości 1, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad. 79. Nie

80. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 wyłączenie do innego pakietu pozycji nr 14, co umożliwi uzyskania większej ilości ofert i wybór najkorzystniejszej ?

Ad. 80. Nie

81. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 szew syntetyczny, monofilament, z polidiodksanonu bez czynnika antybakteryjnego, o terminie wchłaniania 180-210 dni ?

Ad. 81. Nie

82. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 igłę o krzywiznie 3/8 i/lub 1/2 koła, a w pozycji nr 2 igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 82. Nie

83. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 3 igłę klasyczną, konwencjonalnie tnącą o długości 18 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 83. Nie

84. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 4 igłę okrągłą podwójną czarną o długości 22 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad. 84. Nie

85. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 4 igłę okrągłą podwójną czarną o długości 17 mm i krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 85. Nie

86. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 5 igłę okrągłą, niewzmocnioną, lecz wykonaną z najwyższej jakości stali A300 o doskonałych parametrach pod względem wytrzymałości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 86. Nie

87. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 6 igłę tnącą o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 87. Nie

88. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 7 igłę okrągłą, niewzmocnioną, lecz wykonaną z najwyższej jakości stali A300 o doskonałych paramaterach pod względem wytrzymałości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 88. Nie

88A. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 8 igłę okrągłą lub tnącą i nić o długości 70 cm, pozostałe paraetry zgodne z SIWZ ?

Ad. 88A. Nie

89. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 9 igłę okrągłą, niewzmocnioną, lecz wykonaną z najwyższej jakości stali A300 o doskonałych parametrach pod względem wytrzymałości i nić o długości 70 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 89. Nie

90. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, bez czynnika antybakteryjnego, sterylny, plecionka, , w składzie: kopolimer złożony z 90% i 10% glikolidu i L-laktydu, pokryte kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia, podtrzymanie tkankowe po dwóch tygodniach 65, ponad 40% po trzech tygodniach, czas wchłaniania 56-70 dni ?

Ad. 90. Nie

91. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycjach 18-27 nić o długości 150 cm, pakowaną pojedynczo z przeliczeniem ilości wymaganych w przetargu i w przypadku pozytywnej odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 18 : 1200 szt czy 2000 szt, w pozycji nr 19: 2400 czy 4000 szt, w pozycji nr 20, 21, 22 : 1500 czy 2500 szt, w pozycji nr 23,24,25,26 : 3000 szt, w pozycji nr 27 : 3000 czy 1500 szt, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 91. Nie

92. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 1 nić o długości 75 cm, igłę o długości 22 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 92. Nie

93. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 1 nić o długości 75 cm, igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 93. Nie

94. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 2 nić o długości 75 cm i igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 94. Tak, podaną długość nici należy traktować jako wymiar minimalny. Patrz pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ

95. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 3 igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 95. Nie

96. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 4,5,6,9,10,13, nić o długości 75 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 96. Tak, podaną długość nici należy traktować jako wymiar minimalny. Patrz pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ

97. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 7 nić o długości 75 cm, igłę o długości 22 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 97. Nie

98. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 7 nić o długości 75 cm, igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 98. Nie

99. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 8 nić o długości 75 cm, igłę okrągłą klasyczną o długości 32 mm i krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 99. Nie

100. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 wyłączenie do innego pakietu pozycji nr 8, aby otrzymać więcej konkurencyjnych ofert i wybór najkorzystniejszej ?

Ad. 100. Nie

101. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 11 nić o długości 75 cm, igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 101. Nie

102. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 12 nić o długości 75 cm, igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 102. Nie

103. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 14 igłę bez dodatkowego wzmocnienia, ale wykonaną z najwyższej jakości stali A300 o doskonałych parametrach pod względem wytrzymałości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 103. Nie

104. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 15 nić o długości 90 cm, igłę okrągłą o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ lub wyłączy pozycję do innego pakietu ?

Ad. 104. Nie

105. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 16 i 17 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 105. Tak, podaną długość nici należy traktować jako wymiar minimalny. Patrz pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ

106. dot. pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 szew syntetyczny, składający się z homopolimerów kwasu glikolowego, wchłaniający, pleciony, powlekany, podtrzymanie tkankowe po 7 dniach 40 %, o czasie wchłaniania 42 dni ?

Ad. 106. Nie

107. dot. pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 nić o długości 75 cm i igłę odwrotnie tnącą (nie kosmetyczną), pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 107. Nie

108. dot. pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji nr 2 nić o długości 75 cm, igłę okrągłą o długości 26 lub 30 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 108. Tak

109. dot. pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji nr 3 nić o długości 75 cm, igłę tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 109. Tak

110. dot. pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji nr 5 nić o długości 90 cm, igłę odwrotnie tnącą (klasyczną tnącą), pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 110. Nie

111. dot. pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji nr 7 igłę okrągłą o długości 40 mm bez dodatkowego wzmocnienia, lecz wykonaną z najwyższej jakości stali typu A300 o doskonałych parametrach pod względem wytrzymałości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 111. Nie

112. dot. pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji nr 8 igłę bez dodatkowego wzmocnienia, lecz wykonaną z najwyższej jakości stali typu A300 o doskonałych parametrach pod względem wytrzymałości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 112. Nie

113. dot. pakietu Nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 1 podwójną igłę typu szpatułka, o długości 6,4 mm, krzywiznie 3/8 koła, nić o grubości 10/0 i długości 30 cm ?

Ad. 113. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

114. dot. pakietu Nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 2 podwójną igłę typu szpatułka, o długości 6,4 mm, krzywiznie 3/8 koła, nić o grubości 9/0 i długości 30 cm ?

Ad. 114. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

115. dot. pakietu Nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 4 igłę pojedynczą, 3/8 koła, odwrotnie tnącą o długości 12 mm, nić o grubości 6/0 i długości 30 cm ?

Ad. 115. Nie

116. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 szew wielowłóknowy, plecionka, na igle, powlekany mieszaniną złożoną z polikaprolaktonu, stearynianu wapnia i estru kwasu tłuszczowego, syntetyczny składający się z homopolimerów kwasu glikolowego, podtrzymanie tkanowe o 14 dniach 65 %, po 21 40%, czas wchłaniania 60-90dni ?

Ad. 116. Nie

117. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 1 igłę o długości 36 mm, okrągłą bez dodatkowego wzmocnienia lecz z najwyższej jakości stali typu A300 i nie o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 117. Nie

118. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 2 nie o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 118. Tak

119. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 3 igłę o długości 36 mm i nie o długości 75 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 119. Tak, patrz pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ

120. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 wyłączenie do innego pakietu pozycji nr 4, co umożliwi otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert ?

Ad. 120. Nie

121. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 4 igłę bez zakończenia trokarowego, okrągłą, o długości 36 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 121. Nie

122. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 5 igłę o długości 30 mm i nie o długości 75 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 122. Nie

123. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 6,7, nie o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 123. Tak, patrz pkt. 3 pkkt. 3 SIWZ

124. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 8 igłę o długości 36 mm i nie o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 124. Tak, patrz pkt. 3 pkkt. 3 SIWZ

125. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 9 nić o długości 90 cm, igłę bez dodatkowego wzmocnienia, lecz wykonaną z najwyższej jakości stali typu A300 o doskonałych parametrach pod względem wytrzymałości, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad. 125. Nie

126. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 10 nić o długości 75 cm i igłę okrągłą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 126. Tak, patrz pkt. 3 pkkt. 3 SIWZ

127. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 11,12,13,14,15,16,17,19,20 nić o długości 75 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 127. Tak, patrz pkt. 3 pkkt. 3 SIWZ

128. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 18 dopuści igłę bez zakończenia trokarowego, okrągłą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 128. Nie

129. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 wyłączenie do innego pakietu pozycji nr 18 co umożliwi uzyskanie większej ilości ofert i wybór najkorzystniejszej ?

Ad. 129. Nie

130. dot. pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 1 igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 130. Tak

131. dot. pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 2 igłę o długości 20 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 131. Nie

132. dot. pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 3 i 4 igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 132. Tak

133. dot. pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 5 igłę o długości 18 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 133. Tak, patrz pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ

134. dot. pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 wyłączenie do innego pakietu pozycji nr 6, aby otrzymać więcej konkurencyjnych ofert i wybór najkorzystniejszej ?

Ad. 134. Nie

135. dot. pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 7 igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 135. Nie

136. dot. pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 9 igłę o długości 16 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 136. Nie

137. dot. pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 9 igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 137. Nie

138. dot. pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 10 nić o długości 60 cm, pakowną po 15 szt (15x60) z przeliczeniem ilości wymaganych w przetargu i w przypadku pozytywnej odpowiedzi czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę zamiast 50 x 5 - 50 x 15, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad. 138. Nie

139. dot. pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 wyłączenie do innego pakietu pozycji nr 11, aby otrzymać więcej konkurencyjnych ofert i wybór najkorzystniejszej ?

Ad. 139. Nie

140. dot. pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 wyłączenie do innego pakietu pozycji nr 12, aby otrzymać więcej konkurencyjnych ofert i wybór najkorzystniejszej ?

Ad. 140. Nie

141. dot. pakietu Nr 28

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 28 siatkę o rozmiarze:

- a. dla pozycji nr 1: 4,6x10,2 cm
- b. dla pozycji nr 2: 6x13,7 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 141. Tak

142. dot. pakietu Nr 7

Czy w pozycjach 4,5 Zamawiający dopuści długość nici 70cm?

Ad. 142. Tak

143. dot. pakietu Nr 7

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści igłę kosmetyczną 3/8 koła?

Ad. 143. Tak

144. dot. pakietu Nr 7

Czy w pozycji 5 dopuści 3/0?

Ad. 144. Tak

145. dot. pakietu Nr 15

Czy w pozycji nr 6 Zamawiający dopuści igłę 26mm?

Ad. 145. Tak

146. dot. pakietu Nr 20

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści igłę 30mm wzmocnioną?

Ad. 146. Tak

147. dot. Pakietu nr 17, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania biologicznego, wchłanialnego substytutu opony twardej w rozmiarze: 2,5 x 2,5 cm?

Implant posiada dwuwarstwową budowę – jedna warstwa składa się z wysokooczyszczzonego składnika kolagenowego pozyskiwanego z osierdzia wołowego, druga warstwa składa się z wysokooczyszczzonego kolagenu, pozyskiwanego z dwoin bydłych.

Jest to cienki, elastyczny i sprężysty materiał, posiadający doskonałą zdolność do dopasowywania się, może być stosowany w obrębie czaszki jak i kręgosłupa. Posiada dużą wytrzymałość na wyrywanie szwów.

Liofilizowany niskotemperaturowo, pakowany sterylnie, pojedynczo, możliwość implantacji w technice szwowej jak i bezszwowej. Brak możliwości resterylizacji.

Okres przydatności implantu do użycia: 5 lat.

Ad. 147. Nie

148. dot. Pakietu nr 17, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania biologicznego, wchłanialnego substytutu opony twardej w rozmiarze: 5,0 x 5,0 cm?

Implant posiada dwuwarstwową budowę – jedna warstwa składa się z wysokooczyszczzonego składnika kolagenowego pozyskiwanego z osierdzia wołowego, druga warstwa składa się z wysokooczyszczzonego kolagenu, pozyskiwanego z dwoin bydlęcych.

Jest to cienki, elastyczny i sprężysty materiał, posiadający doskonałą zdolność do dopasowywania się, może być stosowany w obrębie czaszki jak i kręgosłupa. Posiada dużą wytrzymałość na wyrywanie szwów.

Liofilizowany niskotemperaturowo, pakowany sterylnie, pojedynczo, możliwość implantacji w technice szwowej jak i bezszwowej. Brak możliwości resterylizacji. Okres przydatności implantu do użycia: 5 lat.

Ad. 148. Nie

149. dot. Pakietu nr 17, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania biologicznego, wchłanialnego substytutu opony twardej w rozmiarze: 10x12,5 cm?

Implant posiada dwuwarstwową budowę – jedna warstwa składa się z wysokooczyszczzonego składnika kolagenowego pozyskiwanego z osierdzia wołowego, druga warstwa składa się z wysokooczyszczzonego kolagenu, pozyskiwanego z dwoin bydlęcych.

Jest to cienki, elastyczny i sprężysty materiał, posiadający doskonałą zdolność do dopasowywania się, może być stosowany w obrębie czaszki jak i kręgosłupa. Posiada dużą wytrzymałość na wyrywanie szwów.

Liofilizowany niskotemperaturowo, pakowany sterylnie, pojedynczo, możliwość implantacji w technice szwowej jak i bezszwowej. Brak możliwości resterylizacji. Okres przydatności implantu do użycia: 5 lat.

Ad. 149. Nie

150. dot. Pakietu nr 19, poz. 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli neurokompresy wykonane ze 100%, 6 - warstwowej bawełny, charakteryzującej się wysoką absorpcją oraz znakomitą elastycznością, w rozmiarze 15x75mm?

Znacznik RTG w postaci kropki lub linii, kontrastująca nitka przywiązana na całej długości lub przyklejona do połowy (do wyboru przez Zamawiającego).

Opakowanie zawiera 300 sztuk wacików (30 saszetek po 10 wacików na blistrze w każdej).

Ad. 150. Oferowany produkt o w/w opisie spełnia wymóg SIWZ.

151. dot. Pakiet nr 19, poz. 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli neurokompresy wykonane ze 100%, 6 - warstwowej bawełny, charakteryzującej się wysoką absorpcją oraz znakomitą elastycznością, w rozmiarze 15x15mm?

Znacznik RTG w postaci kropki lub linii, kontrastująca nitka przywiązana na całej długości lub przyklejona do połowy (do wyboru przez Zamawiającego).
Opakowanie zawiera 300 sztuk wacików (30 saszetek po 10 wacików na blistrze w każdej).

Ad. 151. Oferowany produkt o w/w opisie spełnia wymóg SIWZ.

152. dot. Pakiet nr 19, poz. 3:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli neurokompresy wykonane ze 100%, 6 - warstwowej bawełny, charakteryzującej się wysoką absorpcją oraz znakomitą elastycznością, w rozmiarze 15x150mm?

Znacznik RTG w postaci kropki lub linii, kontrastująca nitka przywiązana na całej długości lub przyklejona do połowy (do wyboru przez Zamawiającego).

Opakowanie zawiera 300 sztuk wacików (30 saszetek po 10 wacików na blistrze w każdej).

Ad. 152. Oferowany produkt o w/w opisie spełnia wymóg SIWZ.

153. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Ad. 153. Nie

154. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 1, 2:

1. Z tytułu nieterminowych dostaw (dot. także utworzenia magazynu depozytowego oraz uzupełnienia depozytu) Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości **0,5 %** wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.**
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości **10%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Ad. 154. Nie

155. dot. Pakietu Nr 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm

1x serweta na stolik MAYO 80x142cm

1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z

otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki. Część serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m²

1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/cm², odporność na penetrację wody min. 46 cm H₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną – na mokro (I_B) – min 4,5. L-120cm

2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/cm², odporność na penetrację wody min. 46 cm H₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną – na mokro (I_B) – min 4,5. XL-140cm

1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm materiał Spunlance

1 x opatrunek z wkładem chłonnym 10x25 cm

20 x kompresy gazowe 10x10cm 12W17N z nitką RTG

5 x serweta laparotomijna 45x70cm 4W20N z nitką RTG, biała

1 x zaciskacz do pępowiny

1 x taca na łóżysko 3000 ml, 31x24x7cm, niebieska

2 x ręcznik papierowy 30x39cm

1 x miska 250 ml, podziałka, niebieska

1 x skalpel z plastikowym trzonkiem rozmiar 23

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795

pakowany sterylnie przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min.

3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Ad. 155. Tak

156. dot. Pakietu Nr 32 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy serweta do cięcia cesarskiego powinna mieć kształt litery T dzięki czemu poprzez wytworzenie obszernego ekranu anestezjologicznego istnieje możliwość zabezpieczenia ramion stołu operacyjnego.

Ad. 156. Dopuszcza, nie wymaga

157. dot. Pakietu Nr 32 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy przez warstwę chłonną w serwecie do cięcia cesarskiego należy rozumieć, że Zamawiający oczekuje serwety wyposażonej we wzmocnienia chłonne w bezpośrednim sąsiedztwie pola operacyjnego oraz na kończynach pacjentki umożliwiającego bezpośrednie odkładanie narzędzi.

Ad. 157. Zamawiający nie precyzuje powyższego.

158. dot. Pakietu Nr 17

W trosce o zapewnienie uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania wykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia w pakiecie nr 17 poz. 1, 2 i 3 produktu równoważnego pod względem zastosowania, który spełnia te same cele lecznicze.

Prosimy o dopuszczenie produktu o nazwie handlowej HEMOPATCH, hemostatyk uszczelniający wskazany do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniacz podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt może być również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. Hemopatch to miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskynoimidylu eteru pentaerytrowego glikolu polietylenowego który w kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi tworzy hydrożel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia powierzchnię tkanki, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantynowego. Hemopatch jest dostępny w rozmiarach 2,7 cm/2,7 cm - 5szt. w opakowaniu, 4,5 cm/9,0 cm - 3 szt. w opakowaniu, 4,5 cm/4,5 cm – 3 szt. w opakowaniu.

Zwracamy się z prośbą o określenie zakresu równoważności.

Uzasadnienie nr 1

Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta, co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Świadczenie zdrowotne po zastosowaniu produktu o nazwie handlowej Hemopatch osiągnie ten sam rezultat przy zastosowaniu opisanego w postępowaniu przetargowym, konkurencyjnego wyrobu. Istotę produktu stanowi jego wskazanie, skuteczność i bezpieczeństwo w stosowaniu i konkurencyjna cena.

Ad. 158. Nie

159. dot. pakietu Nr 28 poz. 1 i 2

Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, ukształtowaną anatomicznie z otworem na powróżek, grubości siatki 0,53 mm, gramaturze 88 g/m², w rozmiarach:

- poz. 1- zgodnym z SIWZ,
- poz. 2- 50 x 110 mm (Zamawiający wymaga 60 x 140 mm)?

Ad. 159. Nie

160. dot. pakietu Nr 28

W razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w pakiecie nr 28, prosimy o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Ad. 160. Nie

161. dot. wzoru umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad. 161. Tak

162. dot. wzoru umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Ad. 162. Zamawiający dopuszcza zastąpienie produktu tylko w przypadku opisanym w §5 ust. 7 c.

163. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Ad. 163. Nie

164. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby kara naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia?

Ad. 164. Nie

165. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Ad. 165. Nie

166. dot. wzoru umowy

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §5 ust.7 pkt c) projektu umowy)?

Ad. 166. Zamawiający dopuszcza zastąpienie produktu tylko w przypadku opisanym w §5 ust. 7 c.

167. dot. wzoru umowy

Dot. §7 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Ad. 167. Nie

168. dot. wzoru umowy

Dot. §7 pkt 2 projektu umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za rozwiązanie umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Ad. 168. Nie

169. dot. wzoru umowy

Dot. treści §7 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Ad. 169. Nie

170. dot. Pakietu nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną **z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)**, oferującą zwiększoną ostrość igły, a zarazem minimalizację uszkodzenia tkanki, nie posiadającą określenia „dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 170. Nie

171. dot. Pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 171. Nie

172. dot. Pakietu Nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną **z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)**, oferującą zwiększoną ostrość igły, a zarazem minimalizację uszkodzenia tkanki, nie posiadającą określenia „dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 172. Nie

173. dot. Pakietu nr 5, poz. 3, 12, 18, 19

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 173. Nie

174. dot. Pakietu nr 5 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą standardową bez określenia „rozwartstwiająca”?

Ad. 174. Nie

175. dot. Pakietu nr 5 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 175. Nie

176. dot. Pakietu nr 5 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 27 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 176. Nie

177. dot. Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną **z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)**, oferującą zwiększoną ostrość igły, a zarazem minimalizację uszkodzenia tkanki, nie posiadającą określenia „dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 177. Nie

178. dot. Pakietu nr 6, poz. 15-17

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 178. Nie

179. dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 179. Nie

180. dot. Pakietu nr 15, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą nie odłączaną? W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji 6 do osobnego pakietu.

Ad. 180. Nie

181. dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby szwy pochodziły od jednego producenta i dopuści aby szwy oferowane w obrębie zadania pochodziły od jednego podmiotu odpowiedzialnego za dystrybucję na terenie kraju?

Ad. 181. Nie

182. dot. Pakietu 3, 6, 13

Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania zbiorcze zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów oznakowanych na saszetce i opakowaniu zbiorczym w języku angielskim oraz za pomocą symboli zharmonizowanych: symboli graficznych do oznaczania wyrobów medycznych? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim.

Ad. 182. Zamawiający dopuszcza oznakowanie opakowania zbiorczego w języku angielskim pod warunkiem, że instrukcja użytkowania będzie w języku polskim.

183. dot. Pakietu 3, 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w opakowanie podwójne, pojedynczo sterylne: wewnętrzne opakowanie kartonik, zewnętrzne folia-papier? Na kartoniku wewnętrznym umieszczony opis parametrów szwu oraz kod kreskowy?

Ad. 183. Nie

184. dot. Pakietu 3, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów ze standardową igłą odwrótnie tnącą bez opisu „kosmetyczna”?

Ad. 184. Tak

185. dot. Pakietu 3, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 45cm?

Ad. 185. Nie

186. dot. Pakietu 3, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 186. Tak

187. dot. Pakietu 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 187. Tak

188. dot. Pakietu 3, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 39mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 188. Tak

189. dot. Pakietu 3, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 60mm z nitką 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 189. Nie

190. dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści szew wielowłóknowy pleciony na igle wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, termin wchłaniania 60-90 dni, o profilu podtrzymywania 70% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach, 20% po 4 tygodniach?

Ad. 190. Nie

191. dot. Pakietu 13, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm?

Ad. 191. Tak

192. dot. Pakietu 13, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Ad. 192. Tak

193. dot. Pakietu 13, poz. 13,15

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20mm?

Ad. 193. Nie

194. dot. Pakietu 13, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej?

Ad. 194. Nie

195. dot. Pakietu 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści воск kostny w kształcie walca o wadze 2,5 g o składzie 80% mieszanina wosków pszczelich, 20% palmitynian izopropylowy?

Ad. 195. Tak

196. dot. pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 zaoferowanie szwu o terminie wchłaniania 90 – 110 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 196. Tak

197. dot. pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 w zaoferowanie szwu powlekanego silikonem, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 197. Nie

198. dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 w poz. 1 igłę 48mm oraz w poz. 3 40mm oraz w poz. 7 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 198. Nie

199. dot. pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 zaoferowanie szwu podkładek 3x5x1.5mm oraz igły 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 199. Nie

200. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 4 nici chirurgiczne wchłanialne, niepowlekane, syntetyczne, monofilamentowe, wykonane z poliglikonatu dającego wyjątkową wytrzymałość węzła oraz zminimalizowaną pamięć opakowania, o czasie wchłaniania do 180 dni i podtrzymaniu tkankowym 70% po 14 dniach, co stanowi nie mocniejszą od wymaganej?

Czy Zamawiający dopuszcza w tym pakiecie nici bez pokrycia Triclosanem? Zgodnie z najnowszym piśmiennictwem w tym zakresie nie ma żadnej różnicy czy materiał szewny będzie pokryty Triclosanem czy też nie. W dostępnych publikacjach: "Triclosan-Impregnated Sutures to Decrease Surgical Site Infections Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials Wai Keat Chang, MBChB, Sanket Srinivasa, MBChB, Randall Morton, FRACS, and Andrew G. Hill, MD, FRACS, FACS" "Effectiveness of triclosan-coated PDS Plus versus uncoated PDS II sutures for prevention of surgical site infection after abdominal wall closure: the randomised controlled PROUD trial" nie wykazano, że nici pokryte Triclosanem mają wpływ na szybsze gojenie się rany oraz że nici zawierające pokrycie antybakteryjne przyczynia się do zmniejszenia zakażenia rany.

Ad. 200. Nie

201. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 zaoferowanie igieł bez określenia dwuwkłęśła, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 201. Nie

202. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 zaoferowanie igieł bez określenia

rozwarstwiająca czarna, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 202. Nie

203. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 w poz. 6 i 8 zaoferowanie igieł 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 203. Nie

204. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 5 zaoferowanie szwu syntetycznego, plecionego, powlekanego stearynianem wapnia, kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego, wchłaniany w 56 – 70 dni, podtrzymanie węzła 80% po 14 dniach? Jest to szew o lepszych parametrach podtrzymania węzła oraz początkowej siły 140% wg. Normy USP. Szew posiada cechy zwiększające stabilność w imadle - spłaszczenie w części imadłowej, bez opisu „wzdłużne rowkowanie w igłach o długości powyżej 17mm”? Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 5 nici bez pokrycia Triclosanem - czynnik antybakteryjny? Zgodnie z najnowszym piśmiennictwem w tym zakresie nie ma żadnej różnicy czy materiał szewny będzie pokryty Triclosanem czy też nie. W dostępnych publikacjach: “Triclosan-Impregnated Sutures to Decrease Surgical Site Infections Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials Wai Keat Chang, MBChB, Sanket Srinivasa, MBChB, Randall Morton, FRACS, and Andrew G. Hill, MD, FRACS, FACS” “Effectiveness of triclosan-coated PDS Plus versus uncoated PDS II sutures for prevention of surgical site infection after abdominal wall closure: the randomised controlled PROUD trial” nie wykazano, że nici pokryte Triclosanem mają wpływ na szybsze gojenie się rany oraz, że nici posiadające pokrycie antybakteryjne przyczynia się do zmniejszenia zakażenia rany.

Ad. 204. Nie

205. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 zaoferowanie igieł bez określenia dwuwkłęsa, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 205. Nie

206. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 zaoferowanie igieł bez określenia rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 206. Nie

207. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 w poz. 3 zaoferowanie igły okrągłej, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 207. Nie

208. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 w poz. 12 zaoferowanie igły 37mm, w poz. 17 igły 48mm, w poz. 32 igły 26mm, w poz. 33, 34 igły 37mm, w poz. 35 igły 27mm, w poz. 36 nici o grubości 0, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 208. Nie

209. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 w poz. 20, 21, 22 zaoferowanie nici 3 x 75 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanych ilości, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 209. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

210. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 w poz. 24 zaoferowanie nici 3 x 45, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 210. Tak

211. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 w poz. 29 zaoferowanie nici 3 x 45 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanych ilości, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 211. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

212. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 w poz. 30, 31 zaoferowanie nici 3 x 75 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanych ilości, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 212. Nie

213. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w poz. 18-22 zaoferowanie podwiązek o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 213. Tak zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ

214. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 zaoferowanie nici o długości 75 cm wszędzie tam gdzie Zamawiający wymaga długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 214. Tak zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ

215. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 5 poz. 16 zaoferowanie igły 32mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 215. Nie