

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

Załącznik nr 1A do SIWZ - parametry techniczne oceniane

System jednorazowy, sterylny do implantacji drogą załonową „od dołu” w kierunku od cewki ku górze spojenia łonowego

Lp.	Ogólne wymagania zestawu		
I.	Wymagany rodzaj zestawu: <u>jednorazowy, sterylny</u>		
II.	Parametry oceniane	wartość punktowa parametru	Odpowiedź Wykonawcy - TAK potwierdzająca wartość oferowanego parametru.
1.	Parametry igieł		
1.1	grubość igieł	od 2,8mm do 3 mm	TAK 20 pkt.
		Inna grubość	TAK 0 pkt.
1.2	kształt igieł	igły wygięte łukowato	TAK 20 pkt.
		inny kształt	TAK 0 pkt.
2	Parametry taśmy		
2.1	długość taśmy	48cm - 50 cm	TAK 20 pkt.
		40cm -47 cm	TAK 5 pkt.
Łączna maksymalna ilość punktów do uzyskania		60 pkt.	

.....
data, podpis Wykonawcy
lub upoważnionego
przedstawiciela
Wykonawcy