

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę wyposażenia ambulansu dla potrzeb Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 07.02.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie1:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak akumulatorowo – sieciowy model Accuvac Lite, o czasie pracy 45 minut, wydajność ssania ok 26 l/min bez obciążenia, o wadze ok. 5,6 kg, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Ad.1 Zamawiający dopuszcza do postępowania ssak o takich parametrach. Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia Załącznik 1 do zaproszenia

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na odrębne pakiety?

Ad 2. Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie 3

W przypadku braku możliwości złożenia ofert częściowych zwracam się z zapytaniem do Zamawiającego w pozycji nr 1 oraz pozycji nr 2 dopuści możliwość zaoferowania noszy głównych z transporterem o parametrach opisanych w załączniku?

Ad 3 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokiej jakości materaca próżniowego, ortopedycznego dla dorosłych, który jest wielokrotnego użytku, stworzony dla bezpiecznej stabilizacji i transportowania pacjenta w wymaganym położeniu.

Materac wykonany jest z wysokiej jakości tekstyliów pokrytych z obu stron powłoką z PVC. Tworzywo odporne na środki myjące i dezynfekcyjne. Wypełnienie umieszczone jest w specjalnych 12 komorach, aby uniemożliwić przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta. Konstrukcja oparta o niezależne komory uniemożliwia załamywanie się usztywnionego materaca podczas podnoszenia chorego.

Dodatkowa podpinana podłoga pozwala na użytkowanie w bardzo trudnych warunkach terenowych.

Plastikowe wzmocnienie umieszczone w części biodrowej umożliwia obniżenie pojemności/przepustowości wypełnienia i całkowitej wagi, gdy istnieje taka możliwość.

Część materaca stanowi ochronne podłoże mocno przytwierdzone do materaca. Podłoże wyposażone jest w 8 uchwytów i 3 pasy.

Właściwości:

- Ø Odpowiedni dla każdego kształtu ciała pacjenta
- Ø Konstrukcja komorowa- zwiększa bezpieczeństwo podczas transportu oraz zapewnia właściwe unieruchomienie poszkodowanego
- Ø Łatwy i szybki w użyciu,
- Ø Przenikalny dla promieni X
- Ø Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji
- Ø Stosowany w szerokiej skali temperatur
- Ø Doskonała izolacja termiczna
- Ø Mała waga

Parametry techniczne:

- Ø Wymiary: 200x85cm

W zestawie:

- Ø Pompka do materaca
- Ø Dodatkowa wzmacniana odpinana podłoga
- Ø Torba do przechowywania materaca
- Ø Zestaw naprawczy z łatami i klejem

Ad.4 Zamawiający dopuszcza do postępowania materac o takich parametrach. Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia Załącznik 1 do zaproszenia.

Pytanie 5

dotyczy worka do resuscytacji dla dzieci –

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka do resuscytacji dla dzieci z podwójną ścianą nie posiadającego uchwytu (paska), który spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego. Worki resuscytacyjne z podwójną ścianą przeznaczone do resuscytacji dzieci nie posiadają uchwytu (paska).

Ad.5 Zamawiający dopuści do postępowania zmiany w załączniku nr 1 do zaproszenia