

Znak sprawy 8/2018

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 13.02.2018 r. na dostawę preparatów chemicznych do: mycia, dezynfekcji i konserwacji instrumentarium, sprzętu i podłóża oraz dezynsekcji i deratyzacji w 22 pakietach dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu w okresie 18 miesięcy.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ze w dniach 14-19 luty 2018 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści preparat do manualnej dezynfekcji i mycia instrumentarium, na bazie czwartorzędowych związków amonowych, amin, proteazy, bezaldehydowy, o spektrum działania B, Tbc (M.terrae, M. avium), F (C. albicans), V osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV, Herpes simplex), Adeno, Polio w czasie 15 min?

Ad. 1. Tak

2. Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści preparat na bazie czwartorzędowych związków amonowych, amin, enzymu – proteazy, bezaldehydowy, do manualnej dezynfekcji i mycia instrumentarium, o spektrum działania B, Tbc (M.terrae, M. avium), F (C. albicans), V osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV, Herpes simplex), Adeno, Polio w czasie 15 min?

Ad. 2. Nie

3. Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści preparat w proszku do manualnej dezynfekcji i mycia instrumentarium, na bazie nadwęglanu sodu, TAED, enzymów, kwasu organicznego, o spektrum działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV, SARS, Herpes simplex), S (Cl. Difficile, B. subtilis) w czasie 30 min?

Ad. 3. Tak

4. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści preparat do manualnej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych i aparatury medycznej, na bazie alkoholu, bezaldehydowy, bez chloreksydyny, bezbarwny, do szybkiej dezynfekcji, o spektrum działania: B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Herpes simplex, Rota, Noro) w czasie 1 min w opakowaniu 1l ze spryskiwaczem?

Ad. 4. Tak

5. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści preparat do manualnej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych i aparatury medycznej, na bazie alkoholu i czwartorzędowych związków amonowych, amin, bezaldehydowy, bez chloreksydyny, bezbarwny, do szybkiej dezynfekcji, o spektrum działania: B, F (*C. albicans*), Tbc (*M. terrae*), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Herpes simplex, Rota, Adeno) w czasie 1 min w opakowaniu 1l ze spryskiwaczem?

Ad. 5 Nie

6. Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści preparat do dezynfekcji podłoża (dużych powierzchni) na bazie amin, czwartorzędowych związków amonowych, bez związków fenolowych, aldehydów, związków chloru (dichloroizocyjanuranu sodu, podchlorynu sodu, chlorobenzosulfonamidu sodu i chlorotoluenosulfonamidu sodu), o spektrum działania B, F (*C. albicans*), Tbc (*M. terrae*, *M. avium*), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Adeno, Polio) w czasie 15 min?

Ad. 6. Tak

7. Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści preparat do dezynfekcji podłoża (dużych powierzchni) na bazie amin, czwartorzędowych związków amonowych, pochodnej biguanidyny, pochodnej guanidyny, bez związków fenolowych, aldehydów, związków chloru (dichloroizocyjanuranu sodu, podchlorynu sodu, chlorobenzosulfonamidu sodu i chlorotoluenosulfonamidu sodu), o spektrum działania B, F (*C. albicans*), Tbc (*M. terrae*, *M. avium*), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV, Herpes simplex) w czasie 15 min?

Ad. 7. Tak

8. Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści preparat do dezynfekcji podłoża (dużych powierzchni) o spektrum B, F (*C. albicans*, *A. Niger*), Tbc (*M. terrae*, *M. avium*), V (BVDV, HCV, Vaccinia, HBV, HIV, Noro, Adeno, Polio) w czasie 15 min, S w czasie 30 min?

Ad. 8. Nie

9. Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza wpisanie cen za 1 litr roztworu roboczego z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku. Cena jednostkowa za opakowanie, wartość netto, kwota podatku VAT, wartość brutto muszą być wpisane do dwóch miejsc po przecinku.

10. W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Ad. 10. Zamawiający wymaga podania ceny koncentratu preparatu w ilości niezbędnej do sporządzenia roztworu opisanego w SIWZ (Jeżeli wychodzi wartość ułamkowa – to taką należy wpisać) Natomiast zamówienia będą realizowane pełnymi opakowaniami koncentratu. Ułamkowe pozostałości opakowań nie będą kupowane.

11. dot. Pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o następującym spektrum: B, F(c. albicans), Tbc, (HBV,HIV) w czasie do 15 minut? Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Ad. 11. Tak

12. dot. Pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o następującym spektrum: B, F(c. albicans), TBC (m.terrae), (HBV,HIV) w czasie 15 minut? Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Ad. 12. Tak

13. dot. Pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o następującym spektrum: B, F(c. albicans), TBC (m.terrae, m.avium), (HBV,HIV) w czasie 15 minut? Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ

Ad. 13. Tak

14. dot. Pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o następującym spektrum: B, F(c. albicans), (HBV,HIV) w czasie 15 minut? Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Ad. 14. Tak

15. dot. Pakietu Nr 7

Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu bez konieczności użycia aktywatora?

Ad. 15. Nie wymaga.

16. dot. Pakietu Nr 8

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie wyłącznie jednego alkoholu?

Ad. 16. Tak

17. dot. Pakietu Nr 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, który w substancjach czynnych oprócz alkoholu zawiera czwartorzędowe związki amoniowe?

Ad. 17. Nie

18. dot. Pakietu Nr 15

Czy Zamawiający wymaga preparatu działającego na B,F(c.albicans),V (HIV,HBV,HCV, Rota) w czasie 1 min? Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Ad. 18. Zamawiający nie określił spektrum działania biobójczego preparatu.

19. dot. Pakietu Nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatów kompatybilnych i rekomendowanych przez producenta myjni?

Ad. 19. Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z wymogiem SIWZ.

20. dot. Pakietu Nr 20

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o spektrum: B, (HIV, HBV, HCV, BVDV,Vaccinia, rota) w czasie 15 minutl z możliwością rozszerzenia spektrum o Adeno i spory? Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Ad. 20. Nie

21. Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający oczekuje preparatu gotowego do użycia z możliwością stosowania do 30 dni?

Ad. 21. Nie

22. Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga walidowanych testów paskowych do kontroli aktywności roztworu?

Ad. 22. Nie

23. Dotyczy Pakietu nr 5 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu, spełniającego wymagania SIWZ, działającego na B, Tbc, F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, A H1N1) w czasie do 5 min.?

Ad. 23. Tak

24. Dotyczy Pakietu nr 5 i 6

Czy Zamawiający wymaga preparatu stabilnego podczas stosowania i pozwalającego na moczenie oprzyrządowania nawet do 72 godzin?

Ad. 24. Nie

25. Dotyczy Pakietu nr 5 i 6

Z uwagi na przeznaczenie preparatów do dezynfekcji instrumentarium oraz w trosce o bezpieczeństwo narzędzi, czy Zamawiający wymaga potwierdzenia braku korozyjności preparatu odpowiednim badaniem elektrochemicznym indukcji korozji wżerowej, które zostało wykonane przez niezależne laboratorium?

Ad. 25. Nie

26. Dotyczy Pakietu nr 5 i 6

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający oczekuje, aby oferowany preparat posiadał zdolność usuwania biofilmu potwierdzoną badaniem?

Ad. 26. Nie

27. Dotyczy Pakietu nr 7

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający oczekuje, aby oferowany preparat posiadał również skuteczność wobec *Clostridium difficile* w wymaganym czasie 30 minut?

Ad. 27. Nie

28. Dotyczy Pakietu nr 8 i 9:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty, spełniające wymagania SIWZ, skuteczne wobec grzybów na poziomie *Candida albicans*?

Ad. 28. Tak

29. Dotyczy Pakietu nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania SIWZ o pH 6,9?

Ad. 29. Tak

30 . dotyczy Pakietu nr 14:

Z uwagi na zastosowanie preparatu do nawilżania i wstępnej dezynfekcji, co wiąże się z możliwością wielogodzinnego zwilżania narzędzie, czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia braku korozyjności preparatu odpowiednim badaniem elektrochemicznym indukcji korozji wżerowej, które zostało wykonane przez niezależne laboratorium?

Ad. 30. Nie

31 . dotyczy Pakietu nr 14:

Mając na uwadze udowodnione właściwości myjące preparatów posiadających w składzie kompleks enzymów (amylazy, proteazy i lipazy), które skutecznie rozkładają cukry, białka i tłuszcze do substancji prostych oraz usuwają biofilm, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat posiadał powyższe właściwości i zawierał w składzie enzymy z różnych grup chemicznych (amylazę, proteazę i lipazę)?

Ad. 31. Nie

32. Dotyczy Pakietu nr 14:

Czy Zamawiający oczekuje preparatu wykazującego skuteczność wirusobójczą w kierunku HIV, HBV, HCV, VACCINIA, ROTA w czasie do 5 minut?

Ad. 32. Nie

33. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Ad. 33. Patrz Ad. 10

34. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 6 ust. 1 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki” ?

Ad. 34. Nie

35. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 7 ust. 4 kwoty „50 zł” kwotą „25 zł” ?

Ad. 35. Nie

36. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 10 zdanie pierwsze, poprzez nadanie mu brzmienia: „W przypadku trzykrotnej nieterminowej realizacji zamówień, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową, co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. „

Ad. 36. Nie

37. dot. pakietu nr 8:

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności materiałowej, na bazie etanolu i 2-propanolu z minimalną zawartością QAV 0,25% o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (C. albicans)(EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerozol, spełniający wymagania SIWZ?

Ad. 37. Nie

38. dot. pakietu 19:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ zawierający w składzie do 3% czwartorzędowych związków amoniowych?

Ad. 38. Nie

39. dot. pakietu 12:

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania Zamawiającego o pH neutralnym 6?

Ad. 39. Tak