

Strona internetowa

Elbląg dnia 22.03.2018 r.

Znak sprawy 9/2018

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 Euro ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.02.2018 r. pod numerem 2018/S 037-080250 na dostawę aparatu RTG z fluoroskopią typu telokomando w ilości 1 szt. wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 06-14.03.2018 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

- 1. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – Graniczne parametry techniczno-użytkowe p. 43**
Czy Zamawiający dopuści aparat z głębokością obrazowania 14 bitowego dla zdjęć radiograficznych oraz 12 bitowym obrazowaniem dla fluoroskopii i zdjęć seryjnych? Wyższe wymienione głębokości obrazowania wraz z zaawansowanym programem obróbki obrazu oraz poprawy kontrastu prowadzi do uzyskania obrazów o bardzo wysokiej jakości.

Ad. 1. NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

- 2. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – Graniczne parametry techniczno-użytkowe p. 44**
Czy Zamawiający uzna za równoważne do oprogramowania do kontroli jakości obrazy testowe wgrane na zgodnie z którymi należy kalibrować monitory?

Ad. 2. NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

- 3. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – Graniczne parametry techniczno-użytkowe p. 59.**
Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem napięcia we fluoroskopii od 40 do 110kV? Jest to wartość pokrywająca wymogi procedur wzorcowych dla fluoroskopii, więc Zamawiający nie będzie w żaden sposób ograniczony w ich wykonywaniu. Wymaganie zakresu napięcia dla fluoroskopii powyżej 110 kV wydaje się być nieuzasadnione, gdyż taki zakres w praktyce nie będzie wykorzystywany.

Ad. 3. TAK. Zamawiający zmienia zapis w zał. Nr 1 p.59

- 4. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – Graniczne parametry techniczno-użytkowe p. 79**
Czy Zamawiający dopuści aparat bez dodatkowego bezprzewodowego sterownika ruchów aparatu, lampy i kolimatora? Aparat może być w pełni obsługiwany zarówno z konsoli w sterowni jak i z paneli zainstalowanych odpowiednio dla lampy na kołpaku lampy i dla ścianki do prześwietleń na ścianie. Posiadanie bezprzewodowego pilota nie wydaje się być na tyle dużą przewagą, aby nie dopuścić do postępowania wysokiej klasy aparatu światowego producenta. Bezprzewodowy pilot i tak musi być gdzieś przechowywany co w

praktyce sprowadzi się do trzymania go w sterowni lub w pomieszczeniu badań skąd można standardowo obsługiwać aparat.

Ad. 4. NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

5. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – Graniczne parametry techniczno-użytkowe p. 80

Prosimy o określenie dokładnie jakich fantomów do kontroli jakości oczekuje Zamawiający, lub określenie rodzaju testów jakie mają być wykonywana z użyciem oczekiwanych fantomów.

Ad. 5. NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

6. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – Graniczne parametry techniczno-użytkowe p. 82

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tomosyntezy za to z planografią, która w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej traktowana jest równoważnie do tomosyntezy? Alternatywnie czy Zamawiający dopuści telekomando bez tomosyntezy i zgodzi się tą funkcję punktować (Tomosynteza – 5 pkt, brak tomosyntezy – 0 pkt)?

Ad. 6. NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

7. Dotyczy Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry techniczne podlegające ocenie p.3

Czy Zamawiający dopuści aparat z najniższym położeniem promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu max 75 cm?

Ad. 7. NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

8. Dotyczy Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry techniczne podlegające ocenie p.16

Zamawiający wymaga małego ogniska o wielkości $\leq 0,7$. Zgodnie z procedurami wzorcowymi zdecydowana ilość procedur wymaga ogniska $\leq 0,6$. W takim przypadku Zamawiający naraża się na brak możliwości wykonywania niektórych ekspozycji i ograniczenie zakresu wykonywanych badań. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymogu wielkości małego ogniska na 0,6 lub ewentualnie zmianę punktacji na: „Wielkość ogniska $\leq 0,6$ – 20 pkt., pozostałe 0 pkt.”, aby promować rozwiązania umożliwiające wykonywanie wszystkich badań zgodnie z procedurami wzorcowymi.

Przy obecnie postawionym wymogu wielkości ogniska max. 0,7 i punktowaniu ogniska max 0,7 wszyscy oferenci otrzymają punktację za ten parametr, co nie powoduje różnicowania oceny parametrów technicznych pomiędzy oferentami.

Ad. 8. Zamawiający przyzna punkty za najmniejszą oferowaną wartość.

9. Dotyczy Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry techniczne podlegające ocenie

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację za szybkość akwizycji fluoroskopii dla największego pola obrazowania jak poniżej:

„Szybkość akwizycji dla największego pola obrazowania min. 42x42 cm ≥ 25 kl./sek. - 10 pkt, pozostałe wartości – 0 pkt.”

Rozwiązanie takie daje dużą wygodę pracy i możliwość dokładnego oglądania dynamicznych scen.

Ad. 9. NIE.

10. Dotyczy Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry techniczne podlegające ocenie, p. 17.

Czy Zamawiający mając na uwadze długą żywotność lampy RTG zgodzi się na zmodyfikowanie punktacji za pojemność cieplną anody jak poniżej
Pojemność cieplna anody ≥ 800 kHU – 5 pkt, <800 kHU – 0 pkt.

W ten sposób Zamawiający będzie promował rozwiązania w których lampa będzie pracowała na mniejszym obciążeniu cieplnym, a przez to wydłuży się czas użytkowania lampy co jednoznacznie przekłada się na niższe koszty eksploatacji aparatu. Obecnie postawiony wymóg i sposób punktacji powoduje, że wszyscy oferenci spełniający minimalny wymóg 600 kHU otrzymują punkty, a przez to nie ma zróżnicowania w ocenie technicznej pomiędzy poszczególnymi oferentami.

Ad. 10. NIE.

11. Dotyczy Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry techniczne podlegające ocenie

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację za pojemność cieplną kołpaka lampy jak poniżej:

Pojemność cieplna kołpaka lampy ≥ 2500 kHU – 5 pkt, <2500 kHU – 0 pkt.

Większa pojemność kołpaka lampy pozwoli Zamawiającemu na wykonywanie długotrwałych procedur ze znacznym obciążeniem prądowo-czasowy i minimalizuje ryzyko wyłączenia się aparatu z powodu przegrzania się lampy

Ad. 11. Zamawiający rozszerza tabelę "Parametry techniczne podlegające ocenie" o punkt 17a. Zasady oceny opisane w zał. Nr 1A do SIWZ.

12. Dotyczy Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry techniczne podlegające ocenie

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie punktacji za funkcjonalność poprawiającą bezpieczeństwo obsługi aparatu jak poniżej:

Aktywacja joysticków sterujących ruchami ścianki aparatu i kolumny lampy tylko przez dotknięcie dłonią a nie innym przypadkowym przedmiotem - TAK/NIE; TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt.

Ad. 12. NIE.

13. Dotyczy Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry techniczne podlegające ocenie

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację za zakres projekcji skośnych jak poniżej

Projekcje skośne $\geq \pm 45^\circ$ - 5 pkt., pozostałe – 0 pkt.

Większy zakres projekcji skośnych rozszerza możliwości wykorzystania aparatu oraz zakres wykonywanych badań.

Ad. 13. NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

14. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, pkt. B.3

Czy Zamawiający dopuszcza reakcję zdalną serwisu w postaci diagnostyki z wykorzystaniem połączenia internetowego i telefonicznego?

Ad. 14. TAK. Zamawiający zmienia treść w zał. Nr 1 do SIWZ w pkt. B9

15. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, pkt. B.3

Czy Zamawiający potwierdza, że przez dni robocze rozumie się dni od pn – pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad. 15. TAK. Zamawiający zmienia zapis w zał. Nr 1 do SIWZ pkt. B.3

16. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, pkt. B.5

Czy Zamawiający potwierdza, że wszelkie interwencje serwisowe skutkują przedłużeniem okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia.

Ad. 16

TAK. Zamawiający podtrzymuje zapis **załącznika nr 1 do SIWZ, pkt. B.5**

17. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, pkt. B.6

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z tysięcy części i podzespołów, w tym elementów zużywalnych. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Ad. 17

NIE. Używając w warunkach gwarancji określenia "podzespół", "blok" Zamawiający ma na myśli istotną WIĘKSZĄ funkcjonalną część składową urządzenia technicznego. Ze względów oczywistych nikt nie ma na uwadze żarówki, bezpiecznika, pojedynczego elementu elektronicznego (tranzystor, rezystor, kondensator, itp) czy innego eksploatacyjnego składnika urządzenia - elementów zużywalnych. Chodzi o większe części składowe coraz bardziej złożonych urządzeń technicznych. Wieloletnia praktyka inżynierska (serwisowa) pozwala nam na następujące stwierdzenie. Jeśli ważny podzespół (blok) funkcjonalny ulega 3-krotnej awarii wymagającej jego wymiany, to prawie na pewno przyczyna tego stanu rzeczy nie tkwi w tym podzespole (bloku), lecz poza nim - jest spowodowana wadliwym działaniem innych składników urządzenia, które wywierają destrukcyjny wpływ na ów podzespół (blok). Jeśli podjęte czynności serwisowe nie wykryły tego faktu i skupiły się TYLKO na 3-krotnym usuwaniu skutku awarii (wymiany podzespołu - bloku), a nie znalezieniu przyczyny tych uszkodzeń, Zamawiający ma uzasadnione obawy co do gwarancji dalszej poprawnej pracy urządzenia JAKO CAŁOŚCI. Powoduje to wyłączenie sprzętu z eksploatacji ze wszystkimi tego skutkami. Wykonawca w takiej sytuacji - logicznie i uczciwie rozumując oraz dbając o swój interes - powinien dokonać wymiany całego aparatu i zgłosić producentowi poważny problem. Obowiązujące prawne sformułowanie szeroko pojętej "zasady równowagi stron" przenosi w tym przypadku tę zasadę na grunt techniczny i zobowiązuje nas wspólnie do opisanej wyżej sprawiedliwej i obiektywnej oceny technicznej zaistniałej sytuacji.

Wszystkie uwarunkowania prawne i finansowe zmuszają nas do zakupu wysoce niezawodnego sprzętu. Użyte w warunkach gwarancji sformułowania zmuszają Wykonawcę do oferowania urządzeń najwyższej jakości, w eksploatacji których opisane problemy techniczne są skrajnie mało prawdopodobne. Ale jeśli już zaistnieją muszą być usuwane zgodnie z uczciwie rozumianą "logiką techniczną", której zasady sformułowaliśmy powyżej.

18. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, pkt. B.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat, z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres ten wynosi lat 5.”?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postępowanie technologiczne wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamy z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Ad. 18. TAK. Zamawiający zmienia treść w zał. Nr 1 do SIWZ w pkt. B 7

19. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, pkt. D.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z w/w wymagania zapisu o treści:

„uprawniające do przeszkolenia nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiających poprawną obsługę”?

Uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie obsługi urządzenia medycznego wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych i odbycia cyklu szkoleń organizowanych w Centrum Szkoleniowym producenta. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i wiarygodność wyników procedur medycznych prowadzący szkolenia aplikacyjne nie może przekazać tych uprawnień osobom nie spełniającym powyższych warunków.

Ad. 19 TAK. Zamawiający zmienia zapis **załącznika nr 1 do SIWZ, pkt. D.2**

20. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis oświadczenia o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej poprzez dopisanie w punktach 1 i 2 zastrzeżenia o treści: „z innymi podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu”?

Ad. 20. Nie

21. Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ, §1 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zapewnia, że ww. sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte

na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Ad. 21. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów

22. Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ, §1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zapewnia , że dostarczony przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Ad. 22. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów

23. Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ, §1 ust. 4

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w/w punktu na: „Szkolenie personelu medycznego oraz pracowników personelu obsługi technicznej nastąpi w terminie max. 5 dni roboczych, liczonych od dnia **zakończenia uruchomienia** sprzętu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.”?

Ad. 23

Zamawiający modyfikuje treść na następującą: „Szkolenie personelu medycznego oraz pracowników personelu obsługi technicznej nastąpi w terminie max. 5 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia uruchomienia sprzętu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

24. Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ, §7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki łącznie nie więcej niż 10% ww kwoty.”?

Ad. 24. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów

25. Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ, §7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy.”?

Ad. 25. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów

26. Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ, §7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza

Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Ad. 26. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów

27. Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ, §9

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Za jakość, tożsamość dostarczanego towaru odpowiedzialność na zasadach kc ponosi Wykonawca.”?*

Ad. 27. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów

28. Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ, §12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostarczonym sprzęcie, Zamawiający korzystać będzie z uprawnień gwarancyjnych. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?*

Mając na uwadze uprawnienie gwarancyjne i rękojmiane prosimy o zmianę postanowienia. Jego pierwotna wersja jest nieadekwatna do stanu faktycznego i warunków transakcji.

Ad. 28. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów

29. Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ, §2 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w siedzibie, Powierzającego z zastrzeżeniem ewentualnego przetwarzania podczas świadczenia serwisu zdalnego oraz do skutecznego usunięcia danych osobowych z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Wykonawcy.”?*

Mając na uwadze, że część usług serwisowych odbywa się zdalnie – prosimy o uwzględnienie tego faktu w umowie o powierzeniu przetwarzania danych.

Ad. 29. Zamawiający zmienia treść zał. Nr 7 do SIWZ w § 2 ust. 5 na następującą: *„Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w*

siedzibie Powierzającego z zastrzeżeniem ewentualnego przetwarzania podczas świadczenia serwisu zdalnego oraz do skutecznego usunięcia danych osobowych z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Wykonawcy”

30. Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ, §2 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Umowa nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzenia innym podmiotom przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania w imieniu i na rzecz Powierzającego, z zastrzeżeniem powierzenia podmiotom z grupy kapitałowej Wykonawcy.”?

Mając na uwadze, że przy niektórych interwencjach serwisowych korzysta się z wiedzy i pracowników producenta uprzejmie prosimy o uwzględnienie tego faktu w niniejszej umowie.

Ad. 30. Zamawiający zmienia treść zał. Nr 7 do SIWZ w § 2 ust. 6 na następujący:

„Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania całości lub części swoich zadań wynikających z niniejszej umowy innym podmiotom (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym przypadku jest możliwe jedynie za pisemną zgodą Powierzającego i pod jego warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów o których mowa w § 2 ust. 2-5 i § 3.

31. Dotyczy załącznik nr 7 do SIWZ, §4 ust. 2

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Powierzający, jako Administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Powierzającemu poniesione z tego tytułu straty i koszty na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.”?

Ad. 31. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów

32. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 11:

11	Błat stołu płaski	tak	
----	-------------------	-----	--

Czy należy rozumieć, że Zamawiający wymaga zaoferowania blatu o płaskiej powierzchni na której pozycjonowany jest pacjent i jednakowej grubości w całej, przeziernej dla promieniowania części blatu?

Z uwagi na posiadaną możliwość zaoferowania blatu o różnych profilach i lakoniczność wymagań prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga aby płaska była powierzchnia przezierna na promieniowania na której układany jest pacjent zaś przezierna powierzchnia blatu od strony detektora może posiadać profil zmienny czy też wymóg Zamawiającego zgodnie z treścią pytania odnosi się do obu wskazywanych powyżej powierzchni blatu. Jednorodność grubości blatu zapewnia identyczną wytrzymałość na całej jego powierzchni oraz jednorodność obrazu niezależnie od położenia pacjenta.

Ad. 32. TAK. Zamawiający zmienia zapis pkt. 11 w zał. Nr 1 do SIWZ.

33. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 12:

12.	Bezpośredni dostęp do pacjenta na blacie	tak	
-----	--	-----	--

	z czterech stron w pozycji poziomej. Poprzez bezpośredni dostęp rozumie się dostęp nie utrudniony jakimikolwiek elementami konstrukcyjnymi przewyższającymi poziom blatu w jego poziomym ustawieniu		
--	---	--	--

Czy wymóg Zamawiającego należy rozumieć, że aparat którego elementy konstrukcyjne blokują dostęp do blatu stołu ale nie przewyższają jego poziomu jest przez Zamawiającego dopuszczony do postępowania?

Prosimy o zwrócenie uwagi, że bezpośredni dostęp do blatu stołu może być utrudniony różnymi elementami (niższymi, wyższymi i równymi poziomowi blatu). Wysokość tych elementów ma drugorzędne znaczenie przy ocenie ich wpływu na dostępność personelu do blatu z pacjentem. Ponieważ elementy aparatu o wysokości niższej niż poziom blatu mogą utrudniać dostęp do blatu bardziej niż elementy przewyższające jego poziom wymóg Zamawiającego jest więc nie zrozumiałym. Funkcjonalność w dostępie do blatu stołu znacznie lepiej definiują np. długość obszaru bezpośredniego dostępu oraz fakt czy „bezpośredni dostęp” jest rozumiany jako możliwość ustawienia się personelu przy blacie tj. oparcia się o niego całym ciałem czy też bezpośredni dostęp oznacza możliwość ustawienia się personelu w określonej odległości od blatu i dostępu do niego poprzez elementy utrudniające taki dostęp (niezależnie od ich wysokości). W związku z opisanymi powyżej wątpliwościami i niezrozumieniem potrzeb Zamawiającego prosimy o bardziej jednoznaczny opis oczekiwanej funkcjonalności.

Ad. 33 TAK. Zamawiający zmienia zapis w zał. Nr 1 do SIWZ w pkt. 12.

34. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 15:

15.	Zakres pochyłeń stołu: + 90°/ – 25°	tak, podać	
-----	-------------------------------------	------------	--

Czy Zamawiający wprowadzi preferencje punktowe dla rozwiązań w których zakres pochylenia stołu wynosi od + 90° do – 90°?

Możliwość pochylenia stołu w zakresie +/- 90 stopni w stosunku do rozwiązań w których blat pochyłany jest w zakresie + 90°/ – 25° niesie za sobą dużo większą funkcjonalność urządzenia. Co więcej pragniemy zwrócić uwagę, że z punktu widzenia funkcjonalności całego urządzenia zakres pochylenia blatu ma dużo większe znaczenie niż np. szybkość jego pochylenia (będąca parametrem ocenianym). Szerszy zakres pochylenia da bowiem możliwość wykonywania części badań (np. pacjenci na łóżkach) bez konieczności przejeżdżania łóżkami wąską przestrzenią pomiędzy aparatem i sterownią gabinetu. Uchroni to aparat przed kolizjami i zapewni dużo bardziej funkcjonalne wykorzystanie powierzchni gabinetu. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie w załączniku nr 1 A do SIWZ punktacji zgodnie z poniższym:

Zakres pochyłeń stołu min. + 90°/ – 25°	tak, podać		Wartość największa spośród zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt
---	------------	--	--

Ad. 34. NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

35. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 18:

18	Ekwiwalent Al. płyty dla 100 kV $\leq 0,8$ mm Al.	tak, podać	
----	---	------------	--

Czy należy rozumieć, że w przypadku zaoferowania blatu z płytą o różnej pochłanialności w jej różnych miejscach, wymóg odnosi się miejsca blatu o najmniejszej pochłanialności?

Ad. 35 TAK. Zamawiający zmienia zapis w zał. Nr 1 do SIWZ w pkt. 18.

36. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 23:

23	Sterowanie ruchami ścianki z dodatkowej konsoli umieszczonej na obudowie lampy RTG lub dodatkowej konsoli mobilnej (minimum zmiana wysokości blatu, przesuw lampy i detektora, przesuw blatu) lub panelu zamocowanego do stołu.	tak	
----	---	-----	--

Czy należy rozumieć, że Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu ze sterowaniem wszystkimi ruchami motorowymi ścianki zdalnie sterowanej z pulpitu w sterowni i panelu zamocowanego do stołu wraz z dodatkową konsolą umieszczoną na lampie RTG lub dodatkową konsolą mobilną zapewniającą min. zmianę wysokości blatu, przesuw lampy, detektora, przesuw blatu?

Obecny wymóg wskazuje, że Zamawiający z pomieszczenia badań będzie mógł wykonywać tylko wymienione w tym punkcie ruchy motorowe tj: zmiana wysokości blatu, przesuw lampy i detektora, przesuw blatu zaś wszystkie pozostałe ruchy wykonywane będą z pomieszczenia sterowni? Inni Zamawiający przy aparatach typu telekomando oczekują możliwości wykonywania wszelkich ruchów motorowych urządzenia zarówno ze sterowni jak i z pomieszczenia badań tj z zachowaniem bezpośredniej kontroli nad pacjentem (szczególnie w ciężkim stanie) w czasie wykonywania ruchów motorowych a dodatkowe konsole służą do obsługi aparatu w przypadku gdy pulpit zamocowany do stołu jest np. schowany pod wysuniętym blatem stołu.

Ad. 36 TAK. Zamawiający zmienia zapis w zał. Nr 1 do SIWZ w pkt. 23

37. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 43:

43	Skala szarości obrazów dla wszystkich trybów obrazowania ≥ 16 bit	tak, podać	
----	--	------------	--

Czy należy rozumieć, że Zamawiający wymaga aby dla wszystkich trybów obrazowania zapis i archiwizacja obrazów przebiegała bezstratnie tj. ze skalą szarości min. 16 bit - odpowiadająca głębi obrazu rejestrowanego przez detektor, zgodnie z deklaracją złożoną przez oferenta w punkcie 35?

Ad. 37. TAK. Zamawiający zmienia zapis w zał. Nr 1 do SIWZ w pkt. 43.

38. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 78:



78	Podnóżek z regulacją położenia, który można demontować, o maksymalnej obciążalności min. 200 kg.	tak	
----	--	-----	--

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie aparatu, którego położenie podnóżek reguluje się na całej długości blatu w sposób płynny, a nie skokowy?

Ponieważ płynna regulacja położenia podnóżka (w odróżnieniu od regulacji skokowej) umożliwia wybór jego położenia idealnie odpowiadający rodzajowi wykonywanego badania i badanemu pacjentowi (np. wzrost, stan pacjenta) proponujemy wprowadzenie w załączniku nr 1 A do SIWZ punktacji zgodnie z poniższym:

Podnóżek z płynną regulacją położenia na całej długości blatu	tak/nie		Tak - 10pkt Nie - 0 pkt
---	---------	--	----------------------------

Ad. 38. NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

39. Dotyczy: Załącznik nr 1 A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE

Czy Zamawiający zmieni sposób punktacji w załączniku nr 1 A z uwagi na jego nieadekwatność do wymogów dla poszczególnych parametrów?

Posługując się przykładem dla pierwszego z ocenianych parametrów:

1.	Maksymalna szybkość pochylenia stołu $\geq 4,5$ [°/s]	tak, podać	$\geq 4,5$ [°/s]- 5 pkt, $< 4,5$ [°/s]- 0 pkt
----	---	------------	--

Jeśli Zamawiający wymaga aby maksymalna szybkość pochylenia stołu wynosiła nie mniej niż 4,5 °/s to oczywistym jest, że nikt nie zaoferuje aparatu z prędkością pochylenia poniżej 4,5 °/s. Czyli wszystkie ważne oferty otrzymają 5 pkt. Podobnie jest przy prawie wszystkich punktowanych parametrach – wyjątek stanowią jedynie te opisane w kolumnie 3 jako tak/nie. Nie ma więc mowy o faktycznej punktacji i preferencjach dla rozwiązań lepszych i np. w przypadku najniższego położenia promienia poziomego tak samo będą oceniane rozwiązania w których jeden oferent zaoferuje 40 cm odległości promienia centralnego od podłoża a drugi zaoferuje 60 cm. Różnica funkcjonalna ogromna (np. dla badania kolan) a punktowo różnicy nie będzie żadnej stąd w praktyce preferowane są rozwiązania najtańsze i najmniej funkcjonalne. Dlatego proponujemy wprowadzenie punktacji odzwierciedlającej zaawansowanie techniczne oferowanego rozwiązania zgodnie z poniższym:.

Lp	Parametry aparatu podlegające ocenie	Wartość Oferowana (Należy odpowiednio wypełnić- gdzie wymagane lub zaznaczyć tak/nie)	Zasady oceniania	
	UNIWERSALNA ŚCIANKA RTG			
1	Maksymalna szybkość pochylenia stołu: $\geq 4,5$ [°/s]	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 5 pkt pozostałe - 0 pkt	



2	Długość obszaru badania w pionowej i poziomej pozycji stołu. Poprzez badanie, rozumie się wykonanie obrazowania na zabudowanym detektorze DRf. Pacjent w całości na blacie bez repozycjonowania: ≥ 200 cm	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt	
3	Najniższe położenie poziomego promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu: ≤ 60 cm	tak, podać	Wartość najmniejsza z zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt	
4	Silnikowy przesuw poprzeczny stołu: ≥ 25 cm	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt	
5	Odległość SID: - min. SID ≤ 115 cm - max SID ≥ 150 cm	tak, podać	min. SID najmniejszy z zaoferowanych - 5 pkt max. SID największy z zaoferowanych - 5 pkt pozostałe - 0 pkt	
6	Kratka przeciwozproszeniowa: ≥ 50 l/cm	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt	
7	Możliwość automatycznej zmiany ogniskowej kratki przeciwozproszeniowej przy zmianie odległości SID lub możliwość zastosowania dwóch automatycznie wymiennych kratek o różnych ogniskowych odpowiadających skrajnym, zadeklarowanym odległościom SID	tak/nie	tak - 10 pkt nie - 0 pkt	
8	Zintegrowana z kolimatorem kamera do monitorowania pacjenta, z wyświetlaniem obrazu na konsoli generatora	tak/nie	tak - 10 pkt nie - 0 pkt	
9	Wielkość pixela: ≤ 160 μ m	tak, podać	Wartość najmniejsza z zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt	
10	Zakres pochyłeń stołu min. $+ 90^\circ / - 25^\circ$	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt	
STACJA AKWIZYCYJNA Z CYFROWĄ OBRÓBKĄ OBRAZU				
11	Pojemność twardego dysku – liczba obrazów bez kompresji w matrycy min. 1024x1024: $\geq 8\ 000$ obr.	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt	



12	Ilość dostępnych dla operatora prędkości akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej: ≥ 4 prędkości	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt	
13	Matryca detektora dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej: $\geq 1024 \times 1024$	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt	
GENERATOR				
14	Częstotliwość: ≥ 50 kHz	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 5 pkt pozostałe - 0 pkt	
15	Max. prąd dla grafii: ≥ 800 mA	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt	
16	Max. prąd dla skopii: ≥ 20 mA	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt	
LAMPA RTG				
17	Wymiary małego ogniska: $\leq 0,7$ mm	tak, podać	Wartość najmniejsza z zaoferowanych - 5 pkt pozostałe - 0 pkt	
18	Pojemność cieplna anody: ≥ 600 KHU	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 5 pkt pozostałe - 0 pkt	
19	Zakres obrotu lampy z kołpakiem: $\geq 90^\circ$	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 10 pkt pozostałe - 0 pkt	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
20	Podnózek wykonany z materiału o pochłaniałości nie większej niż blat stołu	tak/nie podać	tak - 10 pkt nie - 0 pkt	
21	Podnózek z płynną regulacją położenia na całej długości blatu	tak/nie	tak - 10 pkt nie - 0 pkt	

Ad. 39. Zamawiający zmienia sposób punktacji w załączniku nr 1 A do SIWZ.

40. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CZĘŚĆ B.
GWARANCJA, SERWIS pkt 1:

„Pełna gwarancja na cały oferowany (...)”

Prosimy o potwierdzenie, że słowo „pełna” oznacza wszystkie bez wyjątku wady fabryczne całego oferowanego sprzętu.

Ad. 40

TAK, słowo „pełna” oznacza wszystkie bez wyjątku wady fabryczne całego oferowanego sprzętu. Zamawiający modyfikuje zapis w zał. NR 1 do SIWZ w części B pkt. 1.

41. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CZĘŚĆ B. GWARANCJA, SERWIS

Prosimy o potwierdzenie, że dniami roboczymi nie są dni ustawowo wolne od pracy.

Ad. 41

TAK, dniami roboczymi nie są dni ustawowo wolne od prac. Zamawiający zmienia zapis z ał. Nr 1 w części B.

42. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CZĘŚĆ B. GWARANCJA, SERWIS pkt 6:

6	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
---	---	--	--

Prosimy o modyfikację zapisu jak poniżej:

6	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, wadliwy podzespół (blok) podlega wymianie na nowy.	Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
---	---	--	--

Aparat RTG jest urządzeniem wielomodułowym składającym się z wielu podzespołów, i w celu przywrócenia pełnej sprawności wystarczy wymienić wadliwy podzespół. Wymiana całego aparatu RTG jest niezgodna z procedurami naprawczymi, sprzeczna z dążeniem Zamawiającego do szybkiego przywrócenie ciągłości pracy Pracowni RTG. Naprawa aparatu RTG poprzez wymianę podzespołu trwa kilka dni, a wymiana całego aparatu RTG - kilka tygodni (min. tyle samo, co czas dostawy nowego aparatu RTG zapisany w SIWZ).

Ad. 42

NIE. Używając w warunkach gwarancji określenia "podzespół", "blok" Zamawiający ma na myśli istotną WIĘKSZĄ funkcjonalną część składową urządzenia technicznego. Ze względów oczywistych nikt nie ma na uwadze żarówki, bezpiecznika, pojedynczego elementu elektronicznego (tranzystor, rezystor, kondensator, itp) czy innego eksploatacyjnego składnika urządzenia - elementów zużywalnych. Chodzi o większe części składowe coraz bardziej złożonych urządzeń technicznych. Wieloletnia praktyka inżynierska (serwisowa) pozwala nam na następujące stwierdzenie. Jeśli ważny podzespół (blok) funkcjonalny ulega 3-krotnej awarii

wymagającej jego wymiany, to prawie na pewno przyczyna tego stanu rzeczy nie tkwi w tym podzespołe (bloku), lecz poza nim - jest spowodowana wadliwym działaniem innych składników urządzenia, które wywierają destrukcyjny wpływ na ów podzespół (blok). Jeśli podjęte czynności serwisowe nie wykryły tego faktu i skupiły się TYLKO na 3-krotnym usuwaniu skutku awarii (wymiany podzespołu - bloku), a nie znalezieniu przyczyny tych uszkodzeń, Zamawiający ma uzasadnione obawy co do gwarancji dalszej poprawnej pracy urządzenia JAKO CAŁOŚCI. Powoduje to wyłączenie sprzętu z eksploatacji ze wszystkimi tego skutkami. Wykonawca w takiej sytuacji - logicznie i uczciwie rozumując oraz dbając o swój interes - powinien dokonać wymiany całego aparatu i zgłosić producentowi poważny problem. Obowiązujące prawne sformułowanie szeroko pojętej "zasady równowagi stron" przenosi w tym przypadku tę zasadę na grunt techniczny i zobowiązuje nas wspólnie do opisanej wyżej sprawiedliwej i obiektywnej oceny technicznej zaistniałej sytuacji.

Wszystkie uwarunkowania prawne i finansowe zmuszają nas do zakupu wysoce niezawodnego sprzętu. Użyte w warunkach gwarancji sformułowania zmuszają Wykonawcę do oferowania urządzeń najwyższej jakości, w eksploatacji których opisane problemy techniczne są skrajnie mało prawdopodobne. Ale jeśli już zaistnieją muszą być usuwane zgodnie z uczciwie rozumianą "logiką techniczną", której zasady sformułowaliśmy powyżej.

43. Dot. Załącznik Nr 1 do SIWZ część B pkt 9 w powiązaniu z załącznikiem Nr 2 do SIWZ pkt. VI.

Prosimy o rezygnację z wymogu bezwzględnej stawianności serwisu w miejscu instalacji sprzętu w celu usunięcia uszkodzenia i dopuszczenie zdalnej naprawy pod warunkiem dokonywania jej w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji (inżynier wykonawcy uzgadnia z pracownikiem ww. sekcji precyzyjny czas rozpoczęcia naprawy, pracownik sekcji ma w czasie rzeczywistym wgląd w czynności dokonywane przez inżyniera serwisu).

Uprzejmie podkreślamy, że zdalne naprawy w przypadku oferowanego przez nas sprzętu są zgodne

z procedurami serwisowymi producenta. Co więcej zapewniają bezzwłoczną (bez straty czasu koniecznego na dojazd) diagnostykę i naprawę, co jest korzystne dla użytkownika (zminimalizowanie przerwy w pracy pracowni, przerw w wykonywaniu badań). Prosimy zwrócić uwagę na zasadniczy fakt - wykonawca podpisuje umowę o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik Nr 7 do SIWZ). Oznacza to, że jest zobowiązany do jej przestrzegania i to niezależnie od okoliczności, tj. niezależnie od tego czy będzie miał dostęp do sprzętu i zawartych w nim danych osobowych dokonując naprawy (będąc fizycznie) w miejscu instalacji aparatu RTG, czy naprawiając uszkodzenie zdalnie przebywając przy stanowisku diagnostycznych w siedzibie serwisu.

Ad. 43

Tak. Zamawiający dopuszcza reakcję zdalną serwisu w postaci diagnostyki z wykorzystaniem połączenia internetowego i telefonicznego modyfikując zapis w Załączniku Nr 1 do SIWZ część B pkt 9

44. Dot. Załącznik Nr 1 C do SIWZ część B pkt 5.

Czy należy rozumieć, że Zamawiający wymaga dokonania „uzgodnienia dokumentacji i otrzymania niezbędnych zezwoleń, decyzji, badań, wykonania pomiarów dopuszczających pracownię i aparat rentgenowski do użytku w zakresie: P-poż, BHP, Radiologicznym,

sanitarno-epidemiologicznym” jedynie w przypadku gdy są one niezbędne w celu uzyskania dopuszczenia pracowni i nowego aparatu RTG do użytku?

Prosimy o zwrócenie uwagi, że przystosowanie pracowni RTG do użytku z wykorzystaniem nowego aparatu RTG nie zmienia (w przypadku większości inwestycji związanych z wymianą aparatury RTG w istniejącej Pracowni RTG) istniejących warunków w zakresie np. P-poż. Opis wymagań Zamawiającego odnośnie dodatkowych usług związanych z montażem i uruchomieniem nowego aparatu RTG nie wskazuje aby w tym konkretnym przypadku warunki P-poż, BHP lub też sanitarno – epidemiologiczne w Pracowni miały ulec zmianie w stosunku do obecnie istniejących. Dlatego prosimy o potwierdzenie, że wskazane obowiązki Wykonawcy w zakresie przedstawiania nowych dokumentów formalnych, obowiązują jedynie w przypadku gdy taka konieczność faktycznie zaistnieje.

Ad. 44

TAK. Zamawiający potwierdza że wskazane obowiązki Wykonawcy w zakresie przedstawiania nowych dokumentów formalnych, obowiązują jedynie w przypadku gdy taka konieczność faktycznie zaistnieje.

- 45. (załącznik nr 1, pkt. 23)** Czy Zamawiający dopuści aparat RTG typu telekomando jednego z największych producentów tego typu urządzeń, w którym konsola do sterowania ruchami ścianki zlokalizowana jest na obudowie detektora ? Jest to rozwiązanie tożsame z wymienionymi w danym punkcie.

Ad. 45 NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

- 46. (załącznik nr 1, pkt. 65)** Czy Zamawiający dopuści aparat RTG typu telekomando jednego z największych producentów tego typu urządzeń, z dotykową konsolą generatora typu Touch Screen zintegrowaną w jednym pulpicie częściowo z konsolą operatora sterującą ruchami ścianki? Na dotykowej konsoli wybierany jest rodzaj ekspozycji z programów anatomicznych a następnie przytrzymując jeden joystick na konsoli klasycznej aparat ustawia się w zadanej na dotykowej konsoli pozycji.

Ad. 46 NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

- 47. (załącznik nr 1, pkt. 79)** Czy Zamawiający dopuści aparat RTG typu telekomando jednego z największych producentów tego typu urządzeń z dodatkowym przewodowym sterownikiem ruchów aparatu? Rozwiązanie takie posiada wiele zalet, jak np. Brak konieczności ładowania lub wymiany baterii w odpowiednich odstępach czasu, brak możliwości zgubienia bądź uszkodzenia (połączenie przewodowe), szybkość i stabilność działania. W przypadku bezprzewodowego sterownika sygnał może zostać zakłócony w wyniku obecności innych urządzeń elektrycznych.

Ad. 47. NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ