



Strona internetowa

Elbląg dnia 23.03.2018 r.

Znak sprawy 9/2018

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 Euro ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.02.2018 r. pod numerem 2018/S 037-080250 na dostawę aparatu RTG z fluoroskopią typu telokomando w ilości 1 szt. wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 23.03.2018 r. od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1.

Dotyczy: Załącznik nr 1A do SIWZ ; Parametry techniczne podlegające ocenie punkt 17a:

17a	Pojemność cieplna kołpaka lampy ≥ 2500 kHU	tak, podać	Wartość największa z zaoferowanych - 5 pkt pozostałe - 0 pkt
-----	---	------------	---

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wyposażony w kołpak lampy o pojemności cieplnej 2000 kHU?

Ad. 1. Tak, Zamawiający zmieni punktację na następującą: Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt., tym samym tylko za wartość powyżej ≥ 2500 kHU zostaną przyznane punkty.