

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **dostawę sprzętu jednorazowego użytku w 25 pakietach** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 26.03.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 system bezigłowy wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 7 bar=101,5 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 2,6 bar=37,7 psi?

Ad.1

Zamawiający dopuści do postępowania. Zmiana Załącznika nr 6 pkt. 1

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 system bezigłowy z dwoma zaworami bezigłowymi, z drenem o długości ok. 8 cm, objętości wypełnienia 0,4ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 7 bar=101,5 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 2,6 bar=37,7 psi?

Ad.2

Zamawiający nie dopuszcza do postępowania

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 dopuści:
rozmiar chusteczki 17 x 23cm pakowane po 100szt.
lub
rozmiar chusteczki 12 x 18cm pakowane po 200szt.

Ad.3

Zamawiający nie dopuści do postępowania.

Pytanie 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu bezigłowego z dwoma zaworami bezigłowymi zgodnego z opisem SIWZ o długości 15 cm. Pozwoli to zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych cenowo ofert od większej liczby dostawców i bardzo dobrego sprzętu.

Ad.4

Zamawiający dopuści do postępowania. Zmiana Załącznika Nr 6 poz.2