

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **dostawę sprzętu jednorazowego użytku w 25 pakietach** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 27.03.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr1

Pakiet nr 1

Proszę o dopuszczenie worka do zbiórki moczu 2000ml z zaworem T, bez zastawki, drenu długości 90cm, przezroczyste ściany. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.1

Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 6, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrzną, która nie wystaje poza obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy, o przepływie 18,72 L/h (312 ml/min), wytrzymały na ciśnienie płynu 30 psi (2 bary), na ciśnienie zwrotne 60 psi (4 bary).

Ad.2

Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Ad.3

Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie 4

Pakiet nr 6, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrzną, która nie wystaje poza obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy, z przedłużaczem – łączna długość zaworu z dwoma drenami 9,5 cm, objętość wypełnienia 0,35 ml, szybkość przepływu 143 ml/min, wytrzymały na ciśnienie płynu 30 psi (2 bary), na ciśnienie zwrotne 60 psi (4 bary).

Ad.4

Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie 5**Pakiet nr 11, poz. 2, 3, 4, 6**

Czy Zamawiający dopuści, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml?

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie Nr 6**Pakiet nr 11, poz. 2, 3, 4, 6**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi strzykawki. Oferowane przez nas strzykawki są w opakowaniu folia-papier, przez część przezroczystą (foliową) widać rozmiar strzykawki, ponadto zamieszczony jest wyraźny opis rozmiaru na części papierowej. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu a'100 szt.

Ad. 6 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie Nr 7**Pakiet nr 11, poz. 1-6**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie Nr 8**Pakiet nr 11, poz. 10-12**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Ad. 8 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie Nr 9**Pakiet nr 15, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PUR lub z FEP. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.