

Elbląg. 04.04.2018r.

Oznaczenie sprawy 17/2018

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na rękawic chirurgicznych i diagnostycznych w dziewięciu pakietach dla potrzeb Dz. Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zamieszczonego w BZP Ogłoszenie nr 536411-N-2018 z dnia 2018-03-27

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 28.03.2018r.; 29.03.2018r.; 30.03.2018r. i 03.04.2018r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Załącznik 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z poziomek AQL 1,5?

2. **Dotyczy wymaganych dokumentów dla rękawic z Pakietów 1, 2, 6, 7**

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawice z w/w pakietów były testowane elektronicznie w 100% co będzie potwierdzone oświadczeniem Producenta?

3. **Dotyczy Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający oczekuje aby minimalna długość rękawicy była min. 295mm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

4. **Pakiet nr 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych chloroprenowych, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

5. **Pakiet nr 4**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o poziomie AQL = 1,5 oraz normą EN 374-1 (z wył. 5.3.2.), pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

6. **Pakiet nr 5**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o poziomie protein max. 100 ug/ g, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

7. **SIWZ dział 6.6 ppkt.3**

Dotyczy pakietu nr 1 –ze względu na wysoki koszt prosimy o zmniejszenie ilości próbek do 5 par rękawic w wymienionych rozmiarach.

8. **Projekt umowy – par. 3 ust. 8 lit. d)**

Prosimy o wprowadzenie zapisu do projektu umowy możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie do dnia 15.02.2020r., na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

9. **Projekt umowy - §6 ust. 2**

Prosimy o zmianę kary umownej przewidzianej w §6 ust. 2 z 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż

Zamawiający za nieterminową płatność zapłaci Wykonawcy jedynie odsetki w wysokości ustawowej. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

10. Projekt umowy - §7 ust. 4

Prosimy o zmianę kary umownej przewidzianej w §7 ust. 4 ze 100 zł za każdy dzień na np. 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia.

Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminową płatność zapłaci Wykonawcy jedynie odsetki w wysokości ustawowej. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

11. Projekt umowy

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

12. Pakiet nr 4 Prosimy o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL=1,5.

Pytania dotyczące treści umowy:

13. Pytanie 1: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

14. Pytanie 2: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

15. Pytanie 3: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

16. Pytanie 4: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

17. Pytanie 5: Czy Zamawiający zgadza się aby informacje na temat serii i daty ważności znajdowały się na załączniku do faktury?

18. Pytania dotyczące siwz:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

19. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o następujących parametrach:

- jednowarstwowe
- poziom protein $\leq 50 \mu\text{g/g}$

- polimeryzowane obustronnie od wewnętrznej strony rękawicy
- Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

20. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe o poziomie AQL 1,5?

21. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o następujących parametrach:

- gładkie o chropowatych palcach
- poziom protein $\leq 85 \mu\text{g/g}$

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

22. Pakiet nr 1, 2, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy zapewniającą pewny chwyt?

23. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq 33 \mu\text{g/g}$, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

24. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,21 \pm 0,02 \text{ mm}$?

25. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq 83 \mu\text{g/g}$, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

26. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy grubości na palcu $0,17 \pm 0,02 \text{ mm}$?

27. Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach S-XL spełniające pozostałe parametry SIWZ?

28. Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznym, bezpudrowym, półsyntetycznym: lateksowo-nitylowym, trójwarstwowym. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, antypoślizgowa. Warstwa wewnętrzna 100% nityl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomiczne rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

29. Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej na całej powierzchni, idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności.

30. Pakiet 2

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

31. Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga załączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającej zgodność z normą ISO 14001?

32. Pakiet 2

Czy rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jaki i użytkownika co ma mieć stosowne odzwierciedlenie w oznakowaniu rękawic tj. czy należy do oferty załączyć Certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy IIa oraz środka ochrony osobistej kategorii III?

33. Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

34. Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice winny posiadać wyraźne oznaczenie rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy?

35. Pakiet 4

Czy zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Art.89 ust. 1 pkt. 3 PZP) opakowanie rękawic winno posiadać informację o geograficznym pochodzeniu produktu?

36. Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EN 374 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu?

37. Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poziom AQL ma być podany zgodnie z normą EN 455?

38. Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powierzchni zewnętrznej wyrównanej min. mikroteksturowanej (antypoślizgowej).

39. Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

40. Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej na całej powierzchni, idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności.

41. Pakiet 6

Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga poziomu protein $<10\mu\text{g/g}$ rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

42. Pakiet 7

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

43. Pakiet 7

Czy rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jaki i użytkownika co ma mieć stosowne odzwierciedlenie w oznakowaniu rękawic tj. czy należy do oferty załączyć Certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy IIa oraz środka ochrony osobistej kategorii III?

44. Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice powinny cechować się wzmocnionym mankietem rolowanym posiadającym widoczne podłużne i poprzeczne wzmocnienia

zapobiegające zsuwaniu się rękawicy w trakcie użytkowania, co umożliwia komfortową pracę także w trakcie dłuższych zabiegów chirurgicznych ?

45. Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej na całej powierzchni, idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności.

46. Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu.

47. Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

48. Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostyczne nitrilowe do procedur wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem koloru białego z powłoką polimerową o długości min. 265mm. Opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.2. Zamawiający nie wymaga.

Ad.3. Zamawiający nie oczekuje.

Ad.4. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 rękawice chirurgiczne chloroprenowe, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.7. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 5 par rękawic w wymienionych rozmiarach dot. Pakietu nr 1 .

Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.11. Zamawiający w SIWZ podaje ilości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Ad.12. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.13. Zapis dot. dni roboczych widnieje w § 2 ust. 2 i 3 wzoru umowy.

Ad.14. Zamawiający wyraża zgodę na aneksowanie umowy w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia tylko w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 8 lit. c) „w przypadku zakończenia produkcji wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o takich samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie”.

Ad.15. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.16. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.17. Zamawiający wyraża zgodę.

Ad.18. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w określonym terminie. Pytanie Wykonawcy nie mieści się w dyspozycji art.38 usta. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.19. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.20. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.21. Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści rękawice lateksowe o następujących parametrach:- gładkie o chropowatych palcach; - poziom protein $\leq 85 \mu\text{g/g}$. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad.22. Dot. **Pakietu nr 1, 2, 6, 7** Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy zapewniającą pewny chwyt.

Ad.23. Dot. **Pakietu nr 2** Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq 33 \mu\text{g/g}$, spełniające pozostałe parametry SIWZ.

Ad.24. Dot. **Pakietu nr 2** Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,21 \pm 0,02 \text{mm}$.

Ad.25. Dot. **Pakietu nr 5** Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq 83 \mu\text{g/g}$, spełniające pozostałe parametry SIWZ.

Ad.26. Dot. **Pakietu nr 6** Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy grubości na palcu $0,17 \pm 0,02 \text{mm}$.

Ad.27. Dot. **Pakietu nr 9** Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach S-XL spełniające pozostałe parametry SIWZ.

Ad.28. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.29. Dot. **Pakietu nr 1** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej na całej powierzchni, idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności.

Ad.30. Nie

Ad.31. Nie wymaga.

Ad.32. Nie

Ad.33. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.34. Nie

Ad.35. Nie

Ad.36. Nie

Ad.37. Nie

Ad.38. Dot. **Pakietu nr 5** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powierzchni zewnętrznej wyrównanej min. mikroteksturowanej (antypoślizgowej).

Ad.39. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.40. Dot. **Pakietu nr 6** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej na całej powierzchni, idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności.

Ad. 41. Nie wymaga.

Ad.42. Nie

Ad.43. Nie

Ad.44. Nie

Ad.45. Dot. **Pakietu nr 8** Zamawiający dopuszcza rękawice o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej na całej powierzchni, idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności.

Ad. 46.Dot. **Pakietu nr 8** Zamawiający dopuszcza rękawice sterylizowane tlenkiem etylenu.

Ad. 47. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.48. Zamawiający nie wyraża zgody


D Y R E K T O R
ds. ekonomiczno-finansowych
Przemysław Tomaszewski
04 KWI. 2018