

Elbląg, dnia 13.04.2018r.

Strona internetowa

Znak sprawy: 16/2018

do wszystkich uczestników postępowania

DOT: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro zamieszczonego w BZP w dniu 26.03.2018r. pod numerem 533233-N-2018 na Dostawę i montaż wyposażenia medycznego do zakupu w ramach Projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 27.03.2018r. – 04.04.2018r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści :

Dotyczy części 3 zamówienia – Lampa operacyjna mobilna:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o głębokości oświetlenia (L1+L2) na poziomie 97cm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku oddawania barw CRI na poziomie $Ra \geq 94$?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o średnicy plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy wynoszącej 195mm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w uchwyt sterylny oraz tzw. reling brudny okalający 25% obwodu czaszy?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

Dotyczy części 12 zamówienia – Lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa:

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w 39 diod w kopule co umożliwia uzyskanie wysokiego natężenia na poziomie 150 000 lux?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w diody LED nowej generacji o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w szerokim zakresie tj. od 3100 do 5000°K z możliwością ustawienia na wybraną wartość? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

ODP: TAK. Przedstawiony opis spełnia warunki SIWZ



7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym w zakresie od 20 do 42cm? Jest to zakres znacznie szerszy od wymaganego.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z kopułą wyposażoną w 3 tzw. „brudne uchwyty” zlokalizowane na obwodzie kopuły i wykonane w taki sposób, który pozwala na zaciśnięcie na nich dłoni co daje pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły niezależnie od jej położenia (uchwyty otaczają 50% kopuły)? Oferowane rozwiązanie jest równoważne pod względem funkcjonalnym i dodatkowo jest znacznie bardziej higieniczne w porównaniu do opisanego przez Zamawiającego uchwyty prętowego.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła wyposażona jest w jeden zintegrowany chwyt „brudny” umieszczony na jej obwodzie wykonany w taki sposób, który pozwala na zaciśnięcie na nim dłoni co daje pewny chwyt przy pozycjonowaniu lampy? Oferowana lampa posiada czaszę o kompaktowych wymiarach (48cm) z tego względu nie ma potrzeby stosowania większej ilości chwytów „brudnych”, gdyż pozycjonowanie lampy jest intuicyjne i bezwysiłkowe. Takie rozwiązanie w połączeniu z czaszą o niewielkiej średnicy i odpowiednim profilem gwarantuje brak zakłóceń przepływu nawiewu laminarnego.

ODP: NIE. Przedstawiony opis nie spełnia warunków SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z elektroniczną regulacją natężenia światła w 6 stopniach?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

Dotyczy części nr 2 zamówienia - stolik anestezjologiczny

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z przeprowadzenia szkolenia dla stolika anestezjologicznego? Jest to wyrób prosty w swojej konstrukcji, dostarczony w całości, bez konieczności montażu na miejscu. Nie wymaga zatem specjalistycznego szkolenia.

ODP: NIE. Zamawiający nie rezygnuje z przeprowadzenia szkolenia, ale zmienia na uproszczoną formę szkolenia

Dotyczy części 3 zamówienia – Lampa operacyjna mobilna:

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o głębokości oświetlenia (L1+L2) o wartości 1400mm?

ODP: TAK.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku oddawania barwy o wartości 95?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy plamy świetlnej pola na poziomie 240mm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, która nie posiada chwytów brudnych, jak na poniższej wizualizacji?



ODP: TAK. Zamawiający koryguje SIWZ.

Dotyczy części 12 zamówienia – Lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z zakresem regulacji średnicy pola 240-340mm oraz regulacją natężenia w zakresie 5-100%, która realizowana jest w 7 krokach? Oferowana lampa spełnia wszystkie pozostałe parametry opisane w SIWZ.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części nr 1 zamówienia - łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej z materacem przeciwoślężynowym:

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające długość segmentu stałego wynoszącą 180 mm?

ODP. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające osłonę tworzywową elementów konstrukcyjnych podwozia na całej ich długości i szerokości, zamiast szerokości łóżka. Prosimy wziąć pod uwagę, że w oferowanym łóżku wymiar podstawy jest mniejszy niż wymiar całkowity łóżka.

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy części 12 zamówienia – Lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa:

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą 57 diod w kopule?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której funkcja oświetlenia endo uruchamiana jest z panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu obok kopuły?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części nr 6 zamówienia – ssak operacyjny elektryczny

21. Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający maksymalny przepływ powietrza 45l/min oraz wymiary, maksymalne podciśnienie do 96kPa, zakres regulacji min (20÷96)kPa, gabaryty 280x420x850mm, masa max 13kg?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części nr 5 zamówienia – zestaw reanimacyjny:



22. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania walizki reanimacyjnej w kolorze czerwonym, posiadającej bezpieczne zapięcie oraz niezależne przegródki, wykonanej z wysokogatunkowego, bardzo mocnego i odpornego na otarcia materiału Cordura, o wymiarach zewnętrznych szer/wys/głęb [mm.] – 330x470x310? Jej oryginalna i ergonomiczna konstrukcja pozwala na jednoczesne prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez trzy osoby (nie przeszkadzające sobie nawzajem), a także na wygodne korzystanie z kilku przegród jednocześnie. Oświadczamy, iż jesteśmy producentem oferowanych toreb, posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji Zamówień w/w toreb, które

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania resuscytatora silikonowego z dwoma maskami silikonowymi dla dorosłych w rozmiarze 3 oraz 5 z paskiem zabezpieczającym przed wyslizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem silikonowym, dla dorosłych o następujących parametrach: wykonany z silikonu, objętość rezerwuaru 2500ml, objętość resuscytatora : 1500ml, zastawka nadciśnieniowa 60cm H₂O, rezerwuuar tlenu połączony z zastawkami za pomocą nakrętki, autoklaw owalny w temperaturze 134st. C, (sterylizacji podlegają wszystkie części resuscytatora z wyłączeniem rezerwuaru tlenu), instrukcja w języku polskim.

ODP: NIE. Zamawiający nie dopuszcza zastawki nadciśnieniowej 60cm H₂O

24. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania laryngoskopu światłowodowego, z rękojeścią diodową, w rozmiarze średnim, zasilaną bateryjnie, źródło światła dioda LED, powierzchnia uchwytu metalowa, radełkowana zapewniająca pewny chwyt, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Dopuszczenie powyższych parametr.w pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość oferent.w, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszej oferty

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

25. Czy Zamawiający zrezygnuje ze szkolenia, a dopuści wysyłkę firmą kurierską? Sprzęt jest zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawiać żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

ODP: NIE. Zamawiający nie rezygnuje z przeprowadzenia szkolenia, ale zmienia na uproszczoną formę szkolenia

Dotyczy części nr 10 zamówienia – myjka dezynfektor:

Wnosimy o dopuszczenie urządzeń o parametrach równoważnych, spełniających funkcje mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, zgodnie z normą PN BN ISO 15883-1 oraz PN BN ISO 15883-3.

Dopuszczenie niżej opisanych parametrów przyniesie Zamawiającemu znaczną korzyść, poprzez zwiększenie konkurencyjności postępowania przy pozyskaniu najwyższej jakości sprzętu medycznego.

26. Dotyczy pkt. 4 i 24. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami basenów według opisu przedstawionego w załączniku do specyfikacji technicznej.



ODP: TAK. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami basenów według opisu przedstawionego w załączniku do specyfikacji technicznej

27. Dotyczy pkt. 9. Wnosimy o dopuszczenie urządzenia o szerokości 600 mm i pozostałych wymiarach zgodnych z SIWZ. Proponowane przez nas rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ, poprawia w sposób znaczący funkcjonalność urządzenia, zwiększa możliwości załadunku komory i pozwala na mycie naczyń o dużych rozmiarach (np. misek do mycia pacjenta).

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części nr 7 zamówienia – respirator szpitalny

28. Dotyczy pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czasu wdechu w zakresie od 0,1 do 5,0 sek?

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

29. Dotyczy pkt. 37. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z alarmem pełniącym funkcję alarmu odłączenia pacjenta ale bez regulowanego czasu rozłączenia?

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

30. Dotyczy pkt. 40. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator posiadający wbudowaną, nowoczesną i praktycznie bezgłośnie turbinę bez określonego w instrukcji obsługi hałasu w czasie pracy?

ODP: TAK. Zamawiający dopuszcza respirator posiadający wbudowaną, nowoczesną i praktycznie bezgłośnie turbinę bez określonego w instrukcji obsługi hałasu w czasie pracy

Dotyczy części nr 8 zamówienia – pompy infuzyjne strzykawkowe

31. Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579; dalej: „Ustawa pzp”), wnosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; dalej: „siwz”, a w szczególności regulacji Załącznika nr 16 do siwz pozycja 2 Działu pn. „Szkolenie”. Powyższe wynika z faktu, że powołana regulacja siwz stanowiąca: „Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg.” nie jest jednoznaczna i kolidująca z art. 1 i 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211; dalej: „ustawa o wyrobach medycznych”).

I tak odpowiednio ze zdania pierwszego nie wynika jakie czynności zobowiązany jest zrealizować wykonawca po dostawie do Zamawiającego przedmiotu oferty. Czy ma to być szkolenie dla profesjonalnego użytkownika w zakresie instalacji i opisu używania wyrobu medycznego zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją używania, czy ma to być szkolenie dla profesjonalnego użytkownika w zakresie poszczególnych kolejnych czynności wskazanych w instrukcji używania? Nadmienić należy, że odpowiedzialność w zakresie prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem wyrobu medycznego pozostaje postronnie profesjonalnego użytkownika. W obecnym stanie faktycznym i prawnym trudno jest wyprowadzić jakikolwiek racjonalny jednoznaczny wniosek z powołanego



zdania, gdyż żaden z przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie nakłada obowiązku na podmioty wskazane w art. 2 ust. 1 pkt. 2, 12, 13, 45 ustawy o wyrobach medycznych do dokonywania czynności szkolenia profesjonalnego użytkownika w zakresie czynności używania wyrobu a tym bardziej poświadczania dokumentem prawidłowości wykonywanych czynności używania wyrobu. Wytwórca wyrobu medycznego jeżeli jest to konieczne i niezbędne do prawidłowego używania wyrobu, dostarcza wraz z tym wyrobem medycznym (w zależności od klasy wyrobu), instrukcję używania, która jest przeznaczona do prawidłowego używania wyrobu i jako taka stanowi podstawę do jego używania. Poświadczenie przez podmiot wskazany powyżej, poprawności wykonywanych czynności przez profesjonalnego użytkownika nie leży w gestii i uprawnień podmiotu dostarczającego wyrób medyczny a obowiązkiem profesjonalnego użytkownika świadczeniodawcy jest zapoznanie się z instrukcją używania wyrobu i jej stosowanie. Podmiot dostarczający wyrób może świadczyć wsparcie w zakresie używania wyrobu ale nadal odpowiedzialność w zakresie jego używania pozostaje po stronie profesjonalnego użytkownika. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku pomp infuzyjnych wytwórca nie nakłada obowiązku na profesjonalnego użytkownika odbycia specjalnego szkolenia z zakresu używania wyrobu potwierdzonego odpowiednim dokumentem, czyli za siwz – „...świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy”.

Mając powyższe na względzie wnosimy o wykreślenie zdania pierwszego lub zlikwidowanie kolizji z art. 1 i 90 ust. ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

Odnosząc się do zdania drugiego powołanej powyżej regulacji siwz a w szczególności części zdania drugiego o treści „*jeśli istnieje taki wymóg*” mając na względzie art. 90 ust. ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), zwracamy uwagę, że zasadną byłaby zmiana tej części siwz, na: „*jeśli wytwórca przewiduje*” oraz wykreślając część zdania „*uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu*”. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że wymaganie siwz zakreślone zdaniem drugim o treści „*Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg.*”, pozostaje w konflikcie z powołanym przepisem, gdyż podmiot w postaci dystrybutora lub importera nie musi posiadać uprawnień do zastępowania czynności wytwórcy w zakresie przekazywania uprawnień do wystawiania zaświadczeń a w szczególności do „*przeszkolenia nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne używanie oferowanego sprzętu.*”

Mając powyższe na względzie wnosimy o wykreślenie zdania drugiego lub zlikwidowanie kolizji z art. 90 ust. ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

ODP: Skoro w przypadku pomp infuzyjnych wytwórca nie nakłada obowiązku na profesjonalnego użytkownika odbycia specjalnego szkolenia z zakresu używania wyrobu potwierdzonego odpowiednim dokumentem - przywołany w Załączniku nr 16 do siwz pozycja 2 Działu pn. „Szkolenie” zapis “jeśli istnieje taki wymóg” zwalnia nas z przedmiotowych szkoleń i związanych z nimi świadectw.



32. Prosimy o dopuszczenie urządzenia, spełniającego pozostałe parametry:

Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych
Urządzenie do pracy ciągłej
System zapewniający „suche grzanie” bez udziału wody lub grzanie z udziałem wody
możliwość zawieszenia za pomocą paska
Temperatura regulowana szybkością przepływu cieczy w zakresie 30 – 41°C
Czytelny wyświetlacz umożliwiający kontrolę temperatury
Czas podgrzewania max. 5 min
Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt wysokiej temperatury
Przepływ: 2-12 ml/min
Współpraca ze standardowymi przyrządami produkcji krajowej i zagranicznej o średnicy 3,00-4,00
Masa urządzenia 0,6 kg
Zasilanie 220-240 V, 50-60 Hz
Pobór mocy 70 W
Klasa ochronności II, B, IPX4

ODP: NIE. Nie wszystkie parametry są zgodne z SIWZ

Dotyczy części nr 10 zamówienia – myjka dezynfektor:

33. Dotyczy pakiet 10, pkt 11. Czy Zamawiający wymaga aby komora urządzenia wykonana była w postaci monolitu głęboko tłoczonego z zaokrąglonymi narożnikami w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316 1.4401 lub lepszej gatunkowo, co przekłada się na jej wytrzymałość i żywotność?

ODP. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga opisanej w pytaniu konstrukcji

34. Dotyczy pakiet 10, pkt 12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza zgodnie z normą PN EN ISO 15883, gdzie na naczyniach mogą pozostawać śladowe ilości skroplin np. w zagłębieniach? Pragniemy zauważyć, iż wymaganie dotyczące całkowitego usunięcia skroplin z naczyń zgodne z normą PN EN ISO 15883-1 dotyczy myjni narzędziowych do narzędzi chirurgicznych a nie myjni do naczyń sanitarnych. Proces całkowitego usunięcia skroplin jest czasochłonny, przez co wydłuża się czas działania myjni, co powoduje zwiększenie zużycie energii oraz może powodować zastoje w pracy oddziałów. Śladowe ilości skroplin pozostające na naczyniach nie wpływają na komfort pacjenta i nie powodują zmoczenia bielizny pościelowej.

ODP: NIE.

35. Dotyczy pakiet 10, pkt 16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego.



ODP: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, lecz nie wymaga takiego rozwiązania

36. Dotyczy pakiet 10, pkt 17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia jedynie z optyczną informacją o usterkach? Wymaganie dodatkowej informacji w postaci sygnału akustycznego może powodować zwiększenie kosztu urządzenia a sygnał akustyczny może przeszkadzać w pracy personelu i zakłócać spokój pacjentów.

ODP: NIE.

Dotyczy części nr 2 zamówienia - stolik anestezjologiczny:

37. Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wpisując w opis przedmiotu zamówienia w wyposażeniu wózka anestezjologicznego przejezdny tacka, ma na myśli pojemnik na narzędzia?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

38. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny przejezdny, który wyposażony jest w miskę na odpadki? Miska na odpadki spełnia taką samą funkcję jak wiaderko.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

39. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny przejezdny, który wyposażony jest w odbojniki kątowe mocowane na ramie podstawy? Proponowane rozwiązanie również zabezpiecza wózek przed obciami.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

40. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny przejezdny, którego blat górny posiada wymiary 600x500mm? Jest on bardzo zbliżony do podanego w parametrach technicznych.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

41. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w części zamówienia nr 2 odnoszącego się do szkolenia personelu oraz pracowników obsługi technicznej? Nie są to urządzenia medyczne więc nie wymagają specjalistycznego szkolenia, wystarczy zapoznanie się z instrukcją obsługi. Sprzęt zostanie dostarczony w wersji złożonej.

ODP: NIE. Zamawiający nie rezygnuje z przeprowadzenia szkolenia, ale zmienia na uproszczoną formę szkolenia

Dotyczy części nr 2 zamówienia - stolik anestezjologiczny:

42. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, którego blat roboczy ma wymiary 640 x 520 mm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

43. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w miskę na odpadki zamiast wiaderka?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

44. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w dwa pojemniki na cewniki, każdy z zintegrowanym uchwytem do zawieszania na szynie?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

45. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, którego producent nie wymaga przeglądów dla zachowania gwarancji?

ODP: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części nr 4 zamówienia – Kardiomonitor z funkcją pomiaru ciśnienia oraz pulsoksymetru

46. Dotyczy pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający możliwość wyświetlania 8 krzywych na ekranie? Przy 12 calowym ekranie i



podstawowych funkcjach oczekiwanych przez Zamawiającego jest to wystarczająca ilość do analizy zapisów.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

47. Dotyczy pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający możliwość ręcznej rekonfiguracji ekranu? Ze względów bezpieczeństwa taka opcja wydaje się być bardziej pożądana.

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

48. Dotyczy pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pamięć trendów na poziomie 160 godzin? Jest to niewielka różnica w stosunku do zapisów przedmiotu zamówienia i nie ma wpływu na komfort pracy operatora.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

49. Dotyczy pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pomiar częstości pracy serca w zakresie od 15 ud/min? Jest to niewielka różnica w odniesieniu do zapisów przedmiotu zamówienia.

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy części nr 7 zamówienia – respirator szpitalny:

50. Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator posiadający oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV bez możliwości ustawienia gwarantowanej objętości oddechu (VG)?

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

51. Pkt. 37 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator posiadając alarm rozłączenia układu oddechowego ale bez regulacji czasu rozłączenia? Taka opcja wydaje się bezpieczniejsza tym bardziej że urządzenie jest wyposażone w regulowany alarm bezdechu.

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

52. Pkt. 40 - Czy Zamawiający może wyjaśnić w jakich warunkach odbywa się pomiar poziomu hałasu urządzenia? Oferowany do przetargu respirator charakteryzuje się cichą pracą turbiny w zależności od warunków na poziomie ok. 45-50 dBA.

ODP: TAK. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia pomiaru hałasu.

53. Pkt. 42 - Czy Zamawiający może wyjaśnić na czym ma polegać wyjście zewnętrzne sygnalizacji alarmów? Oferowany do przetargu respirator posiada alarmy wizualne widoczne z każdej strony oraz dźwiękowe.

ODP: Taki sposób sygnalizacji alarmów jest wystarczający

Dotyczy części nr 1 zamówienia - łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej z matercem przeciwoślizgowym:

54. Dotyczy pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka wyposażonego w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki w seg. Oparcia pleców oraz uda z zabezpieczeniem w postaci szczytu przed przesuwaniem się materaca wzdłużnie?

ODP: TAK. Zamawiający dopuszcza



55. Dotyczy pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie łóżko z oparciem pleców o długości 701 mm co nieznacznie różni się od parametru wymaganego?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

56. Dotyczy pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści długość seg uda 283 mm co nieznacznie różni się od wymaganego i nie ma wpływu na użytkowanie łóżka

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

57. Dotyczy pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z oparciem segmentu podudzia o długości 481 mm co nieznacznie różni się od parametru wymaganego?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

58. Dotyczy pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 1970 x 870 mm co nieznacznie różni się od wymaganego i nie ma wpływu na użytkowanie łóżka

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

59. Dotyczy pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością minimalną leża 380 mm co nieznacznie różni się od parametru wymaganego?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

60. Dotyczy pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z kątem nachylenia segmentu uda 30 st. co nieznacznie różni się od parametru wymaganego i nie ma wpływu na użytkowanie łóżka?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

61. Dotyczy pkt. 29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko którego konstrukcja podwozia nie wymaga zastosowania osłon tworzywowych na całej długości i szerokości co znacznie ułatwia czyszczenie podwozia oraz eliminuje ryzyko zbierania się np. kurzu lub pod osłonami a tym samym eliminuje potencjałe siedliska infekcyjne?

ODP: TAK. Pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w SIWZ

62. Dotyczy pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami bocznymi podwójnymi, dzielonymi wykonanymi z ultrawytrzymałego tworzywa HDPE odpornego na uszkodzenia zewnętrzne, zapewniające zabezpieczenie pacjenta na całej długości leża od szczytu do szczytu, opuszczanymi za pomocą jednej ręki i składanymi poniżej poziomu materaca (po złożeniu barierki nie wystają poza obrys zewnętrzny łóżka) - poręcze boczne spełniają wymaganą normę-1 kpi poręczy do łóżka?

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

63. Dotyczy pkt. 36. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie tylko certyfikatu ISO 9001 oraz 13485 dla producenta z uwagi na fakt, że oferent, który nie ma w swoim zakresie produkcji a wyłącznie dystrybucję nie ma obowiązku prawnego posiadania wymaganych przez Zamawiającego certyfikatów.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części nr 1 zamówienia - łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej z matercem przeciwoślężynowym:

64. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi z polipropylenu?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

65. Czy Zamawiający dopuści łóżko z główną konstrukcją łóżka wykonaną z profili o przekroju 4 x 2,5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?



ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

66. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3 cm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

67. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem stałym o długości 200 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

68. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

69. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z autoregresją oparcia pleców 90 mm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

70. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez tworzywowej obudowy podwozia? Wszelkie kable i sterowniki umieszczone są bezpośrednio pod leżem i co za tym idzie obudowa podwozia jest zbędna.

ODP: TAK. Zamawiający uzupełnia SIWZ

71. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez osłony tworzywowej na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach?

ODP: TAK. Zamawiający uzupełnia SIWZ

72. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z krążkami odbojowymi o średnicy 70 mm, co nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność krążków odbojowych?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

73. Czy zamawiający dopuści materac pasywny z pianki poliuretanowej o gęstości 30kg/m3?

ODP: TAK. Podana wartość spełnia zapisy SIWZ.

74. Czy zamawiający dopuści materac pasywny z pokrowcem o przepuszczalności pary wodnej 484g/m2/24h w temperaturze 37oC?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

75. Czy zamawiający dopuści materac pasywny z pokrowcem o gęstości 175 ± 20 g/m2 ?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

76. Czy zamawiający dopuści materac pasywny z pokrowcem bez dodatku substancji przeciwgrzybiczych ?

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

77. Czy zamawiający dopuści materac pasywny bez właściwości przeciwdrożdżynowych?

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

78. Czy zamawiający dopuści materac pasywny o parametrach równoważnych?

ODP: TAK. Zamawiający dopuści materac pasywny o parametrach równoważnych pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ

79. Czy zamawiający dopuści materac przeciwdrożdżynowy pneumatyczny o parametrach równoważnych?

ODP: TAK. Zamawiający dopuści materac przeciwdrożdżynowy pneumatyczny o parametrach równoważnych, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ



80. Czy zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

ODP: Terminy bez zmian

Dotyczy części nr 9 zamówienia – przepływowe urządzenie do podgrzewania płynów

81. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Załączniku nr 17 sprzętu o parametrach:

Lp	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Opis potwierdzonego parametru
1	Suchy podgrzewacz do płynów infuzyjnych i krwi.	TAK	
2	Zakres prędkości podaży ogrzanego płynu min 20ml/min	TAK	
3	Dokładność wyświetlacza +/-3°C	TAK	
4	Zasilanie 220-240V 50Hz +/-10%	TAK	
5	Możliwość bezpiecznego ogrzewania krwi i związków krwiozastępczych	TAK	
6	Stała, ustawiona fabrycznie temperatura ogrzewania	TAK	
7	Wyświetlacz z cyfrowym wskaźnikiem temperatury	TAK	
8	Monitorowanie bieżącej pracy urządzenia na wyświetlaczu	TAK	
9	Alarmy wizualne i dźwiękowe:	TAK	
10	Możliwość mocowania do stojaka	TAK	
11	Klasa ochronności: Klasa I, typ BF, IPX2 (kropłoszczelność)	TAK	

W załączeniu – ulotka

ODP: NIE. Niewystarczająca dokładność wyświetlacza.

Dotyczy części nr 10 zamówienia – myjka dezynfektor:

82. Pytanie, dot. zał. 18, pkt 4. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny, wymienny uchwyt na myte naczynia gwarantujący skuteczne mycie basenów i kaczek dostarczonych razem z urządzeniami oraz ewentualnie innych naczyń, wymiana uchwytu bez konieczności stosowania narzędzi?



ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

83. Pytanie, dot. zał. 18, pkt 7 Czy Zamawiający dopuści wykonanie komory roboczej i wytwornicy pary ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm oraz zbiornika wody z tworzywa sztucznego?

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

84. Pytanie, dot. zał. 18, pkt 9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 580 mm spełniające pozostałe wymagania odnośnie gabarytów?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

85. Pytanie, dot. zał. 18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga urządzeń z potwierdzoną skutecznością eliminacji *Clostridium Difficile* przez niezależną instytucję naukową i badawczą.

ODP: Zamawiający nie określił takiego wymogu.

Dotyczy części nr 3 zamówienia – Lampa operacyjna mobilna:

86. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o **temperaturze barwowej 4400K**? Jest to wartość najbardziej zbliżona do barwy naturalnego słonecznego światła. Parametr równoważny.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

87. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną posiadającą **3 stopniową** zmianę natężenia oświetlenia w zakresie 50-100%? Proponowany parametr jest optymalny do wykonywanych zabiegów.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

88. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną posiadającą **bezdotykowy system** zmiany natężenia oświetlenia w zakresie 50-80-100% natomiast **funkcja włączania i wyłączania realizowana poprzez włącznik umieszczony na czaszy lampy**?

ODP: TAK. Zamawiający uzupełnia SIWZ

89. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która posiada średnicę plamy świetlnej d10 = 22cm przy średnicy kopuły 280mm? Parametr lepszy od wymaganego.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

90. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w uchwyt sterylny oraz tzw. uchwyt brudny okalający 20% obwodu czaszy?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

91. **Gwarancja, serwis.** Czy Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części 12 zamówienia – Lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa:

92. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zawieszce posiada osłonę wykonaną z blachy stalowej, malowanej proszkowo? Jest to bardziej trwały materiał w porównaniu z tworzywem, bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania.

ODP: TAK. Zamawiający uzupełnia SIWZ.

93. Czy Zamawiający dopuści kopułę satelitarną o **regulowanej średnicy pola bezcieniowego** w zakresie 190-360mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

ODP: TAK.

94. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła posiada uchwyt do pozycjonowania w formie relingu, który zajmuje 75% obwodu czaszy? Reling jest



oddalony od kopuły na odległość, która zapewnia swobodny chwyt dłonią oraz bezproblemowe czynności związane z czyszczeniem urządzenia.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

95. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulację natężenia światła **w zakresie 25 - 100%**, realizowaną przy pomocy dwóch sterowników umieszczonych na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach oraz z panelu przewodowego, umieszczonego na ścianie –elektroniczna regulacja odbywa się **w 10 stopniach**. Zastosowanie **naściennego panelu przewodowego** minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie.

ODP: TAK. Zamawiający uzupełnia SIWZ

96. Czy Zamawiający dopuści lampę, której kopuła posiada włącznik, umieszczony na dwóch sterownikach znajdujących się po przeciwnych stronach czaszy? Zastosowanie dwóch paneli na kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego.

ODP: TAK. Zamawiający uzupełnia SIWZ

97. Czy Zamawiający dopuści lampę, której wielkość napromieniowania wynosi 390 W/m²? Jest to niewielka różnica od wymaganej w SIWZ.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

98. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

ODP: Od posadzki do stropu podwieszanego 2,60m a do stropu właściwego 2,95.

Odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym wynosi ok. 35cm

99. Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

ODP: Tak. Agregat (wypust kablowy wyprowadzony w stropie podwieszanym)

100. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

ODP: Strop ACKERMANA.

101. Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

ODP: TAK, istnieje takie dojście.

102. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

ODP: Zasilanie awaryjne jak w punkcie 99. Zasilanie podstawowe należy doprowadzić z szachtu w korytarzu odległość od miejsca montażu lampy ok. 15m.

103. Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

ODP: NIE. Wykonawca w ramach dostawy i montażu lampy wykona zasilanie niezbędne do uruchomienia i użytkowania lampy. Instalację można poprowadzić w korytkach znajdujących się w strefie sufitu podwieszanego.

104. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta

ODP: NIE

105. **Gwarancja, serwis.** Czy Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części 12 zamówienia – Lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa:



106. Czy Zamawiający dopuści w pkt 3. lampę ze źródłem światła - diody LED - maksymalny pobór mocy przez lampę 69W. Minimum 29 diod w kopule. Diody nowej generacji białe?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

107. Czy Zamawiający dopuści w pkt 10. lampę z zakresem regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 26 do 33 cm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

108. Czy Zamawiający dopuści w pkt 12. Lampę z głębokością oświetlenia 117cm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

109. Czy Zamawiający dopuści w pkt 15. Lampę z uchwytem w formie relingu rozmieszczonego na 1/4 długości obwodu czaszy lampy?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

110. Czy Zamawiający dopuści w pkt 21 Lampę z włącznikiem umieszczonym na sterowniku mocowanym przy czaszy lampy?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

111. Czy Zamawiający dopuści w pkt 24. Lampę z wielkością napromieniowania maksymalnie 377W/m²?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części nr 3 zamówienia – Lampa operacyjna mobilna:

112. Czy Zamawiający dopuści w pkt 4. Lampę o średnicy kopuły 24cm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

113. Czy Zamawiający dopuści w pkt 13. Lampę ze współczynnikiem CRI=95?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

114. Zamawiający dopuści w pkt 14. Lampę ze średnicą plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 230 mm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

115. Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

ODP: TAK. Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora

Dotyczy części nr 6 zamówienia – ssak operacyjny elektryczny:



116. Dotyczy poz. 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak operacyjny elektryczny o gabarytach 340x360x850 mm ? *Różnica między parametrem* wymaganym a oferowanym jest nieznaczna.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części nr 1 zamówienia - łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej z materacem przeciwoleżynowym:

117. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowalnymi, tworzywowymi panelami?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

118. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające pilot dla personelu/pacjenta służący do regulacji wszystkich funkcji elektrycznych opisanych w pkt 15, bez konieczności stosowania dodatkowego panelu sterującego dla personelu?

ODP: TAK. W SIWZ nie ma mowy o stosowaniu dodatkowego panelu.

119. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające wbudowanego zasilania awaryjnego?

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

120. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym 200kg?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części nr 3 zamówienia – Lampa operacyjna mobilna:

121. Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej równej 4350 K? Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż różnica 150 K nie ma żadnego wpływu na wartości użytkowe ani kliniczne lampy.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

122. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w uchwyt sterylny? W związku łatwym pozycjonowaniem lampy nie ma potrzeby stosowania relingu okalającego, co ma również duży wpływ na mały rozmiar i wagę czaszy. Poza tym sama budowa czaszy umożliwia pewny chwyt na obwodzie umożliwiając dokładne pozycjonowanie.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części nr 4 zamówienia – Kardiomonitor z funkcją pomiaru ciśnienia oraz pulsoksymetru:

123. Dotyczy pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dedykowany ekran WYSIWIG do obsługi mierzonych i wyświetlanych na ekranie parametrów w zależności od tego jakie czujniki są podłączone do kardiomonitora?

ODP: TAK. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie lecz go nie wymaga.

124. Dotyczy pkt 12 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z chłodzeniem konwekcyjnym? Chłodzenie konwekcyjne charakteryzuje się bezgłośnym działaniem, mniejszym zużyciem energii jak również brakiem osadzania i rozprzestrzeniania się kurzu.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

125. Dotyczy pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający pamięć i prezentację trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów 120 godzin?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ



126. Dotyczy pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem częstości pracy serca w zakresie: 15-300 ud/min?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

127. Dotyczy pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem bezdechu w zakresie 10 – 40 sekund? Biorąc pod uwagę częstość oddechów na poziomie ok. 10-12 na minutę proponowany zakres pomiaru bezdechu z klinicznego punktu widzenia jest wystarczający.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części nr 8 zamówienia – pompy infuzyjne strzykawkowe:

128. Dotyczy poz. 8. Prosimy o dopuszczenie pompy o masie wynoszącej wraz z zaciskiem 2,5 kg.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

129. Dotyczy poz. 24. Prosimy o dopuszczenie pompy z możliwością ustawienia 11 poziomów ciśnienia okluzji w zakresie 150 mmHg do 975 mmHg. Wartość domyślna 450 mmHg. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

130. Dotyczy poz. 25. Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w 1 tryb wypełniania linii.

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

131. Dotyczy poz. 38. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy bez alarmu rozłączenia linii.

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

132. Dotyczy poz. 45. Prosimy o dopuszczenie pompy umożliwiającej zaawansowaną komunikację danych (RS232, WiFi) z możliwością zastosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pompy biblioteki leków.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części 12 zamówienia – Lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa:

133. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o maksymalnym poborze mocy 80W, natężeniu kopuły głównej 160 lux i 51 wysokowydajnych diod LED? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż pomimo mniejszej ilości diod natężenie światła wynosi 160 klux, co jest parametrem lepszym od wymaganego.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

134. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola operacyjnego odbywa się za pomocą panelu umieszczonego przy czaszy lampy?

ODP: TAK. Zamawiający uzupełnia SIWZ

135. Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym równym od 18 do 28 cm? Tak mała różnica pozostaje bez wpływu na walory użytkowe lampy.

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

136. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w zakresie 5-100% umieszczoną na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu z elektroniczną regulacją w 20 stopniach?

ODP: TAK. Podane parametry spełniają zapisy SIWZ.



137. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z wielkością napromieniowania maksymalnie 360 W/m²? Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż jest to bardzo mała różnica napromieniowania nie mająca wpływu na walory kliniczne i użytkowe lampy?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ.

138. Prosimy o podanie rodzaju stropu w miejscu montażu lamp?

ODP: Strop ACKERMANA.

139. Czy Zamawiający posiada doprowadzone przewody zasilające do miejsca montażu lamp?

ODP: Patrz odpowiedź 102

140. Czy w przypadku potrzeby wzmocnień stropu w miejscu montażu lamp Zamawiający wykona je na własny koszt?

ODP: NIE. Trzeba uwzględnić w dostawie.

DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 6 – WZÓR UMOWY

141. Pytanie 1 – dotyczy §12 ust. 1 pkt 6

Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

- 1) Z tytułu nieterminowej dostawy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,3%** wartości brutto **niedostarczonego w terminie urzędzenia**, w przypadku uchybienia terminowi określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin dostawy).
- 2) Z tytułu nieterminowej naprawy danego urządzenia (w okresie obowiązywania gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **0,3%** wartości brutto **naprawianego urzędzenia** za każdy dzień opóźnienia.
- 3) W przypadku uchybienia terminowi określonego w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy (przystąpienia serwisu do naprawy) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,3%** wartości brutto **naprawianego urzędzenia** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- 4) W przypadku uchybienia terminowi określonego w § 10 ust. 6 niniejszej Umowy (termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,3%** wartości brutto **naprawianego urzędzenia** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- 5) W przypadku uchybienia terminowi określonego w § 10 ust. 7 niniejszej Umowy (termin wykonania naprawy gwarancyjnej z użyciem części zamiennych) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,3%** wartości brutto **naprawianego urzędzenia** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

ODP: Zamawiający zmienia następujące zapisy Umowy (załącznika nr 6 do SIWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 12 ust 1 pkt. 2) Z tytułu nieterminowej dostawy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto **niedostarczonego w terminie urzędzenia**, w przypadku uchybienia terminowi określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin dostawy).

Pozostałe zapisy § 12 Umowy pozostają bez zmian.

Dotyczy części 12 zamówienia – Lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa:



142. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną posiadającą kopułę o natężeniu 160 000lux, jednosegmentową o eliptycznym kształcie, zbliżonym do koła (jak poniżej), bez podziałów na wyodrębnione segmenty, posiadające 94 diody LED, wyposażone w 1 zintegrowany uchwyt obwodowy (brudny), gdzie wszystkie diody LED emitują światło widzialne białe o różnej temperaturze barwowej (wyjątek stanowią diody światła endoskopowego w kolorze zielonym, o regulowanej temperaturze barwowej światła w zakresie 3800 do 4800K oraz regulowanej średnicy pola operacyjnego w zakresie 23 do 40cm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

143. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną z panelem sterowania umieszczonym przy kopule (panel ten umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami oraz umożliwia włączenie i wyłączenie lampy). Panel ten dzięki swojemu umiejscowieniu nie zmienia położenia względem operatora pomimo różnych ustawień samej głowicy co jest parametrem znacznie lepszym niż pierwotnie wymagany?

ODP: TAK. Zamawiający uzupełnia SIWZ

144. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną posiadającą maksymalną wielkość napromieniowania 580 W/m² przy natężeniu światła 160 000 lux?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części nr 3 zamówienia – Lampa operacyjna mobilna:

145. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy zabiegowej posiadającej okrągłą czaszę o zwartej, kompaktowej budowie i średnicy 375mm, wyposażoną w 36 diod (punktów oświetleniowych), z uchwytem sterylnym oraz uchwytem brudnym pełniącym również funkcję panelu sterowania?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

146. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy zabiegowej o natężeniu oświetlenia 60 000lux oraz średnicą pola świetlnego w odległości 1m: d10= 260mm

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

147. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy zabiegowej o głębokości oświetlenia (L1+L2) 60cm?

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

148. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy zabiegowej o temperaturze barwowej światła 4300K oraz współczynnika oddawania barw CRI - Ra=95?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

Dotyczy części nr 2 zamówienia - stolik anestezjologiczny

149. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, którego blat roboczy ma wymiary 640 x 520 mm?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

150. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w miskę na odpadki zamiast wiaderka?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ

151. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w dwa pojemniki na cewniki, każdy z zintegrowanym uchwytem do zawieszania na szynie?

ODP: TAK. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



152. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, którego producent nie wymaga przeglądów dla zachowania gwarancji?
ODP: TAK.