

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro, na dostawę odczynników do gazometrii, oksymetrii i metabolitów wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz z przeprowadzeniem szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **13.04.2018 r.**, numer ogłoszenia **544106-N-2018**.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 18.04.2018 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z zewnętrznym systemem zabezpieczenia przed skrzepami w postaci wyłapywaczy skrzepów - clotcacherów?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

2. **Dot. Załącznik nr 10 do SIWZ - Umowa sprzedaży.** Par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Zamawiający odpowiada:

Szkolenie dotyczy personelu technicznego i personelu wyższego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSZ oraz min. 2 osób pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego.

3. Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Zamawiający odpowiada:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Par. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

Zamawiający odpowiada:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Zamawiający odpowiada:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zamawiający odpowiada:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Zamawiający odpowiada:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „dzień po tym terminie” na „dzień zwłoki”?

Zamawiający odpowiada:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Par. 10 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "bez powodów uzależnionych od Zamawiającego" na "z powodów zawinionych przez Wykonawcę"?

Zamawiający odpowiada:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Dot. Załącznik nr 11 do SIWZ - Umowa dzierżawy. Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy i wprowadza stosowne zmiany w SIWZ.

11. Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie ma wymogu ubezpieczenia aparatu, Zamawiający użył zwrotu „ewentualnego”.

12. Par. 12 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia

przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Zamawiający odpowiada:

Załącznik Nr 1 do Umowy dzierżawy nr 20/D/2018 stanowiący Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która reguluje kwestie ochrony danych osobowych.

13. Dotyczy pkt. 10 warunków granicznych (załącznik nr 4 do SIWZ): Czy zamawiający dopuszcza analizator, w którym elektrody są wbudowane w pakiet odczynnikowy i stanowią jego integralną część? Przy każdej wymianie pakietu odczynnikowego (co 28 dni) na pokładzie analizatora pracuje nowy zestaw elektrod. Ponadto brak jakichkolwiek czynności obsługowych związanych z elektrodami, tj. brak dodatkowych płynów do uzupełniania, membran itd.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

14. Dotyczy pkt. 4 arkusza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SIWZ): Czy Zamawiający dopuści wyspecyfikowanie w poz. 4 (załącznika nr 2) równoważnego rozwiązania, które nie wymaga zakupu dodatkowego asortymentu służącego do wyłapywania skrzepów w ilości zabezpieczającej wykonanie 25.000 oznaczeń określonych w załączniku nr 2? Port próbki znajdujący się w analizatorze pełni także rolę wyłapywacza skrzepów i jest on zawsze skalkulowany w ofercie w ilości zależnej od ilości wykonywanych badań. Takie rozwiązanie upraszcza wykonanie badania. Próbkę podajemy bezpośrednio do analizatora, bez konieczności każdorazowego nakładania na kapilarę wyłapywacza skrzepu.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

15. Dotyczy pkt. 4 warunków serwisu i szkoleń (załącznik nr 4 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowane warunki serwisowego wg propozycji: „W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy lub pokrycia kosztu wykonania badań w innym laboratorium zewnętrznym do czasu usunięcia niesprawności urządzenia?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2 załącznika nr 10:

W związku z wysyłką towaru bezpośrednio od producenta z zagranicy i brakiem możliwości dołączenia do dostawy faktury VAT, która drukowana jest w Polsce czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłanie faktury VAT w postaci osobnej przesyłki, a dołączenie do dostawy wykazu zamówionych towarów zawierającego nazwę i numer katalogowy zamawianej pozycji, ilość opakowań oraz numer serii?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.