

Strona internetowa

Oznaczenie postępowania 19/2018

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 16.04.2018 r. pod numerem 544823-N-2018, na dostawę, montaż i uruchomienie myjni/dezynfektora do narzędzi i osprzętu dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 19.04.2018 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dot. Załącznika nr **2a do SIWZ pkt. 11** Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy nie przekraczającej 26 kW?

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dot. Załącznika nr **2a do SIWZ pkt. 22** Czy Zamawiający w celu umożliwienia uczciwej konkurencji dopuści urządzenie bez podłączenia do systemu GETINGE T-DOC? Posiadany przez Zamawiającego system jest wyrobem firmy Getinge i umożliwia podłączenie wyłącznie przez w/w firmę, która może być stroną w tym postępowaniu.

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dot. Załącznika nr **2a do SIWZ pkt. 22** Czy Zamawiający dopuści urządzenie podłączone do dedykowanego innego niż GETINGE T-DOC oprogramowania służącego do monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, ich ewidencji, znakowania zestawów, kontenerów, tac i pojemników oraz wyliczania kosztów?

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dot. Załącznika nr **2a do SIWZ pkt. 22** Prosimy o podanie posiadanej przez Zamawiającego wersji systemu GETINGE T-DOC.

Ad. 4. Zamawiający posiada wersję **T-DOC 2000**

5. Dot. Załącznika nr **2a do SIWZ pkt. 22** Prosimy o informację kto będzie ponosił koszty integracji systemu w przypadku użycia programu zewnętrznego?

Ad. 5. Nie dotyczy (wyjaśnienie Ad. 3).

6. Dot. Załącznika nr **2a do SIWZ pkt. 24** Prosimy o podanie, czy w miejscu montażu myjni Zamawiający posiada przyłącze elektryczne o mocy 20-30 kW oraz doprowadzoną instalację wody zimnej, ciepłej, uzdatnionej oraz kratkę odpływową? Czy w przypadku braku w/w instalacji Zamawiający przewiduje dokonanie wizji lokalnej?

Ad. 6. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

7. Dot. Załącznika nr **2a do SIWZ pkt. 27** Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli zamiast wózka załadownego do myjni zostanie zamontowana automatyczna platforma umożliwiająca mechaniczny załadunek i rozładunek wózków wsadowych?

Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert