

Strona internetowa

Oznaczenie postępowania 19/2018

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 16.04.2018 r. pod numerem 544823-N-2018 na dostawę, montaż i uruchomienie myjni/dezynfektora do narzędzi i osprzętu dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji WSZ w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 23.04.2018 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dot. **SIWZ pkt. 3 ppkt. 7** Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej pomyłki pisarskiej wymagając zgodności myjni dezynfektora z normą PN EN ISO 15883-4? PN EN ISO 15883-4 określa wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych, tymczasem opisana myjnia dezynfektor do narzędzi, instrumentów laparoskopowych, zestawów anestezjologicznych powinna być zgodna z PN EN ISO 15883-1 oraz PN EN ISO 15883-2.

**Ad. 1.** Myjnia/ dezynfektor musi być wyrobem medycznym spełniającym wymagania normy **PN EN ISO 15883-1, PN EN ISO 15883-2** Zamawiający wprowadza stosowne zmiany w SIWZ.

2. Dot. Załącznika nr **2a do SIWZ pkt. 22** Czy Zamawiający wymaga bezpośredniego podłączenia sterownika oferowanego urządzenia do systemu dokumentacji procesów T-DOC bez użycia portów drukarkowych?

**Ad. 2.** TAK, Zamawiający wymaga.

3. Dot. Załącznika nr **2a do SIWZ pkt. 15** Czy Zamawiający wymaga wyposażenia urządzenia w system suszący z układem odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia?

**Ad. 3.** TAK, Zamawiający wymaga.

4. Dot. Załącznika nr **2a do SIWZ pkt. 22** Czy Zamawiający wymaga kompatybilności urządzenia i systemu T-DOC potwierdzoną oświadczeniem wytwórcy urządzenia oraz wytwórcy systemu T-DOC?

**Ad. 4.** TAK, Zamawiający wymaga oświadczenia wytwórcy urządzenia oraz wytwórcy systemu T-DOC.

5. Dot. Załącznika nr **2a do SIWZ pkt. 13** Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w dodatkowy zbiornik wstępnie podgrzewający wodę uzdatnioną wykorzystywaną do dezynfekcji termicznej, co znacząco skróci proces mycia i dezynfekcji?

**Ad. 5.** TAK, Zamawiający wymaga.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert