

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę sprzętu jednorazowego użytku w 22 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 15.05.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1 Pakiet 20, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie nr 2 Pakiet 20, poz.3

Prosimy o wydzielenie poz.3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie nr 3 Pakiet 12, poz.1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Ad. 3. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w postępowaniu.

Pytanie nr 4 Pakiet nr 2, poz.1

Czy zamawiający dopuści kieliszki wykonane z plastiku, o twardym i zaoblonym rancie oraz elastycznej części środkowej?

Ad. 4. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w postępowaniu.

Pytanie nr 5 Pakiet nr.7, poz.1

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii w kolorze mlecznym – możliwość oceny zawartości, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Ad. 5. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w postępowaniu.