

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę sprzętu jednorazowego użytku w 22 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 18.05.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o przesłanie projektu umowy do w/w postępowanie.

Proszę również o informację na jaki okres będzie umowa lub okres realizacji zamówienia.

Ad. 1. Do w/w postępowania nie będzie obowiązywała umowa natomiast realizacje zamówień częściowych będą realizowane do dnia 30.06.2018 według zapisów w zaproszeniu .

Pytanie 2

Pakiet 1 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o długości 48 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie 3

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do wstrzykiwaczy w rozmiarze 0,25x4mm?

Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu

Pytanie 4

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do wstrzykiwaczy w rozmiarze 0,25x6mm?

Ad.4. Zamawiający podtrzymuje zapisy w postępowaniu.

Pytanie 5

Pakiet 13

Zamawiający wymaga, aby igły były kompatybilne ze wszystkimi aplikatorami stosowanymi przez szpital. Proszę zatem o podanie nazw, producentów aplikatorów używanych przez szpital.

Ad.5. Aplikatory do insuliny stosowane przez szpital:

1. Novo Pen 3, Novo Nordisk Pharmaceutical
2. Novo Pen 4, Novo Nordisk Pharmaceutical
3. Gensu Pen 2, Bioton SA

4. Huma Pen Luxura, Lilly

5. YPSO PEN, Polfa Tarchomin

Pytanie 6

Pakiet 13

Proszę o dopuszczenie igieł na podstawie oświadczenia producenta igieł o kompatybilności ze stosowanymi przez szpital aplikatorami.

Ad.6 Zamawiający nie wymaga oświadczenia w postępowaniu.

Pytanie 7

Pakiet 14, poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny za pojedynczą sztukę (tak jak w pozostałych pozycjach) z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Ad.7 Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu

Pytanie 8

Pakiet 20, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z teflonu FEP, zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ,.

Ad.8 Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu

Pytanie 9

Pakiet 20, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ,.

Ad.9 Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu

Pytanie 10

Pakiet 9, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w zestawie płyn do płukania jamy ustnej z 0,10% roztworem chlorheksydyny w zamian 0,05% roztworu chlorku cetylopirydyny, bez zawartości szkodliwych alkoholi i innych szkodliwych substancji, pozostałe elementy zestawu bez zmian ?

Ad. 10 Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu.

Pytanie 11

Pakiet 9, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej pakowany w opakowanie foliowe?

Ad. 11 Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu.

Pytanie 12

Pakiet nr 6

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczotki do mycia i dezynfekcji rąk posiadającej polietylenową miękką szczecinkę i poliuretanową gąbkę z drugiej strony, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Ad. 12 Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu.

Pytanie 13**Pakiet 7**

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie torby na wymiociny z dużym plastikowym ustnikiem bez dodatku PCW idealnie obejmującym usta, gwarantujący, że całość wymiocin zostanie wychwycona.

2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie torby z systemem zapewniającym higieniczną i bezzapachową utylizację zawartości.

Ad. 13 Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu, podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

Pytanie 14**Pakiet 9**

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym fabrycznie zamkniętym opakowaniu: szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania, z trzema otworami ssącymi, z zastawką do regulacji siły ssania, pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, płyn do płukania ust z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanych saszetkach typu „burstpouch” oraz gąbkę aplikator z poprzecznym pofałdowaniem.

Ad 14A Zamawiający podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu, którego każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania co zapobiega kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowywania procedury tak jak w obecnie stosowanych zestawach w Państwa placówce?

Ad. 14B Zamawiający podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

Pytanie 15**Pakiet 12**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą o długości min. 5,5 cm.

Ad. 15 Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu.

Pytanie 16**Pakiet 13**

Prosimy o sprecyzowanie czy igły do penów mają być sterylizowane radiacyjnie?

poz. 1

Ad 16a Zamawiający nie określa sposobu sterylizacji.

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igła sterylna do wstrzykiwaczyinsuliny (do penów) 0,25 x 5 mm

Ad16b Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu.

poz.1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kompatybilność oferowanych igieł do pena ze wszystkimi stosowanymi przez szpital aplikatorami do insuliny (PEN) ma być potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej Producenta igieł dołączonym do oferty.

Ad16c Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 17**Pakiet 14**

Czy poprzez zapis „do pompy infuzyjnej” Zamawiający ma na myśli to aby zaoferowane strzykawki do pomp infuzyjnych był wymienione w oryginalnej instrukcji obsługi w/w pomp i menu pompy w celu zapewnienia bezawaryjnego działania pompy.

Ad17a Zamawiający nie wymaga takiego zapisu.

Ad17b poz. 4

1. Prosimy o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej z końcówką luer-lock, pojemność 50/60 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, z ergonomicznym podcięciem tłoka, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), ze stopniowym, płynnym przesuwem tłoka, o minimalnej przestrzeni zalegającej, czarna niezmywalna skala co 1ml, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze.

Ad 17b Zamawiający podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

Pytanie 18**Pakiet 20**

Poz. 1-2

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 (Dz. U. 2011 nr 174 poz.1039 z późn. zmianami) Zamawiający będzie wymagał w trakcie obowiązywania umowy przynajmniej 2 kursów doszkalających o różnej tematyce związanej z bezpieczną kaniulacją, ochroną przed ekspozycją zawodową, opieką nad dostępem naczyniowym zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia?

Ad 18 Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 19**Pakiet nr 19**

Prosimy o dopuszczenie przeciwbakteryjnego łącznika bez powłoki VitalShield ze srebrem. Oferowany produkt przeznaczony jest do użytku przez 7 dni.

Ad 19. Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu.

Pytanie 20**Pakiet 22**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli 150sztuk szkiełek=3 op po 50szt czy 150 opakowań?

Ad 20. Zamawiający wskazał 3 op. po 50 sztuk.