

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę sprzętu jednorazowego użytku w 22 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 18.05.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie nr 19 w pozycj 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie transparentnego łącznika bezigłowego z obojętnym przemieszczaniem płynu, przez co zmniejszającym ryzyko wystąpienia okluzji cewnika, w porównaniu do łączników z negatywnym przemieszczaniem płynów. Przystosowany do iniekcji wysokociśnieniowych do 325psi lub 2241kPa i przepływem 10ml/sek. O objętości wypełnienia 0,08ml i objętości zalegającej 0,03ml. Kompatybilny z lipidami, krwią, osoczem, preparatami krwiopochodnymi i lekami cytostatycznymi. Do bezpiecznego stosowania przez 7 dni lub do 200 aktywacji w zależności co będzie pierwsze. Wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Łącznik z prostą drogą przepływu płynu. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu.

Ad.1 Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w zaproszeniu.