



strona internetowa
Nr sprawy: ZP-44/2018

Elbląg, 23.05.2018

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę i montaż wyposażenia medycznego do zakupu w ramach Projektu pn. „Doposażenie sprzętowe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 17.05.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

PYTANIA - pakiet nr 1 – Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej - 7 szt.;

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków ze stali precyzyjnej, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad. 1 Zamawiający dopuści do postępowania. Zmiana Załącznika nr 2 –specyfikacja techniczna

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków ze stopów aluminium , spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Ad.2 Zamawiający dopuści do postępowania. Zmiana Załącznika nr 2 –specyfikacja techniczna

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 21.05.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 2 – Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń – 1 szt.;

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.

Ad.1 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Jest ono zgodne z pkt 22 specyfikacji urządzenia.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2 – Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń – 1 szt.;
Czy Zamawiający uzna za potwierdzenie spełnienia parametrów techniczno - użytkowych opisanych przez Zamawiającego w przypadku złożenia katalogów / prospektów autoryzowanego dystrybutora?

Ad.2 Odp. Zamawiający potwierdza iż, katalogi lub prospekty autoryzowanego dystrybutora mogą potwierdzać spełnienie parametrów techniczno - użytkowych opisanych przez Zamawiającego

Dotyczy Pakietu nr 2

3. Ad. 15 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie osiągało pełne spektrum bójcze (bakteriobójcze, wirusobójcze - w tym Noro oraz sporobójcze) w czasie jednego procesu? Na rynku dostępne są urządzenia, które do osiągnięcia pełnego spektrum wymagają powtórzenia procesu, co może być niebezpieczne zarówno dla personelu jak i pacjentów.

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza do postępowania. Podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

4. Ad. 4. Prosimy o doprecyzowanie jakie spektrum ma osiągać zaoferowane urządzenie przy założonej kubaturze 1.000m³.

Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania. Podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

5. Ad. 4 Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie pozwalające na przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze do 500m³? Z naszego doświadczenia wynika, iż w większości szpitali nie istnieje konieczność dezynfekcji przez zamglawianie pomieszczeń o kubaturze większej niż 350-400m³.

Ad.5 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania. Podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

6. Ad. 5 Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o masie 32kg wyposażone w kółka i rączkę do jego prowadzenia?

Ad.6 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania. Podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

7. Ad. 7 Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie działające w oparciu o środek dezynfekcyjny, w którym stężenie nadtlenu wodoru wynosi 2,5%?

Ad.7Zamawiający nie dopuszcza do postępowania. Podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

8. Ad. 7 Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym środek dezynfekcyjny nie zawiera jonów metali ciężkich, osadzających się na powierzchniach, skąd trafiają do organizmu pacjentów i personelu?

Ad.8 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania. Podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

9. Ad. 8 Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym środek dezynfekcyjny jest w kanistrach o pojemności 5 litrów? Rozwiązanie takie jest znacznie bardziej ekonomiczne niż opisane w SIWZ butelki 1l. Ponadto pozwala na przeprowadzenie procesu w pomieszczeniach o większej kubaturze.

Ad.9 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania. Podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

10. Ad. 11 Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w potencjalnie awaryjny element jakim jest turbina?

Ad.10 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania. Podtrzymuje zapisy w zaproszeniu.

11. Ad. 15 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie zapewniało pełną skuteczność bójczą (w tym dla sporów) już w trakcie pojedynczego procesu. Na rynku dostępne są urządzenia, które dla osiągnięcia pełnego spektrum wymagają powtórzenia procesu zamglawiania.

Ad.11 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania. Podtrzymuje zapisy w zaproszeniu

12. Ad. 19 Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach 350 x 400 x 900 mm, wyposażone w koła?

Ad.12 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania. Podtrzymuje zapisy w zaproszeniu

13. Ad. 20 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje systemu opóźnienia startu stanowiącego integralną część urządzenia, a nie timera zewnętrznego podłączanego do gniazda elektrycznego.

Ad.13 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania. Podtrzymuje zapisy w zaproszeniu

14. Ad. 21 Ideą dezynfekcji przez zamglawianie jest to by uzyskać mgłę mikrozoolową, która ze względu na małe rozmiary cząsteczek dociera wszędzie. Jeśli wymagane jest stosowanie dodatkowych elementów oznacza to, że urządzenie nie spełnia wymagań. W przewodzie takim następuje skroplenie się środka dezynfekcyjnego, przez co zmianie ulegają jego właściwości fizyko-chemiczne, co może mieć wpływ na skuteczność procesu dezynfekcji. Dodatkowo, oprzyrządowanie takie wymaga kierowania węża przez operatora, co może mieć wpływ na jego zdrowie i życie. Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości podłączenia elastycznego węża

Ad.14 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania. Podtrzymuje zapisy w zaproszeniu