

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę soczewek wewnątrzgałkowych z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego dla potrzeb Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 23.05.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza soczewkę o średnicy całkowitej 12 mm i angulacji haptyków 5 stopni ? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza soczewkę o konstrukcji haptyków bez otworów (C loop) i angulacji 5 stopni? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści soczewki wewnątrzgałkowe z dwoma otworami w haptenie, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 25.05.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o długości całkowitej 13mm, angulacji 9°, posiada po 2 otwory każdej z dwóch części haptycznych, pozostałe parametry bez zmian.

Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania

Pytanie nr 5

Dotyczy: §6 ust. 4 wzoru umowy sprzedaży

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z tytułu niezrealizowania reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 1 z 1 % do 0,1% wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień opóźnienia?

Ad.5 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie nr 6

Dotyczy: § 8 ust.1 wzoru umowy sprzedaży

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z tytułu nieterminowych dostaw z 0,25% do 0,1% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Ad.6 Zamawiający nie dopuści do postępowania.

Pytanie nr 7

Dotyczy § 8 ust.2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego z 10% do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Ad.7 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie nr 8

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej umowie”

Ad.8 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży oraz żeby za termin zapłaty uznana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy?

Ad.9 Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z umowy przelanych przez bank-do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przelane w formie pisemnej.

Ad.10. Zamawiający nie dopuszcza do postępowania.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sygnowania faktur numerem umowy?

Ad.11 Zamawiający nie dopuści do postępowania.

Pytanie nr 12

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie Wzoru umowy depozytowej następujących zapisów:

„ 1. Przechowawca zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.

2. W przypadku stwierdzenia przez Składającego, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Składającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odbioru

3. Przechowawca zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu”

Ad.12 Zamawiający nie dopuści do postępowania.