

Elbląg. 05.06.2018r.

Oznaczenie sprawy 22/2018

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylnych, leczniczych środków technicznych do zabiegów radiologicznych w 8 pakietach dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zamieszczonego w BZP Ogłoszenie nr 564620-N-2018 z dnia 2018-05-29

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 04.06.2018r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dot. Pak. 4
Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści cewnik balonowy pokrywany paklitakselem o średnicy 2, 2.5, 3, 3.5, 4,5,7,8 kompatybilny z koszulką 4 lub 5 F w zależności od rozmiaru balonu , spełniający pozostałe kryteria specyfikacji.
2. Pakiet nr 4 Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki balonowe pokrywane lekiem do tętnic poniżej kolana dostępne w typie zarówno RX jak i OTW z zastrzeżeniem, że dla średnicy 4 mm dostępna jest tylko wersja RX? Cewniki dostępne w jednej długości układu wprowadzającego - 150 cm dla typu OTW i 140 cm dla typu RX. Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.
3. Pakiet nr 8 Czy Zamawiający dopuści do oceny strzykawkę wysokociśnieniową z dokładnością manometru co 1 bar/atm? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.
4. **Pakiet Nr 6 - Stentgraft aortalny do leczenia tętniaków aorty brzusznej z kompletnym zestawem do implantacji**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentgraftu z odnogami biodrowymi umożliwiającymi implantację w tętnicach o średnicy od 8mm do 20mm (średnice zewnętrzne odnóg 9-20mm)?
5. Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 14 Umowa Depozytowa, poprzez nadanie par. 3 ust. 1 następującego brzmienia:
„Produkty w Magazynie Depozytowym stanowią własność Składającego do momentu ich pobrania z Magazynu Depozytowego przez Przechowującego, aczkolwiek Przechowujący jest finansowo odpowiedzialny za wszystkie części wyposażenia, które zostaną zużyte, zagubione lub uszkodzone.”
6. Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 14 do SIWZ poprzez dodanie do par. 1 ust. 3 zdania: „W przypadku, gdyby Przechowujący posiadał w Magazynie Depozytowym więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on

wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

7. Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 14 do SIWZ poprzez dodanie do par. 3 ust. 4 o treści: „Produkty, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z Magazynu Depozytowego przez Zamawiającego.”
8. Czy w ramach wykonania umowy zamawiający będzie powierzał wykonawcy jakiegokolwiek dane osobowe lub zaistnieje konieczność powierzenia zamawiającemu przez wykonawcę danych osobowych pracowników wykonawcy? Jeżeli tak, czy zamawiający zgodzi się dodać do umowy sprzedaży par. 17 o treści:

„Strony wzajemnie powierzają sobie przetwarzanie podstawowych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dot. stanowiska i zakresu kompetencji) pracowników uczestniczących w realizacji umowy, dla celów jej realizacji i bieżących kontaktów przy wykonywaniu umowy, na czas jej obowiązywania. Strona mająca dostęp do danych ma następujące obowiązki związane z powierzeniem przetwarzania danych:

- a. będzie przetwarzać te dane osobowe zgodnie z niniejszą umową i innymi pisemnymi instrukcjami strony przekazującej dane osobowe, wyłącznie na udokumentowane polecenie Strony przekazującej, tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy, chyba że obowiązek taki nakłada na tę Stronę przepis prawa; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Strona Przetwarzająca informuje Stronę Przekazującą o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
- b. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
- c. oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
- d. w przypadku, gdy Strona przekazująca wyrazi zgodę na dalsze powierzenie przez Stronę przetwarzającą przetwarzania danych osobowych w imieniu Strony przekazującej w celu świadczenia usług zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Strona przetwarzająca zapewni, że każdy podzleceniobiorca zostanie zobowiązany do ochrony danych co najmniej na poziomie określonym w niniejszej umowie. Pełna odpowiedzialność za wywiązanie się ze spoczywających na podzleceniobiorcy obowiązkach spoczywa na Stronie przetwarzającej;
- e. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Stronie przekazującej poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw;
- f. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne jej informacje, pomaga Stronie przekazującej wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
- g. po zakończeniu powierzenia przetwarzania, zależnie od decyzji Strony przekazującej, usuwa lub zwraca jej wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
- h. udostępnia Stronie przekazującej wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków administratora oraz umożliwia Stronie przekazującej lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.”

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści cewnik balonowy pokrywany paklitakselem o średnicy 2, 2.5, 3, 3.5, 4,5,7,8 kompatybilny z koszulką 4 lub 5 F w zależności od rozmiaru balonu , spełniający pozostałe kryteria specyfikacji.

Ad.2. Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści do oceny cewniki balonowe pokrywane lekiem do tętnic poniżej kolana dostępne w typie zarówno RX jak i OTW z zastrzeżeniem, że dla średnicy 4 mm dostępna jest tylko wersja RX. Cewniki dostępne w jednej długości układu wprowadzającego - 150 cm dla typu OTW i 140 cm dla typu RX. Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

Ad.3. Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści do oceny strzykawkę wysokociśnieniową z dokładnością manometru co 1 bar/atm. Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert