

Oznaczenie postępowania 16/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2014 r. pod numerem 81006-2014 na dostawę stymulatorów serca dwujamowych wraz z zestawem elektrod oraz introducerów z jednoczesnym użyczeniem na okres użytkowania stymulatorów urządzeń niezbędnych do ich programowania dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – zmienia treść załączników do SIWZ w dniu 18.03.2014 r.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących załącznikach:

- **Załącznik nr 2 do SIWZ (Parametry wymagane - Stymulator dwujamowy DDDR z kpl. elektrod) pkt. nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:**
 - 11. Okres refrakcji A/V min. zakres 250-400 ms (Zamawiający dopuszcza: okres refrakcji w przedsionku, a w komorze w zakresie od 200-500 ms).
- **Załącznik nr 2A do SIWZ (Parametry podlegające ocenie - Stymulator dwujamowy DDDR z kpl. Elektrod) pkt. nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:**
 - 5. Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji podczas testu na threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – wykres graficzny. (Zamawiający uzna za równoważny: dokładny pomiar progu stymulacji w komorze oraz kontrola skuteczności impulsu stymulującego beat to beat co 0,1V a w razie stymulacji nieskutecznej dostarczany jest back up impuls).

Zamawiający załącza Załącznik nr 2 i 2A do SIWZ po wprowadzonych w/w zmianach.

Aktualne zmiany na dzień 18.03.2014 r. w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 18.03.2014 r. pozostają bez zmian.

.....
data i podpis Zamawiającego