

Nr sprawy: ZP-67/2018

Elbląg, 03.07.2018

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę staplerów okrężnych jednorazowych** dla potrzeb Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniach 29.06.2018r. 02.07.2018r. od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy zamawiający dopuści stapler okrężny bez łamanego kowadełka w rozmiarach 29, 32, 33 z otwartą zszywką wysokości 5 mm, wysokość zszywki po zamknięciu od 1,00 mm do 2,5 mm?
2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust. 2).

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1, 2:

3. Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy.
4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
5. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie Jednorazowego staplera okrężnego zakrzywionego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21 mm, 25mm, 29mm, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm, ergonomiczny uchwyt staplera, obrotowe ostrze, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa.

6. Czy Zamawiający z celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie staplerów o średnicy 29, 32, 34 mm ze zszywkami o obłym przekroju poprzecznym i wysokością przed zamknięciem 5,0mm.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT (dot. § 4 ust. 2).

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR NACZELNY


mgr Elżbieta Gelert