

Elbląg, 04.07.2018

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę staplerów okrężnych jednorazowych** dla potrzeb Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 02.07.2018r. od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego, jednorazowego o średnicy 26mm, 29mm i 32mm, o długości trzonu 185mm z łamanym kowadełkiem. Zszywki formowane w „perfekcyjne B” do tkanki o normalnej wysokości (4,8mm/2,0mm) i grubej (5,0mm/2,2mm)
2. Czy Zamawiający wymaga, aby stapler okrężny był wyposażony w podwójne (wewnętrzne i zewnętrzne) zabezpieczenie, co zapobiega przed jego nieprawidłowym użyciem?
3. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga : Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem o średnicy 28mm wysokość zszywki przed zamknięciem do wyboru 4,8mm do tkanki grubej 3,5 mm do tkanki normalnej o średnicy 31 mm i 33 mm wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm do tkanki grubej . Zamawiający określi średnicę staplera oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.2. Zamawiający wymaga s. taplerów zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej.

Ad.3. Zamawiający potwierdza, że są to wymagane parametry s. taplerów.

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych

Dyktor T. [signature]

DYREKTOR NACZELNY

[signature]
mgr Elżbieta Gelert