

Znak sprawy 23/2018

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 Euro ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.06.2018 r. pod numerem 2018/S 112-254537 na dostawę akcesoriów do endoskopii dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej WSZ w Elblągu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 25.06-04.07.2018 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dot. Pakietu Nr 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG - typu „pull”) o średnicy CH 16, kompletny, niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, P.E.G. zapewnia korzyści wynikające z założenia zgłębnika na dłuższy czas bez konieczności ponawiania endoskopii i konwencjonalnego wyciągu. CECHY PRODUKTU: Przezroczysty, termoczuły poliuretan opracowany specjalnie do długotrwałego użytkowania; Elastyczny wewnętrzny wspornik zatrzymujący w kształcie gwiazdy z membraną zamykającą przetokę zmniejsza wycieki soków trawiennych; Wkładanie przy użyciu popularnej techniki Ponsky’ego (wyciąg) z technologią podwójnej pętli umożliwia bezpieczne połączenie, bez zmuszania do wiązania węzłów; Użycie obturatora P.E.G. umożliwia łatwe usunięcie zgłębnika bez wyciągu lub endoskopii.

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje wymogi techniczne zamówienia.

2. dot. umowy depozytowej (zał. Nr 53 do SIWZ)

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 53 do SIWZ, poprzez nadanie par. 3 ust. 1 następującego brzmienia:

„Przedmiot umowy złożony w Magazynie Depozytowym stanowi własność Składającego do momentu jego pobrania z Magazynu Depozytowego przez Przechowawcę, aczkolwiek Przechowawca jest finansowo odpowiedzialny za wszystkie części wyposażenia, które zostaną zużyte, zagubione lub uszkodzone.”.

Ad. 2. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. dot. umowy depozytowej (zał. Nr 53 do SIWZ)

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 53 do SIWZ poprzez dodanie do par. 1 ust. 4 zdania: „W przypadku, gdyby Przechowawca posiadał w depozycie więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Ad. 3. Nie. Przedmiotem umowy depozytowej jest 1 szt., więc wyżej proponowany zapis nie może mieć zastosowania.

4. dot. umowy depozytowej (zał. Nr 53 do SIWZ)

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 53 do SIWZ poprzez dodanie do par. 3 ust. 4 o treści: „Produkty, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z depozytu przez Zamawiającego.”

Ad. 4. Nie. Powyższy zapis nie ma zastosowania. Zgodnie z zapisem paragrafu 1 ust. 4 Składający (Wykonawca) odpowiada za termin przydatności danego asortymentu i w przypadku, gdy termin przydatności jest krótszy niż 1 miesiąc wymienia dany asortyment z terminem min. 6 miesięcznym. W związku z powyższym nie może dojść do sytuacji, że w magazynie depozytowym jest przeterminowany asortyment.

5. dot. Pakietu Nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o długości 4,5 i 6 mm.

Ad. 5. Nie

6. dot. Pakietu Nr 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników o długości 2150 mm?

Ad. 6. Nie

7. dot. Pakietu Nr 19

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania koszyków rękojeścią zaopatrzoną w trzy otwory na palce?

Ad. 7. Wymagania techniczne nie precyzują sposobu wykonania rękojeści.

8. dot. Pakietu Nr 20

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszyków o dwóch średnicach: 20mm i 25 mm?

Ad. 8. Nie

9. dot. Pakietu Nr 20

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania koszyków rękojeścią zaopatrzoną w trzy otwory na palce?

Ad. 9. Wymagania techniczne nie precyzują sposobu wykonania rękojeści.

10. dot. Pakietu Nr 30

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z przewodnikami o długości minimum 200 cm ze względu na przeprowadzanie zabiegu w przełyku?

Ad. 10. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ

11. dot. pakietu Nr 2, poz.1.1

Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości do 1520 szt. w górę czy 1480 szt. w dół? Prosimy o podania ilości.

Ad. 11.

Tak, 1480 szt.

12. dot. pakietu Nr 2, poz. 6.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wyłączenie z pakietu powyższej pozycji w celu umożliwienia złożenia ważnej oferty?

Ad. 12. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji z pakietu.

13. dot. pakietu Nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie IndigoCarmine niesterylnego, 1% markera do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej; w opakowaniu 10 ampulek po 10 ml ?

Ad. 13. Podana wielkość ampulki spełnia wymogi specyfikacji. Wielkość opakowania zbiorczego nie jest określona w wymagach SIWZ.

14. dot. pakietu 22, poz. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów wprowadzających do protez 8,5 i 10 FR z jednym portem - do podania kontrastu i dla przewodnicy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 14. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi.

15. dot. SIWZ Parag.3, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie akcesoriów w pakiecie 44, poz.1. 8-1.10, które nie są wyrobami medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych i w związku z tym nie ma dla nich obowiązku posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu w rozumieniu w/w ustawy?

Mając na uwadze powyższe, stawka podatku VAT obowiązującą dla tych akcesoriów to 23%.

Ad. 15. Tak, wynika to z pkt. 3 ppkt 5 SIWZ, gdzie Zamawiający sprecyzował cyt.: „.....- *jeżeli dotyczy danego asortymentu*”

16. Dotyczy zapisów SIWZ punkt 6.6 ppkt. 1

Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi wyposażenie wyrobu medycznego, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – punkt 6.6 ppkt. 1? Dla takiego produktu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

Ad. 16. W opisanym przypadku Zamawiający nie będzie wymagał, wynika to z zapisu pkt. 6.6 ppkt. 1 SIWZ, gdzie Zamawiający sprecyzował cyt.: „.....-*jeżeli dotyczy danego asortymentu*”

17. dotyczy Pakietu Nr 9

Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować Igły endoskopowe jednorazowego użytku dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym o średnicy 2,8 mm i długości 1700 mm długość narzędzia min. 2300 mm o konstrukcji końca dystalnego umożliwiającej wielokrotne wsuwanie i wysuwanie igły przy zagiętym aparacie (wzmocnienie osłonki), konstrukcja osłonki odporna na załamania, powierzchnia zewnętrzna zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego aparatu (gładka o powierzchni zmniejszającej tarcie): średnica igły 0.5 mm i długości igły 4 i 6 mm oraz średnicy igły 0,7mm i długości igły 4mm, 5mm i 6mm?

Ad. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania średnicy igły 0,7mm zamiast wymaganej 0,6 mm podtrzymując pozostałe wymogi zawarte w SIWZ.

18. Dotyczy Pakietu Nr 28

Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować zestaw do wprowadzania metalowych protez samorozprężalnych przełykowych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) typu „single action” dostosowany do współpracy z przewodnikiem 0,035” wraz z protezą, z uwalniającą oliwką i dedykowanym przewodnikiem (dostarczenie osobno zgodnego przewodnika) – o długości umożliwiającej wprowadzenie zestawu na przewodnik przeprowadzony przez zwężenie (min. 450 cm), z systemem wprowadzającym umożliwiającym powtórne zamknięcie protezy przy jej niepełnym uwolnieniu (z markerem widocznym w rtg określającym granicę uwolnienia umożliwiającą powtórne złożenie) celem repozycji, średnica protezy po rozprężeniu 20mm i 24mm (do wyboru przez Zamawiającego), częściowo powlekane i całkowicie powlekane, bez zastawki, długość protezy z zakresu 8cm-14cm?

Ad. 18. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ

19. Dotyczy Pakietu Nr 30

Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować zestaw do wprowadzania metalowych protez samorozprężalnych jelitowych (wykonane z nitinolu lub materiału równoważnego) dostosowany do współpracy z aparatem o kanale roboczym 3,7 mm x 1700 mm (wymagana możliwość zakładania przez kanał roboczy endoskopu!) dostosowane do przewodnika 0,035” wraz z protezą i przewodnikiem (dostarczenie zgodnego przewodnika osobno – o długości umożliwiającej wprowadzenie zestawu na przewodnik przeprowadzony przez zwężenie - min. 450 cm), system bez możliwości schowania stentu, z markerem widocznym w rtgi, dostępne średnice protezy po rozprężeniu 20mm i 22mm, długości protezy z zakresu 8-12 cm?

Ad. 19. Zamawiający podtrzymuje wymogi specyfikacji.

20. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej odpowiednio z 1% na 0,5% oraz z 20% na 10%?

Ad. 20. Zamawiający nie wyraża zgody

21. Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowania zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„W przypadku niezrealizowania pozytywnie rozpatrzonej reklamacji w terminie 5 dni roboczych od jej uznania Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 25pln, za każdy dzień po tym terminie”

Ad. 21. Zamawiający nie wyraża zgody

22. Dotyczy projektu umowy § 5

Zwracamy się z prośbą o dodanie do powyższego paragrafu ust. 4 o poniższym brzmieniu: „W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 30 dni od terminu wskazanego na fakturze Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień do momentu uregulowania zaległej należności”

Ad. 22. Zamawiający nie wyraża zgody

23. Dotyczy zapisów umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Ad. 23. Zamawiający nie wyraża zgody

24. dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne gastroscopowe o długości 170 cm, kolonoskopowe o długości 230 cm?

Ad. 24. Przedstawione powyżej parametry spełniają wymogi zawarte w specyfikacji (przy założeniu, że oferowany przedmiot spełnia pozostałe wymagane parametry)

25. dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne gastroscopowe o długości 170 cm, kolonoskopowe o długości 230 cm?

Ad. 25. Przedstawione powyżej parametry spełniają wymogi zawarte w specyfikacji (przy założeniu, że oferowany przedmiot spełnia pozostałe wymagane parametry)

26. dot. pakietu Nr 2, poz. 6.3

Czy Zamawiający dopuści trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; dzięki specjalnym nacięciom na osłonie końcówka narzędzia zgina się pod kątem 90 stopni; długość narzędzia 1950mm; długość noska 2mm; długość cięciwy 15mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,4Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035"?

Ad. 26. Tak