

Znak sprawy 34/2018

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 27.09.2018 r. pod Nr 622091-N-2018 na dostawę siatek przepuklinowych, protez i łat naczyniowych, zacisków naczyniowych, opony sztucznej, protezy kości czaszki, odciągów poliestrowych, znaczników chirurgicznych, materiałów szewnych, staplerów skórnych, serwet oraz podkładów higienicznych dla potrzeb Bolku Operacyjnego WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 28.09-03.10.2018 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dot. pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, bez impregnacji solami srebra ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1ml/cm²/min o następujących długościach:

Pozycja 1:

15cm dla średnic 6-16mm

12,5cm lub 25cm dla średnic 18-24mm

Pozycja 2:

30cm dla średnic 6-16mm

25cm lub 50cm dla średnic 18-24mm

Pozycja 3

60 cm.

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. dot. pakietu nr 2

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów łat powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia łaty z antybiotykiem, grubość ściany 0,36mm, przepuszczalność poniżej 0,5ml/cm²/min., rozmiary 10x75mm, 15x75mm, 25x120mm, 15x50mm.

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody

3. dotyczy Pakietu nr 3

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez e-PTFE, dwuwarstwowych (warstwa podłużna i warstwa owijająca), bez impregnacji heparyną, ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z heparyną.

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody

4. dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez e-PTFE, dwuwarstwowych (warstwa podłużna i warstwa owijająca), bez impregnacji heparyną, ale z możliwością jonowego

łączenia powleczenia protezy z heparyną.

Ad. 4. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

5. dot. Pakietu nr 8

Prosimy o odstąpienie w pakiecie 8 od wymogu systemu do tunelizacji Slider GDS oraz od wymogu użyczenia tunelizatora. Pozostałe parametry zgodne.

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody

6. dot. pakietu Nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o wymiarach 60x90cm lub 75x90cm?

Ad. 6. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

7. dot. pakietu Nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie sztaplerów ze zszywkami w rozmiarze 6,5 x 4,5mm.

Ad. 7. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

8. dot. pakietu Nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 13 w poz. 1 dopuszcza stapler skórny o następujących parametrach:

Stapler skórny zawierający 35 zszywek, posiadający wskaźnik ilości zszywek, zszywki szerokie: szerokość grzbietu 7,2 mm, wysokość 4,9mm, grubość 0,60 mm, zszywki zwykłe: szerokość: 5,9mm, wysokość 3,9mm, grubość 0,50mm, z wysoko biokompatybilnej stali chirurgicznej. Mechanizm właściwie pozycjonujący zszywki przed aplikacją, zszywki o zwiększonej ostrości.

Ad. 8. Tak

9. dot. pakietu Nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 9. Tak

10. Dotyczy pakietu nr 19 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania podkładów obustronnie chłonnych, o rozmiarach 120 x 60 cm. ze zdolnością absorpcji 16 litrów wody na metr kwadratowy.

Ad. 10. Tak

11. Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 23 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do

jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Ad. 11. Tak

12. Dotyczy Formularza Oferty

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę (usunięcie pozostałych pakietów)?

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość

Ad. 12. Tak

13. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2

Prosimy o modyfikację w/w ust. na zapis: “ ... w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy...”

Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego niestandardowo wysokie kary umowne powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości). Stoi to w sprzeczności zarówno z przepisami ustawy PZP (art. 14, 139 PZP) oraz art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, jak również z art. 7 ust. 1 – czyli zasadą uczciwej konkurencji. Powyższe wymagania w zakresie kar umownych nałożonych na wykonawcę, prowadzą bowiem do ograniczenia konkurencji poprzez eliminację z ubiegania się o udzielenie zamówienia szerszego kręgu oferentów.

Ad. 13. Nie

14. dot. wzoru umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad. 14. Tak, zgodnie z zapisem § 2 ust. 1

15. dot. wzoru umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Ad. 15. Nie

16. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia

umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Ad. 16. Nie

17. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Ad. 17. Nie

18. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby informacje na temat serii i daty ważności znajdowały się na załączniku do faktury?

Ad. 18. Dopuszcza się na dokumencie WZ, zgodnie z zapisem § 2 ust. 4.

19. pytanie dotyczące siwz:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Ad. 19. W przypadku, gdy Wykonawca bierze udział jako Konsorcjum Zamawiający wyraża zgodę.

20. dot. pakietu Nr 19

Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 90 x 60 cm?

Ad. 20. Tak

21. dot. pakietu Nr 13

Czy w pakiecie nr 13 Zamawiający wymaga potwierdzenia w instrukcji lub oświadczeniem producenta, że oferowane staplery skórne są zatwierdzone do stosowania w przypadku badań rezonansem magnetycznym?

Ad. 21. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

22. dot. pakietu Nr 9

Czy w pakiecie 9 pozycja 16 Zamawiający dopuści pętlę o dł. 150cm?

Ad. 22. Tak, patrz pkt. 3 ppkt. 7 SIWZ

23. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 siatki częściowo wchłaniającej, monofilamentowej, ultralekkiej, o gramaturze 28g/m², wielkość porów 3mm, kompozyt

polipropylenu i kwasu poli(glikolido-ko-kaprolaktonowego, 75/25), czas wchłaniania ok. 90-120 dni. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Ad. 23. Nie

24. dot. pakietu Nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie nr 9 szwów syntetycznych, wchłaniających, plecionych, wykonanych z kwasu poliglikolowego, powleczonego stearynianem wapnia oraz polikaprolaktonem, o czasie wchłaniania 60 – 75 dni, czasie podtrzymania tkankowego rzędu 70% po 14 dniach, optymalny czas podtrzymania tkankowego 28 dni.

Ad. 24. Nie

25. dot. pakietu Nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 szwów wyprodukowanych przez dwóch producentów? W razie wątpliwości jesteśmy skłonni przekazać próbki oferowanych szwów.

Ad. 25. Nie

26. dot. pakietu Nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 9 igły o długości 20 mm i/lub 24 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Ad. 26. Nie, z treści pytania nie wiadomo jakiej pozycji pytanie dotyczy.

27. dot. pakietu Nr 9

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. 10, 12 igieł okrągłych, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 27. Tak, Zamawiający wymaga okrągłych **lub** stożkowych

28. dot. pakietu Nr 9

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 12 igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Ad. 28. Nie

29. dot. pakietu Nr 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. 16 igłę zwykłą, okrągłą tnącą o długości 48mm (USP 1, 1/2 koła), nić, pętla o długości 150 cm?

Ad. 29. Nie

30. dot. pakietu Nr 9

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 9 szwów syntetycznych, wchłaniających, plecionych wykonanych z polimeru kwasu glikolowego i pokrytych e-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia o czasie wchłaniania 60 – 90 dni, charakteryzujące się utrzymaniem ok 65% pierwotnego napięcia przez dwa tygodnie oraz ponad 40% przez trzy tygodnie

Ad. 30. Nie

31. dot. pakietu nr 7

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 7 poz. 8 **„Jednowarstwowa ,makroporowata, transparentna, nieadhezyjna siatka chirurgiczna”, co umożliwi złożenie korzystnej ofert oraz na złożenie oferty w pakiecie 7 poz. 8 na: siatkę chirurgiczną separującą, transparentną,, kompozytową - implant powięziowy niewchłaniałny do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych metodą IPOM , jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% – polifluorek winylidenu zapobiegający powstawaniu zrostów od strony trzewi), siatka posiada znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru, dwukierunkowa elastyczność, grubość 0,7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm (0,8 – 2 mm), gramatura 66 g/m2?**

Ad. 31. Nie

32. dot. pakietu nr 7

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 7 poz. 9 **„Jednowarstwowa ,makroporowata, transparentna, nieadhezyjna siatka chirurgiczna”, co umożliwi złożenie korzystnej ofert oraz na złożenie oferty w pakiecie 7 poz. 9 na: siatkę chirurgiczną separującą, transparentną,, kompozytową 15 cm x 20 cm - implant powięziowy niewchłaniałny do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych metodą IPOM , jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% – polifluorek winylidenu zapobiegający powstawaniu zrostów od strony trzewi), siatka posiada znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru, dwukierunkowa elastyczność, grubość 0,7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm (0,8 – 2 mm), gramatura 66 g/m2?**

Ad. 32. Nie

33. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6:

Siatkę częściowo wchłaniałną, składającą się w 25 % z niewchłaniałnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłaniałnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu 7-10 miesięcy, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość max. 2030 µm, bez filamentów, w rozmiarach zgodnych z SIWZ ?

Ad. 33. Nie

34. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuści matrycę kolagenową do regeneracji opony twardej o następujących parametrach:

- materiał wykonany z najczystszej kolagenu typu I
- materiał ulegający wchłonięciu (biodegradacji) w ściśle zaprojektowanym czasie
- matryca zapewniającą szybką i skuteczną wodoszczelność
- matryca zewnątrzkomórkowa posiadająca strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości umożliwiającą szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej
- materiał posiadający właściwości hemostatyczne
- materiał posiadający właściwości adhezyjne
- materiał nie wymagający szycia
- materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceni
- materiał wykonany z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I:
- W pozycji 1 o wymiarach: 5 cm x 5 cm
- w pozycji 2 o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm ?

Ad. 34. Nie