

Przedmiot zamówienia: Fotele do dializ - 3 szt.

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

1. Trzysekcyjny, elektryczny fotel do dializ.
2. Możliwość ustawienia ergonomicznej dla pacjenta pozycji dzięki stosownym regulacjom z możliwością ustawienia do pozycji horyzontalnej - łożko.
3. Możliwość ustawienia fotela w pozycji Trendelenburga, CPR (pozycji resuscytacji krążeniowo - naczyniowej) oraz anty-Trendelenburga (ułatwienie zejścia pacjenta z fotela).
4. Zastosowane materiały muszą chronić przed kurzem i zanieczyszczeniami, umożliwiać skuteczne mycie i dezynfekcję fotela.
5. Mobilna podstawa umożliwiająca przemieszczanie fotela.
6. Sterowanie przewodowym pilotem.
7. Wieszak na kroplówki.
8. Możliwość zawieszenia ręcznika jednorazowego oraz worka na mocz.
9. Pozostałe wymagania:
 - a) Sterowana pedałem regulacja wysokości: min. 620 - 750 mm
 - b) Długość fotela rozłożonego do pozycji w pełni poziomej: max. 2500 mm
 - c) Regulacja sekcji oparcia pleców
 - d) Regulacja sekcji oparcia nóg
 - e) Wygodne, regulowane podłokietniki: wysokość, kąt nachylenia, obrót, możliwość całkowitego odjęcia
 - f) Wymiary siedziska: min. 500 x 500 mm
 - g) Wymiary sekcji oparcia pleców (dł. x wys.): 530 x 850 mm \pm 40 mm
 - h) Wymiary sekcji oparcia nóg (dł. x wys.): 500 - 410 mm \pm 40 mm
 - i) Maksymalna waga pacjenta: min. 150 kg
 - j) Waga fotela: max. 140 kg
 - k) Napięcie zasilania: 100 – 240 V +/- 10%, częstotliwość 50/60 Hz
 - l) Klasa ochronności: I
 - m) Stopień odporności na zamoczenie: IPX 6
 - n) Zastosowana dyrektywa: 93/42/EWG o wyrobach medycznych z późn. zm. 2007/47/WE i rozporządzeniem 1882/2003

B. Gwarancja, serwis.

1. Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
2. Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych.
3. Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.
4. Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.
5. Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji.

6. W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach.
7. Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.
8. Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas trwającej więcej niż 7 dni roboczych naprawy warsztatowej lub u producenta,.
9. Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
10. Dostarczenie kopii wymaganych atestów i certyfikatów dopuszczających sprzęt do używania zgodnie z przeznaczeniem.

C. Wymagane czynności przeglądów eksploatacyjnych.

1. Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)
2. Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)
3. Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-2 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem.

D. Szkolenie

1. Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).
2. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.
3. Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.
4. Dokonanie stosownych wpisów do paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.