

Załącznik nr 5.4. do SIWZ**Pakiet nr 5 - Parametry techniczne podlegające ocenie**

Lp.	Parametry oceniane	Skala ocen	Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis
1	Konserwacja analizatora:		
	1a. 1 raz w miesiącu potwierdzona w materiałach firmowych	TAK- 25 punktów	
	1b. Więcej niż 1 raz w miesiącu potwierdzona w materiałach firmowych	TAK – 0 punktów	
2	Wszystkie oferowane mikrokarty do oznaczenia grupy krwi zawierają mikrokolumny z kontrolą wewnętrzną	TAK - 25 punktów NIE - 0 punktów	
3	Oznaczenie pełnych grup krwi łącznie z badaniem przesiewowym na obecność przeciwciał odpornościowych nie mniej niż 20 próbek na godzinę	TAK - 25 punktów NIE - 0 punktów	
4	Mikrokarty do oznaczania grupy krwi dla noworodków zawierające: a) 2 odczynniki anty-D z dwóch różnych klonów b) możliwość potwierdzenia oznaczenia antygenów A i B układu ABO	TAK - 25 punktów NIE - 0 punktów	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy