

Załącznik nr 1.1. do SIWZ**Pakiet nr 1 - Parametry podlegające ocenie**

Parametry oceniane Pozycja 1,2	Skala ocen	Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis
W metodzie probówkowej odczynniki <u>nie wymagają</u> inkubacji z badanymi krwinkami a nasilenie reakcji po odwirowaniu jest od 3+ do 4+	TAK – 2 x 25 pkt. (za każdy odczynnik po 25 pkt. - max 50 pkt.)	
W metodzie probówkowej odczynniki <u>wymagają</u> inkubacji z badanymi krwinkami	TAK – 0 pkt	

Parametry oceniane Pozycja 3,5(I zestaw) i pozycja 4,6 (II zestaw)	Skala ocen	Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis
W metodzie szkiełkowej reakcja pojawia się po 10 sekundach i po 3 minutach osiąga nasilenie od +3 do +4 a powstały aglutynat <u>nie przylega do nakryłu</u>	TAK – 2 x 25 pkt. (za każdy zestaw po 25 pkt. - max 50 pkt.)	
W metodzie szkiełkowej odczynnik osiąga nasilenie od +3 do +4 powyżej 4 minut a powstały aglutynat <u>przylega do nakryłu</u>	TAK – 0 pkt	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy