

Załącznik nr 5 do SIWZ**Analizatory hematologiczne****Parametry techniczne analizatorów podlegające ocenie 100 punktów**

L.p	Parametry oceniane	Skala punktowa	Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie Wartość oferowanego parametru, opis
1.	Możliwość oznaczania płytek dwoma metodami na każdym analizatorze (Weryfikacja oznaczeń trombocytów w torze optycznym- wynik wysyłany do LIS jako parametr diagnostyczny. Możliwość zaprogramowania powtórnych oznaczeń przy oflagowaniu trombocytopenii)	Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt	
2.	Technologia różnicowania WBC w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową	Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt	
3.	Automatyczny pomiar zawartości hemoglobiny w retikulocytach do monitorowania anemii z niedoboru Fe. Wynik przesyłany do systemu LIS jako parametr diagnostyczny.	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
4.	Różnicowanie retikulocytów w zależności od stopnia dojrzałości.	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
5.	Wewnątrzlaboratoryjna kontrola laboratoryjna dla parametrów płynów z jam ciała minimum 1 raz w roku.	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
6.	Możliwość wymiany odczynników między analizatorami celem wykonania oznaczeń CBC+%DIFF(pełna kompatybilność)	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
7	Dodatkowy tryb pomiaru WBC dla próbek z leukopenią (weryfikacja przy wydłużonym czasie pomiaru)	Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy