

Elbląg 12.10.2018r.

Oznaczenie sprawy ZP-74/2018

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę odczynników do elektroforezy białek, immunofiksacji i białka Bece-Jinesa z dzierżawą analizatora do ich wykonania dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na okres 36 miesięcy.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 08.10.2018 roku od Wykonawcy wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1. dotyczy: Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) p. 1 *Urządzenie fabrycznie nowe.*
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora obecnie użytkowanego w Laboratorium , z uwzględnieniem, że zgodnie z częścią warunki serwisu- Parametry bezwzględnie wymagane p. 1 zaoferowana zostanie :
Pełna obsługa serwisowa na oferowany do dzierżawy analizator, obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Obsługa serwisowa obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych ?

Ad.1. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

2. dotyczy: Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) p. 8 *Zestaw komputerowy (komputer z Windows, monitor LCD, drukarka, UPS, mysz, klawiatura) lub laptop z systemem Windows, drukarka, mysz, obsługujące oprogramowanie do analizy żeli.*
Prosimy o sprecyzowanie- czy Zamawiający wymaga , aby oferowany w dzierżawie zestaw komputerowy funkcjonował jako urządzenie sterujące analizatorem oraz obróbką wyników jednocześnie , czy też dopuszcza zaoferowanie rozdzielania tych funkcji na więcej niż jeden zestaw ?

Ad.2. Zamawiający wymaga aby był to jeden zestaw komputerowy sterujący całym procesem analitycznym i bazą danych.

DYREKTOR NACZELNY
mgr Elżbieta Gelert