

Do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro, na dostawę odczynników do oznaczania morfologii (parametry podstawowe + 5 diff) + retikulocyty, z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu na okres 48 miesięcy wraz z przeprowadzeniem szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **12.10.2018 r.**, numer ogłoszenia **635498-N-2018**.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 17.10.2018 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dotyczy zestawienia parametrów wymaganych dla analizatorów hematologicznych (załącznik nr 3 do SIWZ) – Warunki graniczne pkt. 5

Czy z uwagi na fakt, że ścieki generowane przez oba analizatory hematologiczne nie wymagają utylizacji pod względem zawartości substancji toksycznych takich jak glikol etylenowy i metanol, Zamawiający zezwala, aby nie były one wyposażone w czujnik ścieków?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie zezwala i podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Dotyczy zestawienia parametrów wymaganych dla analizatorów hematologicznych (załącznik nr 3 do SIWZ) – Warunki graniczne pkt. 9

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatorów hematologicznych w których parametr P-LCR określający wartość względną dużych PLT, jest wyrażony w postaci flagi oraz zmian na histogramie płytkowym?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie zezwala i podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Dotyczy zestawienia parametrów wymaganych dla analizatorów hematologicznych (załącznik nr 3 do SIWZ) – Warunki graniczne pkt. 9

W związku z tym, iż Zamawiający w pkt.9 wymaga, aby analizator oznaczał PLT metodą optyczną, prosimy o doprecyzowanie, jaki procent wszystkich badań będzie weryfikowany w torze optycznym?

Zamawiający odpowiada:

30% badań będzie weryfikowane w torze optycznym.

4. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ, Analizatory hematologiczne, Parametry wymagane, pkt. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednego analizatora używanego, z rokiem produkcji 2015 /drugi fabrycznie nowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego/ w pełni sprawnego, po niezbędnych przeglądach technicznych, zgodnie z procedurami jakościowymi producenta i pełnej gwarancji autoryzowanego serwisu producenta.

Oferowany sprzęt będzie dzierżawiony przez Zamawiającego, a niezbędne czynności serwisowe potrzebne do utrzymania sprzętu w ruchu - zgodnie ze wszystkimi procedurami producenta – zapewnia Wykonawca. Proponowana forma w przypadku dzierżawy w pełni zabezpiecza potrzeby Zamawiającego pod względem funkcjonalności oraz utrzymania sprawności oferowanego sprzętu.

Jeżeli tak prosimy o odpowiednią zmianę w §1 ust. 3 umowy dzierżawy (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza odpowiednie zmiany w SIWZ, w Załączniku Nr 3 do SIWZ oraz w §1 ust. 3 umowy dzierżawy Załącznik nr 10 do SIWZ.

5. Dotyczy SIWZ, Rozdział 3, Pkt. 1 lit. b):

Prosimy o wykreślenie zapisu mówiącego o maksymalnej wysokości czynszu dzierżawnego analizatorów, ze względu na jego abuzywny charakter, a także ograniczanie uprawnień Wykonawcy do swobodnego kształtowania cen (wysokości wynagrodzenia), które nie może być ustalane przez Zamawiającego w SIWZ. W konsekwencji interes prawny i majątkowy Wykonawcy może zostać naruszony.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Dotyczy SIWZ, Rozdział 3, Pkt. 3:

Prosimy o usunięcie ww. postanowienia SIWZ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby móc zbierać odpady po środkach niebezpiecznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów. Ponadto, zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), która obowiązuje od 2014 roku koszty gospodarowania wytworzonego odpadu ponosi posiadacz, wytwórca odpadu (w tym przypadku Szpital – Zamawiający) i zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) zobowiązany jest do przekazania odpadu firmie, która posiada stosowne zezwolenia. Przyjęcie odpadu bez stosownych zezwoleń grozi karą zarówno po stronie przekazującego, jak i przyjmującego odpad. W związku z powyższym sędowanie odpowiedzialności odbioru pustych opakowań po odczynnikach na Wykonawcę jest niezgodne z prawem, ponieważ to Zamawiający jest wytwórcą odpadu i on powinien zutylizować powstały odpad, bez względu na to czy jest on niebezpieczny czy nie.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający zapis usuwa.

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy sprzedaży – Załącznik nr 9 do SIWZ:

7. §1 ust. 2: Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie w/w zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez

Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ww. postanowienia zapisem i wprowadza stosowne zmiany w Umowie sprzedaży Załącznik nr 9 do SIWZ.

8. §2 ust. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlową, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

9. §2: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązywania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. §5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia

zapłaty.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. §6 ust. 1: Prosimy o zmianę ww. postanowienia wzoru umowy poprzez zastąpienie sformułowania „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. §6 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wysokości zastrzeżonej kary umownej z 20% na 10%?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. §6 ust. 1 i 2: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. §6: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych za nieterminowe dostawy nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.”

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. §6: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §10 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy”.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dzierżawy – Załącznik nr 10 do SIWZ:

§3: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych

pokrywa Zamawiający”.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.