

Do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro, **na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i sprzętu medycznego wielorazowego użytku w 42 pakietach** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **15.10.2018 r.**, numer ogłoszenia **635787-N-2018**.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 22.10.2018 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 zestawu do kaniulacji dużych naczyń 7F/20cm (16G dystalny, 18G środkowy i 18G proksymalny) – trzykanałowy.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie. W pakiecie chodzi o cewnik 4 kanałowy.

2) **Zadanie 35.** Czy Zamawiający w zadaniu 35 dopuści poliuretanowy cewnik czteroświatłowy 8,5Fr (średnica 2,85mm) i długości 20 cm, kontrastujący w rtg I.V. do jednoczesnego podawania lub przetaczania roztworów lub/i leków? Oznaczniki odległości co 1 cm od 9 cm do dystalnego końca. Średnice proksymalnego i dystalnego światła są różne.

Zestaw zawiera:

- 1 czteroświatłowy cewnik
- 1 igłę do nakłucia,
- 1 krótka I.V. kaniula 18G
- 1 przewodnik typu J 68mm
- 1 dylator
- 1 podwójne skrzydełko mocujące
- 4 zatyczki
- 1 skalpel
- 1 5ml strzykawka

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

3) **Zadanie 36.** Czy Zamawiający w zadaniu 36 dopuści sondę z poliuretanu z dwoma portami Enfit o rozmiarach : 12FR i długości 125cm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

4) **Zadanie 40.** Czy Zamawiający w zadaniu 40 dopuści:

- o Filtr 96 godzinny z membraną nylonową 0,2 µm i

- Filtr 24 godzinny z membraną 1,2 µm (lipidowy o barwnym oznaczeniu) o małej objętości wypełnienia

Filtry płaskie, odporne na alkohol i lipidy, wytrzymałe na ciśnienie do 6 bar, wolne od ftalanów, bez latexu. Przedłużki wykonane z poliuretanu 5 cm i 10 cm.

Przezroczyste łączniki Luer – Lock zgodne z normą DIN. Przezroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu ?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

5) Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wyroby mikrobiologicznie czyste?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 29.

6) Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę bagnetową, nieprzywieralną, dł. 195mm, końcówki igłowe, współpracująca z diatermia ERBE?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

7) Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę bagnetową, nieprzywieralną, dł. 195mm, końcówki 1mm, współpracująca z diatermia ERBE?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

8) Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę bagnetową, nieprzywieralną, dł. 195mm, końcówki 1mm, współpracująca z diatermia ERBE?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

9) Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę bagnetową, nieprzywieralną, dł. 195mm, końcówki 2mm, współpracująca z diatermia ERBE?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

10) Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę bagnetową, nieprzywieralną, dł. 195mm, końcówki 1mm wygięte ku górze, współpracująca z diatermia ERBE?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

11) Punkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę bagnetową, nieprzywieralną, dł. 220mm, końcówki 1mm, współpracująca z diatermia ERBE ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

12) Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę bagnetową, nieprzywieralną, dł. 220mm, końcówki 0,5mm, współpracująca z diatermia ERBE ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

13) Pakiet nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe dla dorosłych i dzieci w rozmiarach S,M,L,XL, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

14) Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG EDAN SE 1201 w rozmiarze: 210x140x156 z przeliczeniem do 414 sztuk?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

15) PUNKT 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA podpunkt 2 oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 32:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 32 w poz. 2 „filtr do pompy ssącej”, przedmiotu zamówienia, który nie jest wyrobem medycznym - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o którym mowa w SIWZ – pkt. 3 podpunkt 2 oraz pkt. 6.4 podpunkt 1?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

16) Pakiet 14. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transferu leków do worka typu Viaflo i aspiracji płynu z worka, z "wąsami" zabezpieczającym, gwarantującym nierozzerwalność połączenia z workiem i zastawką zasklepiającą się samoistnie po rozłączeniu ze strzykawką typu Luer/Luer-lock, nie zawiera lateksu?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

17) Pytanie nr 1

Dot. pakietu nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul w 4 rozmiarach tzn:

- Micro Preemie - Odstęp w przegrodzie nosowej: 2,5 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm

- Preemie - Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,2 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm

- Newborn - Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,8 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3,5 mm

- Infant - Odstęp w przegrodzie nosowej: 5 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 4 mm

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

18) Pytanie nr 2

Dot. pakietu nr 20

Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja kaniul z adapterem 15 mm stanowiła jedną całość bez możliwości odłączenia adaptera 15 mm lub też jego dołączenia.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wymaga.

19) Pytanie nr 3

Dot. pakietu nr 20

Czy Zamawiający wymaga aby dla kaniul opór przepływu wynosił 0,446 cmH₂O / L / min @ 2,5 l/min.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wymaga.

20) Dotyczy: Załącznik nr 16, pakiet nr 16. Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie czujnika ICP o parametrach opisanych w SIWZ oraz kompatybilnego z monitorem Zamawiającego **Infinity Delta XL Drager**?

Uzasadnienie:

Podłączenie czujnika ICP z modulem NPS2 do monitora Zamawiającego nie wymaga kalibracji. Monitor Codman nie jest monitorem pacjenta.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

21) Pakiet 8 Poz. 2

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych i dzieci z drenem, zakończonym łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do ap. wymagającej również łącznika gwintowanego i standardowego, biologicznie czyste, nie zawierające lateksu i BPA, pojedyncze opakowanie posiada opis elementów składowych produktu/zestawu, dren dł. 220 cm z wtopionymi elementami wzmacniającymi, chroniącymi dren przed załamaniem.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

22) Pakiet 8 Poz. 1-2

1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszcza produkty do tlenoterapii zawierające DEHP?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji produktu na etykiecie opakowania jednostkowego ma być umieszczony piktogram i opis elementów danego produktu ułatwiające jego identyfikację?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

23) Pakiet 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 14 poz. 2 w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wydziela pozycję i tworzy nowy pakiet.

24) Pakiet 21 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu infuzyjnego do podaży cytostatyków z jednocześnie elastyczną komorą kroplową oraz specjalnym mechanizmem nad komorą

kropłową zintegrowanym z filtrem hydrofobowym 0,2um w górnej części komory, który służy do łatwego i szybkiego wypełniania linii oraz odpowietrzania całego zestawu.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

25) Pakiet 21 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przygotowania cytostatyków bez odpowietrzania.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

26) Pakiet 22 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o następujących parametrach: filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H₂O/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 6,5 mg H₂O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

27) Pakiet 22 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o przestrzeni martwej 21 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

28) Pakiet 40 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do żywienia o objętości wypełnienia 0,5 ml i przepływie >30 ml/min, drenami przed i za filtrem o wewnętrznej średnicy drenu 0,9 mm, bez zacisku, wyposażony w zastawki antyzwrotną w dystalnej części drenu.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

29) Pakiet 40 Poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do przetoczeń płynów o wielkości porów 0,2mikrona o wypełnieniu 0,5 ml i przepływie >2 ml/min, bez zacisku odcinającego, z drenami przed i za filtrem o wewnętrznej średnicy 0,9 mm.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby filtry posiadały dreny wykonane z PCV bez DEHP?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wymaga.

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr ma posiadać w dystalnej części drenu zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie się krwi w kierunku od pacjenta do drenu oraz zatyczkę hydrofobową, która umożliwia sterylne wypełnienie i odpowietrzenie zestawu?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wymaga.

4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy filtr ma posiadać membranę z polietersuflonu, materiału który umożliwia szybsze wartości przepływu i nisko wiąże białka.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wymaga.

30) Pakiet 42

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tamponów (myjek) nasasyconych 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny, żelem aloesowym, skutecznych w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych co potwierdzają badania kliniczne. W składzie 500 mg diglukonianu chlorheksydyny w 1 tamponie, bez lateksu, niewymagający splukiwania, wymiary 19x19 cm.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu aplikacji jak największej dawki chlorheksydyny na skórze pacjenta, myjki mają być wykonane z materiału niewiążącego chlorheksydyny

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wymaga.

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagane myjki, chusteczki nasączone 2 % chlorheksydyną mają posiadać wskazania do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu postępowania przedoperacyjnego?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wymaga.

31) **PAKIET NR 11. Poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej Luer zamiast Luer-Lock – pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

32) **Dotyczy części nr 21:** Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji 1 zestawu wyposażonego w komorę jednocześnie – przeznaczoną do grawitacyjnej podaży cytostatyków, oraz zacisk rolkowy z dodatkowym miejscem na bezpieczne zablokowanie drenu infuzyjnego.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

33) **Pakiet 19, pozycja 5-** Czy zamawiający dopuści pierścieniowy pozycjoner głowy o wysokości 10 cm całość wykonana z gąbki, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

34) **Pakiet 19, pozycja 7-** Czy zamawiający dopuści półwałek o wymiarach 43x13 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

35) **Pakiet 42, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki nasączone 2% chlorheksydyną o składzie m.in. chlohexidine digluconate dimetikon, propylene glycol, pakowane po 4 sztuki w rozmiarze 33x23 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

36) **Pakiet 29**

a) Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pincety z końcówką 0,3 mm

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

b) Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pincety z końcówką 0,6 mm

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

c) Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie pincety z końcówką 1,0 mm

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

d) Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 22 lub 24 cm i końcówki 1,0 mm

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

e) Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 24 cm

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

37) Pytanie dot. Pakietu nr 14.

Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 14 pozycji nr 1, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wydziela pozycje i tworzy nowy pakiet.

38) Pytanie dot. Pakietu nr 14.

Czy *Zamawiający* dopuści do pakietu nr 14 Aparat do wielokrotnego pobierania płynu/leku z

pojemnika (butelka/worek), z płaską powierzchnią – do wielokrotnej dezynfekcji, który może być używany do 96 godzin, o długości 6cm; objętości napełnienia 0,38ml; bez odpowierznika i bez PCV, posiadający z jednej strony port Luer Lock, który po odłączeniu strzykawki gwarantuje szczelność tak, aby płyn/lek nie miał możliwości wylania się na zewnątrz?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza do utworzonego pakietu nr 14 A.

39) Pytanie do pakietu 36 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zgłębnik ma posiadać dwa niezależne porty, z czego jeden zakończony złączem EnFit przeznaczony do podaży diety, a drugi „lejkowaty” dający możliwość odbarczenia treści żołądka?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający potwierdza i doprecyzowuje zapis.

40) Pakiet 19. Poz. 1 – 7

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia pozycjonerów w postaci skompresowanej

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

41) Pakiet 19. Poz. 1 i Poz. 6

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i poz. 6 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

42) Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie **§5 ust. 3 lit. a)** projektu umowy w następującym brzmieniu: *„stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę **bez konieczności zawierania aneksu.**”*

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania i stanowi ekonomiczny ekwiwalent dla Wykonawcy w zamian za jego świadczenie. Podatek od towarów i usług składający się na cenę brutto jest jedynie daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem. Nowa stawka powinna być stosowana automatycznie, bez konieczności zawierania aneksu bez względu na to, czy ulegnie ona obniżeniu czy też podwyższeniu.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

43) Pytanie 2:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie **§5 ust. 4** projektu umowy w następującym brzmieniu: *„Wrazie wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. a) w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą stawkę wynikającą z przepisów powszechnie obowiązujących.”*

Uzasadnienie:

Stawkę podatku od towarów i usług oraz zasady wystawiania faktur określa ustawodawca, strony mają bardzo ograniczony zakres samodzielnego ustalania tych aspektów. Wykonawca

uważa, że faktura może być wystawiona wyłącznie z taką stawką VAT, która będzie wynikała z przepisów.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

44) Pytanie 3:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §5 ust. 5 i 6 projektu umowy w następującym brzmieniu: „5. *Roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian w umowie opisanych w ust. 3 wygasa, jeżeli nie zostanie zgłoszone łącznie z wykazem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.*

6. *Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w ust. 3 lit. b) i c) zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30 - dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w ust. 3 lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy.*”

Uzasadnienie:

Niniejsza propozycja jest spójna z tą dotyczącą brzmienia §5 ust. 3 lit. a) projektu umowy.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

45) Pytanie 4:

Zwracam się z prośbą o dodanie w §5 ust. 8 lit. d) projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „*Zamawiający może rozwiązać umowę w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim jedynie w przypadku zrealizowania jej w przynajmniej 80% jej wartości netto.*”

Uzasadnienie:

Umowa powinna gwarantować pewien minimalny poziom zamówień, (przynajmniej 80%), który zostanie zrealizowany bez względu na okoliczności, w przeciwnym wypadku wykonawcy nie mogą rzetelnie oszacować ryzyka wynikającego z braku gwarancji realizacji umowy i przedłożyć oferty korzystnej dla obu stron.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

46) Pytanie 5:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §7 projektu umowy w następującym brzmieniu: „1. *Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,25 % wartości netto danego zamówienia za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości.*

2. *W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.*

3. *Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.*

4. *Zamawiający zastrzega, że w przypadku zwłoki w dostawie, przekraczającej 2 dni robocze przysługuje mu prawo zakupu towaru zastępczego u innego Dostawcy. Różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca.*”

Uzasadnienie:

- Jak już wskazano, to wartość netto określa wysokość zobowiązania i to od tej wartości powinny być naliczane kary umowne;
- Mianem „opóźnienia” określa się każdą nieterminową realizację obowiązku dłużnika, mianem „zwłoki” z kolei określa się taką nieterminową realizację obowiązku, za którą odpowiedzialność ponosi wyłącznie dana strona zobowiązania. Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji opóźnienia, które może nastąpić również na skutek działania siły wyższej, osób trzecich, a nawet zamawiającego;
- Zastrzeżenie górnej granicy kary umownej ma na celu uniknięcie jej wygórowania i naliczania „w nieskończoność”. Kara umowna powinna być substratem odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Z podobnych względów prosimy o obniżenie kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy do 10%, tj. do wielkości powszechnie stosowanej w obrocie. W przypadku przewyższenia wysokości szkody, Zamawiający i tak ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego;

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

47) Pytanie 6:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §8 ust. 1 zdanie ostatnie projektu umowy w następującym brzmieniu: „*liczonych od dnia doręczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów.*”

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc aby termin na jej rozpatrzenie był liczony od momentu doręczenia mu tego asortymentu. Ponadto Wykonawca uważa, że doręczenie mu reklamowanego towaru powinno być obowiązkiem Zamawiającego;

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

48) Pytanie 7:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §8 ust. 3 i 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*3. Jeżeli Wykonawca w ciągu ... dni roboczych (zgodnie z zadeklarowanym terminem w § 8 ust. 1) od dnia otrzymania reklamowanego asortymentu nie podejmie działań, wówczas Zamawiający uzna, że reklamacja została uwzględniona.*

4. W przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50 zł, za każdy dzień zwłoki po tym terminie, ale nie więcej niż 500 zł.”

Uzasadnienie:

- Propozycja dotycząca naliczania terminu od momentu dostarczenia reklamowanego asortymentu jest spójna z tą dotyczącą brzmienia §8 ust. 1 projektu umowy;
- W zakresie konieczności przyjęcia górnego limitu naliczania kar umownych uprzejmie odsyłam do wyjaśnień dotyczących §7 projektu umowy;

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

49) Pytanie 8:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §12 ust. 1 lit. c) projektu umowy w następującym brzmieniu: „w przypadku, gdy firma Wykonawcy z **własnej winy**, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie nie rozpoczęła lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy bez powodów uzależnionych od Zamawiającego **lub wynikających z działania siły wyższej lub osób, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności**, przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.”

Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności wyciągania negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy wyłącznie w sytuacjach przez niego zawinionych;

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

50) Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioszek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający potwierdza.

51) Dotyczy załącznika nr 44, załącznika nr 45

Prosimy o potwierdzenie, iż zaszła oczywista omyłka pisarska w postępowania i poprawna brzmi „na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku w 42 pakietach”

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający potwierdza i poprawia omyłkę.

52) Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2

Prosimy o modyfikację w/w ust. na zapis: “ ... w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy...” Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego niestandardowo wysokie kary umowne powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości). Stoi to w sprzeczności zarówno z przepisami ustawy PZP (art. 14, 139 PZP) oraz art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, jak również z art. 7 ust. 1 – czyli zasadą uczciwej konkurencji. Powyższe wymagania w zakresie kar umownych nałożonych na wykonawcę, prowadzą bowiem do ograniczenia konkurencji poprzez eliminację z ubiegania się o udzielenie zamówienia szerszego kręgu oferentów.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

53) Pakiet 29

1. Poz.2 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści kleszczyki bipolarne o spełniające wymagane funkcje, końcówki 1,2 mm zamiast 1 mm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Poz. 5 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści kleszczyki bipolarne o spełniające wymagane funkcje, końcówki wygięte ku górze o wym. 0,7x6 mm zamiast 1,2 mm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Poz.7 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści kleszczyki bipolarne o spełniające wymagane funkcje, końcówki 0,7 mm zamiast 1 mm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.