

Znak sprawy 37/2018

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro zamieszczonego w BZP pod numerem 648344-N-2018 w dniu 15.11.2018 r. na dostawę akcesoriów do endoskopii w 11 pakietach dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 16-21.11.2018 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o wymiarze 2,3 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad. 1. Tak, wymiar podany w wymogach dotyczy maksymalnego dopuszczanego wymiaru (do 2,5mm). Podana wartość spełnia ten wymóg.

2. Dotyczy projektu umowy § 5

Zwracamy się z prośbą o dodanie do powyższego paragrafu ust. 4 o poniższym brzmieniu:

„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 30 dni od terminu wskazanego na fakturze Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień do momentu uregulowania zaległej należności”

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej odpowiednio z 1% na 0,5% oraz z 20% na 10%?

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody

4. Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowania zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„W przypadku niezrealizowania pozytywnie rozpatrzonej reklamacji w terminie 5 dni roboczych od jej uznania Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 25pln, za każdy dzień po tym terminie”

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody

5. Dotyczy zapisów umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od

produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody

6. dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści: Igły endoskopowe jednorazowego użytku dostosowane do współpracy z aparatem o kanale roboczym o średnicy 2,8 mm i długości 1700 mm - długość narzędzia min. 2300 mm o konstrukcji końca dystalnego umożliwiającej wielokrotne wsuwanie i wysuwanie igły przy zagiętym aparacie (wzmocnienie osłonki), konstrukcja osłonki odporna na załamania, powierzchnia zewnętrzna zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego aparatu (gładka o powierzchni zmniejszającej tarcie) : **średnice igieł 0,5mm** (długość igły 5 mm) **i 0,7mm (dopuszczalne 0,6mm)** długość igły 5mm (dopuszczalne 6mm)

Ad. 6. Nie. Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ (różne długości igieł)