

Elbląg. 03.12.2018r.

Oznaczenie sprawy 36/2018

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi chirurgicznych w 8 pakietach dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zamieszczone w BZP Ogłoszenie nr 650271-N-2018 z dnia 2018-11-21

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniach 22.11.2018r.; 23.11.2018r.; 26.11.2018r. i 27.11.2018r od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 3** łyżeczkę WILLIGER o długości 165 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 4** Osteotom LAMBOTTE o długości 240 mm?
3. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 5** Osteotom LAMBOTTE o długości 240 mm?
4. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 9** pęsetę SEMKEN o długości 155 mm?
5. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 21** hak COLLIN o długości 150 mm?
6. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 26** odgryzacz kostny o nazwie własnej RUSKIN?
7. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 26** odgryzacz kostny o długości 240 mm?
8. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 31** igłotrzymacz MAYO HEGAR o długości 160 mm?
9. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 31** igłotrzymacz MAYO HEGAR o długości 140 mm?
10. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 40** Nożyczki chirurgiczne DEBAKEY o długości 180 mm?
11. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 46** łyżeczka kostna JANSEN o długości 150 mm?
12. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 50** hak BABY SENN MULLER o długości 150 mm?
13. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 50** hak BABY SENN MULLER końcówka 7 x 8 mm?
14. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 poz. 52** pinceta zaciskową o długości 43 mm?
15. Pakiet nr 4 Lp.2 Prosimy o dopuszczenie imadła Microvascular Eufrate Pasque o dł. 140 mm.
16. Pakiet nr 4 Lp.5 Prosimy o dopuszczenie klemu o dł. 130 mm, nietytanowe, wykonanego ze stali nierdzewnej.
17. Pakiet nr 4 Lp.10 Prosimy o dopuszczenie klemu Debakey o dł. 280 mm.
18. Pakiet nr 4 Lp.12 Prosimy o dopuszczenie klemu o dł. 260 mm.
19. Pakiet nr 4 Lp.17 Prosimy o dopuszczenie nożyczek nieutwardzanych o dł. 180 mm.
20. Pakiet nr 4 Lp.18 Prosimy o dopuszczenie dysektora Penfield fig. 5 o dł. 290 mm lub fig 1 dł. 180 mm.
21. Pakiet nr 4 Lp.21,22,23 Prosimy o dopuszczenie łyżeczek o dł. całkowitej 250 mm.
22. Pakiet nr 5 Lp.3 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki i szer. 35 mm.
23. Pakiet nr 5 Lp.4 Prosimy o dopuszczenie osteotomu o dł. 240 mm.
24. Pakiet nr 5 Lp.9 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 155 mm.
25. Pakiet nr 5 Lp.31 Prosimy o dopuszczenie igłotrzymacza o dł. 160 mm.
26. Pakiet nr 5 Lp.35 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 150 lub 180 mm względnie nożyczek Lexer o dł. 160 mm.
27. Pakiet nr 5 Lp.40 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Potts-Smith o dł. 190 mm.
28. Pakiet nr 5 Lp.42 Prosimy o dopuszczenie pincety zaciskowej o dł. końcówki 8 lub 12 mm.
29. Pakiet nr 5 Lp.43 Prosimy o dopuszczenie pincety zaciskowej o dł. końcówki 12 mm.
30. Pakiet nr 5 Lp.45 Prosimy o dopuszczenie pincety zaciskowej o dł. końcówki 12 lub 16 mm.
31. Pakiet nr 5 Lp.46 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki kostnej o dł. 170 mm.

32. Pakiet nr 5 Lp.50 Prosimy o sprecyzowanie czy zamawiający wymaga zaoferowania haka ostrego czy tępego.
33. Pakiet Nr 6 Lp.1,2,3,4 Prosimy o dopuszczenie narzędzi z ciągnem zwykłym (niewzmocnionym) o śr. 3,4 mm
34. Pakiet nr 7 Lp.1 Prosimy o dopuszczenie mikronożyczek o dł. 150 mm.
35. Pakiet nr 7 Lp.3 Prosimy o dopuszczenie mikronożyczek Potts-Yasargil o dł. 185 mm.
36. Pakiet nr 7 Lp.4 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.
37. Pakiet nr 7 Lp.5 Prosimy o dopuszczenie mikronożyczek utwardzanych zagiętych pod kątem 125 stopni o dł. 180 mm.
38. Pakiet nr 7 Lp.6 Prosimy o dopuszczenie mikronożyczek utwardzanych, o dł. 180 mm.
39. Pakiet nr 7 Lp.7 Prosimy o dopuszczenie mikronożyczek utwardzanych, o dł. 180 mm.
40. Pakiet nr 7 Lp.8 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 220 mm, oraz prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania szczęki gładkiej czy ząbkowanej.
41. Pakiet nr 7 Lp.9 Prosimy o dopuszczenie mikroimadła prostego (nie bagnetowego) o dł. 115 mm, ze szczękami prostymi lub zagiętymi z zamkiem lub bez zamka.
42. Pakiet nr 7 Lp.10 Prosimy o dopuszczenie mikroimadła o dł. 140 mm prostego luba zagiętego.
43. Pakiet nr 7 Lp.11 Prosimy o dopuszczenie disektora tępego o szer. 2 mm i dł. 190 mm.
44. Pakiet nr 7 Lp.12 Prosimy o dopuszczenie haczyka o szer. 7 mm.
45. Pakiet nr 7 Lp.13 Prosimy o dopuszczenie pęsety Yasargil dwuzębnej bagnetowej o dł.220 mm.
46. Pakiet nr 7 Lp.14 Prosimy o dopuszczenie disektora Rohton o dł. 190 mm i szer. 2 mm.
47. Pakiet nr 7 Lp. 15 Prosimy o dopuszczenie disektora o dł. 185 mm.
48. Pakiet nr 7 Lp.17 Prosimy o sprecyzowanie czy nóż ma być zakrzywiony w lewo lub w prawo.
49. Pakiet nr 7 Lp.19 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki bagnetowej zagiętej pod kątem 90 st.
50. Pakiet nr 7 Lp.20 Prosimy o dopuszczenie enukleatora bagnetowego lewego.
51. Pakiet nr 7 Lp.21 Prosimy o dopuszczenie enukleatora bagnetowego prawego.
52. Pakiet nr 7 Lp.22 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.
53. Pakiet nr 7 Lp.23 Prosimy o dopuszczeni kosza drucianego o wym. 270x125x40 mm z matą silikonową.
54. Pakiet nr 7 Lp.24 Prosimy o dopuszczeni kosza drucianego o wym. 270x125x40 mm z matą silikonową.
55. Pakiet nr 8 Lp.1 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza Ruskin o dł. 240 mm.
56. Pakiet nr 8 Lp.3 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza Ruskin o dł. 240 mm lub 230 mm.
57. Pakiet nr 8 Lp.6 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.
58. Pakiet nr 8 Lp.7 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.
59. Pakiet nr 8 Lp.8 Prosimy o dopuszczenie ssaka Yasargil o śr. 3,5 mm i dł. 220 mm, bez oliwki.
60. Pakiet nr 8 Lp.9 Prosimy o dopuszczenie elewatora Freer-Scheer o dł. 185 mm.
61. Pakiet nr 8 Lp.10 Prosimy o dopuszczenie sondy z linka o dł. 900 mm.
62. Pakiet nr 8 Lp.11 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków 190 mm.
63. Pakiet nr 8 Lp.13 Prosimy o dopuszczenie zacisku o dł. 80 mm.
64. Pakiet nr 8 Lp.15 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 250 mm.
65. Pakiet nr 8 Lp.32 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji, względnie prosimy o dopuszczenie trzonków nr 3 i nr 4.
66. Pakiet nr 8 Lp.33 Prosimy o dopuszczenie trzonka o dł. 210 mm.
67. Pakiet nr 8 Lp.37 Prosimy o dopuszczenie haczyka o dł. 190 mm.
68. Pakiet nr 8 Lp.40 Prosimy o dopuszczenie trzonka nie posiadającego nazwy własnej o wadze 900 g i dł. 265 mm.
69. Pakiet nr 8 Lp.41 Prosimy o dopuszczenie kasety o wym. 540x253x30 mm lub 540x253x70 mm.
70. Pytanie do pakietu nr 6 SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pkt. 1 – 4 na zaoferowanie narzędzi artroskopowych o średnicy 3,4 mm?
71. Dot. pakietu nr 6 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych narzędzi manualnych tylko 3,4mm zamiast 3,3mm pozostałe parametry bez zmian?

72. Dot. pakietu nr 2 poz.18 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek typ Metzenbaum w dł.250mm zamiast 260mm?
73. Dot. pakietu nr 2 poz.21 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego imadła tylko dł.160mm lub 140mm, pozostałe parametry bez zmian?
74. Dot. pakietu nr 4 poz. 12 – czy Zamawiający dopuści taki sam klem atraumatyczny tylko dł. 220mm?
75. Dot. pakietu nr 4 poz.21-23- czy Zamawiający dopuści takie same łyżki tylko w dł.240mm?
76. Dot. pakietu nr 5 poz.9 – czy Zamawiający dopuści taką samą pensetę tylko dł.155mm?
77. Dot. pakietu nr 5 poz.50- prosimy o wyjaśnienie czy haczyk ma być ostry czy tępy?
78. dotyczące pakietu nr 1 oraz zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?
79. dotyczące pakietu nr 1 oraz zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 3 dni roboczych?
80. dotyczące pakietu nr 1 oraz zapisów umowy paragraf 6 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 3 dni roboczych?
81. dotyczące pakietu nr 1 oraz zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 2%? *Podana kara w wysokości 10% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do wysokości obowiązujących kar umownych*
82. dotyczące pakietu nr 1 oraz zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w umowie zapisu „ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?
83. dotyczące pakietu 1 oraz zapisów SIWZ: Prosimy Zamawiającego o rezygnację z potwierdzenia parametrów 1.3. oraz 1.4. ze względu na to, iż wymagania te są właściwością narzędzi do chirurgii klasycznej podczas, gdy oferowane są produkty do chirurgii laparoskopowej. W związku z tym parametry określone w pkt. 1.3. oraz 1.4. nie mają w takim przypadku zastosowania.
84. dotyczące pakietu 1 oraz zapisów SIWZ: Prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisów: "Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem danego narzędzia w okresie objętym gwarancją. Naprawa narzędzi nie może przekroczyć 60 dni roboczych licząc od dnia ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego." oraz punktu 1.7., ponieważ wymagania te są właściwością narzędzi do chirurgii klasycznej podczas, gdy oferowane są produkty do chirurgii laparoskopowej. Narzędzia do chirurgii minimalnie inwazyjnej (laparoskopowej) nie podlegają normom odpowiadającym narzędziom do chirurgii klasycznej oraz nie ma możliwości ingerencji w ich strukturę poprzez dodawanie napisów na życzenie Zamawiającego. (Na życzenie Zamawiającego możemy dostarczyć orzeczenie producenta narzędzi dot. niepożądanego ingerencji w strukturę narzędzi).
85. dotyczące pakietu 1 oraz zapisów SIWZ: Prosimy o dopuszczenie w pkt. 1.5. sterylizacji w autoklawie w 134st. C przez 5 minut wg zaleceń producenta (nie przekraczać 138st. C)
86. dotyczące pakietu 1 oraz zapisów SIWZ: Prosimy o rezygnację z potwierdzenia: 1. Certyfikat ISO 9001 : 2009 dla potwierdzenia jakości warunków procesu produkcyjnego oferowanych narzędzi. 2. Certyfikat ISO 9001 : 2008 dla potwierdzenia jakości warunków procesu serwisu narzędzi oraz Oświadczenia **producenta** potwierdzające wstępną pasywację narzędzi jako parametrów niemożliwych do spełnienia w przypadku narzędzi do chirurgii minimalnie inwazyjnej. Oferowany sprzęt objęty jest, dotychczas obowiązującymi, certyfikatami ISO 13485:2012 oraz 14001:2004.
87. Pytanie dot. 6.4.1. Czy dla potwierdzenia jakości i warunków procesu produkcyjnego oferowanych narzędzi Zamawiający dopuści oświadczenie Producenta w tym zakresie wraz z certyfikatem na użyte do produkcji materiały?
88. Pytanie dot. 6.4.2 Czy dla potwierdzenia jakości warunków procesu serwisu narzędzi Zamawiający dopuści certyfikat ISO 9001:**2015**?
89. Pytanie dot. 6.4.3 Czy Zamawiający dopuści dla narzędzi medycznych chirurgicznych, które są sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I, dostarczenie wyłącznie deklaracji zgodności CE, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie?
90. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający z troską o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w zakresie całego Pakietu nr 2 narzędzia równoważne, posiadające dokładnie ten sam kształt, rozmiar, długość, typ – czyli wszystkie wyznaczone parametry graniczne, gdzie producent nie podaje informacji o rozmiarze skoku ząbków ? Uzasadnienie : Narzędzie opisane jako konkretny model wzór : n.p. kleszczyki preparacyjne typ OVERHOLT - GEISSENDORFER, kleszcze typ CRILLE BABY, itp. przy spełnianiu innych parametrów granicznych (rozmiarów) musi posiadać skok w ząbkach zamykających narzędzie taki, jak wyznaczył Zamawiający. Jednak tylko jedna firma narzędziowa wprowadza rozmiar tego skoku do swoich katalogów i ma możliwość jego potwierdzenia. W

związku z tym wnosimy, żeby była możliwość złożenia ważnej oferty w sytuacji gdy nasz producent nie potwierdza tego rozmiaru w swoich katalogach, a narzędzia przez nas oferowane są całkowicie równoważne w stosunku do oferowanych. Wymaganie bezwzględne tego parametru ogranicza bowiem możliwość złożenia ważnej oferty tylko do jednego producenta.

91. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 5 i 6, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 215 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym Pakiecie. Dodatkowo chcielibyśmy zauważyć, że w Pakiecie nr 5 przedmiotowego postępowania Zamawiający wymaga skrobaczek o długości 210 mm, gdzie proponowana przez nas długość mieści się w przyjętej tolerancji.
92. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 12 również kubek medyczny bez nóżki, spełniający wszystkie wymagane parametry ? Uzasadnienie : Każdy producent w zakresie tego typu kubków o określonej pojemności i innych parametrach produkuje tylko jeden model. Producent przez nas reprezentowany w tym modelu akurat wzór bez nóżki. Jednocześnie produkt przez nas oferowany spełnia wszystkie pozostałe parametry i jest całkowicie równoważny. Wnosimy o przyjęcie takiego rozwiązania, które umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w całym przedmiotowym Pakiecie.
93. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 13 pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 200 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym przedmiotowym Pakiecie.
94. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 15 pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 170 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym przedmiotowym Pakiecie.
95. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 18 pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 25 cm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym przedmiotowym Pakiecie.
96. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 18 pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 16 cm lub alternatywnie narzędzie w wymaganej długości, ale z mikro ząbkami zamiast szlifu falistego ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru albo alternatywy, dającej ten sam finalny efekt w postaci doskonałej jakości i precyzji cięcia może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym przedmiotowym Pakiecie.
97. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 21 pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 160 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Nie dopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym przedmiotowym Pakiecie.
98. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 27, 28, 29 i 30 narzędzie nieczernione o szerokości i długości mieszczących się w podanej tolerancji ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich w wybranym formacie wykończenia. Czernienie narzędzia jest jednym z nich oprócz standardowego matowego wykończenia, wpływającym w znacznym stopniu na cenę. Nie dopuszczenie proponowanego standardu wykończenia może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym przedmiotowym Pakiecie.
99. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 31 pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 245 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Nie dopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym przedmiotowym Pakiecie.

100. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 42 również narzędzie bez wkładu silikonowego ?Uzasadnienie : Taki typ narzędzia posiada w swojej ofercie tylko jeden producent / dystrybutor co może uniemożliwić złożenie konkurencyjnej oferty w całym Pakiecie.
101. Pakiet Nr 4.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 5 pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 17 cm ?Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym przedmiotowym Pakiecie.
102. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 9 pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 26 cm ?Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym przedmiotowym Pakiecie. Zwracamy uwagę, że jest to rozbieżność 0,5 cm w stosunku do przyjętej tolerancji.
103. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 10 pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 24,5 cm ?Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym przedmiotowym Pakiecie. Zwracamy uwagę, że jest to rozbieżność zaledwie 0,5 cm w stosunku do przyjętej tolerancji.
104. Pakiet nr 5 Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 4, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 245 mm ?Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym Pakiecie. Dodatkowo chcielibyśmy zauważyć, że w poz. Nr 5 przedmiotowego pakietu Zamawiający wymaga identycznego narzędzia w innej średnicy i o długości 240 mm, gdzie proponowana przez nas długość mieści się w przyjętej tolerancji.
105. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 6, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 200 mm i wadze 145 gramów oprócz 140 gramów ?Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Różnica w wadze główki młotka jest na poziomie 4%. Niedopuszczenie całkowicie równoważnego produktu, który oferujemy może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym Pakiecie.
106. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 41, również narzędzie o kącie zagięcia 60 stopni oprócz 65 stopni ?Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w 4 kątach zagięcia : ok. 25 stopni, ok. 45 stopni, ok. 60 stopni i ok. 125 stopni. Każdy z producentów wybiera sobie charakterystyczny dla swojej oferty kąt. Nie ma więc producenta, który ma w swojej ofercie nożyczki zarówno 60 jak i 65 stopni. Różnica w wielkości kąta zagięcia jest na poziomie 8%. Niedopuszczenie całkowicie równoważnego produktu, który oferujemy może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym Pakiecie.
107. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 46, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 150 mm ?Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym Pakiecie
108. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 52, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 43 mm, oprócz 50 mm (z tolerancją +/-5 mm) ?Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym Pakiecie
109. Pakiet nr 7 Czy Zamawiający w całym Pakiecie dopuści jako narzędzia równoważne również narzędzia typu (nazwa własna narzędzia), jako to ma miejsce we wszystkich Pakietach ?Uzasadnienie : Narzędzia, posiadające swoje nazwy własne w kombinacji z całym zestawem

parametrów występują w takiej konfiguracji najczęściej w katalogu tylko jednego producenta / dystrybutora, uniemożliwiając złożenie konkurencyjnej oferty innym producentom. U innych producentów identyczne narzędzie, będące produktem równoważnym może mieć inną nazwę własną pomimo posiadania identycznych parametrów. Wnosimy o możliwość złożenia oferty na narzędzia równoważne o innej nazwie typu w katalogu naszego producenta. Niedopuszczenie tego rozwiązania może powodować możliwość złożenia ważnej oferty tylko przez jednego producenta / dystrybutora

110. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 4, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 180 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym postępowaniu.
111. Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 6,7, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 180 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym postępowaniu
112. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 8, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 220 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym postępowaniu
113. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 9 nie popełnił omyłki pisarskiej polegającej na opisanu długości narzędzia jako 90 mm zamiast właściwej 190 mm ? Jeśli tak, to czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 9, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 200 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym postępowaniu.
114. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 16, również nożyk wykonany z najwyższej jakości stali chirurgicznej, nie będący nożem diamentowym, spełniającym jednocześnie wszystkie pozostałe wymagane parametry ? Uzasadnienie : Wymóg posiadania noża diamentowego o wyspecyfikowanych właściwościach jest spełniany tylko przez jednego producenta. Tylko jedna firma narzędziowa wprowadza ten parametr do swoich katalogów i ma możliwość jego potwierdzenia. Wymaganie bezwzględne tego parametru ogranicza bowiem możliwość złożenia ważnej oferty w całym Pakiecie tylko do jednego producenta.
115. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 23 i 24, pomimo przyjętej tolerancji również kasety równoważne o wymiarach 265 x 255 x 50 mm ? Uzasadnienie : Proponowane przez nas kasety są w każdym wymiarze większe od wymaganych, zapewniając jeszcze większy komfort pracy i możliwości przechowywania większej ilości narzędzi. Są to jednocześnie kasety o przeznaczeniu, którego Państwo wymagacie, czyli z pozycjonerami na pensety.
116. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający w poz. 6 i 7 dopuści jako narzędzia równoważne również podważki typu Zderkiewicz, jako to ma miejsce we wszystkich innych pozycjach Pakietu ? Uzasadnienie : Podważki Zderkiewicza występują w katalogu tylko jednego producenta / dystrybutora, uniemożliwiając złożenie konkurencyjnej oferty innym producentom. Wnosimy o możliwość złożenia oferty na narzędzia równoważne o innej nazwie typu w katalogu naszego producenta.
117. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 8, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 225 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym Pakiecie
118. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 11, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 190 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w ofercie każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym Pakiecie.

119. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 19, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o rozmiarze 25 mm, oprócz wymaganych 31 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym postępowaniu. Ponadto zwracamy uwagę, że proponowany przez nas rozmiar przekracza dopuszczalną tolerancję o 1 mm.
120. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 21, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 140 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym Pakiecie
121. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 27, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 180 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym Pakiecie
122. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 32 rozwiązanie równoważne polegające na dopuszczeniu dwóch trzonków osobno nr 3 i nr 4 o długościach odpowiednio 125 i 135 mm ? Uzasadnienie. Podane przez Zamawiającego narzędzie dla przedmiotowej pozycji występuje w katalogu tylko jednego producenta / dystrybutora. Nie dopuszczenie proponowanego rozwiązania równoważnego może powodować możliwość złożenia ważnej oferty tylko przez jednego producenta / dystrybutora.
123. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 33, pomimo przyjętej tolerancji również narzędzie o dł. 210 mm ? Uzasadnienie : Ten typ narzędzia (bardzo charakterystyczny i niemal identyczny w każdego z renomowanych producentów) jest wykonywany u każdego z nich tylko w jednej długości. Niedopuszczenie tego wymiaru może powodować brak możliwości złożenia ważnej oferty w całym Pakiecie
124. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 41 nie popełnił omyłki pisarskiej polegającej na opisanu zbyt małego rozmiaru kasety ? Jeśli tak, to czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 42, również kasetę mikro w rozmiarze 170 x 50 x 30 mm ?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.2. Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie nr 5 poz. 4** Osteotom LAMBOTTE o długości 240 mm

Ad.3. Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie nr 5 poz. 5** Osteotom LAMBOTTE o długości 240 mm

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.7. Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie nr 5 poz. 26** odgryzacz kostny o długości 240 mm

Ad.8. Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie nr 5 poz. 31** igłotrzymacz MAYO HEGAR o długości 160 mm

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.12. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.13. Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie nr 5 poz. 50** hak BABY SENN MULLER końcówka 7 x 8 mm

Ad.14. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.15. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.16. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.17. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.18. w Pakiecie nr 4 poz. 12 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie klemu o dł. 260mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Ad.19. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.20. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.21. w Pakiecie nr 4 poz. 21,22,23 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łyżeczek o dł. całkowitej 250mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Ad.22. w Pakiecie nr 5 poz.3 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łyżeczki o szer. 35mm.

Ad.23. w Pakiecie nr 5 poz.4 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie osteotomu o dł. 240 mm.

Ad.24. w Pakiecie nr 5 poz.9 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pensety o dł. 155 mm.

Ad.25. w Pakiecie nr 5 poz.31 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igłotrzymacza o dł. 160 mm.

Ad.26. w Pakiecie nr 5 poz.35 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie nożyczek o dł. 180 mm., pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Ad.27. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.28. w Pakiecie nr 5 poz.42 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pincety zaciskowej o dł. końcówki 12mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Ad.29. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.30. w Pakiecie nr 5 poz.45 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pincety zaciskowej o dł. Kończówki 16 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Ad.31. w Pakiecie nr 5 poz.46 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łyżeczki kostnej o dł. 170 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Ad.32. w Pakiecie nr 5 poz.50 Zamawiający wymaga zaoferowania haka tępego.

Ad.33. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.34. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.35. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.36. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.37. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.38. w Pakiecie nr 7 poz.6 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikronożyczek utwardzanych o dł. 180mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Ad.39. w Pakiecie nr 7 poz.7 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikronożyczek utwardzanych o dł. 180mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Ad.40. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.41. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.42. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.43. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.44. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.45. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.46. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.47. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.48. w Pakiecie nr 7 poz.17 Zamawiający wyjaśnia, że nóż może być zakrzywiony w prawo lub w lewo.

Ad.49. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.50. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.51. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.52. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.53. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.54. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.55. w Pakiecie nr 8 poz.1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odgryzacza Ruskin o dł. 240 mm.

Ad.56. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.57. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.58. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.59. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.60. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.61. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.62. w Pakiecie nr 8 poz.11 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kleszczyków 190mm.

Ad.63. w Pakiecie nr 8 poz.13 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zacisku o dł. 80 mm.

Ad.64. w Pakiecie nr 8 poz.15 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kleszczyków o dł. 250mm.

Ad.65. Zamawiający nie wyraża zgody wydzielenie poz.32 do osobnego pakietu. Zgodnie z zapisem w SIWZ znajduje się trzonek nr 3 i nr 4 .

Ad.66. w Pakiecie nr 8 poz.33 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie trzonka o dł. 210 mm.

Ad.67. w Pakiecie nr 8 poz.37 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie haczyka o dł. 190mm.

Ad.68. w Pakiecie nr 8 poz.40 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie trzonka nie posiadającego nazwy własnej o wadze 900g i dł. 265mm.

Ad.69. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.70. w Pakiecie nr 6 poz.1-4 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie narzędzi artroskopowych o średnicy 3,4mm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Ad.71. w Pakiecie nr 6 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takich samych narzędzi manualnych 3,4mm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Ad.72. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Ad.73. w Pakiecie nr 2 poz. 21** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiego samego imadła tylko o dł. 160mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ .
- Ad.74.** Zamawiający nie wyraża zgody.
- Ad.75. w Pakiecie nr 4 poz. 21-23** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takich samych łyżek tylko o dł. 240mm.
- Ad.76. w Pakiecie nr 5 poz. 9** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiej samej pensety tylko o dł. 155mm.
- Ad.77. w Pakiecie nr 5 poz. 50** Zamawiający wyjaśnia, że haczyk ma być tępy.
- Ad.78.** Zamawiający nie wyraża zgody.
- Ad.79.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1: wydłużenie podanego terminu do 3 dni roboczych.
- Ad.80.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy paragraf 6 ustęp 2: wydłużenie podanego terminu do 3 dni roboczych.
- Ad.81.** Zamawiający nie wyraża zgody.
- Ad.82.** Zamawiający nie wyraża zgody.
- Ad.83.** Zamawiający wyraża zgodę na odstępnie w SIWZ w zakresie Pakietu nr 1 od zapisów w pkt. 3 ppkt. 1.3. i 1.4.
- Ad.84.** Zamawiający wyraża zgodę na odstępnie w zakresie Pakietu nr 1 od zapisów SIWZ w pkt. 3 ppkt. 1.6. "Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem danego narzędzia w okresie objętym gwarancją. Naprawa narzędzi nie może przekroczyć 60 dni roboczych licząc od dnia ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego." oraz punktu 1.7.
- Ad.85.** Zamawiający wyraża zgodę na zapis w pkt. 3 ppkt. 1.5. w zakresie Pakietu nr 1 „sterylizacji w autoklawie w 134st. C przez 5 minut wg zaleceń producenta (nie przekraczać 138st. C).
- Ad.86.** Zamawiający wyraża zgodę na odstępnie w zakresie Pakietu nr 1 od zapisów SIWZ w pkt. 6 ppkt. 6.4.1. i 6.4.2.. Zamawiający w pkt. 6 ppkt. 6.4. wprowadza ust. 7 i żąda dla Pakietu nr 1 - certyfikaty ISO 13485:2012 oraz 14001:2004.
- Ad.87.** dot. 6.4.1. Dla potwierdzenia jakości i warunków procesu produkcyjnego oferowanych narzędzi Zamawiający dopuści oświadczenie Producenta w tym zakresie wraz z certyfikatem na użyte do produkcji materiały.
- Ad.88.** dot. 6.4.2 Dla potwierdzenia jakości warunków procesu serwisu narzędzi Zamawiający dopuści certyfikat ISO 9001:2015.
- Ad.89.** dot. 6.4.3 Zamawiający dopuści dla narzędzi medycznych chirurgicznych, które są sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I, dostarczenie wyłącznie deklaracji zgodności CE, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Ad.90.** Zamawiający nie wyraża zgody.
- Ad.91.** Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.92. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 12 również kubek medyczny bez nóżki, spełniający wszystkie wymagane parametry.

Ad.93. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.94. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.95. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.96. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.97. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.98. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.99. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.100. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.101. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 5 również narzędzie o dł.17cm.

Ad.102. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 9 również narzędzie o dł.26cm.

Ad.103. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 10 również narzędzie o dł.24,5 cm.

Ad.104. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 4 również narzędzie o dł.245 mm.

Ad.105. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 6 również narzędzie o dł.200 mm i wadze 145 gramów.

Ad.106. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Ad.107. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 46 również narzędzie o dł.150 mm .

Ad.108. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 52 również narzędzie o dł.43 mm .

Ad.109. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.110. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.111. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 6,7 również narzędzie o dł.180 mm .

Ad.112. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.113. Zamawiający informuje, że w Pakiecie nr 7 poz. 9 doszło do omyłki pisarskiej . Właściwa długość to 190mm.

Ad.114. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.115. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 23 i 24 kasety równoważne o wymiarach 265x255x50mm.

Ad.116. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Ad.117. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 8 narzędzie o dł. 225mm.

Ad.118. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.119. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.120. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.121. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.122. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.123. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 poz.33 zaoferowanie narzędzia o dł.210mm.

Ad.124. Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej. Zamawiający nie wyraża zgody.

