

Elbląg 11.12.2018

Oznaczenie sprawy ZP-109/2018

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę pasków i odczynników do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na okres 12 miesięcy.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 06.12.2018 roku oraz 10.12.2018 roku od Wykonawcy wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do oznaczeń fizykochemicznych moczu 11-parametrowych?

Ad.1. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

W związku z wymaganiem podłączenia analizatora do istniejącej sieci informatycznej prosimy o informację jaki system informatyczny funkcjonuje w Laboratorium?

Ad.2. InfoMedica Asseco Poland S.A.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga kontroli wewnętrznej na poziomie normalnym i patologicznym? Materiał kontrolny dedykowany do oferowanego analizatora jest konfekcjonowany w opakowania składające się łącznie z 6 fiolek po 15 ml (3 fiołki poziomu patologicznego i 3 fiołki poziomu normalnego). Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału kontrolnego konfekcjonowanego w taki sposób?

Ad.3. TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga zawarcia w ofercie próbek na mocz czy będzie korzystać z próbek we własnym zakresie?

Ad.4. NIE. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wymaga oprogramowania analizatora w języku polskim?

Ad.5. Zamawiający wymaga oprogramowania w języku polskim lub instrukcji w języku polskim.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy podana ilość oznaczeń uwzględnia oznaczenie kontrolne, czy należy je doliczyć?

Ad.6. TAK uwzględnia kontrole.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wymaga automatycznego analizatora do parametrów fizykochemicznych nie wymagającego żadnych dodatkowych materiałów zużywalnych?

Ad.7. Zamawiający wymaga aby analizator był kompletny, sprawny i gotowy do pracy. Wszelkie materiały zużywalne muszą być wykazane w *Załączniku Nr 1 do zaproszenia* tj. arkusza asortymentowo-cenowym, paski i odczynniki do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu a ich ilość musi być wystarczająca do wykonywania badań w okresie 12 miesięcy.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wymaga kontroli, która po otwarciu będzie ważna min. 90 dni?

Ad.8. Zamawiający wymaga aby kontrola po otwarciu butelki była ważna minimum 30 dni. Oferent ma zabezpieczyć jedną serię na minimum 6 miesięcy.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wymaga dostosowania ilości kontroli do automatycznego pomiaru kontroli wykonanego w analizatorze?

Ad.9. TAK. Zamawiający wymaga.

Pytanie 10:

W przypadku zaoferowania analizatora wykorzystującego paski testowe do przeprowadzenia kalibracji czy Zamawiający wymaga, aby Oferent dodał odpowiednią ilość pasków na kalibrację zaokrąglając ilość pasów do pełnego opakowania?

Ad.10. TAK. Zamawiający wymaga.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wymaga aby oferent podłączył analizator na własny koszt? Jeżeli Tak to prosimy o podanie danych kontaktowych do LIS.

Ad.11. TAK. Zamawiający wymaga.

InfoMedica Asseco Poland S.A.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora wykonującego pomiar ciężaru właściwego przy pomocy refraktometru?

Opcja ta pozwala na zachowanie dużej dokładności i precyzji pomiaru.

Ad.12. TAK. Zamawiający wymaga.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator umożliwiał pracę z próbkami pediatrycznymi (objętość moczu konieczna do prawidłowej analizy 1 ml)?

Ad.13. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do zaproszenia tj. parametry graniczne automatycznego analizatora do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator umożliwiał fizyczny pomiar barwy moczu z wykorzystaniem odrębnej, wbudowanej w analizator jednostki pomiarowej?

Ad.14. Zamawiający wymaga aby aparat podawał ciężar właściwy, barwę i przejrzystość moczu bez ingerencji obsługującego.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Ad.15. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Ad.16. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Ad.17. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Ad.18. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Ad.19. NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę Agenta.

Ad.20. NIE. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie takiego zapisu.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Ad.21. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

- W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Ad.22. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert