

Znak sprawy 15/2014

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 Euro opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.03.2014 r pod numerem 2014/S 058-097086 na dostawę akcesoriów do endoskopii w 92 pakietach dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 02.04.2014 r., 04.04.2014 r. oraz 07.04.2014 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...), a Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji/przesłanego zgłoszenia.” ?

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody

2. Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 0,5%?

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody

3. Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody

4. Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega, że w przypadku opóźnienia w dostawie, przekraczającego 5 dni roboczych przysługuje mu prawo zakupu towaru zastępczego u innego Dostawcy po ówczesnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji Zamówienia.”

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody

5. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

(...), na swój koszt i ryzyko, o ile Wykonawca reklamację rozpatrzy pozytywnie.” ?

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody

6. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 0,5%?

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody

7. Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 5 ustępu o poniższej treści:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 14 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Ad. 8 Nie, wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

9. dot. pakietu Nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować papilotomy igłowe 2-kanałowe (o funkcjonalności 3-kanałowych, posiadają oddzielne porty do wprowadzania przewodnika oraz do podawania kontrastu wykorzystują jedynie wspólny kanał) pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody

10 dot. pakietu Nr 78

Czy Zamawiający dopuści ofertę na jednorazowe koszulki do sondy pomiarowej manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości systemu ManoScan 360, których producent nie deklaruje jako produkt jałowy?

Zbiornicze i jednostkowe opakowanie koszulki do sondy pomiarowej manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości systemu ManoScan 360 zawiera oznakowanie jako produkt jednorazowy, niesterylny. Oferowane koszulki do sondy pomiarowej manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości systemu ManoScan 360 spełniają pozostałe wymagania Zamawiającego.

Ad. 10 Tak, dopuszcza.

11. dot. projektu umowy par. 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości brutto danego zamówienia, gdyż kara w wysokości 2% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących kar umownych.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody

12. dot. projektu umowy par. 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości reklamowanego przedmiotu, gdyż kara w wysokości 2% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących kar umownych.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody

13. dot. projektu umowy par. 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę na następujący zapis: „, Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego”.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody

13. dot. projektu umowy par. 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego ustępu?

Uzasadnienie: zapisy umowy mają zawsze pierwszeństwo przed fakturą, a zatem wprowadzenie do faktury, zapisu o zakazie cesji bez zgody Zamawiającego lub brak takiego zapisu na fakturze nie wpływa na możliwość dokonania cesji. Dodatkowo wszystkie faktury będą sygnowane numerem umowy, co pozwoli na łatwą identyfikację faktur, które nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody

14. dot. pakietu Nr 5

Czy ze względu na niepodzielne opakowanie handlowe 1 op. = 5 szt. Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości z 12 na 15 szt.?

Ad. 14 Tak Zamawiający zwiększa ilość z 12 na 15 szt.

15. dot. pakietu Nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy HX-110UR z możliwością zakładania klipsów tylko z jednej strony klipsownicy?

Ad. 15 Przedmiot zapytania spełnia warunki wymogów technicznych

16. dot. pakietu Nr 33 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papilotomów jednorazowych, reszta zgodna z SIWZ?

Ad. 16 Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papilotomów jednorazowych wyłącznie w zakresie poz. 2, 3 oraz 7, 8

17. Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Ad. 17 Zamawiający nie jest w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową

18. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6mm, pozostałe parametry jak w opisie.

Ad. 18 Tak.

19. dot. pakietu Nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu Nr 11 dopuści złożenie oferty na zestawy do zakładania gumowych opasek zawierające 7 opasek.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody

20. dot. pakietu Nr 44 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający w pozycji 1,2,3 pakietu Nr 44 dopuści złożenie oferty na koszyki o wielkości 20mm (pozycja 1), 25 mm (pozycja 2) i 30 mm (pozycja 3)

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody

21. dot. pakietu Nr 44 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 pakietu Nr 44 dopuści złożenie oferty na spiralę o długości 180cm.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody

22. dot. pakietu Nr 49

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów jednorazowych z 1 znacznikiem radiologicznie cieniującym na cewniku wiodącym i 1 znacznikiem cieniującym radiologicznie na popychaczu, pozostałe parametry jak w opisie.

Ad. 22 Tak, Zamawiający wyraża zgodę

23. dot. pakietu Nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu Nr 49 wymaga złożenia oferty na zestawy bez protezy?

Ad. 23 Tak.

24. dot. pakietu Nr 54

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów jednorazowych z 1 znacznikiem radiologicznie cieniującym na cewniku wiodącym i 1 znacznikiem cieniującym radiologicznie na popychaczu.

Ad. 24 Tak.

25. dot. pakietu Nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu Nr 49 wymaga złożenia oferty na zestawy bez protezy?

Ad. 25 Tak.

26. dot. pakietu Nr 55 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu Nr 55 dopuści zaoferowanie protez tylko w pełni pokrywanych?

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody

27. dot. pakietu Nr 92

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z protezami posiadającymi pętlę do jej repozycjonowania, pozwalającą na korektę położenia protezy po rozprężeniu zastępującą powtórne zamknięcie protezy przy jej niepełnym uwolnieniu.

Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody

28. dot. pakietu Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne gastroskopowe o średnicy 2,4mm, do

kanału $\geq 2,8\text{mm}$, długości 170cm?

Ad. 28 Tak

29. dot. pakietu Nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne o średnicy 2,4mm, do kanału $\geq 2,8\text{mm}$, długości 150cm?

Ad. 29 Zamawiający nie wyraża zgody

30. dot. pakietu Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe o średnicy 2,4mm, do kanału $\geq 2,8\text{mm}$, długości 230 cm?

Ad. 30 Zamawiający nie wyraża zgody

31. dot. pakietu Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe o średnicy 3,0 mm, długość 160cm?

Ad. 31 Zamawiający nie wyraża zgody

32. dot. pakietu Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe o średnicy 3,0 mm, długość 230cm?

Ad. 32 Tak

33. dot. pakietu Nr 1 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowanie kleszczyków z łyżeczkami okrągłymi z okienkiem?

Ad. 33 Dopuszczalne owalne i okrągłe, wszystkie z okienkami

34. dot. pakietu Nr 1 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowanie kleszczyków z łyżeczkami owalnymi z okienkiem?

Ad. 34 Dopuszczalne owalne i okrągłe, wszystkie z okienkami

35. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne gastroskopowe o średnicy 1,8 mm, długości 100 cm, łyżeczki owalne?

Ad. 35 Zamawiający nie wyraża zgody

36. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne gastroskopowe o średnicy 1,8mm, długości 120 cm, łyżeczki owalne?

Ad. 36 Zamawiający nie wyraża zgody

37. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne gastroskopowe o średnicy 2,3 mm, długości 160 cm, łyżeczki owalne?

Ad. 37 Tak

38. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne gastroskopowe o średnicy 2,3 mm, długości 120 cm, łyżeczki owalne?

Ad. 38 Zamawiający nie wyraża zgody

39. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści szczotki cytologiczne wielorazowego użytku o wymiarach:

- a) średnica 1,8 mm, do kanału $\geq 2,0$ mm, długość 160 cm?
- b) średnica 1,8 mm, do kanału $\geq 2,0$ mm, długość 100 cm?
- c) średnica 2,4 mm, do kanału $\geq 2,8$ mm, długość 160 cm?
- d) średnica 2,4 mm, do kanału $\geq 2,8$ mm, długość 220 cm?

Ad. 39 Zamawiający nie wyraża zgody na oferowane szczotki o wskazanych parametrach

40. dot. pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści szczotki cytologiczne jednorazowe o wymiarach:

- a) średnica 1,8 mm, długość 100 cm?
- b) średnica 1,8 mm, długość 120 cm?
- c) średnica 2,3 mm, długość 160 cm?
- d) średnica 2,3 mm, długość 180 cm?
- e) średnica 2,3 mm, długość 230 cm?

Ad. 40 Wymogi pod względem wymiarów spełniają z wymienionych powyżej w ppkt. d i e

41. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy korpusu 1,8 mm, średnica igły 1,0 mm, długość igły 15mm, rozmiar 19G, długość 130 cm, jednorazowa?

Ad. 41 Tak, pod warunkiem spełnienia wymogu dostosowania do aparatu Olympus UCT160 OL5

42. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści igłę jednorazową o średnicy 2,4mm, rozmiar 0,5mm, długość ostrza 6 mm, długość 230 cm?

Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody

43. dot. pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści igłę jednorazową o średnicy 2,4mm, rozmiar 0,5mm, długość ostrza 5 mm, długość 230 cm?

Ad. 43 Tak, spełnia wymóg

44. dot. pakietu Nr 25

Czy Zamawiający dopuści pułapkę na polipy pojemnik, z czterema komorami (CE 1-2-3-4) 4 otwarte komory (oznaczenie „0” dla normalnego odsysania). Pokrywa z 2 dyszami i 2 rurki do połączenia pompy i endoskopu jednorazowego użytku.

Ad. 44 Zamawiający nie wyraża zgody

45. dot. pakietu Nr 26

Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką jednorazową o średnicy 2,6 mm, rozmiar 40/60mm, długość 230 cm?

Ad. 45 Tak, spełnia wymóg

46. dot. pakietu Nr 26

Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką jednorazową o średnicy 2,5 mm, rozmiar 30/60mm, długość 230 cm?

Ad. 46 Tak, spełnia wymóg

47. dot. pakietu Nr 26

Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką jednorazową o średnicy 2,5 mm, rozmiar 40/75 mm, długość 230 cm?

Ad. 47 Tak, spełnia wymóg

48. dot. pakietu Nr 57

Czy Zamawiający dopuści zestaw baloników jednorazowych do achalazji o parametrach:
cewnik (mm): długość / średnica 900/3,5; balonik (mm): długość/średnica 80/30;
ciśnienie (ATM) zalecane/max dozwolone 2,5/4?
cewnik (mm): długość / średnica 900/3,5; balonik (mm): długość/średnica 80/35;
ciśnienie (ATM) zalecane/max dozwolone 2,5/4?

Ad. 48 Powyższe parametry spełniają wymóg dla pozycji Nr 1 i 2. Wymagania pakietu Nr 57 pozostają bez zmian; wymaga się zaoferowania asortymentu w zakresie pełnego pakietu.

49. dot. pakietu Nr 80 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki do czyszczenia kanałów wielokrotnego użytku o średnicy 1,8mm, do kanału $\geq 2,2$ mm, długość 100cm?

Ad. 49 Zapytanie Wykonawcy nie dotyczy pozycji Nr 1

50. dot. pakietu Nr 80 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki do czyszczenia kanałów wielokrotnego użytku o średnicy 2,4 mm, do kanału $\geq 2,8$ mm, długość 160cm?

Ad. 50 Zapytanie Wykonawcy nie dotyczy pozycji Nr 1

51. dot. pakietu Nr 80 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki do czyszczenia kanałów wielokrotnego użytku o średnicy 2,4 mm, do kanału $\geq 2,8$ mm, długość 220cm?

Ad. 51 Zapytanie Wykonawcy nie dotyczy pozycji Nr 1

52. dot. pakietu Nr 45

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 45 dopuści jednorazowe trójkanałowe balony do ekstrakcji złogów o zmiennej średnicy, dostępne w trzech rozmiarach 9-12, 12-15 i 15-

18mm (do wyboru przez Zamawiającego), dostępne z ujściem kontrastu powyżej lub poniżej balonu, współpracujące z przewodnikiem 0,035", w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji?

Ad. 52 Tak, opis przedmiotu zamówienia spełnia wymogi techniczne pakietu poszerzając zakres funkcjonalności ponad wymagane minimum z zastrzeżeniem możliwości wyboru trzech z wymienionych w zapytaniu.