

Do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro, na dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji stołu operacyjnego ortopedycznego wyciągowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu wraz przeprowadzeniem szkolenia personelu medycznego i pracowników obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **07.01.2019 r.**, numer ogłoszenia **500841-N-2019**.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 14.01.2019 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Załącznik nr 3 – Stół operacyjny ortopedyczny wyciągowy – 1 sztuka:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego ortopedycznego wyciągowego, który posiada długość stołu z blatem wynoszącą 2335 mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjnego ortopedycznego wyciągowego, który posiada regulację wysokości blatu realizowaną przez napęd elektrohydrauliczny w zakresie 645 – 1110 mm – wysokość mierzona z materacem z pamięcią kształtu?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

3. Pytania do załącznika nr 3 (gwarancja, serwis): pkt. 10:

Czy jeżeli usuwanie uszkodzenia nie jest związane z systemem informatycznym, to czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca w rubryce „Opis” wpisał: „*Nie dotyczy*”?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (stół operacyjny ortopedyczny wyciągowy):

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez systemu antykolizyjnego? Konstrukcja oferowanego stołu daje gwarancję bezpieczeństwa dla pacjenta oraz użytkowanego stołu – dotyczy l.p. 5.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym występuje tylko jeden napęd tj. elektrohydrauliczny? Część funkcji tj. regulacja podglówka i podnóżków realizowana ręcznie, wspomagana sprężynami gazowymi? – dotyczy l.p. 5

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości 2100mm? Oferowany parametr minimalnie różni się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 6.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego o szerokości z szynami bocznymi – 560mm, bez szyn bocznych – 500 mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne stołu — dotyczy l.p. 4.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w segment nożny regulowany ręcznie (bez osobnej regulacji dla części górnej i dolnej podnóżka), wspomagany sprężynami gazowymi – w zakresie +20° do -90°? – dotyczy l.p. 8, 14.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem regulacji wysokości (bez materaca): 610/1240 mm – dotyczy l.p. 9 .

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją oparcia pleców (bez osobnej regulacji dla części dolnej i górnej segmentu oparcia) w zakresie +80/-30 stopni? – dotyczy l.p. 10.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydraulicznym przesuwem wzdłużnym 420mm? – dotyczy l.p. 15.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia podglówka w zakresie +45/-45 stopni (w konfiguracji odwrotnej – przy zamianie podglówka z podnóżkami – również ręczna regulacja wspomagana sprężynami gazowymi? – dotyczy l.p. 16.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pilota bez podświetlenia i wyświetlacza LCD, wyposażonego w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania. Poza wyżej wymienionymi alternatywnymi i równie funkcjonalnymi rozwiązaniami, pilot spełnia wszystkie pozostałe zapisy punktu 17.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z podstawą w kształcie litery T, wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło pojedyncze obrotowe fi 100 mm, pozostałe dwa koła fi 125 mm podwójne nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Stół blokowany do podłoża za pomocą wysuwanych elektrohydraulicznie stopek. Oferowana podstawa gwarantuje bardzo dużą stabilność stołu, co jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa operowanego pacjenta.



Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z obciążeniem statycznym 320 kg oraz obciążeniem dynamicznym 275 kg? – dotyczy l.p. 26

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Czy z uwagi na fakt, że katalogi/foldery lub ulotki producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści stół z napędem w pełni elektromechanicznym, zasilającym i umożliwiającym wykonanie wszystkich funkcji elektrycznych stołu?

Zamawiający odpowiada:

Tak, zgodnie z funkcjami opisanymi w SIWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści stół z segmentem pleców dwuczęściowym, regulowanym za pomocą płyty plecowej dolnej, z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej za pomocą funkcji FLEX?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Czy Zamawiający dopuści stół z blatem o długości całkowitej 2180mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

20. Czy Zamawiający dopuści stół z funkcją blokowania i odblokowywania stołu do podłoża poprzez elektrycznie wysuwane stopki? Stopki wysuwane wewnątrz podwójnego koła, w celu uniemożliwienia podłożenia stopy pod wysuwane stopki.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

21. Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 600 – 1100mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

22. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją funkcji przechyłów bocznych w zakresie 20° w obu kierunkach?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Czy Stół ma posiadać osobną, elektryczną regulację podnóżka prawego i lewego?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

24. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 30° dla obu funkcji?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Czy Zamawiający dopuści stół z funkcją przesuwu wzdłużnego o parametrze 380mm, pozwalającym na ominięcie całej przestrzeni na kolumną i gwarantującym dostęp dla ramienia C na całej długości blatu?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem wyposażonym w wyświetlacz LCD, ilustrujący aktualnie wybraną funkcję oraz kierunek jej wykonywania, bez wartości?
Zamawiający odpowiada:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
27. Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem z przyciskami dedykowanymi do poszczególnych ruchów i funkcji z jednostopniowym wyborem przycisku? Pilot posiada duże i czytelne piktogramy. Funkcja podwójnego zabezpieczenia w pilocie przewodowym jest zbędna i wprowadza zakłopotanie personelu podczas obsługi.
Zamawiający odpowiada:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
28. Czy Zamawiający dopuści stół wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchniach półmatowych?
Zamawiający odpowiada:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
29. Czy Zamawiający dopuści wózek na wyposażenie przystawki ortopedycznej wyposażony w kosz na akcesoria bez płyt?
Zamawiający odpowiada:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
30. Czy Zamawiający dopuści żelowy pozycjoner głowy i szyi o rozmiarze 27 cm x 24 cm x 9cm o właściwościach przeciwoślizgowych, eliminujący nacisk, przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, nie zawierający lateksu i nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT?
Zamawiający odpowiada:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
31. **Dotyczy pkt 9.** Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu realizowaną przez napęd elektrohydrauliczny: od 550 do 1150 mm, wysokość mierzona z materacem z pamięcią kształtu? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż jest to parametr szerszy od wymaganego.
Zamawiający odpowiada:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
32. **Dotyczy pkt 10**
Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców dolnego i górnego odcinka łącznie realizowaną przez napęd elektrohydrauliczny w zakresie od -45° do 90° ?
Zamawiający odpowiada:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
33. **Dotyczy pkt 14**
Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia podnóżków realizowaną przez napęd elektrohydrauliczny (osobno dla każdego podnóżka) w płaszczyźnie pionowej (w konfiguracji normalnej blatu): od -90° do 80° ? Jest to parametr dużo szerszy od

wymaganego.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

34. Dotyczy pkt 16

Czy Zamawiający dopuści w konfiguracji odwrotnej blatu (przy zamianie podglówka z podnóżkami) – możliwość ręcznej regulacji podglówka?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

35. Dotyczy pkt 17

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji polegającym na samoczynnej dezaktywacji pilota w przypadku nieużywania, a w przypadku konieczności użycia pilota, użytkownik zmuszony jest do aktywowania jednym przyciskiem, a następnie wybrania żądanej funkcji?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

36. Dotyczy pkt 27

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności żelowy pozycjoner głowy i szyi z otworem w podstawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizację głowy pod różnym kątem, możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar: L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68 cm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

34. W związku z szerokim zakresem wykonywanych zabiegów ortopedycznych na Bloku Operacyjnym, czy Zamawiający będzie oczekiwał możliwość zastosowania i podłączenia do wymaganego stołu operacyjnego karbonowego w pełni przeziernego dla promieni RTG segmentu blatu o długości nie mniejszej niż 118cm? Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia w przypadku zabiegów na miednicy, pełne monitorowanie ramieniem „C” w zakresie 360⁰.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wymaga.