

Elbląg 0 1 LUT, 2019

Oznaczenie sprawy ZP-4/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę rękawic diagnostycznych, niesterylnych wraz z uchwytami ściennymi** dla potrzeb **Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji** Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniach 28.01.2019 roku oraz 29.01.2019 roku od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych po 200 szt. z przeliczeniem ilości?

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych spełniających wymogi normy EN 455-1-2-3; EN 374-1 z wł. Pkt.5.3.2, EN 374-2, EN 374-3; EN 420?

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach naściennych, pasujące do uchwytów naściennych uniwersalnych. Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym

oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych – fabryczna informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 3 alkoholi – etanolu, izopropanolu i metanolu na min.1 poziomie. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978 - fabryczna informacja na opakowaniu. Rękawice zgodne z normami: PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F 1671, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),-2,-3, ASTM D 6978- fabryczna informacja na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR NACZELNY


mgr Elżbieta Gelert