

Znak sprawy 8/2019

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 EURO zamieszczonego w BZP w dniu 14.02.2019 r. pod numerem 514175-N-2019 na dostawę krążków do oznaczenia lekowrażliwości, podłoży i szczepów wzorcowych, pasków do oznaczania lekowrażliwości, testów diagnostycznych oraz podłoży do wykrywania mechanizmów oporności w 3 pakietach dla potrzeb Laboratorium Bakteriologicznego WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 15-18.02.2019 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane podłoża chromogenne były z testami identyfikacyjnymi i do oznaczania lekowrażliwości do analizatora automatycznego, który znajduje się na wyposażeniu pracowni Mikrobiologii Zamawiającego kompatybilne (potwierdzone stosownym certyfikatem dołączonym do oferty)? To oznacza możliwość bezpośredniego pobrania kolonii z płytki na test do analizatora. Pozwoli to Zamawiającemu na obniżenie kosztów związanych z koniecznością przesiewania kolonii na dodatkowe podłoża.

Ad. 1. Zamawiający wymaga podłoża zgodnego z SIWZ.

2. dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na podłoża gotowe na płytkach z minimalnym terminem ważności w pozycji 4 – 5 tygodni, dla pozostałych podłoży minimum 6 tygodni?

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

3. dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczanie certyfikatu kontroli jakości dla każdej serii dostarczanego podłoża, jeśli Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, **aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników**, deklaracje zgodności dostępne dla Zamawiającego całodobowo?

Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

4. dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczanie wraz z pierwszą dostawą metodyk, jeśli Wykonawca dostarczy wymagane instrukcje wraz z umową w wersji elektronicznej oraz przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się **instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji**

niebezpiecznych w języku polskim, aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, deklaracje zgodności dostępne dla Zamawiającego całodobowo?

Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

5. dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty dokumentów zawierających opisy oferowanych produktów w formie elektronicznej lub w wersji książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie?

Ad. 5. Zamawiający nie stawiał wymogu dołączenia do oferty dokumentów zawierających opisy oferowanych produktów.

6. dot. wzoru umowy; §2 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Laboratorium Bakteriologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu własnym lub wynajętym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 7:30 - 11:00, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego faksem lub elektronicznie na adres email.....przez Kierownika Laboratorium Bakteriologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego.”? uzasadnienie: zwracamy się z prośbą o wykreślenie możliwości składania zamówień telefonicznie. Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego, ze względu na fakt, iż nie ma możliwości weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień (dot. formy telefonicznej)

Ad. 6. Tak

7. dot. wzoru umowy; §2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca dostarczy odczynniki w terminie godzin (maksymalnie 72 godzin) licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku, gdy dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”?

Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody

8. dot. wzoru umowy; §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca do dostawy towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera: nazwę odczynnika, nazwę producenta, ilość, cenę dla poszczególnych pozycji oraz numer umowy lub nr zamówienia. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem emaila na adres:, na co Zamawiający wyraża zgodę”? Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych oraz przeniesienie magazynu Wykonawca nie ma możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca każdorazowo dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość

dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy/ serię i datę ważności. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wystawienia faktury w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego oraz do jej niezwłocznego dostarczenia (wedle wyboru Zamawiającego) za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub w formie PDF za pośrednictwem drogi elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres email.

Ad. 8. Zamawiający zmieni zapis na następujący: „Wykonawca do dostawy towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera: nazwę odczynnika, nazwę producenta, ilość, cenę dla poszczególnych pozycji oraz numer umowy lub nr zamówienia. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z dostarczonym towarem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury w dniu dostawy emailem na adres bakteriologia@szpital.elblag.pl pod warunkiem dostarczenia oryginału w ciągu trzech dni roboczych do siedziby Zamawiającego”.

9. dot. wzoru umowy; §2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji drukowanej, dla wszystkich odczynników objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim wraz z pierwszą dostawą odczynników lub udostępni wyżej wymienione dokumenty na stronie internetowej”? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, deklaracje zgodności dostępne dla Zamawiającego całodobowo

Ad. 9. Zamawiający nie wyraża zgody

10. dot. wzoru umowy; §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?

Ad. 10. Zamawiający nie wyraża zgody

11. dot. pakietu Nr 2, pozycja 12,13,14,16,18,19,32

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie niniejszych pozycji do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie oferty innym Wykonawcom i w efekcie wybór korzystniejszej cenowo oferty.

Ad. 11. Zamawiający nie wyraża zgody

12. dot. pakietu Nr 2, pozycja 12,13,14,18,19

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów w opakowaniach po 20 oznaczeń i przeliczenie ilości opakowań?

Ad. 12. Zamawiający zmienia w pozycjach 12,13,14,18,19 wielkość opakowania i jednostkę miary.

13. Dotyczy pakietu nr 1:

Zgodnie z wytycznymi EUCAST na okrągłej płytce z podłożem o średnicy 90 mm nie może być położone więcej aniżeli 6 krążków z antybiotykiem. Również w zaleceniach CLSI jest jednoznaczne stwierdzenie, że krążki muszą być tak ułożone aby odległość między nimi (mierzone od środków krążków) nie była mniejsza aniżeli 24 mm. Ten podstawowy warunek prawidłowego pomiaru strefy zahamowania pomiaru nie może być spełniony przy nałożeniu dyspenserem 8-u krążków na płytkę z podłożem o średnicy 90 mm.

Pytanie: Czy zatem w oparciu o powyższe zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dyspenserów 6-ciopozycyjnych jako zgodnych z obowiązującymi przepisami w miejsce dyspenserów 8-o pozycyjnych, których stosowanie do klinicznych celów diagnostycznych nie jest wskazane?

Ad. 13. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

14. Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 1% do 0,5% za dzień zwłoki?

Ad. 14. Zamawiający nie wyraża zgody

15. Dotyczy SIWZ, pkt 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia częściowego z 48 godzin na 7 dni.

Ad. 15. Zamawiający nie wyraża zgody

16. dot. pakietu Nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 11 wymaga szczepu wzorcowego E.coli posiadającego gen mcr-1 warunkującego oporność na kolistynę, przeznaczonego do kontroli jakości produktów stosowanych do oznaczania lekowrażliwości na kolistynę?

Ad. 16. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

17. dot. pakietu Nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 dla krążków antybiotykowych wymaga dostarczenia pozytywnej opinii KORLD?

Ad. 17. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

18. dot. pakietu Nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 wymaga, aby oferowane krążki antybiotykowe były przebadane przez EUCAST i uzyskały w tych badaniach bardzo dobre wyniki?

Ad. 18. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

19. dot. pakietu Nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 wymaga aby oferowane szczepy wzorcowe były w postaci liofilizowanych tabletek wraz z wymazówką do posiewu?

Ad. 19. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

20. dot. pakietu Nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 4 dopuści dla podłoża do wykrywania i różnicowania *E. faecalis* i *E. faecium* z mechanizmem oporności VRE termin ważności 6 tygodni?

Ad. 20. Zamawiający zmienia opis na następujący: „Podłoże do wykrywania drobnoustrojów z mechanizmem oporności VRE”. Wymogi dot. terminu ważności pozostają bez zmian.

21. dotyczy pakietu Nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 1 i 4 krążków antybiotykowych pakowanych po 4 fiolki, które są umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Taki sposób pakowania eliminuje konieczność posiadania przez Zamawiającego dodatkowych pojemników koniecznych do przechowywania rozpakowanych z blisterów fiolek i pozwala na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci a tym samym umożliwia przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta. Dodatkowo każda fiolka posiada zabezpieczenie w postaci kapturka chroniącego przed wilgocią i zanieczyszczeniem.

Ad. 21. Zamawiający wymaga opakowania wielkości 50 szt., z tym, że nie określa czy ta wielkość opakowania ma być jednostkowa czy zbiorcza.

22. dotyczy pakietu Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków w pozycji nr 1-4, które posiadają średnicę około 6 mm (6,35 – 6,5 mm). Wymiar średnicy przeliczany jest z pozaukładowej jednostki miary długości zwanej całem międzynarodowym, przez większość producentów krążków z antybiotykami?

Ad. 22. Zamawiający zrezygnował z określenia średnicy krążków.

23. dotyczy pakietu Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 14 dyspenserów posiadających możliwość umieszczenia 6 lub 7 krążków z antybiotykami, gdzie 6 krążków umieszczonych jest na obwodzie płytki w odległościach zgodnych z zaleceniami CLSI dla czytelności stref zahamowania wzrostu a 7 krążek zajmuje miejsce centralne na płytce o średnicy 90 mm?

Ad. 23. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

24. Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 poz. 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 32 w przedmiotowym postępowaniu:

Prosimy o wyłączenie pozycji 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19 oraz 32 z Pakietu 2 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie 2, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art.

17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:

1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Ad. 24. Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Dotyczy kryterium oceny ofert.

Zwracamy się z prośbą o naliczanie terminu realizacji zamówienia w godziny w dni robocze.

Ad. 25. Jest to określone w paragrafie 2 ust. 1 i 2 wzoru umowy.

26. Dotyczy umowy użyczenia.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności nieodpłatnego użyczenia 14 dyspenserów. Prosimy o modyfikację Formularza cenowego tak, aby istniała możliwość wliczenia tego kosztu w całkowitą cenę oferty. *Uzasadnienie:* Zamawiający nie powinien wymagać świadczenia nieodpłatnego, gdyż z art. 2 pkt 13

PZP wynika, że zamówienie publiczne to odpłatna umowa tym samym odpowiednio świadczenie nieodpłatne jest niedopuszczalne, a wszystkie części oferty powinny zostać wycenione.

Ad. 26. Zamawiający nie wyraża zgody

27. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie realizacji dostaw do godziny 16.00. Tak wąski zakres czasu dostawy powoduje konieczność skorzystania z drożych usług transportowych. Zmiana zapisu może się przyczynić do złożenia korzystniejszej cenowo oferty.

Ad. 27. Zamawiający nie wyraża zgody

28. Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 1. Z uwagi na różny sposób konfekcjonowania, różne ceny poszczególnych produktów oraz z uwagi na ilość dostępnych w naszej ofercie krążków antybiotykowych (załącznik nr 1 do pytań) zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, który umożliwi Wykonawcy prawidłowe przygotowanie oferty. W obecnym formularzu cenowym nie ma możliwości przygotowania oferty poprawnie przy tak skonstruowanych wymaganiach (pkt. 1 Formularza Cenowego). Podsumowując proponujemy:
- a. Modyfikację Formularza Cenowego przez dokładną wycenę w osobnych wierszach poszczególnych krążków określonych przez Zamawiającego i ich ilości
 - b. Możliwość samodzielnego określenia konfekcjonowania produktów przez Wykonawcę
 - c. Rezygnację z dostarczenia dokumentów tj. metodyki, karty charakterystyki, certyfikaty kontroli jakości, na rzecz oświadczenia Wykonawcy o ich posiadaniu i możliwości dostarczenia na każde rządanie Zamawiającego z uwagi na ilość produktów – dotyczy dostarczenia dokumentów na wezwanie oraz dokumentów dostarczanych z pierwszą dostawą. *Zwracamy się z prośbą o nie umieszczanie w odpowiedziach załącznika nr 1 do pytań.*

Ad. 28 a,b,c. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

29. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przysyłania certyfikatów kontroli jakości w języku z dostawą w zamian za dostęp do strony internetowej (24/7) z zamieszczonymi oryginalnymi certyfikatami kontroli jakości w języku angielskim.

Ad. 29. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

30. Dotyczy par. 6 ust.2 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy.

Ad. 30. Zamawiający nie wyraża zgody

31. dot. zadania Nr 1 pozycja 17, pozycja 4
Czy Zamawiający zgodzi się na inny sposób konfekcjonowania krążków, 10x50 lub 1x50 krążków w jednym opakowaniu w zależności od rodzaju krążka i przeliczeniu ich na oczekiwaną ilość.

Ad. 31. Zamawiający wymaga opakowania wielkości 50 szt., z tym, że nie określa czy ta

wielkość opakowania ma być jednostkowa czy zbiorcza.

32. dot. zadania Nr 1 pozycja 15

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podłoży płynnych konfekcjonowanych po 100 szt. w jednym opakowaniu?

Ad. 32. Zamawiający zmienia zapis, że opakowanie ma być min. 50 szt.

33. dot. zadania Nr 1, wymagania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości w języku angielskim podłoży mikrobiologicznych i krążków antybiogramowych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Ad. 33. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

34. Dotyczy: Pakiet nr 3 (Podłoża do wykrywania mechanizmów oporności)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 podłoża chromogenego do wykrywania i selektywnej izolacji Enterobacteriaceae produkujących szerokie spectrum karbapenemaz w tym KPC; NDM; IMP, MBL i OXA włączając OXA48, dla którego minimalny limit wykrywalności to 10 jtk/ml?

Ad. 34. Tak.

35. Dotyczy: Pakiet nr 3 (Podłoża do wykrywania mechanizmów oporności)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 podłoża chromogenego do wykrywania wankomycynoopornych Enterococcus spp. bez różnicowania Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium?

Ad. 35. Zamawiający zmieni zapis na następujący: „Podłoża do wykrywania z mechanizmem oporności VRE”

36. Dotyczy: Pakiet nr 3 (Podłoża do wykrywania mechanizmów oporności)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 i 3 podłoży z terminem ważności wynoszącym 56 dni od daty produkcji i tym samym 7 tygodni od daty dostarczenia?

Ad. 36. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

37. Dotyczy: Pakiet nr 3 (Podłoża do wykrywania mechanizmów oporności)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Ad. 37. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

38. Dotyczy: SIWZ oraz wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeśli Wykonawca zapewni stałość cen w umowie na okres jej obowiązywania?

Ad. 38.

Zamawiający nie odstąpi od wymogu, ale to czy Wykonawca przedstawi szczegółowe kalkulacje tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne zależy tylko od decyzji Wykonawcy. W przypadku, gdy nie przedstawi, Zamawiający nie uzna roszczeń zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust 2 paragrafu 4 wzoru umowy.

39. Dotyczy: SIWZ oraz wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy w dni robocze w godzinach 7:30 – 12:00? Wykonawca ma podpisaną umowę z firmą kurierską, która dostarcza przesyłki na Państwa adres do godziny 12:00.

Ad. 39. Zamawiający podtrzymuje wymóg SIWZ

40. Dotyczy: SIWZ oraz wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień, przy użyciu elektronicznego formularza zamówień przekazywanego e-mailem w celu usprawnienia procesu realizacji oraz uniknięcia możliwych pomyłek?

Ad. 40. Zamawiający dopuszcza składanie zamówień emailem.