

Do wszystkich uczestników postępowania

dot dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w 2 pakietach dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **06.03.2019 r.**, numer ogłoszenia **521831-N-2019**.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w terminie składania zapytań, do dnia 12.03.2019 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1) § 7 ust. 1 i 2 - wnosimy o zmianę zapisów umowy w zakresie dotyczącym wysokości zastrzeżonej kary umownej przez wprowadzenie jej wysokości na poziomie:

a) § 7 ust. 1 - Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości zamówienia częściowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

b) § 7 ust. 2 - W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materiałów producenta potwierdzających, że oferowane produkty są zgodne z definicją NIOSH, stanowią system zamknięty i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

3) Pakiet 1, poz. I 1 - 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu podłączeniowego do przygotowania leków cytostatycznych bez elementów z titanu, kompatybilne z aparatami Cyto Set zgodnie z normą, PN- EN 1707:2000 Łączniki stożkowe o zbieżności 6% (luer) do strzykawek, igieł i niektórych wyrobów medycznych, Łączniki z zamkiem.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

4) Pakiet 1, poz. I 1 i 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowego zestawu podłączeniowego do przygotowania leków toksycznych wykonanego z PCV bez DEHP, bez elementów z titanu,

port do dostrzyknięć w postaci zastawki jednokierunkowej zabezpieczonej koreczkiem, z zatyczką posiadającą membranę zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, kompatybilne z aparatami Cyto Set zgodnie z normą, PN- EN 1707:2000 Łączniki stożkowe o zbieżności 6% (luer) do strzykawek, igieł i niektórych wyrobów medycznych, Łączniki z zamkiem.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

5) Pakiet 1, poz. II 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy kolec mikro oznacza kolec wzdłużnie ścięty, posiadający w połowie długości rynienkę, która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza tego typu kolec.

6) Pakiet 1 bezpieczny , zamknięty system przygotowania i podaży leków cytostatycznych – Czy zamawiający odstąpi od badań potwierdzających, że połączenie drenów zabezpieczone zaworami tworzą zamknięty system zgodnie z definicją NIOSH i zapobiegają przedostaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia ?

Zamawiający odpowiada:

Tak, dopuszczając złożenie w zamian materiałów producenta potwierdzających, że oferowane produkty są zgodne z definicją NIOSH, stanowią system zamknięty i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

7) Pakiet I pozycja I (pkt.1-3) – Czy zamawiający dopuści zestaw podłączeniowy służący do przygotowania leków toksycznych bez PCV i lateksu z materiałów odpornych na leki toksyczne , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

8) Pakiet I , pozycja II (pkt 1-2) - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu I pozycję II (pkt 1-2) i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.