

Elbląg. 18.03.2019r.

Oznaczenie sprawy 11/2019

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę płynów wiskoelastycznych, błękitu trypanu i soczewek kontaktowych sterylnych fluorosilikonowych w 9 pakietach dla potrzeb Oddz.Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zamieszczone w BZP Ogłoszenie nr 524031-N-2019 z dnia 2019-03-12

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 13.03.2019r. i 14.03.2019r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pakiet 3

Czy zamawiający dopuści również roztwór HPMC o pojemności 2,5 ml?

Jaką ilość należy wówczas zaoferować?

2. Pakiet 8

Czy zamawiający dopuści również zrównoważony roztwór soli fizjologicznej BSS w plastikowych butelkach 500ml ?

3. Czy Zamawiający w obu pakietach 1 i 2 ma na myśli wiskoelastyczny roztwór o stężeniu 1,0%?
4. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 wiskoelastyczny roztwór w ilości 4348 opakowań 1,5ml czyli 10 000,4ml?
5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 wiskoelastyczny roztwór w ilości 334 opakowań 1,5ml czyli 501ml?
6. Czy Zamawiający w pakiecie 5 wymaga dostawy barwnika w ampułkostrzykawkach?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.3. Zamawiający wymaga 1% roztworu soli sodowej kwasu hialuronowego .

Ad.4. W Pakcie nr 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie wiskoelastycznego roztworu w ilości 4348 opakowań 1,5ml czyli 10 000,4ml.

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.6. Zamawiający w pakiecie 5 nie wymaga dostawy barwnika w ampułkostrzykawkach ale dopuszcza.

DYREKTOR NACZELNY

[Podpis]
mgr Elżbieta Gelert