

Elbląg, dnia 22.03.2019r.

Nr sprawy: 7/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego w 9 pakietach w ramach Projektu, pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu” wraz z przeprowadzeniem szkolenia personelu medycznego i obsługi technicznej zamieszczone w BZP Ogłoszenie nr 524510-N-2019 z dnia 2019-03-13

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniach 14.03.2019r.; 15.03.2019r.; 18.03.2019r. ;19.03.2019 i 21.03.2019r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dot. Załącznik Nr 8 do SIWZ

Pakiet Nr 8 Aparat do znieczulania Opis Przedmiotu Zamówienia

Ad. Pkt. 81. Czy Zamawiający dopuści jednoczesne wyświetlanie dwóch wartości: albo dwóch temperatur, albo jednej temperatury i różnicy temperatur, do wyboru przez użytkownika?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

2. Dotyczy : Pakiet nr 3 Respirator

Czy Zamawiający wymaga, aby respirator transportowy miał możliwość zapisu danych – karta pamięci lub wbudowana pamięć wewnętrzna, dzięki czemu będzie możliwa późniejsza analiza poszczególnych użyć respiratora?

Zamawiający nie Wymaga

3. Czy Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał możliwość przeprowadzenia autotestu wymuszonego przez użytkownika z zapisem danych, potwierdzającym prawidłowe działanie urządzenia?

Zamawiający nie Wymaga

4. Czy opisując wagę respiratora poniżej 2.5 kg, Zamawiający ma na myśli każdy respirator ważący 2,5 kg i poniżej?

TAK. Korekta zapisu SIWZ

5. Pakiet NR 6 – kapnograf (4 sztuki)

Dot. PKT 8 Czy Zamawiający dopuści aparat z pełnym menu wszystkich opcji urządzenia oraz dodatkowo załączoną instrukcją obsługi w języku polskim jednocześnie bez konieczności dodatkowego menu pomocy w samym urządzeniu?

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.



6. Dot. PKT 10 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony interfejs wymiany danych w postaci portu micro USB?

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

7. Pakiet 9 - Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta

Pkt. 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

8. Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie giętkiego, łatwego do przemywania i dezynfekcji przewodu grzewczego, łączącego urządzenie z kocem mocowanego do urządzenia za pomocą nakrętki, co uniemożliwia przypadkowe rozłączenie

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

9. Pkt. 7

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaczepek na przewód w przypadku zaoferowania przewodu wzmocnionego drutem, zabezpieczającym przed zaginaniem

TAK. Korekta zapisu SIWZ Pkt. 9

10. Prosimy o dopuszczenie dwóch zakresów regulacji przepływu powietrza wysoki około 1275 l/min i niski około 793 l/min

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

11. Pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie filtra Hepa 0,2 micronów o efektywności 99,97%

TAK. Korekta zapisu SIWZ

12. Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia przy temp. $\geq 55^{\circ}\text{C}$, z automatycznym wyłączeniem grzejnika i wentylatora.

TAK. Korekta zapisu SIWZ

13. Pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie licznika przepracowanych godzin wskazującego konieczność wymiany filtra (wskaźnik diodowy) oraz odstąpienie od wymogu wbudowanego licznika, gdy, poza wymianą filtra, urządzenie wymaga okresowych przeglądów raz w roku.

TAK. Korekta zapisu SIWZ

14. Pkt. 14

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zasilaniem 220-240 V, 50/60 Hz, o średnim poborze mocy 700W

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

15. **PAKIET 1 -Kardiomonitor stacjonarno-przenośny - 1 szt. Ad.37.** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji stazy?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

16. Ad. 55. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w funkcje obliczeń lekowych i hemodynamicznych, natomiast nieposiadający obliczeń wentylacyjnych i nerkowych?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

17. A. Defibrylatory pakiet nr 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 9 sekund na zasilaniu ?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

18. Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ustawianiem energii wyładowaniem defibrylacji na płycie czołowej oraz ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych?

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

19. B. Kardiomonitor Pakiet Nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie ,które przeszło pozytywnie test na oblewanie urządzenia przez 30 sekund zgodny z normą EN60601-1 i EN60601-2-49 co jest wystarczające dla urządzeń pracujących w środowisku szpitalnym?

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

20. Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez prezentacji zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

21. Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z obsługą poprzez ekran dotykowy oraz przyciski funkcyjne na ekranie dotykowym ?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

22. Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z zasilaniem awaryjnym min. 60 min?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

23. Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor przystosowany do pracy z centralą monitorującą lecz bez współpracy z modułami PICCO, NMT, EEG, ScvO2 ?

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

24. Załącznik Nr 3 do SIWZ

Pakiet Nr 3 ad 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy ParapacPlus, będący na wyposażeniu SOR bez możliwości rozpoczęcia natychmiastowej wentylacji z trybach ratunkowych, natomiast z możliwością podania wdechu manualnego za pomocą przycisku znajdującego się na panelu urządzenia w czasie resuscytacji oraz z możliwością uruchomienia wentylacji w trybach (CMV, CMV/DEMAND) w bardzo krótkim czasie?

Oferowany przez nas respirator jest urządzeniem pneumatycznym, dzięki czemu gotowość do pracy następuje automatycznie po podłączeniu źródła tlenu co znacząco wpływa na skrócenie czasu rozpoczęcia wentylacji (oddech manualny, CPAP, CMV/Demand).

TAK. Korekta zapisu SIWZ

25. ad 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z procedurą testową pozwalającą na sprawdzenie działania respiratora?

TAK. Korekta zapisu SIWZ

26. ad 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające wyzwalanie oddechów ręcznie w czasie resuscytacji za pomocą dedykowanego przycisku?

TAK. Korekta zapisu SIWZ

27. ad 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące w oparciu o jednorazowe układy pacjenta (w zestawie 10 szt.)?

Stosowanie układów jednorazowych eliminuje wymóg sterylizacji układów (w porównaniu do układów wielorazowych) oraz umożliwia wentylację większej ilości pacjentów bez przerw w pracy.

TAK. Korekta zapisu SIWZ

28. ad 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez trybu wentylacji CPR?

TAK. Korekta zapisu SIWZ

29. ad 29,30,31,32,33 – Alarmy

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z modulem alarmowym o następujących parametrach: alarm wysokiego ciśnienia w układzie oddechowym, sygnalizacja przekroczenia ciśnienia granicznego alarm niskiego ciśnienia / rozłączenia w układzie oddechowym: ciśnienie < 10 cmH₂O w czasie 10 sek.

zasilanie: bateria litowa typ 123 A 3,6 V; bateria litowa AA Pnuepac W269-023 do użytku w środowisku MRI

TAK. Korekta zapisu SIWZ

DEFIBRYLATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ KARDIOWERSJI

30. Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pakiet Nr 2

ad A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy urządzenie ma być kompatybilne z defibrylatorami firmy Zoll Medical będącymi na wyposażeniu ambulansów (posiadanych przez Szpital), umożliwiając pracę na oryginalnych, dedykowanych elektrodach stosowanych przez dział ratownictwa.

Możliwość dalszego wykorzystania elektrod po przekazaniu pacjenta do SOR przez dział ratownictwa, wpływa znacząco na obniżenie kosztów oraz wygodę pracy personelu.
Zamawiający nie wymaga kompatybilności

31. ad 40

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w uchwyt do przenoszenia oraz dedykowany organizer w tylnej części urządzenia pozwalający na schowanie nadmiarów przewodów oraz akcesoriów do wykonywania pomiarów.

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

32. Pakiet Nr 1 Kardiomonitor

1. - Pkt. 57 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający eksport danych do komputera osobistego w formacie txt lub csv bez dedykowanego oprogramowania do archiwizacji danych? Do odczytu danych nie potrzeba dedykowanego oprogramowania, ponieważ system windows posiada już je w standardzie.

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

33. 2. - Pkt. 58 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor przystosowany do współpracy z sieciami centralnego monitorowania wyposażonymi w inne moduły pomiarowe takie jak:

- inwazyjny pomiar ciśnienia inwazyjnego
- rzut minutowy serca metodą termodylucji
- rzut minutowy nieinwazyjny ICG
- kapnografia
- gazy anestetyczne
- BIS

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

34. Pakiet Nr 4 Respirator szpitalny

1. - Pkt. 80 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu akcesoriów do podłączenia respiratora do systemu monitorowania? Respirator jest generalnie urządzeniem pracującym samodzielnie, a w oferowanym przez nas rozwiązaniu można podłączyć respirator do dowolnego komputera celem analizy parametrów.

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

35. Pakiet nr 6 Kapnograf

1. Pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kapnograf bez możliwości przesyłania danych?

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

36. Pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kapnograf z jednym punktem kalibracji pomiaru O?

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

37. Pkt. 15- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kapnograf umożliwiający kompensację dla O2 na poziomie : 0-100%, natomiast dla N20 bez podanych zakresów?

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

38. Pkt 7) Czy zamawiający dopuszcza urządzenie bez możliwości defibrylacji wewnętrznej?

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

39. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie zapisujące tylko 250 epizodów 100 odcinków EKG?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

40. 33) Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o czasie ładowania 0-100% w czasie do 5 godzin?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

41. 41) Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 8,4 kg wraz z baterią i łyżkami?

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

42. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 KARDIOMONITOR Ad.18 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prezentacją liczbową zmian odchylenia odcinka ST w czasie rzeczywistym na ekranie głównym monitora we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie bez potrzeby przełączania się do menu kardiomonitora?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

43. Ad.37

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem NIBP bez funkcji stazy? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż przy wykorzystaniu funkcji stazy uwzględniając szerokość mankietu wykonanie wkłucia np. w zgięciu łokciowym jest bardzo trudne lub też nie możliwe. Powoduje to, iż personel ma zmniejszone możliwości co do miejsca wykonania wkłucia.

44. **Ad.53** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający 3 czasy (60, 120 i 180 [s]) do wyboru zawieszania alarmów oraz możliwość zawieszenia na stałe (chronioną hasłem użytkownika)? Proponowany zakres jest optymalnym uwzględniając walory kliniczne monitora.

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

45. **Ad.58** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowane do pracy w sieci z centralą pielęgniarską z możliwością obsługi ponad 32 kardiomonitorów, przystosowaną do współpracy z modułami pomiarowymi:

- V-IBP
- V-C.O.
- V-ICG



- V-CO2
- V-RM
- V-AG
- V-BIS

Proponowane rozwiązanie pod kątem profilu oddziałów, na które są przeznaczone, nie ma żadnego wpływu na kliniczne walory użytkowania centrali i monitorowania. Natomiast wymóg Zamawiającego ma zastosowanie tylko i wyłącznie w specjalistycznych oddziałach intensywnego i wzmożonego nadzoru pacjenta przy zaoferowaniu kardiomonitorów modułowych, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

46. PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 14 – WZÓR UMOWY

dotyczy §12 ust. 1

Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

- 3) *Z tytułu nieterminowej naprawy danego urządzenia (w okresie obowiązywania gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto **naprawianego urządzenia** za każdy dzień opóźnienia.*
- 4) *W przypadku uchybienia terminowi określonego w § 10 ust. 4 niniejszej Umowy (przystąpienia serwisu do naprawy) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto **naprawianego urządzenia** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.*
- 5) *W przypadku uchybienia terminowi określonego w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy (termin wykonania naprawy gwarancyjnej) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto **naprawianego urządzenia** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.*

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony.

Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

47. Dotyczy: Załącznik Nr 5 do SIWZ – Pakiet nr 5

Punkt 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pompę z automatyczną funkcją antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa $\leq 0,35$ ml?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

48. Dotyczy: Załącznik Nr 5 do SIWZ – Pakiet nr 5

Punkt 20. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z zakresem szybkości infuzji 0,1 – 1200 mml/godz.?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.



49. Dotyczy: Załącznik Nr 5 do SIWZ – Pakiet nr 5

Punkt 21. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z funkcją programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. oraz żadaną dokładnością

0,01 (0,10 - 9,99) ml/godz.

0,1 (10,0 - 99,9) ml/godz.

1 (100 - 1200) ml/godz.?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

50. Dotyczy: Załącznik Nr 5 do SIWZ – Pakiet nr 5

Punkt 23. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z możliwością programowania infuzji w trybach wlewu tryb w ml/h:

1.1.1 tryby dawkowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/ml/h, mg/ml/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h.

1.1.2 Ustawienie rozcieńczenia: -- jedn. / ml lub -- jedn. / -- ml.

Z dawką nasycającą lub bez.

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

51. Dotyczy: Załącznik Nr 5 do SIWZ – Pakiet nr 5

Punkt 28. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z dawką nasycającą dawka/czas: 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h, automatyczne obliczanie infuzji lub z programowaniem dawki (inicjującej) z poziomu funkcji podaży w dawce z automatycznym obliczaniem prędkości, i równoległe/zamiennie programowania objętości w czasie?

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

52. Dotyczy: Załącznik nr 14 do SIWZ – Projekt Umowy – Pakiet nr 5

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 10 ust.4:

„Czas przystąpienia do naprawy max. 48 godziny od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego w dni robocze rozumiane jako dni od pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”

zapisem:

„Czas przystąpienia do naprawy max. 72 godziny od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego w dni robocze rozumiane jako dni od pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

53. Dotyczy: Załącznik nr 14 do SIWZ – Projekt Umowy – Pakiet nr 5

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 10 ust.5:

„Czas skutecznego usunięcia uszkodzenia licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 7 dni roboczych. Za dni robocze rozumiane jako dni od pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

zapisem:

„Czas skutecznego usunięcia uszkodzenia licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 14 dni roboczych. Za dni robocze rozumiane jako dni od pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

54. Dotyczy: Załącznik nr 14 do SIWZ – Projekt Umowy – Pakiet nr 5

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 12 ust.1:

„1) W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1 niniejszej Umowy, w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).”

zapisem:

„1) W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1 niniejszej Umowy, w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).”

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

55. Dotyczy: Załącznik nr 14 do SIWZ – Projekt Umowy – Pakiet nr 5

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 12 ust.1:

„2) Z tytułu nieterminowej dostawy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto niedostarczonego w terminie urządzenia, w przypadku uchybienia terminowi określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin dostawy).”

zapisem:

„2) Z tytułu nieterminowej dostawy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto niedostarczonego w terminie urządzenia, w przypadku uchybienia terminowi określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia (termin dostawy).”

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

56. Dotyczy: Załącznik nr 14 do SIWZ – Projekt Umowy – Pakiet nr 5

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 12 ust.1:

„3) Z tytułu nieterminowej naprawy danego urządzenia (w okresie obowiązywania gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia”



zapisem:

„3) Z tytułu nieterminowej naprawy danego urządzenia (w okresie obowiązywania gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia”

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

57. Dotyczy: Załącznik nr 14 do SIWZ – Projekt Umowy – Pakiet nr 5

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 12 ust.1:

„4) W przypadku uchybienia terminowi określonego w § 10 ust. 4 niniejszej Umowy (przystąpienia serwisu do naprawy) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

zapisem:

„4) W przypadku uchybienia terminowi określonego w § 10 ust. 4 niniejszej Umowy (przystąpienia serwisu do naprawy) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

58. Dotyczy: Załącznik nr 14 do SIWZ – Projekt Umowy – Pakiet nr 5

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 12 ust.1:

„5) W przypadku uchybienia terminowi określonego w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy (termin wykonania naprawy gwarancyjnej) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

zapisem:

„5) W przypadku uchybienia terminowi określonego w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy (termin wykonania naprawy gwarancyjnej) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

59. Dotyczy: Załącznik nr 14 do SIWZ – Projekt Umowy – Pakiet nr 5

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 12 ust.2:

„Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy”

zapisem:

„Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy”

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

60. Dotyczy: Załącznik nr 14 do SIWZ – Projekt Umowy – Pakiet nr 5

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 12 ust.1:

„Za nie wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w Umowie po dwukrotnym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do dnia faktycznego wywiązania się z danego obowiązku”

zapisem:

„Za nie wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w Umowie po dwukrotnym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień roboczy od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do dnia faktycznego wywiązania się z danego obowiązku”

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ

61. Załącznik Nr 5 do SIWZ Pakiet Nr 5 POMPA INFUZYJNA

– **Pkt. 3** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i lepszą klasą ochrony obudowy IP 24? Klasa I ochrony przed defibrylacją jest zdecydowanie wystarczająca dla urządzenia tego typu, a dodatkowa zaleta w postaci wzmocnionej obudowy powoduje, że pompa jest bardzo trwałym urządzeniem.

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

62. Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe do podawania dożylnego, sterowaną elektronicznie umożliwiającą współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, z możliwością prowadzenia infuzji dotętniczej bez wyszczególnionej informacji w dokumentacji ?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

63. Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

64. Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do stacji dokującej, wraz z uchwytem do przenoszenia, przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

65. Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwyty lub zdemontowania w zależności od potrzeb.

TAK. Korekta zapisu SIWZ.



66. Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, µg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE,

Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

67. Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową w której programowany bolus wynosi: dawka 0,1 – 50 ml, objętość/czas 0,1-1800 ml/h oraz bez trybu „Emergency” ? Tryb „Emergency” nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę budowę pompy i zastosowanie kliniczne. Bardziej dokładne i bezpieczne będzie manualne podanie leku przez wykwalifikowane osoby, bezpośrednio, bez użycia pompy. Dodatkowo manualne przesuwanie tłoka przy włączonej infuzji ingeruje w mechanizmy pompy i po dłuższym czasie może doprowadzić do uszkodzeń.

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

68. Pkt. 27 Co Zamawiający miał na myśli wymagając opcji wypełnienia linii w 3 trybach ? Obowiązkowym, nieobowiązkowym oraz zalecanym ?

Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie jest wystarczający.

69. Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z trybem obowiązkowym rozumianym jako prowadzenie podstawowej infuzji z wykorzystaniem parametrów objętości do podania, prędkości i czasu, trybem nieobowiązkowym jako możliwość podania bolusa manualnego lub automatycznego podczas infuzji i trybem zalecanym rozumianym jako prowadzenie infuzji na podstawie zakresu dawek konkretnego leku w trybie korzystającym z biblioteki leków ? Takie rozwiązanie wydaje się być bardziej praktyczne.

NIE. Podtrzymujemy zapis SIWZ.

70. Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji automatycznego startu po zaprogramowanej przerwie (Standby), w zamian za funkcję trybu sekwencyjnego z możliwością programowania przerwy w infuzji? Główna funkcja Standby w większości urządzeń ma na celu wprowadzenie urządzenia w niski pobór mocy i do ewentualnego przypomnienia użytkownikowi o końcu zaplanowanej przerwy. Automatyczne wznowienie nie jest komfortowe, szczególnie dla pacjenta w momencie wystąpienia innych nieprzewidywanych sytuacji zdrowotnych lub okolicznościowych.

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

71. Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia ? Jest to funkcja wprowadzona tylko przez jednego producenta pomp, a dodatkowo taka opcja znajduje o wiele szersze zastosowanie podczas kontrolowania przepływów podczas podglądu



centrali. Powołując się na zasadę konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu.

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

72. Pkt. 42 Co Zamawiający miał na myśli wymagając wbudowaną w pompę możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału?

Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie jest wystarczający

73. Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału? Możliwość podejrzenia wprowadzonego oddziału w menu pompy jest bardzo prostą i wystarczającą metodą podglądu ustawień.

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

74. Pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez alarmu otwartego uchwytu komory strzykawki w zamian za standardowy, ogólny alarm źle założonej strzykawki?

TAK. Korekta zapisu SIWZ.

75. Pkt. 66 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych? Taki proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego funkcjonowania.

Zamawiający nie dopuszcza

DYREKTOR NACZELNY


mgr Elżbieta Gelert