

Do wszystkich uczestników postępowania

Dot: dostawy:

Pakiet nr 1-8: drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi;

Pakiet nr 9-11: drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Laboratorium Bakteriologicznego;

Pakiet nr 12-17: drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej;

Pakiet nr 18-25: odczynników do metod manualnych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 24 miesięcy., zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **20.03.2019 r.**, numer ogłoszenia **525362-N-2019**.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w terminie składania zapytań, do dnia 26.03.2019 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Dot. pakietu nr 14 poz. 1. Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga, aby kapilary z heparyną litową były wykonane z trwałego tworzywa sztucznego? Zastosowanie materiałów takich jak tworzywo sztuczne, eliminuje zagrożenie, jakim jest kruchość i możliwość ukruszenia podczas stosowania innych materiałów, co może prowadzić do skaleczeń personelu.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga heparynę litową natomiast dopuszcza każdy materiał (szkło lub tworzywo sztuczne).

2) Dot. SIWZ rozdz. 12, (pakiety 2, 9, 12, 14). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania w tych pakietach jednostkowych cen z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku, przy zachowaniu wymogu podania wartości pakietu w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych. Wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia np.: jednej sztuki końcówki czy probówki Eppendorfa). Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06. W przypadku nie wyrażenia zgody, prosimy o możliwość podania ceny jednostkowej za minimalne opakowanie handlowe.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu wymogu podania wartości pakietu w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

3) Dot. zapisów umowy § 2 ust. 2. Prosimy o modyfikację § 2 ust. 2 i dopisanie: „Dostawy (....) na koszt Wykonawcy **przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto.**”

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

4) Dot. zapisów umowy § 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

5) Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 31 do SIWZ.

Pytanie 1 – dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 5 zapisu, żeby **faktury za dostarczony towar przekazywane były Zamawiającemu razem z dostawą w formie papierowej, lub w formie elektronicznej na adres: @ nie później niż w dniu doręczenia towaru.**

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

6) Pytanie 2 – dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 2 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 5 % wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

7) Pytanie 3 – dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie ? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie może zagwarantować.

8) Czy Zamawiający, w zakresie części nr 17, dopuści złożenie oferty z torebkami o wymiarach 152x229mm, spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

9) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycjach 1 i 2 testu do jednoczesnego wykrywania 12 narkotyków w moczu w następujących kombinacjach:

A) AMP, BAR, BZO, COC, MET, MTD, OPI, MDMA, MOP, THC, TCA, BUP

B) AMP, BAR, BZO, COC, MET, MTD, OPI, MDMA, TCA, THC, PCP, OXY

C) AMP, BUP, BZO, FYL, MDMA, MET, MTD, OPI, THC, MEP, K2, CAT;

konfekcjonowanych w opakowaniach po 25 szt.?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

10) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 testu do jednoczesnego wykrywania dopalaczy w moczu o następującej kombinacji:

K2, MDPV, OXY, CAT, MEP?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

11) Pakiet Nr 11 – Laboratorium Bakteriologiczne

Poz. 6 – Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o pojemności 48x64 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

12) Poz. 7, 8 - Czy Zamawiający zaakceptuje deklarację producenta potwierdzającą identyczność wymiarów wszystkich pętli dla opakowania zbiorczego?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

13) Poz. 9 - Czy Zamawiający zaakceptuje sterylne ezy z zakończone igłą?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

14) Poz. 18, 19 - Czy Zamawiający zaakceptuje próbówki o pojemności 10 ml i wymiarach tj. w SIWZ 16x100mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

15) Pak. 5. Poz 2. Czy zamawiający dopuści pipetki o dł. 63 mm i pojemności całkowitej 1,5 ml ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

16) Poz 3. Prośba o doprecyzowanie czy zamawiający miał na myśli pipetki 15 cm o pojemności kapilary 1 ml i pojemności całkowitej 4 ml?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający potwierdza.

Pak10.

17) Poz 5. Czy zamawiający dopuści olejek immersyjny o pojemności 10 ml ? Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

18) Poz 5 Czy zamawiający dopuści olejek 10 ml w buteleczce z zakraplaczem?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

18) Pak 14.Poz 1. Czy zamawiający wymaga kapilar do gazometrii z heparyną litową np. o poj. 130 mikrolitrów śr. 2,35 mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

19) Pak16. Poz 4. Czy zamawiający dopuści szkiełka 24x60 pakowane po 100 sztuk?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

20) Czy Zamawiający w Pakiecie 9, poz. 1 dopuści etykiety o wymiarach 25x35mm na rolce?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

21) Czy Zamawiający w Pakiecie 9, poz. 2 dopuści rozmiar 600/760mm ?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

22) Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 5 dopuści objętość 25ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

23) Czy zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu wymogu podania wartości pakietu w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

24) **Pakiet 5 poz. 3.** Czy Zamawiający zgodzi się na pipety o pojemności 3 ml?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

25) Pakiet 10 poz. 11

Czy Zamawiający miał na myśli szkiełka nakrywkowe o wymiarach 18 x 18 mm lub 24 x 24 mm?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający opisał przedziały, w których dopuszcza wymiary szkiełek.

26) Pakiet 11 poz. 9

Czy Zamawiający zaakceptuje sterylne czy zakończone igłą?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

27) Pakiet 21 i 22. Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycje do innego pakietu?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

28) Pakiet 15 poz. 3. Czy Zamawiający do puści probówkę z granulatem do separacji surowicy i przyspieszaczem wykrzepiania, z korkiem 4 ml o średnicy 12 mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

29) Pakiet 16 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 x 60 mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

30) Pyt. Pakiet 10 oraz 11. Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający dla produktów oznaczone jako sterylne? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

31) Pyt. Pakiet 10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Pakietu 10 pozycja 5 w celu umożliwienia przygotowania korzystnej dla Zamawiającego oferty.

- Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na olejk immersyjny 10 ml w mini butelce z zakraplaczem?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ

32) Pyt. Pakiet 11 poz. 15

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw transportowy bez dokumentu M40-A2 CLSI – standard? *Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 11 pozycja 15?*

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ

33) SIWZ: Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu wymogu podania wartości pakietu w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

34) Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający uzna wymóg za spełniony.

Pytania dotyczące projektu umowy:

35) **Dotyczy § 1 ust.3.** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „miesięcznym terminie ważności” sformułowania „o ile dany przedmiot Zamówienia posiada termin przydatności do użytkowania określony przez wytwórcę”?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

36) Dotyczy § 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

37) **Dotyczy § 2.** Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

38) **Dotyczy § 2 ust. 4.** W związku z tym, że data ważności znajduje się na każdym opakowaniu danego produktu jak i na dokumencie WZ, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nie umieszczać daty ważności na fakturze?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

39) **Dotyczy § 4 ust. 3a.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku urzędowej zmiany stawek VAT, zmiana ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana stawek wejdzie z chwilą wejścia zmian w życie i nie wymaga zawierania dodatkowego aneksu”

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

40) Dotyczy § 6 ust. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

41) Dotyczy §6 ust. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary do 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

42) Dotyczy § 8 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości reklamowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

43) Dotyczy § 11. Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

44) Dotyczy Pakietu 3 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lejka o średnicy 125mm z wywiniętymi brzegami i wylotem 100mm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

45) Dotyczy Pakietu 3 poz. 7Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu na 50 probówek, pozostałe wymogi bez zmian?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

46) **Dotyczy Pakietu 3 poz. 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu uniwersalnego na 50 probówek o średnicy 12-17mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

47) **Dotyczy Pakietu 5 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura o długości 125mm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

48) **Dotyczy Pakietu 5 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura o pojemności całkowitej 4ml i użytkowej 1ml lub 3ml z podziałką?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

49) **Dotyczy Pakietu 7 poz. 1.** Prosimy o informacje jakich płyt wymaga Zamawiający białych czy przezroczystych?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza płyty białe lub przezroczyste.

50) **Dotyczy Pakietu 10 poz. 1.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wymazówki nie posiadające podłoża transportowego (wymazówki suche) sklasyfikowane były jako produkt klasy IIa i dopuści do zaoferowania wymazówki klasy I.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

51) **Dotyczy Pakietu 10 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert większej ilości Wykonawców?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

52) **Dotyczy Pakietu 10 poz. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o średnicy 30*80mm

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

53) **Dotyczy Pakietu 10 poz. 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura o pojemności 3 ml podziałką i całkowita 4ml?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

54) **Dotyczy Pakietu 10 poz. 12.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert większej ilości Wykonawców?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści igły pakowane po 25 sztuk?

Zamawiający odpowiada:

Pytanie nie dotyczy Pakietu 10 poz. 12.

55) Dotyczy Pakietu 11 poz. 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek prostych o średnicy 6mm i długości 150mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek o średnicy 4mm i długości 200mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek o średnicy 5-6mm mm i długości 250mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć poprzez sformułowanie „końcówki wygładzone”?

Zamawiający odpowiada:

„Końcówki wygładzone” to końcówki wygładzone, szlifowane, bez ostrych krawędzi.

56) Dotyczy Pakietu 11 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o średnicy 43*64mm.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

57) Dotyczy Pakietu 11 poz. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert większej ilości Wykonawców?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

58) Dotyczy Pakietu 11 poz. 10 i poz. 11. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wymazówki nie posiadające podłoża transportowego (wymazówki suche) sklasyfikowane były jako produkt klasy IIa i dopuści do zaoferowania wymazówki klasy I.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

59) Dotyczy Pakietu 11 poz. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z wacikiem wiskozowym który jest tak samo jak wacik dakronowy tworzywem sztucznym i posiada takie same właściwości?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

60) Dotyczy Pakietu 11 poz. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek o długości użytkowej 140mm a całkowitej 150mm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

61) Dotyczy Pakietu 11 poz. 15.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z trzonkiem z drutu prostego?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści wymazówki klasy I.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Jeżeli nie, to czy wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

62) Dotyczy Pakietu 11 poz. 17.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek o długości 155mm i pojemności całkowitej 4ml?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

63) Dotyczy Pakietu 11 poz. 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z korkiem wciskanympewniającym całkowitą szczelność probówki?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

64) Dotyczy Pakietu 11 poz. 19.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z korkiem wciskanympewniającym całkowitą szczelność probówki?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek pakowanych po 5 sztuk?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

65) Dotyczy Pakietu 11 poz. 20.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o średnicy 30*80mm.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

66) Dotyczy Pakietu 11 poz. 21, 22, 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert większej ilości Wykonawców?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

67) Dotyczy Pakietu 15 poz. 9. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania korków o średnicy 12mm do pozycji 11 i 12.

Zamawiający odpowiada:

Poz. 9 nie dotyczy poz. 11 i 12.

68) Dotyczy Pakietu 15 poz. 13.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o pojemności całkowitej 11ml i użytkowej 10ml z korkiem.

Zamawiający odpowiada:

Tak, z zakręcanym korkiem.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobną wycenę korków i probówek?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

69) Dotyczy Pakietu 16 poz. 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek o wymiarach 24*60mm

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Jeżeli nie, to czy wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraził zgodę.

70) Dotyczy: Załącznik nr 31

1. (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. (§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

71) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu wymogu podania wartości pakietu w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

72) *Dotyczy wzoru umowy.* Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

72) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

73) W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę

74) Pakiet nr 10, Poz. 11. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji 11 i utworzenie oddzielnego pakietu, pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty cenowej.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

75) Pakiet nr 11, Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy miał na myśli szkiełka nakrywkowe o wymiarach 18x18 mm pakowane po 100 szt. W ilości 200 opakowań na 24 miesiące?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zapisami SIWZ

76) Pakiet 11, Poz. 5 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy miał na myśli szkiełka podstawowe szlifowane krawędzie z polem do opisu, czy szkiełka podstawowe gładkie bez pola do opisu?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga: Szkiełka podstawowe, gładkie, szlifowane krawędzie z polem do opisu, opakowanie 50 sztuk

77) Pakiet nr 16, Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów szkiełek do kamer jakich oczekuje.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga szkiełek do kamer Thoma.

78) Pakiet 16, Poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych pakowanych po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

79) Pakiet 16, Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych o wymiarach 24x60 mm, pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.


80) Dotyczy Pakietu 16 poz. 2, 3 , 4

Czy Zamawiający dopuści przedmiot zamówienia w innych niż podane w formularzu cenowym opakowaniach jednostkowych z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR NACZELNY


mgr Elżbieta Gelert