

Znak sprawy 16/2019

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 EURO zamieszczonego w BZP pod numerem 529556-N-2019 w dnia 2019-03-26 r. na dostawę oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wagi precyzyjne, drukarki etykiet, czytniki kodów) wspierającego produkcję leków w pracowni cytostatyków dla potrzeb Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 03.04.2019 r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1. Okoliczność wyłączenia odpowiedzialności licencjodawcy za skutki działania lub zaniechania działania oprogramowania są standardem branżowym na rynku IT od momentu wprowadzenia systemu Windows. Wykonawcy zawsze zrzekają się odpowiedzialności w tym zakresie lub reglamentują ją poprzez ograniczenie całkowitej odpowiedzialności umownej obejmującej dostawę oprogramowania. W odpowiedziach udzielonych przez Zamawiającego obydwie odpowiedzi odnoszące się do powyższych kwestii są negatywne. Mając na uwadze, że mowa o szczególnym oprogramowaniu mogącym mieć wpływ na zdrowie pacjenta, z dużym prawdopodobieństwem spowodują brak ofert w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o rozważenie korekty odpowiedzi na pytanie Nr 13 oraz 15.

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje odpowiedź Nr 15 z dnia 02.04.2019 r.
Zamawiający wprowadza korektę do odpowiedzi Nr 13 z dnia 02.04.2019 r. Odpowiedź na pytanie Nr 13 brzmi następująco: Zamawiający uznaje, że to postanowienie dotyczy szkód wywołanych przez działanie lub wadliwe działanie oprogramowania, które jest przedmiotem niniejszego zamówienia, którego szczegółowy opis został przedstawiony w załączniku nr 2A do SIWZ.

Pytanie 2. dot. załącznik Nr 2B do SIWZ Część III Drukarka etykiet wymaganie Nr 11

Opisane wyposażenie dodatkowe nie jest możliwe do zainstalowania w jednym czasie w urządzeniu. Producent nie przewiduje jednoczesnej instalacji w urządzeniu dyspensera oraz obcinacza.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony

- a) w przypadku dostawy drukarki etykiet z zamontowanym printserwerem i dyspenserem etykiet oraz możliwością instalacji w miejsce dyspensera regulowanego czujnika nośników oraz obcinacza.

lub

- b) w przypadku dostawy drukarki etykiet wyposażonej w printserwer oraz dyspenser etykiet a regulowany czujnik obecności etykiety oraz obcinacz jako element do samodzielnej instalacji w urządzeniu w miejsce dyspensera

Ad. 2. Zamawiający wprowadza zmiany do załącznika nr 2B do SIWZ. Wykreślono w pkt. 11 z wyposażenia dodatkowego: obcinacz oraz regulowany czujnik nośników.