

Oznaczenie postępowania 21/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2014 r. pod numerem 126516-2014 na usługę wykonania pogwarancyjnych przeglądów okresowych i konserwacji sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w 80 pakietach w okresie 12 miesięcy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w wymaganej formie i wymaganym terminie tj. do dnia 22.04.2014 r. od czterech Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 6: Zgodnie z wymogami producenta przeglądy pomp do kontrapulsacji wewnątrzortralnej Datascope/Maquet powinny być wykonywane co 6 miesięcy. Prosimy o zmianę w SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 6: Zamawiający wymaga, aby w ofercie uwzględnić części eksploatacyjne zużyte podczas przeglądu. W pompach do kontrapulsacji części eksploatacyjne wymieniane są po przeprowadzeniu określonej liczby godzin (1000, 2500 godzin) lub ewentualnie zależą od terminu instalacji takiej części. Na etapie przygotowywania oferty nie można przewidzieć, kiedy będą one wymieniane i najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie w ofercie samych kosztów przeglądu (dojazd, roboczogodziny), a na ewentualne części eksploatacyjne zostanie wystawiona dodatkowa oferta, jeżeli będzie potrzeba ich wymiany (oferta wystawiana bezpośrednio przed lub w trakcie wykonywania przeglądu). Prosimy o zgodę na taki zapis w SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie pomp, w celu wykonania przeglądu, do serwisu Wykonawcy na jego koszt?

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1-4 i 16-17: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 17 pomp z pozycji 1-4 i 16-17?

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy §8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego punktu do ww. paragrafu: „W przypadku zwłoki w płatności powyżej 30 dni od terminu wymaganego na fakturze Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zleceń serwisowych wynikających z niniejszej umowy”?

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy §10 pkt 1 „a” i „b”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar odpowiednio w pkt „a” do 0,1% a w pkt „b” do 5%.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy §11 pkt 3 i 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. punktów na punkt o następującej treści: „Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności, jaką ma u Zamawiającego, bez jego zgody, z tytułu niniejszej umowy. Zgody takiej nie może bezpodstawnie odmówić.”

Pytanie 8

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu do 72 godzin w dni robocze.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy była możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego? Taki zapis chroni skutecznie interesy Zamawiającego i Dostawcy.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 53: Prosimy o podanie numerów seryjnych urządzeń wchodzących w skład zestawów z pozycji 2 i 3.

Zamawiający odpowiada

Ad. 1

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu co 12 miesięcy i nie zmieni zapisu SIWZ w Pakiecie nr 6.

Ad. 2

Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ i pozostawia bez zmian.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie pomp, w celu wykonania przeglądu, do serwisu Wykonawcy na jego koszt.

Ad. 4

Zamawiający zgadza się na wydzielenie z pakietu 17 pomp z pozycji 1-4 i 16-17 i dla tych pozycji tworzy nowy Pakiet nr 17B.

Ad. 5

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 6

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 8

Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Ad. 9

Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu do 72 godzin w dni robocze i zmienia zapis we wzorze umowy w § 9 ust. 2.

Ad. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na to, by cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy była możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.

Ad. 11

Numery seryjne urządzeń wchodzących w skład zestawów z pozycji 2 i 3 z Pakietu nr 53:

Poz. nr 2:

- Procesor video CV-180 – 7981660
- Źródło światła CLV-180 - 7900772
- Monitor LCD OEV-191H – 7822347
- Nagrywarka DVD HR777 – YOK66SES200029D
- Wózek kompletny endo WM-NP1 – 2908066

Poz. nr 3:

- Procesor video CV-180 – 7981603
- Źródło światła CLV-180 – 7900768
- Nagrywarka DVD HR777 – YOK6SES200032W
- Monitor LCD OEV-191H – 7822336
- Wózek kompletny endo WM-NP1 - 2904021