

Oznaczenie sprawy ZP-27/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę elementów ochrony radiologicznej** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 12.04.2019 roku od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1: (dot. Pakietów 1,2,4,5)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakietach 1,2,4,5 elementów ochrony radiologicznej spełniających obowiązującą normę EN 61331-1:2014?

Ad.1. TAK. Zamawiający dopuszcza normę EN 61331-1:2014.

Pytanie 2: (dot. Pakietu 2 poz. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 osłony zapewniającej ochronę tarczycy o długości śliniaka 12cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.2. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3: (dot. Pakietu 5 poz. 1)

Czy Zamawiający omyłkowo określił przedział masy okularów na 700-1000g ? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 okularów ochronnych o masie w przedziale 60-100g? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.3. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4: (dot. Pakiet 1, pkt.5)

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia środków do czyszczenia.

Ad.4. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia środków do czyszczenia.

Pytanie 5: (Pakiet 2, pkt. 1)

Prosimy o dopuszczenie śliniaka o długości 13,97 cm

Ad.5. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6: (Pakiet 5, pkt. 2)

Prosimy o dopuszczenie okularów z osłonami 0,75 przód i 0,5 mmPb boki

Ad.6. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7: (Pakiet 5, pkt. 3)

Prosimy o weryfikację wagi okularów. Czy chodzi o okulary o wadze 70-100 g?

Ad.7. TAK. Zamawiający omyłkowo podał wartość 700 – 1000g.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert