



Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
tel / fax 55 234 55 47
NIP: 578-25-17-492 REGON: 170745930

Elbląg 06 MAJ 2019

Oznaczenie sprawy ZP-30/2019

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę wyposażenia medycznego w 2 pakietach tj. Pakiet Nr 1 – Kardiomonitor – 1 szt., Pakiet Nr 2 – Pompa infuzyjna – 2 szt. w ramach Projektu pt. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu".**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniach 29.04.2019 i 30.04.2019 roku od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1 (dot. Pakiet 1 – Kardiomonitor, pkt. 55):

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający eksport danych do komputera osobistego w formacie txt lub csv bez dedykowanego oprogramowania do archiwizacji danych? Do odczytu danych nie potrzeba dedykowanego oprogramowania, ponieważ system Windows posiada już je w standardzie.

Ad.1. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Załącznik Nr 1 – specyfikacja techniczna KARDIOMONITOR.

Pytanie 2 (dot. Pakiet 1 – Kardiomonitor, pkt. 56):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor przystosowany do współpracy z sieciami centralnego monitorowania wyposażonymi w inne moduły pomiarowe takie jak:

- inwazyjny pomiar ciśnienia inwazyjnego
- rzut minutowy serca metodą termodylucji
- rzut minutowy nieinwazyjny ICG
- kapnografia
- gazy anestetyczne
- BIS

Ad.2. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Załącznik Nr 1 – specyfikacja techniczna KARDIOMONITOR.

Pytanie 3 (dot. Pakiet 2 – Pompa infuzyjna, pkt.3):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF? Klasa I różni się tylko nieznacznie stopniem izolacji od Klasy II, w tego typu urządzeniach i ich przeznaczeniu, uważa się te klasy za równoważne.

Ad.3. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Załącznik Nr 2 - specyfikacja techniczna POMPA INFUZYJNA.

Pytanie 4 (dot. Pakiet 2 – Pompa infuzyjna, pkt.23):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, µg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Ad.4. TAK. Korekta Załącznika Nr 2 – specyfikacja techniczna POMPA INFUZYJNA.

Pytanie 5 (dot. Pakiet 2 – Pompa infuzyjna, opis przedmiotu zamówienia, pkt.23):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy z możliwością programowania infuzji w jednostkach: ng, µg, mg, g, mmol, mUnit, Unit, kcal, mEq, mL na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę)?

Ad.5. TAK. Korekta Załącznika Nr 2 – specyfikacja techniczna POMPA INFUZYJNA.

Pytanie 6 (dot. Pakiet 2 – Pompa infuzyjna, projekt umowy):

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 9 ust.5:

„Czas skutecznego usunięcia uszkodzenia licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 7 dni roboczych. Za dni robocze rozumiane jako dni od pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

zapisem:

„Czas skutecznego usunięcia uszkodzenia licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 10 dni roboczych. Za dni robocze rozumiane jako dni od pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Ad.6. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku Nr 4 - wzór umowy.

Pytanie 7 (dot. Pakiet 2 – Pompa infuzyjna, projekt umowy):

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 11 ust.1:

„2) z tytułu nieterminowej dostawy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto niedostarczonego w terminie urządzenia, w

przypadku uchybienia terminowi określone w §6 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin dostawy).”

zapisem:

„2) z tytułu nieterminowej dostawy Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto niedostarczonego w terminie urządzenia, w przypadku uchybienia terminowi określone w §6 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin dostawy).”

Ad.7. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku Nr 4 - wzór umowy.

Pytanie 8 (dot. Pakiet 2 – Pompa infuzyjna, projekt umowy):

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 11 ust.1:

„3) z tytułu nieterminowej naprawy danego urządzenia (w okresie obowiązywania gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia”

zapisem:

„3) z tytułu nieterminowej naprawy danego urządzenia (w okresie obowiązywania gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia”

Ad.8. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku Nr 4 - wzór umowy.

Pytanie 9 (dot. Pakiet 2 – Pompa infuzyjna, projekt umowy):

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 11 ust.1:

„4) w przypadku uchybienia terminowi określone w §9 ust.4 niniejszej Umowy (przystąpienia serwisu do naprawy) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

zapisem:

„4) w przypadku uchybienia terminowi określone w §9 ust.4 niniejszej Umowy (przystąpienia serwisu do naprawy) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Ad.9. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku Nr 4 - wzór umowy.



Pytanie 10 (dot. Pakiet 2 – Pompa infuzyjna, projekt umowy):

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 3 ust.1:

„5) w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §9 ust.5 niniejszej Umowy (termin wykonania naprawy gwarancyjnej) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

zapisem:

„5) w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §9 ust.5 niniejszej Umowy (termin wykonania naprawy gwarancyjnej) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Ad.10. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku Nr 4 - wzór umowy.

DYREKTOR NACZELNY
[Podpis]
mgr Elżbieta Gelert