

Znak sprawy 21/2019

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 Euro ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.04.2019 r. pod numerem 2019/S 082-194673 na dostawę obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku, odzieży medycznej jednorazowego i wielorazowego użytku, czepków, masek, osłon urządzeń medycznych, obuwia operacyjnego, odzieży jednorazowego użytku do procedur przygotowania cytostatyków i zagrożeń krwiopochodnych, kocy ogrzewających jednorazowego użytku, zestawów do mycia pola operacyjnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 29.04-13.05.2019 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dot. pakietu Nr 35 pozycja Nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na buty w rozmiarach: pomarańczowe 36-46, białe 36-46, fuksja 36-46, błękitne 34/35, 36-46, pozostałe parametry bez zmian

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza w/w przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów, przy czym Zamawiający podkreśla, iż rozmiary dla obuwia w kolorze granatowym i zielonym pozostają bez zmian.

2. dot. Pakietu Nr 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł w kolorze białym?

Ad. 2. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów

3. dot. Pakietu Nr 58 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający określając rozmiary oraz gramaturę miał na myśli parametry minimalne?

Ad. 3. Tak.

4. dot. pakietu 58

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 13795:2011.

Ad. 4. Nie.

5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 35 obuwiu operacyjne według opisu w załączniku. Przypominam, że opis przedmiotu zamówienia zawarty w waszym opisie obuwia jest niezgodny z ustawą prawo zam. pub. rozdział 2 Art. 29. pkt.2 "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję."

- Obuwie operacyjno-medyczne (klapki z zamkniętymi palcami), przeznaczone na blok operacyjny, wielokrotnego użytku
- Wykonane z tworzywa sztucznego, wentylowane po bokach.

- **Posiada anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą, która wykończona jest mikro kuleczkami pobudzającymi krążenie, co niesamowicie podnosi komfort użytkowania , jednocześnie nie rodzi trudności związanych z montażem wymiennej wkładki, oraz jej utrzymaniem w czystości.**

Uwaga -obuwie nasze jest miękkie i elastyczne w przeciwieństwie do **obuwia wykonanego z poliuretanu** , które jest twarde i sztywne jak drewniak -proszę zwrócić uwagę porównać

- Obuwie w wersji z ruchomym paskiem, stabilizującym stopę – lub bez paska – wykonane z jednego odlewu
- Rozmiary: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
- Podlegające myciu i dezynfekcji chemicznej w urządzeniu myjąco-dezynfekującym w temperaturze do 120°C (przez 20 min.) lub 134°C (przez 10 min.)
- Dostępne w kolorach: zielony, niebieski, biały, fioletowy ,granatowy ,i inne.
- Posiada Certyfikat Jednostki Notyfikowanej
- Liczne referencje z zrealizowanych przetargów

Ad. 5. Zamawiający wymaga obuwia zgodnego z SIWZ.

6. Czy Zamawiające zechce podać ilość par obuwia w minimalnym zamówieniu cząstkowym?

Ad. 6. Nie.

7. Czy zamawiający może sprecyzować ilość par i rozmiary obuwia oraz kolor w jakim będą zamawiane? Informacja ta jest niezbędna w celu sprecyzowania realnego terminu dostawy który stanowi 40% kryterium wyboru oferty.

Ad. 7. Nie. Zamawiający nie jest w stanie na dzień dzisiejszy przewidzieć jakiej numeracji i kolorów będzie potrzebował i w którym momencie obowiązywania umowy złoży zamówienie.

8. dot. pakietu Nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo Lite 80 cm x 145 cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
- 1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
- 1 serweta operacyjna 260 cm x 225 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 100 cm?

Ad. 8. Tak.

9. dot. Pakietu Nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, który zawiera 1 taśmę samoprzylepną a osłona na kończynę ma wymiar 33 x 55 cm, obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m², wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 250/270 kPa, odporność na przenikanie >125 cm H₂O?

Ad. 9. Nie.

10. dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, który zawiera 1 taśmę samoprzylepną a osłona na kończynę ma wymiar 33 x 55 cm? Dodatkowo w zestawie znajduje się serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm oraz serweta z laminatu dwuwarstwowego 150 x 180 cm służąca do okrycia kończyny?

Ad. 10. Tak, jeżeli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

11. dot. Pakietu 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

1 x serweta do procedur urologicznych 225/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami kończyn dolnych, z otworem w okolicy odbytu 5 cm, z otworem nadłonowym 8 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i zaworem do podłączenia drenu, z bezlateksową osłoną na palec;

1 x uchwyt na rzep do drenów typu Velcro 2,5 x 20/24

2 x ręcznik do rąk?

Serweta główna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m² na całej powierzchni?

Ad. 11. Tak.

12. dot. Pakietu 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta 2-warstwowa (podkład pod pacjenta) 75 cm x 120 cm

1 serweta do litotomii 175/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepłą?

Ad. 12. Tak.

13. dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, w którym: serweta główna ma wymiar całkowity 230 x 240/ 260 cm, uchwyt velcro ma wymiar 2,5 x 20/ 24 cm kompresy gazowe mają nitkę RTG ręczniki mają wymiar 30 x 40 cm

Ad. 13. Tak, pod warunkiem, że pozostałe dane są zgodne z SIWZ.

14. dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, który zawiera serwetę główną, która jest zintegrowana z dwoma kieszeniami na narzędzia, w składzie znajdują się dodatkowo 4 ręczniki 30 cm x 40 cm a 1 taśma samoprzylepna jest osobno pakowana?

Ad. 14. Nie.

15. dot. Pakietu 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, który posiada serwetę główną z otworem 27 x 33 cm otoczonym folią chirurgiczną, rozmiar okna 14 x 20 cm a 1 taśma samoprzylepna jest osobno pakowana?

Ad. 15. Nie.

16. dot. Pakietu 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, z następującymi różnicami:

serweta główna posiada otwór 27 x 33 cm otoczony folią chirurgiczną, rozmiar okna 14 x 20 cm, ręcznik chłonny ma wymiar 30 x 40 cm, serwety z gazy 20- nitek, 4 warstwy z chipem RTG są po praniu wstępnym i mają wymiar 40 x 40 cm, tufery z gazy 20-nitkowej mają wykrój 44,5 x 44,5 cm, nożyczki tępo/ tępe do przecięcia pępowiny mają długość 16,5 cm.

Ad. 16. Tak.

17. dot. Pakietu 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm?

Ad. 17. Nie.

18. dot. Pakietu 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, z tą różnicą, iż serweta górna ma wymiar 150 x 250 cm z paskami samoprzylepnymi, serweta na stół Mayo z warstwą chłonną o wymiarach 75 x 90,

obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Dodatkowo w obszarze pola operacyjnego jest dołączony materiał wzmocnienia. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m², odporność na wypychanie sucho/mokro 250/270 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795?

Ad. 18. Tak.

19. dot. Pakietu 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kraniotomii o następującym składzie:

1x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm z folii polietylenowej wzmocnionej włókniną o wymiarach 75 x 190 cm

2x ręcznik do rąk 30 x 40 cm

1x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym polipropylenowym 75 x 90 cm o łącznej gramaturze 83 g/m², grubość folii 55 µm

3x serweta samoprzylepna z folii PE 50 x 50 cm

1x serweta do zabiegów kraniotomii 225 x 280 cm z otworem 19 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem 270 stopni, z sitem i zaworem do podłączenia drenu, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

1x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze 108g/m² – pakowana osobno,

1x kieszeń jednokomorowa 38 x 40 cm – pakowana osobno,

1x kieszeń dwukomorowa 38 x 40 cm – pakowana osobno?

Ad. 19. Nie.

20. dot. Pakietu 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety okulistycznej 150 x 150 cm z otworem w części centralnej 7 x 10 cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz zintegrowanym workiem/ kieszenią do zbiórki płynów o wymiarach 19 x 30 cm?

Ad. 20. Tak.

21. dot. Pakietu 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety okulistycznej 150 x 150 cm wykonanej z hydrofobowej włókniny spunlace o gramaturze 68 g/m² z otworem w części centralnej 7 x 10 cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz zintegrowanym workiem/ kieszenią do zbiórki płynów o wymiarach 19 x 30 cm?

Ad. 21. Tak.

22. Dot. Pakietu 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, w którym serweta dolna ma wymiar 190 x 225 cm, zestaw nie zawiera taśmy velcro?

Ad. 22. Zamawiający dopuszcza wymiar serwety dolnej 190x225 cm, ale jedna z wymienionych taśm w OPZ jest bezwzględnie wymagana.

23. dot. Pakietu 22

Czy Zamawiający oczekuje taśmy włókninowej pakowanej osobno?

Ad. 23. Nie.

24. dot. Pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMS, naklejka na fartuchu umożliwiająca identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem, informacja o rodzaju (wzmocniony) fartucha w postaci wyraźnego rysunku na opakowaniu zewnętrznym. Poziom pylenia strefa krytyczna: przód/rękaw fartucha 2,9 Log 10 (liczby cząstek), poziomy pylenia w strefie niekrytycznej 2,4 Log 10 (liczby cząstek). Odporność na rozrywanie na sucho >146 kPa, na mokro >140 kPa. Dostępne rozmiary: S/M- długość fartucha 120 cm; L- długość 130 cm; XL- długość 150 cm; XL Long- długość 170 cm; XXL 150 cm- poszerzony dla operatorów o szerokich gabarytach. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 24. Tak.

25. dot. Pakietu 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMS, naklejka na fartuchu umożliwiająca identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem, informacja o rodzaju (niewzmocniony) fartucha w postaci wyraźnego rysunku na opakowaniu zewnętrznym. Dostępne rozmiary: M-L- długość 120 cm, XL- długość 130 cm, XXL- długość 150 cm, Poziomy pylenia 3,3 Log 10 (liczby cząstek), wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 188/170 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 25. Tak.

26. dot. Pakietu 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej fartucha urologicznego w rozmiarze XL o długości (mierzona od najwyższego punktu fartucha) 150cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 26. Tak.

27. dot. Pakietu 27 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 45 x 75 cm o gramaturze 40,2 g/m²?

Ad. 27. Nie.

28. dot. Pakietu 27 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SIWZ z otworem samoprzylepnym 6 cm?

Ad. 28. Tak.

29. dot. Pakietu 27 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SIWZ z otworem samoprzylepnym 8 cm?

Ad. 29. Tak.

30. dot. Pakietu 27 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 40,2 g/m²?
Lub Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 48 g/m²?

Ad. 30. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 48 g/m².

31. dot. Pakietu 27 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 48 g/m²?

Ad. 31. Tak.

32. dot. Pakietu 27 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 48 g/m²?

Ad. 32. Tak.

33. dot. Pakietu 28 poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni o wymiarach 38 x 40 cm z mocnej folii poliuretanowej bez sztywnika?

Ad. 33. Nie.

34. dot. Pakietu 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:
1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)

10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm
1 ręcznik 30 cm x 20 cm
1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm
1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE
1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92 cm typu kieszeń w kształcie rożka z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę?

Ad. 34. Tak.

35. dot. Pakietu 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260/200 cm x 335 cm w pozycji prostej pacjenta z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyny górne
ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów? Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 50x60cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Odporność na przenikanie >125 cm H₂O, wytrzymałość na rozciąganie sucho/mokro min. 80 N?

Ad. 35. Tak.

36. dot. Pakietu 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 21 g/m²?

Ad. 36. Nie.

37. dot. Pakietu 51

Czy w celu weryfikacji składu zestawu Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbki niesterylnej?

Ad. 37. Tak.

38. dot. Pakietu 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, jednakże z następującymi różnicami:

tupfery z gazy 20- nitkowej mają wykrój 29 x 35 cm,
Fartuchy z włókniny jednowarstwowej bawełnopodobnej o wytrzymałości na wypychanie na suchą min. 161 kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 119 cm H₂O, materiał wzmocnienia przodu jest złożony z białej włókniny polipropylenowej i przezroczystej folii polietylenowej, materiał wzmocnienia rękawów 40,5 g/m² i wzmocnienie przodu 42 g/m², fartuchy bez dodatkowego opakowania i ręczników,

Osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm wykonana z folii o grubości min. 55 µm ze wzmocnieniem 75 x 90 cm z włókniny polipropylenowej 30 g/m²
Ręczniki do rąk mają wymiar 30 x 40 cm,
Serweta główna do artroskopii ma wymiar 225 x 320 cm z elastycznymi otworami 6 i 7 cm wykończonymi neoprenem wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina 30 g/m² i folia 25 µm) posiada polietylenowy worek do przechwytywania płynów z plastikowym sztywnikiem i zaworem do podłączenia drenu. Odporność na przenikanie płynów 125 cm H₂O na całej powierzchni serwety, odporność na wypychanie min. 249 kPa na całej powierzchni. Obłożenie spełnia wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795,
Osłona na kończynę z laminatu dwuwarstwowego ma wymiar 33 x 55 cm i złożona jest wraz z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm,
Osłona na kamerę ma wymiar 13 x 250 cm,
Dren Redon CH 10 50 cm, perforacja na długości 15 cm
Pojemnik prostokątny biały o wymiarach: 32,5 x 26,5 x 5 cm?

Ad. 38. Tak.

39. dot. Pakietu 59 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca okrągłego o wymiarach 90 x 80 cm?

Ad. 39. Tak.

40. dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zestawie do artroskopii barku serwety głównej wzmocnionej o wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x60 cm, pozostałe parametry zgodne?

Ad. 40. Tak.

41. dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do operacji kończyn dolnych o następującym składzie i parametrach: wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 168 kPa. Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o wym. 200x320cm z samouszczelniającym się owalnym otworem 5x7 cm, z uchwytem typu „rzep” do mocowania przewodów i drenów
- 1 serweta o wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym

kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001?

Ad. 41. Tak.

42. dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów na stawie kolanowym o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw chirurgiczny do chirurgii kończyny dolnej – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o wym. 80x145cm
- 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200x320cm posiadająca elastyczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym otworem Ø5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)
- 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 42. Tak.

43. dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x95cm
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 180x300cm
- 1 serweta o min. wym. 150x150cm
- 1 serweta o min. wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo

wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001?

Ad. 43. Tak.

44. dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do przezcewkowych zabiegów urologicznych o następującym składzie i parametrach: – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 serweta do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wym. 200/260x185 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 7 cm), otwór na prącie(7x10 cm) i osłonę na palec do badania per rectum (Ø 3 cm). Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i zaworem spustowym.

- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 44. Tak.

45. dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów brzuszno-kroczych o następującym składzie i parametrach: - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm,

- 1 serweta główna do zabiegów brzuszno-kroczych o wym. 250/260x230 cm ze zintegrowanymi nogawicami i 6 uchwytami typu rzep do mocowania drenów oraz 2 oknami: przylepnym brzuszny 19 × 29 cm oraz nieprzylepnym kroczy 9 × 12 cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 45. Nie.

46. dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie i parametrach: - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna w kształcie litery T o min. wym. 200/250x315cm, z przylepnym oknem 38x38cm wypełnionym w całości folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi
- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001?

Ad. 46. Tak.

47. dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej serwety okulistycznej niezawierającej celulozy ani wiskozy jałowa serweta chirurgiczna o wym. 100x100 cm wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m² z centralnie umieszczonym przylepnym otworem 10x10 cm wypełnionym folią chirurgiczną, wyposażona w zbiornik na płyny o wym. 23x30 cm i trzema kształtnikami do dopasowania serwety do twarzy i utrzymania właściwej pozycji zbiornika. Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że serweta nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001?

Ad. 47. Tak.

48. dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów laryngologicznych o następującym składzie i parametrach: - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o wym. 80x145cm
- 1 serweta główna samoprzylepna o wym. 125x150cm z wycięciem „U” 6,5x40 cm
- 1 serweta samoprzylepna o wym. 200x200cm
- 1 serweta samoprzylepna o wym. 75x75cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001?

Ad. 48. Tak.

49. dotyczy Pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji wzmocnionego jednorazowego jałowego fartucha operacyjnego do operacji mokrych, wykonany z pięciowarstwowej włókniny typu SMMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na rękawach, rękawy szerokie, zapewniające swobodę ruchów; Fartuch o gramaturze min. 35g/m² w części podstawowej. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 40g/m². Szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów wykończone elastycznym poliestrowym mankiem. Fartuch zapinany na szyi na rzep. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne - troki zewnętrzne połączone kartonikiem (troki fartucha szyte szwem ultradźwiękowym). Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora przy zakładaniu. Fartuch pakowany z dwoma ściereczkami do wycierania rąk. Fartuch i ręczniki owinięte w ochronną serwetę włókninową. Etykieta produktu w języku polskim, posiadająca dwie repozycjonowalne wklejki z oznaczeniem dostawcy, numerem katalogowym produktu, numerem lot i datą ważności. Minimalne parametry wytrzymałości:

Odporność na rozerwanie na mokro min. 140 kPa dla pow. krytycznej

Odporność na rozerwanie na sucho min. 150 kPa dla pow. krytycznej

Odporność na penetrację płynów min. 215 cm H₂O dla pow. Krytycznej

Niski poziom pylenia 2,5 log 10 (liczby cząstek)

Indywidualne oznakowanie rozmiaru fartucha w postaci wszywki

Fartuch spełniający wymogi jakościowe Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie działania w obszarze krytycznym. Oferowane fartuchy muszą być pakowane w kopertę papierowo-foliową, a następnie w karton dodatkowo owinięty folią (opakowanie pośrednie). Rozmiary M, L, XL, XXL, XXXL.?

Ad. 49. Nie.

50. dotyczy Pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji Fartucha chirurgicznego jednorazowego, jałowego z pięciowarstwowej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m². Szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów wykończone elastycznym poliestrowym mankiem o dł. min 6cm. Fartuch zapinany na szyi na rzep. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne - troki zewnętrzne połączone kartonikiem (troki fartucha szyte szwem ultradźwiękowym). Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora przy zakładaniu. Fartuch pakowany z dwoma ściereczkami do wycierania rąk. Fartuch i ręczniki owinięte w ochronną serwetę włókninową. Etykieta produktu w języku polskim, posiadająca dwie repozycjonowalne wklejki z oznaczeniem

dostawcy, numerem katalogowym produktu, numerem lot i datą ważności (dwie etykiety z kodem kreskowym). Parametry wytrzymałości:
Odporność na rozerwanie na mokro min. 130 kPa dla pow. krytycznej
Odporność na rozerwanie na sucho min. 140 kPa dla pow. krytycznej
Odporność na penetrację płynów min. 40 cm H₂O.
Niski poziom pylenia 2,5 log 10 (liczby cząstek)
Fartuch spełniający wymogi jakościowe Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie działania w obszarze krytycznym. Fartuchy pakowane w kopertę papierowo-foliową, a następnie w karton dodatkowo owinięty folią (opakowanie pośrednie). Rozmiary M, L, XL, XXL, XXXL.?

Ad. 50. Nie.

51. dotyczy Pakietu nr 30

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do operacji dłoni / stopy o następującym składzie i parametrach: wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta wzmocniona do chirurgii dłoni/stopy 220 x 320 cm z elastycznym otworem i zintegrowanym uchwytem na dreny
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 51. Tak.

52. dotyczy Pakietu nr 33

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie koszuli niejałowej, nieprzejrystej w kolorze ciemnoniebieskim o długości min.106cm?

Ad. 52. Tak, jeżeli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

53. dotyczy Pakietu nr 42

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompletu pościeli medycznej o gramaturze 20g/m², prześcieradło o wymiarze 200 x150cm?

Ad. 53. Nie.

54. dotyczy Pakietu nr 44

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ubrania chirurgicznego z włókniny typu SMMS?

Ad. 54. Tak, jeżeli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

55. dotyczy Pakietu nr 47

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha higienicznego wykonanego z włókniny o gramaturze 24g/m2 w rozmiarze XL – będącym uniwersalnym dla większości użytkowników?

Ad. 55. Nie.

56. dot. wzoru umowy.

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 3 Akapitu o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE** : Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach

Ad. 56. Zamawiający nie wyraża zgody

57. dot. wzoru umowy.

Wnosimy o zmianę § 4 ust. 2 lit. a) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”.

Ad. 57. Zamawiający nie wyraża zgody

58. dot. wzoru umowy.

Wnosimy o zmianę § 4 ust. 4, 5, 6, 9 projektu umowy poprzez zmianę ich treści co do fragmentu „ust. 2” na „ust. 2 lit. b) i c)”

Ad. 58. Zamawiający nie wyraża zgody

59. dot. wzoru umowy.

Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki - w § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 3 projektu umowy oraz do wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Ad. 59. Zamawiający nie wyraża zgody

60. dot. wzoru umowy.

Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 2 projektu umowy. Wnosimy o zmianę § 14 projektu umowy poprzez dopisanie *in fine*: „z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 lit. a)”

Ad. 60. Zamawiający nie wyraża zgody

61. dot. pakietu Nr 1 i 4

Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że w zakresie Pakietu nr 1 i Pakietu nr 4 otrzyma ofertę na wyroby zgodne z wymaganiami, oczekuje załączenia wraz z ofertą lub na wezwanie potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie w postaci raportów z badań, wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą oraz kart technicznych tkanin wystawionych przez ich producentów?

Tylko na podstawie ww. dokumentów Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami.

Ad. 61. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

62. Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył termin dostawy częściowej. Maksymalny termin dostawy akceptowalny przez Zamawiającego wynosi 7 dni roboczych. W przypadku dostaw wyrobów wielorazowego użytku tak krótki czas dostawy nie może wpływać korzystnie na jakość. Ponadto wyznaczanie terminu 3 dni dostawy jako najwyższej ocenianego będzie powodowało deklarowanie przez Wykonawców najkrótszych terminów w celu uzyskania wyższych ocen ofert. W efekcie dotrzymywanie krótkich terminów dostaw wynikających z umowy będzie niestety przekładało się na niższą jakość dostaw.

Czy Zamawiający, dbając o jakość dostaw, zmieni minimalny akceptowany termin dostawy dla Pakietu nr 1 i Pakietu nr 4 na co najmniej 7 dni roboczych, natomiast maksymalny na 14 dni roboczych?

Ad. 62. Nie.

63. dot. pakietu Nr 35

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 35 obuwiu operacyjne wykonane z poliuretanu dostępne w 4 kolorach, tj.: białym, granatowym, fioletowym oraz zielonym? Oferowane obuwiu jest najwyższej jakości, co sprawia, że może być długo użytkowane oraz zapewnia maksymalny komfort pracy.

Ad. 63. Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 35 obuwiu bardzo trwałego, posiadającego gwarancję użytkowania 5 lat?

Ad. 64. Dopuszcza, lecz nie wymaga.

65. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 35 obuwiu dostępne w rozmiarach od 36 do 47/48 ?

Ad. 65. Dla całości obuwiu nie, poza przypadkami z odpowiedzi nr 1.

66. dot. Pakietu 31, poz. 1

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 31. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Ad. 66. Nie.

67. dot. Pakietu 31, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad. 67. Nie.

68. dot. Pakietu 31, poz.1

Czy zamawiający dopuści maskę wiązaną na troki o rozmiarze 175 mm x 95 mm w stanie nierozłożonym, troki górne ok 400 -450 mm, troki dolne ok 350-400 mm, z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny - o długości ok. 12 cm, w kolorze zielonym?

Ad. 68. Nie.

69. dot. Pakietu 42, poz. 1

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Ad. 69. Tak.

70. dot. Pakietu 47, poz. 1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad. 70. Nie.

71. dot. Pakietu 47, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylizowany?

Ad. 71. Nie.

72. dot. Pakietu 47, poz. 1

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Ad. 72. Dopuszcza, lecz nie wymaga.

73. dot. Pakietu 49, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wymiary 210 cm x 160 cm (+/- 10 cm)?

Ad. 73. Tak.

74. dot. Pakietu 49, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad. 74. Nie.

75. dot. Pakietu 54, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad. 75. Nie.

76. dot. Pakietu 54, poz. 2

Czy zamawiający dopuści pokrowce na obuwie bez moletu antypoślizgowego, wykonane z folii teksturowanej, o wymiarze 40 cmx16 cm (+/- 5 cm)?

Ad. 76. Nie.

77. dot. Pakietu 56, poz. 1-3,4

Prosimy Zamawiającego o opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad. 77. Nie.

78. dot. Pakietu 56, poz. 4

Czy zamawiający dopuści ochraniacze z włókniny PE o wymiarze 40 cm x 16 cm (+/- 5 cm), i gramaturze 40 g/m²?

Ad. 78. Tak.

79. dot. Pakietu 56, poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Ad. 79. Nie.

80. dot. Pakietu 56, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepki o gramaturze 16 g/m²?

Ad. 80. Nie.

81. dot. Pakietu 56, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepki typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepki ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Ad. 81. Tak.

82. dot. Pakietu 56, poz.3

Czy zamawiający dopuści czepki typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepki ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Ad. 82. Nie.

83. dot. Pakietu 56, poz. 1-3,4

Czy zamawiający wydzielił poz.1-3,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Ad. 83. Nie.

84. dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie do artroskopii barku wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego.

Skład zestawu:

- serweta o wym.230x260cm z wycięciem w kształcie litery U o wym.min.9x50cm wykończonym taśmą samoprzylepną,
- serweta o wym.150x300cm z taśmą lepną, łatą chłonną i organizatorami przeowodów
- osłona na kończynę o wym.36x120cm,
- dwie taśmy lepne o wym. 9x50cm,
- serweta 100x150cm,
- obłożenie na stolik Mayo o wymiarach 78 x 145cm.

Całość owinięta w serwetę o wym.150x190cm, która służy jako przykrycie stolika.

Ad. 84. Tak.

85. dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 niżej opisanego zestawu?

- Sterylna serweta przeznaczona do zabiegu artroskopii kolana o wym.230 x 320cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, dodatkowo serweta zintegrowana jest z workiem przechwytyjącym płyny, wyposażona w 2 elastyczne otwory o średnicy 5cm.
- osłona na kończynę o wym.22 x 75cm wykonana z nieprzemakalnego materiału
- dwie taśmy lepne o wym.9x50cm do mocowania osłony kończyny.
- cztery ręczniki do rąk
- serweta na stolik Mayo

Całość owinięta w serwetę o wym.150x190cm, która służy jako przykrycie stolika.

Ad. 85. Tak.

86. dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 niżej opisanego zestawu, który jest dostarczany do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy?

Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych wykonany z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, paroprzepuszczalnego o gramaturze 60 g/m²

Skład zestawu:

- serweta gł o wymiarach 220/240x335cm, zintegrowana z nogawicami, ekranem anestetycznym i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z dwoma otworami

przylepnymi: górnym 25x30cm i dolnym 9x15cm z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany

- 2 ręczniki do rąk
- 2 taśmy mocujące 9x50cm
- pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 78cm x 145cm

Całość owinięta w serwetę o wymiarach 150 x 190 cm służącą jako przykrycie stolika

Ad. 86. Nie.

87. dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 niżej opisanego zestawu, który jest dostarczany do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy?

Zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

- sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wym. 230 x 330cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, w części centralnej serwety otwór o wym. 36x36cm wypełniony folią chirurgiczną, otwór otoczony zintegrowanym z serwetą workiem z usztywnionym brzegiem przechwytyjącym płyny
- serweta-owinięcie noworodka, wykonane z materiału bawełnopodobnego 75x120cm- 1szt.,
- pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 78cm x 145cm- 1szt.,
- taśma samoprzylepna 9x50cm- 1szt.,
- ściereczki chłonne- 4szt.

Całość owinięta w serwetę o wym. 150 x 190cm, która służy jako przykrycie stolika.

Ad. 87. Tak.

88. dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny, wzmocniony, do zabiegów chirurgicznych, z laminatu trójwarstwowego w strefie dedykowanej dla pacjenta, miękkiego, dobrze układającego się, chłonnego, o dużej wytrzymałości, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej, do użycia jednorazowego.

Skład. zestawu:

1. serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 150cm x 240 cm, gramatura całościowa w miejscu warstwy chłonnej w strefie krytycznej 140g/m² a jej odporność na wypychanie sucho/mokro -314/290kPa, z organizatorami przewodów–1szt.
2. serweta dolna, samoprzylepna, z łąką chłonną i organizatorami przewodów, o wymiarach 180x180 cm – 1 szt.
3. serweta boczna, samoprzylepna na całej długości dłuższego boku, o wymiarach 75 cm x 90 cm z dodatkową łąką chłonną– 2 szt.
4. Serweta na stolik min.150x190cm wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m² z wzmocnieniem (75x190cm) wykonanym z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 85g/m² (całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m²), służąca jako owinięcie zestawu– 1 szt
5. serweta na stolik Mayo, o wymiarach 78 cm x 145 cm z warstwą chłonną 85x65, 1 szt
6. Taśma lepna 9x50cm - 1 szt
7. Ręczniki chłonne - 4 szt

Ad. 88. Tak.

89. dotyczy Pakietu nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 19 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do kraniotomii wykonany z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego.

Skład zestawu:

- 1 serweta do kraniotomii 228x320cm (2-warstwowa, z dodatkowym padem chłonnym 30x35cm) zintegrowana z serwetą pola krytycznego (2-warstwową) 75x90cm z otworem 26x35cm wypełnioną folią PE przylepną z otworem owalnym 20x14cm, serweta wyposażona w 2 sztywniki w bokach dłuższych oraz torbę na płyny (o grubości 80 mikronów) z filtrem i portem do odsysania. Serweta wyposażona w 8 zintegrowanych organizatorów przewodów. Serweta główna posiada 4 etykiety kierunkowe, wskazujące kierunki aplikacji/rozłożenia serwety.
- Osłona na stół Mayo 78x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, folia PE 60µm, z warstwą chłonną (65x85cm) z laminatu dwuwarstwowego PE+PP, z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stołu
- 1 serweta na stół instrumentacyjny 150x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 taśma przylepna 9x50cm
- 2 ręczniki chłonne 30x34cm
- 4 serwety 3-warstwowe przylepne 50x50cm

Ad. 89. Nie.

90. dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 20: Sterylna serweta okulistyczna o wym. 120x120cm, wykonana włókniny hydrofobowej trzywarstwowej SMS, wyposażona w otwór o wymiarach 7x9cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z kieszenią do przechwytywania płynów o wymiarach 20x30cm

Ad. 90. Tak.

91. dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21: Sterylna serweta okulistyczna o wym. 150x150cm, wykonana włókniny hydrofobowej trzywarstwowej SMS, wyposażona w otwór o wymiarach 7x9cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z kieszenią do przechwytywania płynów o wymiarach 20x30cm

Ad. 91. Tak, jeżeli pozostałe dane są zgodne z SIWZ.

92. dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 22 niżej opisanego zestawu?

Zestaw sterylny do zabiegów laryngologicznych:

1. serweta o wymiarach 230x260 cm, z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 20 cm x 100cm, wykończony taśmą samoprzylepną
2. serweta o wymiarach 150x240 cm z taśmą lepą,
3. pokrowiec na stół Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm,
4. ściereczki chłonne - 4 szt,
5. taśma włókninowa o wymiarach 9x50 cm,
6. serweta - owinięcie zestawu, służąca jako sterylne przykrycie stołu 150x190cm
7. serweta przylepna 75x90cm

Ad. 92. Tak

93. dotyczy Pakietu nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 24 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 50 g/m², rękawy 50 g/m² (rękawy na wysokości wstawki klejone, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki łączone ultradźwiękowo), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia 2,5 Log 10 (liczby cząstek) na powierzchni niewzmocnionej. Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL. Odporność na rozrywanie na sucho/mokro 200/200 kPa

Ad. 93. Nie.

94. dotyczy Pakietu nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 25 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Troki łączone techniką ultradźwiękową. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch powinien charakteryzować się niskim poziomem pylenia 2,5 Log 10 (liczby cząstek). Pełna rozmiarówka. Rozmiar M/L/XL/XXL do wyboru przez zamawiającego. Odporność na rozrywanie na sucho/mokro 200/200 kPa.

Ad. 94. Tak.

95. dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 2 serwety z otworem o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad. 95. Tak.

96. dotyczy Pakietu nr 27 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 3 serwety o wymiarach 75x90cm z otworem o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad. 96. Tak.

97. dotyczy Pakietu nr 27 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 3 serwety o wymiarach 75x80cm z otworem przlepnym o wymiarach 6x15cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad. 97. Tak.

98. dotyczy Pakietu nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 30 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do operacji dłoni / stopy

Skład zestawu :

- 1) serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu - 1 szt.
- 2) ręczniki chłonne - 4 szt,
- 3) serweta na stolik Mayo 78 x 145 cm ze wzmocnieniem 65x85 cm - 1 szt,
- 4) serweta do operacji kończyny o wymiarach 230x300 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 60g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, gramatura wzmocnienia 140 g/m2 ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów - 1 szt.
- 5) taśma mocująca 9x50cm – z 1 szt.

Ad. 98. Tak.

99. dotyczy Pakietu nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 30 niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej

Sterylny zestaw do operacji dłoni / stopy

Skład zestawu :

- 1) serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu - 1 szt.
- 2) serweta na stolik Mayo 78 x 145 cm ze wzmocnieniem 65x85 cm - 1 szt,
- 3) serweta do operacji kończyny o wymiarach 230x300 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 75g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, gramatura wzmocnienia 155 g/m2 ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów - 1 szt.

Ad. 99. Tak.

100. dotyczy Pakietu nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 34 **równoważnego** zestawu do szycia **minimalnie** różniącego się od opisanego w SIWZ:

- wzmocnienie serwety na stolik instrumentariuszki o szerokości 75cm
- ściereczki celulozowe o wymiarach 30x34cm
- igła 0,8x40mm 21G

Ad. 100. Tak, jeżeli pozostałe dane są zgodne z SIWZ.

101. dotyczy Pakietu nr 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 39 serwety na stolik Mayo o szerokości 78cm (o 1cm węższej niż opisana w SIWZ)?

Ad. 101. Tak.

102. dotyczy Pakietu nr 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Ad. 102. Nie.

103. dotyczy Pakietu nr 41 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 41 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego sterylny

Skład: zestawu:

- tufper gazowy 50/50cm w kształcie kuli – 1 szt.
- kleszcze plastikowe niebieskie 19cm – 1 szt.
- rękawiczki lateksowe bezpudrowe rozmiar L – 2szt

Wszystkie składniki umieszczone w niebieskiej, plastikowej misce nerkowatej o pojemności 700ml. Całość w opakowaniu papier-folia.

Ad. 103. Tak.

104. dotyczy Pakietu nr 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 45 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw przeznaczony do zespołów śródszpikowych DHS

- Serweta DHS z laminatu PP+PE dwuwarstwowego 60g/m², w części chłonnej polipropylen, rozmiar 236/210cm x 410 cm osłoną na ekran anestezjologiczny z zakładkami i 2 przylepcami w części górnej, z częścią chłonną centralną 210x80 cm z laminatu PP+PE dwuwarstwowego wzmocnionego polem chłonnym 210x80 cm z włókniny PP min.80g/m² z zintegrowanym laminatem podstawowym na całej powierzchni, z dwoma otworami 10cmx42,5cm wypełnionymi folią operacyjną, folia zabezpieczona papierem silikonowanym, dolna część serwety z laminatu dwuwarstwowego PE+PP min 60g/m² grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen, rozmiar 237x180cm z zakładkami i przylepcami stanowiącymi osłony kończyn dolnych pacjenta.
- Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm, służąca jako owinięcie zestawu.
- Osłona na stolik Mayo 78x145cm – 1szt
- Ręczniki chłonne 30x40cm – 2szt
- Taśma przylepna 10x50cm- 1szt.
- Kieszeń na płyny przylepna jednokomorowa 30x40cm – 1szt.

Ad. 104. Tak.

105. dotyczy Pakietu nr 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 53 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do Artroskopii Kolana.

Skład:

- 1 Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm – 1 szt.
 2. Tupfer 30/30cm, z nitką RTG do mycia pola operacyjnego – 6 szt.
 3. Miseczka plastikowa przezroczysta z podziałką 250 ml – 1 szt.
 4. Miseczka plastikowa niebieska z podziałką 250 ml – 1 szt.
 5. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego, z możliwością zamknięcia 240 mm, - 2 szt
 6. Fartuch chirurgiczny, pełnoochronny, wykonany w całości z włókniny polipropylenowej typu SSMMS, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki łączone kartonikiem w sposób umożliwiający aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch i rękawy materiał 85g/m², wytrzymałość na rozrywanie - sucha 200 kPa, nieprzemakalność 1000 mm H₂O. Wzmocnienie frontu i rękawa - nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 25g/m² (33μm) oraz białej włókniny 25 g/m², rozmiar: L – 1 szt, XL – 2 szt.
 7. Osłona na stolik Mayo 78x145cm z wykonana z folii PE 60μm z warstwą chłonną 65x85cm wykonaną z folii PE 55g/m² i włókniny PP 30 g/m², – 1 szt
 8. Ściereczki celulozowe 30x34cm – 4szt.
 9. Serweta chirurgiczna do zabiegów artroskopowych na stawie kolanowym, o wymiarach 230x320 cm, z elastycznymi otworami o średnicy 5cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego w strefie dedykowanej dla pacjenta (włóknina PP i folia PE 33μm mikronów, o całkowitej gramaturze 60g/m²), posiadająca trójkątny worek do przechwytywania płynów ze z filtrem i portem do odsysania, Odporność na przesiąkanie płynów 165 cm H₂O na całej powierzchni, odporność na wypychanie na mokro 168 kPa, na całej powierzchni. Obłożenie spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z norma PN-EN 13795 – 1 szt.
 10. Osłona na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego 13x120cm – 1 szt.
 11. Taśma lepna 10x50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m² - 2szt
 12. Osłona na kamerę 15x250 cm – 1 szt.
 13. Gazik 17 nitkowy, 8 warstwowy, biały z nitką RTG 10 x 10 cm – 20 szt.
 14. Dren Redona CH30 300cm - 1 szt.
 15. Skalpel nr 11 z zabezpieczeniem ostrza, – 1 szt.
 16. Igła podskórna 21G, 0,8x40mm, zielona – 1 szt.
 17. Taca – pojemnik wykonany 27x27x5cm, min.2000 ml – 1 szt.
 18. Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, rozmiar 10x20cm – 1szt
 19. Butelka Redona 400ml
- Zestaw typu procedure-pack: składniki z poz. 1-18 owinięte w serwetę poz. 1 zapakowane w opakowanie typu WindowBag + poz. 19 w oddzielnym opakowaniu papier-folia. Całość w opakowaniu foliowym z etykietą z 2 metkami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej.

Ad. 105. Nie.

106. dotyczy Pakietu nr 59 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 59 poz. 1 sterylnej pokrowca na aparaturę, okrągłego, ściągniętego gumką, o średnicy 90cm

Ad. 106. Tak.

107. dotyczy Pakietu nr 59 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 59 poz. 3 sterylnej foliowej pokrowca na przewody składanego teleskopowo, z perforowaną końcówką, 2 przylepcami i dodatkowym wewnętrznym opakowaniem foliowym, rozmiar 15x240cm?

Ad. 107. Tak.

108. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakietach nr 8, 12, 13, 19, 30,45** serwety na stół Mayo w rozmiarze 80x140 cm *zamiast 80x145 cm*, wzmocnione na powierzchni 60x140 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 108. Tak.

109. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 17 zestawu serwet uniwersalnych**, jednorazowego użytku wykonanych z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o następującym składzie:

- serweta ekran anestetyczny o wym.150x240cm wykończona taśmą samoprzylepną na dłuższym boku-1szt.,
- serwety boczne o wym.75x100cm wykończone taśmą lepłą - 2szt.,
- serweta dolna o wym.150x200cm wykończona taśmą na krótszym boku-1szt.,
- pokrowiec na stół Mayo o wym. 80x140cm-1szt.,
- ściereczki chłonne- 2 szt.,
- taśma włókninowa 10x50cm- 1szt.,
- serweta owinięcie o wym.150x200cm- stanowiąca po rozpakowaniu zestawu sterylne (czyste), przykrycie stołu-1szt.;

Przylepce w serwetach są szerokości 5 cm.

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 49g/m².

Ad. 109. Nie.

110. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 18 zestawu uniwersalnego, wzmocnionego**, do zabiegów chirurgicznych, z włókniny trójwarstwowej, miękkiej, dobrze układającej się, chłonnej, o dużej wytrzymałości, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego, do użycia jednorazowego o następującym składzie:

- serweta górna (ekran anestetyczny) samoprzylepna, o wymiarach 160x240 cm, gramatura całościowa w miejscu warstwy chłonnej w strefie krytycznej min 100g/m² a jej odporność na wypychanie suchym/mokro -105/83 kPa, z organizatorami przewodów-1szt.,
- serweta dolna, samoprzylepna, z organizatorami przewodów, o wymiarach 160x180 cm – 1 szt.,
- serweta boczna, samoprzylepna na całej długości dłuższego boku, o wymiarach 80x100 cm, wykonana w całości z laminatu dwuwarstwowego o gram. min 55 g/m² – 2 szt.,
- Serweta dwuwarstwowa na stół 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu- 1 szt.,
- serweta na stół Mayo, o wymiarach 80x140 cm z warstwą chłonną 60x140cm, 1 szt.,
- taśma lepna 10x50 cm , min. 1 szt.,
- ręczniki chłonne 4 szt.

Ad. 110. Nie.

111. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 21** sterylnej serwety okulistycznej o wym.: 120 x 150cm, wykonanej z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min 45 g/m2, wyposażonej w otwór o wymiarach 9 x 12cm wypełniony folią chirurgiczną oraz warstwę chłonną wokół otworu o wymiarach 40x40 cm, wykonaną z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105 g/m2. Dodatkowo kieszeń przylepna 25 x 26 cm do przechowywania płynów.

Ad. 111. Nie.

112. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 24** sterylnych fartuchów chirurgicznych ze wstawkami - do długich procedur, wykonanych z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min.35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha min.28 g/m2, rękawy min. 28 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia <1,3 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, XL, XXL. Odporność na rozrywanie na sucho/mokro min.196/163 kPa.

Ad. 112. Nie.

113. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 25** sterylnych fartuchów chirurgicznych do procedur standardowych, wykonanych z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min.45 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy w strefie krytycznej szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia <1,3 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, XL, XXL. Odporność na rozrywanie na sucho/mokro min.196/163 kPa.

Ad. 113. Tak.

114. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 30** serwety do operacji kończyny o wymiarach 200x300cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze min. 49g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy w zakresie 3 - 4 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej wykonanym z laminatu czterowarstwowego, gramatura wzmocnienia min. 105 g/m2. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 114. Nie

115. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 30** serwety do operacji kończyny o wymiarach 200x300cm wykonana z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 45g/m², z samouszczelniającym się otworem o średnicy w zakresie 3 - 4 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej wykonanym z laminatu dwuwarstwowego, gramatura łączna wzmocnienia min. 100 g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 115. Nie

116. dot. Pakietu 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z tkaniny o gramaturze 150g/m² i następującym składzie surowcowym:

69% bawełna

30% poliestr

1% włókno węglowe?

Ad. 116. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

117. dot. Pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 220 x 160 cm?

Ad. 117. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

118. dot. Pakietu 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 220 x 160 cm?

Ad. 118. Nie.

119. dot. Pakietu 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 75 x 75 cm?

Ad. 119. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

120. dot. Pakietu 13, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestetycznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folią chirurgiczną, w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej (wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m ²)	1	260x240
serweta przeznaczona pod pośladki	1	90x75
taśma medyczna	1	50x9
kieszka na płyny	1	42x35
serweta na stół instrumentariuszki (jako owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	4	40x20

Ad. 120. Tak.

121. dot. Pakietu 19, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z otworem 25x20cm, z workiem na płyny i folią chirurgiczną (wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m ²)	1	240x200
serweta z przylepcem (wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m ²)	2	60x50
Serveta (wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m ²)	2	90x75
kieszon dwukomorowa z kształtką	2	42x35
kieszon na płyny z kształtką	2	40x30
taśma medyczna	2	50x9
serweta na stół 190x150cm wykonana z folii polietylenowej i polipropylenowej warstwy chłonnej, o łącznej gramaturze min. 84g/m ² , chłonność 400% (jako owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stół Mayo 145x80cm, wykonana z folii polietylenowej i polipropylenowej warstwy chłonnej w rozmiarze 85x76cm, o łącznej gramaturze min. 74g/m ² , barierowość dla wody min. 123 cm H ₂ O	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	4	40x20

Ad. 121. Tak.

122. dot. Pakietu 22, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z wycięciem "U" 63x7cm i przylepcem wykonana z laminatu o gram. 56g/m ²	1	240x150
serweta z przylepcem wykonana z laminatu o gram. 56g/m ²	1	240x180
serweta na stół instrumentariuszki	1	190x150
serweta na stół Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	2	40x20
taśma medyczna	1	50x9

Ad. 122. Tak.

123. dot. Pakietu 24, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylnej fartucha ze wstawkami do długich procedur, wykonanego z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wyposażony z nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach umieszczone od zewnętrznej strony fartucha i wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40g/m² na przodzie i rękawach, łącznie elementów fartucha szwem ultradźwiękowym – dzięki czemu zachowuje pełną barierowość. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem – troki wgrzane ultradźwiękowo, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju fartucha, zabezpieczenia oraz normy EN 13795 w postaci wszywki widoczne przy złożonym fartuchu, co pozwala na

identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. dwoma etykietami przylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru krepowanego, dodatkowo pakowany z dwoma ręcznikami z włókniny kompresowej do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia: w strefie krytycznej 1,2 log 10 i w mniej krytycznej 1,6 log 10. Dostępny w rozm. M-XXL. Odporność na wypychanie na sucho/mokro: w strefie krytycznej 65,9/64,8 kPa, w strefie mniej krytycznej 52,1 kPa.

Ad. 123. Tak.

124. dot. Pakietu 25 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylnej fartucha chirurgicznego do procedur standardowych, wykonanego z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem – troki wgrzane ultradźwiękowo, z tyłu zapięcie na rzep. Łącznie elementów fartucha szwem ultradźwiękowym – dzięki czemu zachowuje pełną barierowość. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju fartucha, zabezpieczenia oraz normy EN 13795 w postaci wszywki widoczne przy złożonym fartuchu, co pozwala na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. dwoma etykietami przylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru krepowanego, dodatkowo pakowany z dwoma ręcznikami z włókniny kompresowej do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 1,22 log 10. Dostępny w rozm. M-XXL. Odporność na wypychanie na sucho/mokro 45,8 / 43,5 kPa.

Ad. 124. Tak.

125. dot. Pakietu 38, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 150x180cm?

Ad. 125. Tak.

126. dot. wzoru umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad. 126. Tak.

127. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „1% wartości brutto danego zamówienia” zostało zastąpione wyrażeniem „1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby zwłoka w dostawie dotyczyła tylko części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 127. Nie.

128. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, *„kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”* Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając *„uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”*

Ad. 128. Nie.

129. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”*?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, *„mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”*. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Ad. 129. Nie.

129A. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?

Ad. 129A. Tak.

130. dot. Pakietu 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii barku o składzie :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

2 OP taśmy 10 x 50cm,

1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 90cm

4 ręczniki do rąk 30 x 40cm

1 serweta główna min. 220 cm x 300cm z samouszczelniającym otworem ($\varnothing$ 7cm), dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 50cm (część krytyczna pola operacyjnego), dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Zestaw wykonany z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni o gramaturze min. 60g/m² w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze min. 80g/m². Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym >168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność)> 165 cm H₂O.

Ad. 130. Nie.

131. dot. Pakietu 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegu artroskopii kolana o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

2 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm;

1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 80cm;

1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;

1 serweta 100 x 150cm;

1 foliowa osłona na przewody (złożona teleskopowo) 15 x 250 cm;

1 serweta główna 200x 300cm z otworem o średnicy 7 cm, otoczonym łata chłonną w rozmiarze 50 x 50cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szybownik), zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Ad. 131. Tak.

132. dot. Pakietu 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji stawu biodrowego o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta 75 x 90cm

1 serweta 150 x 200cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

4 ręczniki do rąk 30 x 40cm

1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm

2 OP Taśmy 10 x 50cm

1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,

1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m². Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min.109,5 g/m².

Ad. 132. Nie.

133. dot. Pakietu 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu PCNL z włókniny 3-warstwowej, laminowanej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni, o składzie :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

1 serweta o wymiarach 180cm x 300cm, z otworem 15x20cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany zbiornik w kształcie trójkąta do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szywnik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka, dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Ad. 133. Nie.

134. dot. Pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw TUR z włókniny 3-warstwowej, laminowanej, chłonnej na całej powierzchni gramaturze min. 60 g/m² o składzie :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

4 ręczniki 30 x 40cm

1 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm

1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x200cm z otworem z osłoną na palec do badania per rectum; otwór o średnicy 6 cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; otwór samoprzylepny w rozmiarze 6 x 8cm

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Ad. 134. Tak

135. dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych o składzie:

1 serweta o wymiarach 240 x 280cm, zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym i nogawicami, wyposażona w otwór w okolicy jamy brzusznej o wym. min. 30 x 30cm wypełniony folią operacyjną, serweta wyposażona także w otwór o wym. 12 x 15cm w części kroczej, otoczony taśmą lepłą, z zabezpieczeniem w postaci osłony o wym. 20 x 25cm – 1 szt.

1 osłona na stolik Mayo o wym. 80 x 145cm – 1 szt.

1 taśma lepna włókninowa 9 x 49cm – 1 szt.

1 kieszeń dwukomorowa, samoprzylepna ze szywnikiem o wym. min. 2 x 15 x 40cm – 1 szt.

Całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego – 1 szt.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni. Gramatura laminatu podstawowego min. 55 g/m²

Ad. 135. Nie

136. dot. Pakietu 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego z włókniny 3-warstwowej, laminowanej, chłonnej na całej powierzchni gramaturze min. 60 g/m² o składzie

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;
4 ręczniki 30 x 40cm;
1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtki (szytwniki), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Ad. 136. Tak

137. dot. Pakietu 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny, do zabiegów chirurgicznych, wzmocniony, z laminatu dwuwarstwowego, miękkiego, dobrze układającego się, chłonnego, o dużej wytrzymałości, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej, do użycia jednorazowego. o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
4 ręczniki 30 x 40
2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,

Ad. 137. Nie

138. dot. Pakietu 20

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną :
Sterylną, wykonaną z barierowej, niepyłającej włókniny typu SMS, gramatura 45g/m2 o składzie:

1 serweta 140 x 150cm, z otworem 9 x 11cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz 2 zintegrowane prostokątne zbiorniki do przechwytywania płynów wyposażone w kształtki (szytwniki) po obu stronach otworu.

lub

serwetę okulistyczną sterylną, wykonaną z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni, gramatura 62g/m2, o składzie:

1 serweta 140 x 150cm, z otworem 9 x 11cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz 2 zintegrowane prostokątne zbiorniki do przechwytywania płynów wyposażone w kształtki (szytwniki) po obu stronach otworu.

Ad. 138. Zamawiający dopuszcza drugą opcję.

139. dot. Pakietu 21

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną :
Sterylną, wykonaną z barierowej, niepyłającej włókniny typu SMS, gramatura 45g/m2 o składzie:

1 serweta 140 x 150cm, z otworem 9 x 11cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz 2 zintegrowane prostokątne zbiorniki do przechwytywania płynów wyposażone w kształtki (szytwniki) po obu stronach otworu.

lub

serwetę okulistyczną sterylną, wykonaną z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni, gramatura 62g/m², o składzie:

1 serweta 140 x 150cm, z otworem 9 x 11cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz 2 zintegrowane prostokątne zbiorniki do przechwytywania płynów wyposażone w kształtki (szyby) po obu stronach otworu.

Ad. 139. Zamawiający dopuszcza drugą opcję.

140. dot. Pakietu 24

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha i rękawy min. 40 g/m² (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha w postaci serwety, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: M-XXL. Odporność na rozrywanie na sucho/mokro 149/125 kPa ?

Ad. 140. Nie.

141. dot. Pakietu 25

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy w strefie krytycznej szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie w postaci serwety, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia 2 Log 10 (liczby cząstek). Rozmiar M-XXL do wyboru przez zamawiającego. Odporność na rozrywanie na sucho/mokro 149/125 kPa

Ad. 141. Nie.

142. dot. Pakietu 27 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę 75cm x 90cm z otworem ø6x8cm lub ø8cm?

Ad. 142. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

143. dot. Pakietu 29 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50cm?

Ad. 143. Tak

144. dot. Pakietu 33

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze zielonym?

Ad. 144. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

145. dot. Pakietu 44

Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny SMMS?

Ad. 145. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

146. dot. Pakietu 47

Prosimy o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20 g/m².

Ad. 146. Nie.

147. dot. Pakietu 49

Prosimy o dopuszczenie prześcieradła o gramaturze min. 20 g/m².

Ad. 147. Nie.

148. dot. Pakietu 50

Prosimy o dopuszczenie osłony z 1 taśmą lepłą w zestawie.

Ad. 148. Tak

149. dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji barku:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5cm x 85cm
- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m²
- 1x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30cm x 60cm
- 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 2x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80cm x 140cm
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Ad. 149. Tak

150. dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m^2 , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m^2 , zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach $200\text{cm} \times 320\text{cm}$ z otworem samouszczelniającym się o wymiarach $6\text{cm} \times 8\text{cm}$
- 1x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach $30\text{cm} \times 60\text{cm}$
- 4x ręcznik chłonny o wymiarach $30\text{cm} \times 30\text{cm}$
- 1x taśma samoprzylepna o wymiarach $10\text{cm} \times 50\text{cm}$
- 1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach $80\text{cm} \times 140\text{cm}$
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach $150\text{cm} \times 190\text{cm}$.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m^2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m^2 . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63g/m^2 .

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m^2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach $60\text{cm} \times 140\text{cm}$, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m^2 . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym $205.6/199.4\text{kPa}$. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym $90/91.6\text{N}$. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym $110\text{cm H}_2\text{O}$. Współczynnik pylenia $1.4\log_{10}$. Chłonność wzmocnienia min. 680% .

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m^2 i chłonności 180% , stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Ad. 150. Nie.

151. dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m^2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80g/m^2 , zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m^2 :

- 1x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm o wymiarach $230\text{cm} \times 320\text{cm}$, wzmocnienie o wymiarach $100\text{cm} \times 50\text{cm}$
- 4x ręcznik chłonny o wymiarach $30,5\text{cm} \times 34\text{cm}$
- 3x taśma samoprzylepna o wymiarach $10\text{cm} \times 50\text{cm}$
- 1x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach $22\text{cm} \times 75\text{cm}$
- 1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach $80\text{cm} \times 145\text{cm}$
- 2x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach $150\text{cm} \times 190\text{cm}$.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104g/m².

Ośłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Ad. 151. Tak.

152. dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m²:

- 1x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm o wymiarach 230cm x 320cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60cm x 100cm z otworem samouszczelniającym
- 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm
- 3x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22cm x 75cm
- 1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm
- 2x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Ad. 152. Tak.

153. dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6cm x 8cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60cm x 100cm z otworem samouszczelniającym
- 1x osłona na przewody o wymiarach 14cm x 250cm
- 2x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 3x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30cm x 60cm
- 1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm

- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Ad. 153. Nie.

154. dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m^2 , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m^2 , zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6cm x 8cm
- 1x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30cm x 60cm
- 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Ad. 154. Nie.

155. dot. Pakietu 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet do operacji biodra:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m^2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80g/m^2 , zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140g/m^2 :

- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 260cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100cm
- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm
- 3x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30cm x 120cm
- 1x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
- 1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50g/m^2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30g/m^2 . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80g/m^2 .

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47g/m^2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57g/m^2 oraz wymiarach 60cm x 85cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104g/m^2 . Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197cm H_2O . Współczynnik pylenia $3.4\log^{10}$. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN13795.

Ad. 155. Nie.

156. dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet do operacji litotrypsji przezskórnej o minimalnym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m².

- 1x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80g/m².

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log¹⁰. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Ad. 156. Tak.

157. dot. Pakietu 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet do resekcji przezcewkowej:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m², dolna część serwety wykonana z folii PE:

- 1x serweta o wymiarach 190cm x 230cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6cm oraz kroczywym 6cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Ad. 157. Tak.

158. dot. Pakietu 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Obłożenie do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m².

- 1x serweta o wymiarach 160/240cm x 180cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15cm
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log¹⁰. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Ad. 158. Tak.

159. dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Obłożenie do operacji brzuszno-kroczych:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m²:

- 1x serweta 180/280cm x 220cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30cm x 20cm x 20cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15cm zabezpieczonym klapką
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log¹⁰. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Ad. 159. Nie.

160. dot. Pakietu 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet do cięcia cesarskiego:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25cm x 30cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75cm x 85cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75cm x 80cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60cm x 140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Ad. 160. Tak

161. dot. Pakietu 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet do cięcia cesarskiego:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²:

- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75cm x 85cm
- 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75cm x 80cm
- 1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60cm x 140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4kPa.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N.

Odporność na penetrację płynów w obszarze

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Ad. 161. Tak

162. dot. Pakietu 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów:

- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm
- 1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Ad. 162. Tak.

163. dot. Pakietu 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m²

- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100cm x 150cm
- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100cm x 180cm
- 2x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50cm x 90cm
- 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm

- 1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Ad. 163. Nie

164. dot. Pakietu 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m².

- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25cm x 60cm
- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25cm x 60cm
- 2x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25cm x 60cm
- 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm
- 1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57g/m² oraz wymiarach 60cm x 85cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log¹⁰. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Ad. 164. Nie

165. dot. Pakietu 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Obłożenie do operacji okulistycznych o minimalnym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m².

- 1x serweta okulistyczna o wymiarach 100cm x 100cm z otworem 10cm x 10cm wypełnionym folią operacyjną
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100cm x 150cm.

Ad. 165. Tak.

166. dot. Pakietu 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Obłożenie do operacji okulistycznych o minimalny składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120cm x 170cm z otworem o wymiarach 10cm x 10cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100cm x 150cm.

Ad. 166. Nie

167. dot. Pakietu 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet do operacji otolaryngologicznych o minimalny składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 200cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6cm x 65cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Ad. 167. Nie

168. dot. Pakietu 24 i 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z trokami szytymi techniką ultradźwiękową, fartuch wraz z ręcznikami celulozowymi zawinięty w serwetę, dostępne w rozmiarach M-XXL, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Ad. 168. Nie

169. dot. Pakietu 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o poziomie pylenia 2,5 Log¹⁰?

Ad. 169. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

170. dot. Pakietu 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30cm x 30cm, gramatura 56g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60cm x 60cm. Odporność na przenikanie cieczy 130cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 75kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 43N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: XXL.

Ad. 170. Nie.

171. dot. Pakietu 22, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rolce o dł. 40mb. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad. 171. Pakiet Nr 22 zawiera tylko jedną pozycję. Nie zawiera pozycji Nr 6.

172. dot. Pakietu 29, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby serweta była antyelektrostatyczna?

Ad. 172. Nie.

173. dot. Pakietu 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestaw serwet do operacji kończyny:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 300cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 160cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m²
- 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60cm x 140cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log¹⁰. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Ad. 173. Nie.

174. dot. Pakietu 38

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby serweta była antyelektrostatyczna?

Ad. 174. Nie.

175. dot. Pakietu 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Obłożenie do laparoskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 300cm z otworem w kształcie trójkąta o wymiarach 24cm x 24cm x 24cm
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4kPa.
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N.
Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.
Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Ad. 175. Nie.

176. dot. Pakietu 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Obłożenie do laparoskopii:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1x serweta 200/270cm x 300cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25cm x 30cm
- 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63g/m².

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log¹⁰. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Ad. 176. Nie.

177. dot. Pakietu 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego o chłonności 1177ml?

Ad. 177. Tak.

178. dot. Pakietu 44

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby ubrania były z włókniny antyelektrostatycznej?

Ad. 178. Nie.

179. dot. Pakietu 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę z1 taśmą lepną?

Ad. 179. Tak.

180. dot. Pakietu 54, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowców na buty o długości 38cm?

Ad. 180. Tak.

181. dot. Pakietu 54, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowców na buty z folii PE bez dodatkowej warstwy antypoślizgowej w rozmiarze 38x17cm

Ad. 181. Nie.

182. dot. Pakietu 54, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowców na buty wykonanych z włókniny z warstwą antypoślizgową?

Ad. 182. Nie.

183. dot. Pakietu 59, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w kształcie walca w rozmiarze 90x100cm?

Ad. 183. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

184. dot. Pakietu 59, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w kształcie walca w rozmiarze 14x250cm?

Ad. 184. Nie.

185. dot. Pakietu 5

Czy zamawiający dopuści jednorazowy sterylny zestaw, w składzie :

1. Serweta górna z taśmą lepną o wymiarach 240x175 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej i wyposażoną w organizator przewodów - 1 szt.
2. Serweta dolna o wymiarach 230x150 cm z wycięciem U o wymiarach 7x65 cm z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej - 1 szt.
3. Taśma lepna o wymiarach 9x49 cm - 2 szt.
4. Ręczniki chłonne o wymiarach 18x25 cm - 4 szt.
5. Wzmocniona osłona na stół Mayo o wymiarach 79x145 cm - 1 szt.
6. Serweta na stół instrumentariuszki (owinięcie zestawu) o wymiarach 150x190 cm - 1 szt.

Ad. 185. Tak.

186. dot. Pakietu 6:

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. serweta na stół	150x190	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stół MAYO	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu)	150x190	1

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Ad. 186. Tak.

187. dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby parametry dotyczące materiału serwet głównych uznać jako minimalne?

Ad. 187. Tak.

188. dot. Pakietu 7

Czy zamawiający dopuści jednorazowy sterylny zestaw do artroskopii kolana, w składzie:

1. Serweta do zabiegów artroskopii kolana o wymiarach 230x320 cm posiadająca dwa samouszczelniające otwory z neoprenu o średnicy 7 i 5 cm z możliwością zamocowania drenów, serweta posiada torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu - 1 szt.
2. Serweta na stół o wymiarach 150x190 cm - 1szt
3. Osłona na kończynę - 22x75 cm - 1 szt.
4. Taśma lepna 9x49 cm - 2 szt.
5. Ręczniki chłonne 18x25 cm - 4 szt.
6. Osłona na stół Mayo 79x145 cm - 1 szt.
7. Serweta na stół instrumentariuszki (owinięcie zestawu) o wymiarach 150x190 cm - 1 szt.

Ad. 188. Nie.

189. dot. Pakietu 8

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego, w składzie:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	300x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260	1
3. serweta chirurgiczna	75x90	1
4. serweta na stół	150x190	1
5. osłona na kończynę	32x120	1
6. taśmy samoprzylepne	9x49	2
7. ręczniki chłonne	18x25	4
8. wzmocniona osłona na stół Mayo	79x145	1
9. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 189. Nie.

190. dot. Pakietu 13

Czy zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczych o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anestetycznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie 250/175/270x260 1
2. serweta z taśmą samoprzylepną 75x75 1
3. taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5x30 1
4. taśma samoprzylepna 9x49 1
5. ręczniki chłonne 18x25 4
6. osłona na stół MAYO 79x145 1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 190. Nie.

191. dot. Pakietu 14

Czy zamawiający dopuści Serwetę do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm, posiadającą otwór o wymiarach 38x32 cm wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm, wyposażony w sztywnik, podłączenie do ssaka i organizator przewodów?
Pozostałe pozycje zgodnie z SIWZ.

Ad. 191. Tak.

192. dot. Pakietu 17

Czy zamawiający dopuści serwetę dolną o wymiarach 175x175 cm? Pozostałe pozycje i parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 192. Tak.

193. dot. Pakietu 19

Czy zamawiający dopuści zestaw do kraniotomii, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x300 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu 230x300 1
2. serwety chirurgiczne samoprzylepne 50x50 4
3. taśma samoprzylepna 9x49 1
4. ręczniki chłonne 18x25 2
5. osłona na stół MAYO 79x145 1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Ad. 193. Nie.

194. dot. Pakietu 21

Czy zamawiający dopuści serwetę okulistyczną, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 140x150 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 8x10 cm, oraz zintegrowaną kieszeń	140x150	1
2. ręcznik chłonny	18x25	1
3. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x150	1

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 194. Tak.

195. dot. Pakietu 23

Pozycja 2: Czy zamawiający dopuści Sterylny pokrowiec na ramię C o wymiarach 117x183 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Ad. 195. Tak.

196. dot. Pakietu 26

Czy zamawiający dopuści, aby fartuch urologiczny był dostępny w rozmiarze L,XL – do wyboru przez zamawiającego? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 196. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

197. dot. Pakietu 30

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. wzmocniona osłona na stół MAYO	79x145	1
3. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu)	150x190	1

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 197. Tak.

198. dot. Pakietu 53

Czy zamawiający dopuści:

Pkt. 8: Ściereczki celulozowe o wymiarach 32x20 cm, zamiast 37x40 cm?

Pkt. 15: Dren Redonach 10 50 cm, zamiast ch 10 125 cm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 198. Tak.

199. dot. Pakietu 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm wzmocnienie 88x55cm
- 1 x stokineta 36,5x72 cm 2-warstwowa
- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów (> 200cm H₂O ,odpornego na rozrywanie na sucho/mokro (>195kPa). Zestaw spełnia

wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Ad. 199. Tak.

200. dot. Pakietu 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:

2 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm (wzmocnienie chłonne 74x190 cm) 1 x osłona na stół Mayo 80x142 cm 1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa, 2 x taśma przylepna 9x50 cm, 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z taśmą samoprzylepną, 1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m²

Ad. 200. Nie.

201. dot. Pakietu 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm
- 1 x serweta na stół Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm
- 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm
- 1 x osłona na kończynę 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
- 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm
- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/-1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² odpornego na penetrację płynów >200 cmH₂O. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmą lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Ad. 201. Nie.

202. dot. Pakietu 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów urologicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm z teksturowanej folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią

1x serweta do zabiegów TUR175/290 x 242 cm , ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepnym otworem brzuszny $\varnothing$ 8 cm, z otworem na prącie $\varnothing$ 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu , o gramaturze max.58g/m²pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy.. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Ad. 202. Tak.

203. dot. Pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy sterylnego zestawu do cystoskopii. Minimalny skład zestawu:

1x serweta na stół narzędziowy 140x190cm

1x ręcznik chłonny , celulozowy 60x40 +/- 2cm

1x serweta do cystoskopii o wymiarach min. 89/220/262cm , ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, z otworem kroczyzowym 8x15 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 30x50 +/- 2 cm, ze zintegrowanym sitem o wymiarach 20x35 +/-1 cm i paskiem klejącym do fiksacji serwety na spojeniu łonowym . Serweta wykonana w części osłaniającej pacjenta z niepyłącego laminatu trójwarstwowego z włókien sztucznych o gramaturze max. 66g/m² o wysokiej odporności na penetracje płynów (>200 cm H₂O. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.

Ad. 203. Tak.

204. dot. Pakietu 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stół narzędziowy 152x190cm z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo 80 x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszny wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny

polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43 g/m², wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m². Zestaw zgodny z normą EN 13795.

Ad. 204. Tak.

205. dot. Pakietu 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet uniwersalnych zawierającego 1 x uchwyt na przewody typu Velcro 2x11 cm z blokadą przypadkowego otwarcia zamiast taśmy włókninowej. Zestaw w pozostałym zakresie zgodny z SIWZ.

Ad. 205. Tak.

206. dot. Pakietu 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet uniwersalnych zawierającego 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna. Zestaw w pozostałym zakresie zgodny z SIWZ.

Ad. 206. Tak.

207. dot. Pakietu 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego wzmocnionego do zabiegów chirurgicznych.

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm wykonana z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m², a w obszarze krytycznym o gramaturze 116g/m² i odporności na penetracje płynów >200cm H₂O oraz odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa.

Ad. 207. Nie.

208. dot. Pakietu 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety wykonanej z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze max 43g/m², serweta z obustronną torbą na płyny ze sztywnikiem , ze zintegrowanymi uchwytami na przewody, w pozostałym zakresie zgodna z SIWZ.

Ad. 208. Tak.

209. dot. Pakietu 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety okulistycznej 122x158 cm z oknem 13x10cm wypełnionym folią operacyjną z otworem 11,5x8cm , z obustronną torbą na płyny ze sztywnikiem , ze zintegrowanymi uchwytami na przewody; wykonana z lekkiej, paro przepuszczalnej, wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o

gramaturze max 43g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 40 cmH₂O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro >150 kPa, I klasa palności.

Ad. 209. Nie

210. dot. Pakietu 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

Ad. 210. Nie

211. dot. Pakietu 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 35 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

Ad. 211. Tak.

212. dot. Pakietu 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do porodu naturalnego

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm
- 2 x nogawice z bilaminatu 75x 120 cm
- 1 x kocik dla noworodka 100x105 cm
- 1 x taśma Lepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta pod pośladki z folii PE 85x114,5 cm, ze wzmocnieniem 32,5x50 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka z portem do ssaka oraz z szeroką zakładką umożliwiającą aseptyczne założenie serwety pod pośladki pacjentki
- 1 x serweta 75x75cm, przylepna pełnobarierowa

Ad. 212. Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 33 jest koszula przedoperacyjna a nie zestaw do porodu.

213. dot. Pakietu 40

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie zestawu do cholecystektomii laparoskopowej serwety o wytrzymałości na rozrywanie na mokro/sucho min. 190kPa, wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho min.88 N. Zestaw w pozostałym zakresie zgodny z SIWZ.

Ad. 213. Tak.

214. dot. Pakietu 43

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 60x90 cm z tolerancją ± 2 cm.


Ad. 214. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

215. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do artroskopii barku zgodnego z SIWZ, jednakże który zawiera w swoim składzie 4 ściereczki chłonne celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm oraz dodatkowo serwetę nieprzylepną w rozmiarze 150 x 175 cm.

Ad. 215. Tak

216. dot. pakietu NR 6

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn o następującym składzie:



**Zestaw do zabiegów na kończynie I
wzmocniony**

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm)	320 x 225
1 serweta nieprzylepna	150 x 175
1 osłona na kończynę	35 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Serweta do operacji kończyn wykonana jest z laminatu 2 – warstwowego z dodatkową warstwą chłonną w rozmiarze 105 x 150cm.

Laminat 2 warstwowo PE+PP o gramaturze 55 g/m² w części podstawowej + łąta chłonna o łącznej gramaturze 110 g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 361/384 kPa. Odporność na penetrację płynów 200 cm H₂O.

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Ad. 216. Tak

217. dot. pakietu NR 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów artroskopii kolana zgodnego z SIWZ, jednakże w którym serweta główna wyposażona jest w samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 5 x 7 cm, natomiast zintegrowany z serwetą worek do przechwytywania płynów posiada samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem $\varnothing 5$ cm.

Zaoferowany zestaw posiada w swoim składzie dodatkowo Serwetę na stolik Mayo 80 x 145 cm, Serwetę nieprzylepną 150 x 175 cm oraz 4 ręczniczki celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm.

Ad. 217. Tak

218. dot. pakietu NR 8


Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do operacji stawu biodrowego zgodnego z SIWZ, jednakże zawierającego w swoim składzie 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze 33 x 30cm oraz 1 taśmę samoprzylepną 10 x 50cm.

Serwety operacyjne wzmocnione samoprzylepne z wycięciem „U” wykonane są z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 55g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne o łącznej gramaturze 110 g/m².

Ad. 218. Nie.

219. dot. pakietu Nr 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji urologicznych o następującym składzie:



Zestaw do operacji urologicznych I

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocz (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezłateksowa do badania per rectum	185 x 200
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Materiał serwety głównej 2 warstwowy PE+PP o gramaturze 55 g/m²

Ad. 219. Tak.

220. dot. pakietu NR 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego spełniającego wymagania SIWZ, jednakże w którym serweta główna do cięcia cesarskiego z torbą na płyny posiada okno wypełnione folią chirurgiczną, w rozmiarze 29 x 19 cm.

Ad. 220. Tak.

221. dot. pakietu NR 8 i 15

Czy Zamawiający wymaga aby serwety na stolik Mayo w zestawach z ww. pakietów były składane teleskopowo?


W przypadku serwety na stolik Mayo najbezpieczniejszą dla zapewnienia sterylności podczas okrywania stolika Mayo jest **konstrukcja teleskopowa**, która charakteryzuje się tym, że poszczególne, ściśle określone, odcinki serwety w kształcie worka, są **wsunięte** do wewnątrz jedna warstwa w drugą i kolejną, i rozsuwają się dopiero podczas nasuwania serwety (worka) Mayo na stolik. Nie ma wtedy niebezpieczeństwa, że jakiegokolwiek fragment serwety Mayo rozwinie się w sposób niekontrolowany.

Złożenie rewersowe, inaczej zwane harmonijkowym polega na tym, iż serweta na stolik Mayo jest na całej długości **złożona** harmonijkowo. Określenie złożenie rewersowe pochodzi od słów awers – rewers, określające złożenie, między innymi, dowolnego materiału w harmonijką na przemian stroną lewą i prawą. Takie złożenie serwety na stolik Mayo nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa podczas okrywania stolika Mayo, ponieważ powierzchnia złożona harmonijkowo może się w niekontrolowany sposób rozwinąć, co grozi brakiem zachowania sterylności

Ad. 221. Dopuszcza, ale nie wymaga.

222. dot. pakietu NR 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety okulistycznej wykonanej z dwuwarstwowego, chłonnego laminatu o gramaturze 55g/m², występującej w zestawie o następującym składzie:

		Zestaw IV okulistyczny
Skład zestawu:		
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 160	
1 serweta okulistyczna z otworem przylepnym (folia operacyjna) i workiem na płyny, (otwór 10 x 12 cm)	150 x 150	

Wokół otworu nie ma dodatkowej warstwy chłonnej.

Worek na płyny ma rozmiar 30 x 28 cm.

Ad. 222. Nie.

223. dot. pakietu Nr 22

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów laryngologicznych spełniającego wymagania SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie 4 ściereczki chłonne.

Ad. 223. Tak.

224. dot. pakietu Nr 24

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych, w których troki szyte są techniką ultradźwiękową. Wewnętrzne owinięcie fartucha - serweta włókninowa. Poziom pylenia fartucha: 1,9 Log10 (liczby cząstek), odporność na rozrywanie na sucho/mokro 303/217 kPa

Ad. 224. Tak.

225. dot. pakietu Nr 24

Prosimy Zamawiającego o podanie wymaganych rozmiarów.

Ad. 225. L, XL, XXL.

226. dot. pakietu Nr 25


Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 40g/m²? Troki szyte techniką ultradźwiękową. Wewnętrzne owinięcie fartucha – serweta włókninowa. Poziom pylenia

fartucha: 2,5 Log10 (liczby cząstek), odporność na rozrywanie na sucho/mokro 139/138 kPa.

Ad. 226. Tak.

227. dot. pakietu Nr 30.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni/stopy o następującym składzie:



**Zestaw do operacji dłoni/stopy I
wzmocniony**

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm)	320 x 245
1 serweta nieprzylepna	100 x 175
2 ręczniki celulozowe	30 x 33

Serweta do operacji kończyny nie posiada zintegrowanych z nią uchwytów do mocowania przewodów i drenów. Serweta wykonana jest z laminatu o gramaturze 55g/m², wzmocnienie w części krytycznej 110 g/m².

Serweta na stolik Mayo ma wzmocnienie 60 x 145cm.

Ad. 227. Tak.

228. dot. pakietu Nr 32

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o następującym składzie:

- 1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm (barierowa)
- 1 x serweta porodowa dla noworodka, 90 x 87 cm
- 1 x serweta pośladowa 100 x 100 cm, z workiem (barierowa)
- 2 x zacisk do pępowiny
- 2 x ręcznik chłonny, 33 x 30 cm

Ad. 228. Tak.

229. dot. pakietu Nr 34

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia zgodnego z SIWZ, jednakże w którym:

- 1) Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190 cm, bez dodatkowego wzmocnienia wykonana jest z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 55g/m².
- 3) Tupfer kula z gazy 20N, z nitką RTG (wykonany jest z gazy o wymiarach 34 cm x 34 cm)
- 5) Ściereczki celulozowe mają rozmiar 30 cm x 33 cm.
- 6) Serwety chirurgiczne z przylepcem o wymiarach 175 cm x 150 cm wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m²
- 7) Serwety chirurgiczne z przylepcem o wymiarach 90 cm x 75 cm wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m²

Ad. 229. Tak.

230. dot. pakietu Nr 39

Czy Zamawiający wymaga jedynie serwet na stół Mayo składanych teleskopowo?
W przypadku serwety na stół Mayo najbezpieczniejsza dla zapewnienia sterylności podczas okrywania stołu Mayo jest **konstrukcja teleskopowa**,
Złożenie rewersowe, inaczej zwane harmonijkowym może się w niekontrolowany sposób rozwinąć, co grozi brakiem zachowania sterylności.

Ad. 230. Dopuszcza, ale nie wymaga.

231. dot. pakietu Nr 43

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu higienicznego o chłonności min. 850g? Pozostałe parametry podkładu bez zmian.

Ad. 231. Tak.

232. dot. pakietu Nr 51

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej zestawy do endoprotezy biodra o następującym składzie:

1. 1x serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm; wzmocnienie 75 x 190 cm; gramatura serwety 115 g/m²- owinięcie zestawu
2. 4x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 33 cm
3. 1x fartuch chirurgiczny SMS standardowy, gramatura 40 g/m², długość 130 cm (+/- 5 cm), nadruk z rozmiarem widoczny przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 40 cm H₂O
4. 1x serweta na stół Mayo złożona teleskopowo, rozmiar 80 x 145 cm ze wzmocnieniem z laminatu dwuwarstwowego; wymiar wzmocnienia 60 x 145 cm. Całkowita gramatura serwety 90 g/m², odporność na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio 170/ 170 kPa
5. 1x fartuch chirurgiczny Spunlace, gramatura 72 g/m² ze wzmocnionym na przodzie i na rękawach laminatem 20 g/m²; d. 150 cm (+/- 5 cm), nadruk z rozmiarem widoczny przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/ na rękawach: 80 cm H₂O w obszarze krytycznym i 22,62 cm H₂O na pozostałej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 268,9/ 262 kPa.
6. 2x fartuch chirurgiczny SMS, gramatura 35 g/m² wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem 38 g/m², dł. 150 cm (+/- 5 cm), nadruk z rozmiarem widoczny przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/ na rękawach 189 cm H₂O w obszarze krytycznym i 33,1 cm H₂O na pozostałej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód i rękawy: 237/ 243 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni niewzmocnionej: 143/152 kPa
7. 1x osłona ortopedyczna na kończynę 35 x 120 cm dwuwarstwowa oraz 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
8. 1x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
9. 1x pojemnik typu taca 30 x 20 x 4,8 cm (2000ml)
10. 2x miska plastikowa 250 ml, niebieska z podziałką
11. 10 x tufier gazowy z nitką RTG, gaza 20 nitkowa, rozm. 34 x 34 cm (6)
12. 2x ostrze do skalpela nr 21-24
13. 1x dren Redona CH16, dł. 50 cm, ze znacznikiem RTG
14. 1x strzykawka 3- częściowa Luer- Lock 50/ 60 ml
15. 1x butelka do drenażu ran, miszek ssący 200 ml, niska próżnia

16. 1x zestaw do odsysania ortopedyczny z dodatkowym wymiennym filtrem na elementy kostne i tkankowe, 3 końcówki typu Yankauer w tym 2 zagięte, długość drenu 300-400 cm

17. 1x serweta samoprzylepna 75 x 90 cm dwuwarstwowa

18. 1x serweta chirurgiczna 150 x 175 cm dwuwarstwowa

19. 1x serweta samoprzylepna 225 x 280 cm z wycięciem 10 x 95 cm, ze wzmocnieniem w polu krytycznym dwuwarstwowa ze wzmocnieniem

20. 1x serweta samoprzylepna 225 x 350 cm z wycięciem 65 x 75 cm, ze wzmocnieniem w polu krytycznym dwuwarstwowa ze wzmocnieniem

Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 55 g/m², w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 110 g/m²; bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorpcji cieczy laminatu w części wzmocnionej (wg EN ISO 9073-6) 542 ml/m², odporność na rozierwanie laminatu na sucho/ mokro w części wzmocnionej odpowiednio: 361/ 384 kPa

Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 10 i 11 umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE. Szwy zgrzewane znajdują się na spodzie opakowania, stąd ich wykonanie jest bardzo solidne. Worek foliowy jest otwierany u góry, gdzie folia nie jest podwójnie wywinięta, jak to ma miejsce na zgrzewanych krawędziach. Takie rozwiązanie gwarantuje absolutną pewność i bezpieczeństwo opakowań dla ciężkich i dużych zestawów operacyjnych.

Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz min. dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze 2 kartony.

Ad. 232. Tak.

233. dot. pakietu Nr 53

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do Artroskopii kolana o następującym składzie:

1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 140x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm– 1 szt.

2. Tupfer z gazy 20 nitkowej, z nitką RTG do mycia pola operacyjnego (rozmiar po rozłożeniu 47 x 40 cm)– 6 szt.

3. Miseczka plastikowa z polipropylenu z podziałką 250 ml – 1 szt.

4. Miseczka plastikowa z polipropylenu z podziałką 250 ml – 1 szt.

5. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego, z możliwością zamknięcia, min. 240 mm, - 2 szt

6. Fartuch chirurgiczny, pełnoochronny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długość min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki połączone kartonikiem w taki sposób, aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem w serwetę włókninową, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Przód fartucha i rękawy o gramaturze 72 g/m², odporność na przenikanie płynów 80 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 268,9 kPa. Włókninowa warstwa wzmocnienia o gramaturze 20g/m². Rozmiar: L– 1 szt, XL – 2 szt.

7. Osłona na stolik Mayo 80x145cm z wykonana z folii PE 60 mikronów, z warstwą chłonną 60x145cm wykonaną z folii PE 60 mikronów i włókniny polipropylenowej typu spunbond 30 g/m² – 1 szt

8. Ściereczki celulozowe 33x30cm – 4szt.
9. Serweta chirurgiczna do zabiegów artroskopowych na stawie kolanowym, o wymiarach 245x320 cm, z elastycznymi otworami 7 i 5 cm wykończonymi neoprenem, wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o całkowitej gramaturze laminatu 55g/m². Folia PE 60 mikronów, posiadająca worek do przechwytywania płynów ze sztywnikiem wykonanym z metalu otoczonego tworzywem sztucznym, z zaworem do podłączenia drenu, Odporność na prześiąkanie płynów 200 cm na całej powierzchni, odporność na wypychanie na mokro 161 kPa, na całej powierzchni. Obłożenie spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z norma PN-EN 13795– 1 szt.
10. Osłona na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego 35x80cm – 1 szt.
11. Taśma lepna 10x50cm, wykonana z elastyczna włóknina poliestrowa -2szt
12. Osłona na kamerę z taśmą do mocowania 13x250 cm – 1 szt.
13. Gazik 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG 10 x 10 cm– 20 szt.
- 14 Butelka Redona 400 ml,
15. Dren Redona ch 10 125cm - 1 szt.
16. Skalpel nr 11 z zabezpieczeniem ostrza, – 1 szt.
17. Igła podskórna 21G, 50mm, zielona – 1 szt.
18. Taca – pojemnik wykonany polipropyleny 30 x 20 x 4,8 cm, - 2000 ml – 1 szt.

Ad. 233. Tak.

234. dot. pakietu Nr 54

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowców na buty spełniających wymagania SIWZ, jednakże o długości min. 38cm?

Ad. 234. Tak.

235. dot. ZAPISY SIWZ - PROJEKT UMOWY

Wnosimy o zmniejszenie kar umownych które w aktualnym brzmieniu stanowią kary rażąco wygórowane, i zmianę zapisów umowy na następujące:

§ 6, ust. 2 – W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Ad. 235. Nie.