

Do wszystkich uczestników postępowania

Dot. dostawa klipsów laparoskopowych tytanowych i polimerowych, zacisków do hemostazy płata skórno i płata kostnego, staplerów skórnych, worków laparoskopowych i fartuchów sterylnych jednorazowego użytku dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **15.05.2019 r.**, numer ogłoszenia 547810-N-2019.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w terminie składania zapytań, do dnia 20.05.2019 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pakiet 2 poz. 1- Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) w momencie zamykania klipsa //7,8-9,0 mm/.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

2. Pakiet 4 poz. 1. Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Klipsy tytanowe średnie o wymiarach przed zamknięciem 4,8 mm..

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

3. Pakiet 4 poz. 2. Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 10,7.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

4. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 1 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 50 g/m², rękawy 50 g/m² (rękawy na wysokości wstawki klejone, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki łączone ultradźwiękowo), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,5 Log 10 (liczby cząstek) na powierzchni niewzmocnionej. Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL. Odporność na rozrywanie na sucho/mokro 200/200 kPa.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 2 niżej opisanego fartucha? Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Troki łączone techniką ultradźwiękową. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia 2,5 Log 10 (liczby cząstek). Pełna rozmiarówka. Rozmiar M/L/XL/XXL do wyboru przez zamawiającego. Odporność na rozrywanie na sucho/mokro 200/200 kPa.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 4).

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy umowie użyczenia Nr 24/U/X/2019, która stanowi Załącznik Nr 14 do SIWZ.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 1, 2:

- a) Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy.**

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

- b) W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. **Pakiet 6 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów posiadających oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, co pozwala na wcześniejszą identyfikację przed rozłożeniem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

10. **Pakiet 6 poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów posiadających oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, co pozwala na wcześniejszą identyfikację przed rozłożeniem oraz charakteryzujących się poziomem pylenia 2,4 log₁₀? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

11. **Pakiet 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanego z materiału PPSB, o min. gramaturze 21 g/m²?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. **Pakiet nr 5, poz. 3.** Czy Zamawiający z celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie worków laparoskopowych do ekstrakcji narządów, jednorazowych, poliuretanowych, z samorozprężalną obręczą i trzonem o średnicy 10mm, o pojemności 435 ml, z uchwytem oczkowym na dwa palce oraz nitką ułatwiającą zamknięcie worka.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

13. **Pakiet nr 5, poz. 4.** Czy Zamawiający z celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie worków laparoskopowych do ekstrakcji narządów, jednorazowych, poliuretanowych, z samorozprężalną obręczą i trzonem o średnicy 10mm, o pojemności 800ml, z uchwytem oczkowym na dwa palce.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

14. **Pakiet 6, poz. 1:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylnej fartucha ze wstawkami do długich procedur, wykonanego z lekkiej i przewiewnej

włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wyposażony z nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach umieszczone od zewnętrznej strony fartucha i wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40g/m² na przodzie i rękawach, łącznie elementów fartucha szwem ultradźwiękowym – dzięki czemu zachowuje pełną barierowość. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem – troki wgrzane ultradźwiękowo, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju fartucha, zabezpieczenia oraz normy EN 13795 w postaci wszywki widoczne przy złożonym fartuchu, co pozwala na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. dwoma etykietami przylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru krepowanego, dodatkowo pakowany z dwoma ręcznikami z włókniny kompresowej do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia: w strefie krytycznej 1,2 log 10 i w mniej krytycznej 1,6 log 10. Dostępny w rozm. M-XXL. Odporność na wypychanie na sucho/mokro: w strefie krytycznej 65,9/64,8 kPa, w strefie mniej krytycznej 52,1 kPa.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

15. **Pakiet 6 poz. 2:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylного fartucha chirurgicznego do procedur standardowych, wykonanego z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem – troki wgrzane ultradźwiękowo, z tyłu zapięcie na rzep. Łącznie elementów fartucha szwem ultradźwiękowym – dzięki czemu zachowuje pełną barierowość. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju fartucha, zabezpieczenia oraz normy EN 13795 w postaci wszywki widoczne przy złożonym fartuchu, co pozwala na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. dwoma etykietami przylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru krepowanego, dodatkowo pakowany z dwoma ręcznikami z włókniny kompresowej do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 1,22 log 10. Dostępny w rozm. M-XXL. Odporność na wypychanie na sucho/mokro 45,8 / 43,5 kPa.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania dot. projektu umowy:

16. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Zamawiający odpowiada:

Tak.

17. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „1% wartości brutto danego zamówienia” zostało zastąpione wyrażeniem „1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest, aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby zwłoka w dostawie dotyczyła tylko części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiotowy zapis zawiera § 10 ust.1pkt.c.

20. Pytania dot. SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?

Zamawiający odpowiada:

Tak.

21. Pak. 5, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do oceny worki laparoskopowe do ekstrakcji narządów jednorazowe, poliuretanowe o wymiarach 5x19 cm i pojemności 200 ml, zwinięte w tubus, wyposażone w drut wykonany z nitinolu bez efektu pamięci, nie posiadające nici? Worki po wsunięciu do jamy brzusznej pozostawiają trokar wolny.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Pak. 5, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do oceny worki laparoskopowe do ekstrakcji narządów jednorazowe, poliuretanowe o pojemności 800 ml i średnicy trzonu 10 mm,

zwinięte w tubus, wyposażone w drut wykonany z nitinolu bez efektu pamięci, nie posiadające nici? Worki po wsunięciu do jamy brzusznej pozostawiają trokar wolny.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Pak. 5, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do oceny worki laparoskopowe do ekstrakcji narządów jednorazowe, poliuretanowe o pojemności 1200 ml i średnicy trzonu 10 mm, zwinięte w tubus, wyposażone w drut wykonany z nitinolu bez efektu pamięci, nie posiadające nici? Worki po wsunięciu do jamy brzusznej pozostawiają trokar wolny.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Pakiet 6, pozycja 1,2. Czy Zamawiający dopuści fartuchy z wewnętrznym owinięciem wykonanym z włókniny?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

25. Pakiet 6, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch o poziomie pylenia 2,5 log 10?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

26. Pakiet 7, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m²?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Pakiet 7, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch bez opisu katalogowego „niepalący się”?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w SIWZ, w Pakiecie nr 7 poz.1 oraz potwierdzonych przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 6.4 SIWZ.

28. Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha i rękawy min. 40 g/m² (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na

identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha w postaci serwety, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: M-XXL. Odporność na rozrywanie na sucho/mokro 149/125 kPa ?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy w strefie krytycznej szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie w postaci serwety, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia 2 Log 10 (liczby cząstek). Rozmiar M-XXL do wyboru przez zamawiającego. Odporność na rozrywanie na sucho/mokro 149/125 kPa.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, o min. gramatura 20g/m²?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Pakiet nr 5 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie worka do ekstrakcji narządów o pojemności 400 ml. ze śr. otwarcia 80 mm i dług. 190 mm lub o pojemności 800 ml. ze śr. otwarcia 100 mm i dług 205 mm. jako równoważnych do wymaganego o poj. 500 ml. ze śr. otwarcia 115mm i dług. 208 mm.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Pakiet nr 5 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie worka do ekstrakcji narządów o pojemności 800 ml. i średnicą trzonu 10 mm. jako równoważnego do wymaganego o pojemności 700 ml. i średnicy trzonu 12 mm.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

33. Pakiet nr 5 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie worka do ekstrakcji narządów ze średnicą trzonu 10 mm. jako równoważnego do wymaganego ze średnicą trzonu 12 mm.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

34. dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Zamawiający odpowiada:

Tak.

35. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę § 7 ust.2 wzoru umowy poprzez zmniejszenie kar z 20 % na 10 %.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Pytanie 6 Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 7 ust.4 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [..... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET NR 6

- 37. Poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej fartucha chirurgicznego ze wstawkami, w którym: troki szyte są techniką ultradźwiękową, wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane jest z włókniny, poziom pylenia zaoferowanych fartuchów – 1,9 log 10. Pozostałe parametry fartuchów bez zmian.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

38. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej fartucha chirurgicznego do procedur standardowych, wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 40g/m², w którym: troki szyte są techniką ultradźwiękową, wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane jest z włókniny, poziom pylenia zaoferowanych fartuchów – 2,5 log 10, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 139/138 kPa. Pozostałe parametry fartuchów bez zmian.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.